



DELIBERAZIONE N. 0770 DEL 27 MAG. 2020

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI – U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Codice settore proponente: BSDG 281 del 14/05/2020 Centri di Costo: A0RZ21JC1S	
Oggetto: Aggiudicazione della gara a procedura negoziata per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B-D Glucano da sangue per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.	
L'estensore D.ssa M. Tanturi	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio d'Alba

<b>Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Francesca Milito</b> <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma     Data 22/5/2020
<b>Parere del Direttore Sanitario: D.ssa Daniela Orazi</b> <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma     Data 22.05.2020
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale. Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: <u>Vedere "Allegato Assunzione Autorizzazione" 2020</u> Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini Firma     Data 19/05/2020    2022
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Firma     Data 24.05.2020 Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola Firma     Data 24.05.2020

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. n. 421 del 23/10/92”;

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la L. n. 160 del 27/12/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

la L.R. n. 28 del 27/12/2019 : Legge di stabilità regionale 2020;

la L.R. n. 29 del 27/12/2019: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

**PREMESSO**

- che, con deliberazione n. 344 del 09/03/2020, è stata indetta una gara a procedura negoziata per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo presunto annuo di € 39.000,00 Iva esclusa;

- che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica giudicatrice, nominata con deliberazione n. 714 del 06/05/2020, ha portato a termine i lavori in data 13/05/2020, proponendo l’aggiudicazione provvisoria secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i;

**VISTI**

i verbali di gara allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evince la proposta di aggiudicazione, nonché l’offerta economica della Ditta Alifax, aggiudicataria della fornitura (all.1);



**TENUTO CONTO** - che dalla dichiarazione sui prezzi praticati ad altre Aziende Sanitarie dalla Ditta Alifax, agli atti della U.O.C., si evince la congruità di quelli offerti all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

- che la fornitura, CIG 8241010895, avrà una durata di mesi 24, dal 01/09/2020 al 31/08/2022, salvo l'esito positivo dei controlli previsti dal D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., occorre nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;

**RILEVATO**

che la spesa totale per mesi 24 di € 77.526,00 esclusa Iva, pari ad € 94.581,72 compresa Iva 22%, di competenza degli anni 2020, 2021 e 2022, dovrà essere imputata sui conti economici n. 501010317 e n. 504020101 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

Anno 2020

Conto economico 501010317 € 12.184,95 c/Iva - autorizzazione 28

Conto economico 504020101 € 3.578,67 c/Iva - autorizzazione 6

Anno 2021

Conto economico 501010317 € 36.554,86 c/Iva

Conto economico 504020101 € 10.736,00 c/Iva

Anno 2022

Conto economico 501010317 € 24.369,91 c/Iva

Conto economico 504020101 € 7.157,33 c/Iva

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, co. 1, della Legge 241/90, come modificato dalla L. 15/2005;

**PROPONE**

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura negoziata per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, secondo quanto riportato nei verbali di gara, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché alla offerta economica della Ditta aggiudicataria Alifax;

- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 24, a decorrere dal 01/09/2020 al 31/08/2022;



- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che la spesa totale di € 77.526,00 esclusa Iva, pari ad € 94.581,72 compresa Iva 22%, di competenza degli anni 2020, 2021 e 2022, venga imputata sui conti economici n. 501010317 e n. 504020101 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

Anno 2020

Conto economico 501010317 € 12.184,95 c/Iva - autorizzazione 28

Conto economico 504020101 € 3.578,67 c/Iva - autorizzazione 6

Anno 2021

Conto economico 501010317 € 36.554,86 c/Iva

Conto economico 504020101 € 10.736,00 c/Iva

Anno 2022

Conto economico 501010317 € 24.369,91 c/Iva

Conto economico 504020101 € 7.157,33 c/Iva

- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria Alifax nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

~~IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI~~

~~(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)~~

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata per la fornitura un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini", presentata dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura negoziata per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, secondo quanto riportato nei verbali di gara, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché alla offerta economica della Ditta aggiudicataria Alifax;
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 24, a decorrere dal 01/09/2020 al 31/08/2022;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che la spesa totale di € 77.526,00 esclusa Iva, pari ad € 94.581,72 compresa Iva 22%, di competenza degli anni 2020, 2021 e 2022, venga imputata sui conti economici n. 501010317 e n. 504020101 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

Anno 2020

Conto economico 501010317 € 12.184,95 c/Iva - autorizzazione 28

Conto economico 504020101 € 3.578,67 c/Iva - autorizzazione 6

Anno 2021

Conto economico 501010317 € 36.554,86 c/Iva

Conto economico 504020101 € 10.736,00 c/Iva

Anno 2022

Conto economico 501010317 € 24.369,91 c/Iva

Conto economico 504020101 € 7.157,33 c/Iva


- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria Alifax nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 19 pagine di cui n. 12 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Fabrizio d'Alba**



**Sistema macchina reattivi per la determinazione del B-D Glucano da sangue, per le esigenze della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini**

**VERBALE N. 1**

Il giorno 7 Aprile 2020, alle ore 14,30, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura negoziata, indetta con deliberazione n. 344 del 09/03/2020, per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B-D Glucano da sangue, per le esigenze della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nella lettera di invito.

La gara, secondo quanto stabilito nella lettera di invito, verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/16, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella lettera di invito e nell'Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli – Collaboratore Amministrativo - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta, che si svolge in assenza dei rappresentanti delle Ditte a causa dell'epidemia in corso di Covid 19, prendendo atto che entro il termine perentorio di consegna stabilito nella Lettera di invito (03/04/2020 – ore 12.00), è pervenuto all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera il plico della Ditta Alifax.

Dall'esame della documentazione amministrativa, che viene siglata, si evince quanto segue:

**Ditta Alifax:** documentazione regolare, ammessa al prosieguo della gara.


L'offerta economica, siglata dal Responsabile del Procedimento, viene consegnata al Segretario per la sua conservazione in cassaforte.

Il Responsabile del Procedimento, alle ore 15,00, dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione della Ditta partecipante che avverrà con determinazione dirigenziale e della quale verrà data comunicazione tramite Pec. Ugualmente tramite Pec verrà comunicata successivamente alla Ditta la data di apertura della documentazione tecnica.


Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento



Il Segretario verbalizzante



**Sistema macchina reattivi per la determinazione del B-D Glucano da sangue, per le esigenze della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini**

**VERBALE N. 2**

 Il giorno 13 Maggio 2020, alle ore 9,15, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della presenza della documentazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara a procedura negoziata, indetta con deliberazione n. 344 del 09/03/2020, per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per la determinazione del B-D Glucano da sangue, per le esigenze della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

  
 La gara, secondo quanto stabilito nella lettera di invito, verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella lettera di invito e nell'Allegato A.

La Commissione Tecnica giudicatrice di gara, nominata con deliberazione n. 714 del 06/05/2020, è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Bruno Mariani – Dirigente Biologo - U.O.C. Microbiologia e Virologia

Componente: D.ssa Maria Paris – Dirigente Biologo - U.O.C. Microbiologia e Virologia

Componente: D.ssa Sabrina Di Clemente – Tecnico Laboratorio Biomedico - U.O.C. Microbiologia e Virologia

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione tecnica giudicatrice apre la seduta, che si svolge in assenza dei rappresentanti delle Ditte a causa dell'epidemia in corso di Covid 19, per verificare la presenza della documentazione tecnica inviata.

Tutta la documentazione viene di volta in volta siglata dal Presidente e dai Componenti della Commissione giudicatrice. Si rileva quanto segue:

**Ditta Alifax:** documentazione tecnica presente.

La Commissione Tecnica decide di continuare i propri lavori con l'esame della documentazione tecnica presentata e, prima di iniziare, ne stabilisce il seguente ordine:

- Esame della corrispondenza di quanto offerto in termini di reattivi a quanto richiesto;
- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;
- Esame degli elementi valutabili;
- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica, per ogni elemento valutabile, esaminerà l'offerta tecnica della Ditta concorrente e seguirà le seguenti modalità di attribuzione del punteggio previsto per la singola voce valutabile:

- 1) verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta soddisfi pienamente quanto previsto per il relativo elemento valutabile;
- 2) verrà attribuito un punteggio intermedio tra il massimo ed il minimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta si collochi a livelli intermedi tra il più alto ed il più basso;
- 3) verrà attribuito punteggio 0 per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta non soddisfi affatto quanto previsto per il relativo elemento valutabile.

Si procederà quindi alla verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile solo nel caso in cui non venga raggiunto il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica inizia i lavori sulla documentazione tecnica presentata dalla Ditta Alifax, rilevando che quanto offerto in termini di reattivi corrisponde a quanto richiesto e soddisfa appieno tutti i requisiti minimi di ingresso dettati nel Capitolato Tecnico di gara e nel suo allegato A.

La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili assegnando il massimo punteggio di qualità attribuibile di 70/70 così come analiticamente descritto nel quadro sinottico della qualità allegato al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si allega al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale il quadro sinottico riepilogativo della qualità'.

Terminati i lavori di valutazione tecnica, il Presidente della Commissione stabilisce di procedere all'apertura del plico dell'offerta economica presentata dalla Ditta, che viene letta e trascritta sul quadro sinottico allegato al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione Tecnica, attenendosi al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., propone l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Alifax.

La Commissione Tecnica termina i lavori e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.

Letto, confermato e sottoscritto


Presidente:




Componente:



Componente:



Segretario:



Quadro sinottico di conformita'			
Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue			
Esame eseguibile		Numero Test/anno	
Test per la determinazione, in modalita' automatica, su campioni biologici, di 1 – 3 beta D Glucano atta a rilevare precocemente l'infezione fungina invasiva		1.000	
<b>CONTROLLI CALIBRATORI E MATERIALE DI CONSUMO</b>			
Calibratori, controlli e materiale di consumo in quantita' adeguata al numero di test sopraindicati			
<b>STRUMENTAZIONE RICHIESTA</b>			
N. 1 strumento per la rilevazione da sangue dell'antigene Beta – glucano presente in pazienti con sospetta infezione fungina sistemica			
Servizio di assistenza ordinaria e straordinaria			
Programma per la formazione applicativa e scientifica degli operatori			
<b>REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)</b>			<b>DITTA ALIFAX</b>
1	Strumentazione nuova e di ultima generazione		SI
2	Strumentazione fornita di software di interpretazione dei risultati		SI
3	Reattivo richiesto con limite minimo di rilevazione < 32 pg/ml		SI
4	Reattivo con reazione basata su LAL (Amebociti estratti da Atlantic Limulus Polypheums)		SI
5	Certificazione CE – IVD per strumenti e reattivi		SI
<b>ELEMENTI VALUTABILI</b>		<b>Punti max 70</b>	<b>DITTA ALIFAX</b>
1	Sistema composto da piu' moduli (disponibilita' di moduli con ingombro ridotto)	0 – 4	4
2	Presenza di lettore barcode per campione (si/no)	0 – 4	4
3	Sistema per gestione campioni urgenti (documentare)	0 – 7	7
4	Sistema per processazione monotest (si/no)	0 – 8	8
5	Possibilita' di pretrattamento termico campione	0 – 3	3
6	Eliminazione della contaminazione ambientale causa di falsi positivi (si/no)	0 – 4	4
7	Possibilita' di riduzione di risposta con risultati ottenibili in circa 2 ore (documentare)	0 – 7	7
8	Standardizzazione del risultato (si/no)	0 – 5	5
9	Ridotta manualita' (documentare)	0 – 5	5
10	Tecnica di rilevazione (documentare)	0 – 5	5
11	Possibilita' di dosaggio quantitativo (documentare)	0 – 7	7
12	Possibilita' di processazione dei campioni di siero e plasma (documentare)	0 – 7	7
13	Presenza di controlli (documentare)	0 – 4	4
<b>TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'</b>			<b>70</b>

Quadro sinottico riepilogativo qualità/prezzo				
Sistema macchina reattivi per la determinazione del B - D Glucano da sangue				
MAX PUNTI QUALITA': 70				
MAX PUNTI PREZZO: 30				
DITTA	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO	PUNTEGGIO PREZZO	TOTALE
Alifax	70	38.763,00	30,00	100,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 C 

*Handwritten mark:*  


*Handwritten number:*  
 7



All. 1

INSIDE INNOVATION

Spett.le  
AZ. OSP. S. CAMILLO - FORLANINI ROMA  
Circonvallazione Gianicolense, 87  
00152 ROMA RM

PROGETTO : GA200061  
PROT. N. G2303N/M/20\_29  
Cod.Cliente: 0301N151  
Polverara (PD), 23/03/2020

**OGGETTO :** **OFFERTA ECONOMICA** in rif. alla procedura negoziata per la fornitura di un sistema macchina reattivi per la determinazione del Beta-d-Glucano da sangue per le esigenze biennali della UOC Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.  
CIG 8241010895  
Rif. Vs. Prot. n. 0009195/2020 del 10/03/2020

Spett.le Ente,

la sottoscritta Società Alifax S.r.l. con sede e domicilio legale in Via Petrarca n. 2/1 - 35020 Polverara (PD), C.F. e P.I. n. 04337640280, rappresentata dalla Sig.ra Marta Mazzucato in qualità di Procuratore Speciale del Presidente del consiglio di amministrazione della società, Dr. Paolo Galiano C.F. GLNPLA52H06G224E, (procura speciale come da atto del notaio Doria in Padova, repertorio numero 428.022 e raccolta numero 50.067 registrata presso l'Ufficio Territoriale delle Entrate di Padova 2 in data 14/03/2017 al n. 4222 serie 17) nata a Padova il 24/11/1971 e residente a Albignasego (Pd) in via F. d'Acquapendente, 13

**OFFRE:****Strumentazione - Accessori - Canone di noleggio**

CODICE	<b>WKO 993-04701</b>
DESCRIZIONE	TOXINOMETER MT-6500
DITTA PRODUTTRICE	FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH
CODICE CNL	W0104030403
CODICE REPERTORIO D.M.	Non Obbligatorio
VALORE COMMERCIALE	€ 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)
Q.TA'	1
CODICE	<b>WKO 993-03601</b>
DESCRIZIONE	THERMOSTATION TS-70/16
DITTA PRODUTTRICE	FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH
CODICE CNL	n.a.
CODICE REPERTORIO D.M.	Non pertinente/applicabile
VALORE COMMERCIALE	€ 6.000,00 (seimila/00)
Q.TA'	1
<b>Accessori di cui è dotata la strumentazione:</b>	
DESCRIZIONE	VALIGETTA FRIGORIFERA LAPTOP COOLER 3X4
DITTA PRODUTTRICE	FISHER SCIENTIFIC S.A.S.
CODICE CNL	n.a.
CODICE REPERTORIO D.M.	Non pertinente/applicabile
Q.TA'	1
DESCRIZIONE	GRUPPO DI CONTINUITA' 500VA
DITTA PRODUTTRICE	ALIFAX S.R.L.
CODICE CNL	n.a.
CODICE REPERTORIO D.M.	Non pertinente/applicabile
Q.TA'	1
<b>CANONE ANNUO DI NOLEGGIO</b>	<b>€ 8.800,00 (ottomilaottocento/00)</b>
<b>comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione</b>	

ALIFAX S.r.l.

Sede legale, commerciale ed amministrativa  
via Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara (PD) - Italia  
T. (+39) 049 0992000 - F. (+39) 049 5855434  
info@alifax.com - info.alifax@pec.alifax.com

Sede R&S, progettazione e produzione  
via Merano, 30 - 33045 Nimis (UD) - Italia  
T. (+39) 0432 197900 - F. (+39) 0432 547378  
info.udine@alifax.com - info.udine@pec.alifax.com

**ALIFAX** s.r.l.  
Procuratore Speciale  
Marta Mazzucato



INSIDE INNOVATION

<b>Materiale di Consumo</b>
-----------------------------

che verrà fornito in sconto merce, su Vs. richiesta, secondo i quantitativi sotto riportati necessari per l'esecuzione dei nr. 1.000 test annui da Voi indicati:

<p>CODICE DESCRIZIONE</p> <p>CONFEZIONAMENTO DITTA PRODUTTRICE CODICE CND CODICE REPERTORIO D.M. PREZZO LISTINO A CF. SCONTO PRATICATO NR. CONFEZIONI ANNUE</p> <p>CODICE DESCRIZIONE</p> <p>CONFEZIONAMENTO DITTA PRODUTTRICE CODICE CND CODICE REPERTORIO D.M. PREZZO LISTINO A CF. SCONTO PRATICATO NR. CONFEZIONI ANNUE</p> <p>CODICE DESCRIZIONE</p> <p>CONFEZIONAMENTO DITTA PRODUTTRICE CODICE CND CODICE REPERTORIO D.M. PREZZO LISTINO A CF. SCONTO PRATICATO NR. CONFEZIONI ANNUE</p> <p>CODICE DESCRIZIONE</p> <p>DITTA PRODUTTRICE CODICE CND CODICE REPERTORIO D.M. PREZZO LISTINO A CF. SCONTO PRATICATO NR. CONFEZIONI ANNUE</p>	<p><b>WKO 995-04901</b> ALUMINIUM CAP Tappi in alluminio per evitare la contaminazione delle provette WAKO dopo apertura 100 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH n.a. Non pertinente/applicabile € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) 100% (cento/00 per cento) 23</p> <p><b>WKO 995-05001</b> BC TIP WAKO EXT Puntali sterili monouso per pipetta da 200 ul utilizzati nella fase reazione del B glucano 100 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH n.a. Non pertinente/applicabile € 310,00 (trecentodieci/00) 100% (cento/00 per cento) 22</p> <p><b>WKO 991-05101</b> BC TIP WAKO 1000-R Puntali per pipetta da 1000 ul per la preparazioni dei controlli e diluizioni 100 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH n.a. Non pertinente/applicabile € 270,00 (duecentosettanta/00) 100% (cento/00 per cento) 1</p> <p><b>WKO 997-05201</b> CARTA TERMICA FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH n.a. Non pertinente/applicabile € 42,00 (quarantadue/00) 100% (cento/00 per cento) 1</p>	<p>2</p> <p><i>(Handwritten initials and signatures)</i></p>
---	--	--

**ALIFAX S.r.l.**

Sede legale, commerciale ed amministrativa  
via Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara (PD) - Italia  
T. (+39) 049 0992000 - F. (+39) 049 5855434  
info@alifax.com - info.alifax@pec.alifax.com

Sede R&S, progettazione e produzione  
via Merano, 30 - 33045 Nimis (UD) - Italia  
T. (+39) 0432 197900 - F. (+39) 0432 547378  
info.udine@alifax.com - info.udine@pec.alifax.com

**ALIFAX** s.r.l.  
Procuratore Speciale  
Marta Mazzucato



INSIDE INNOVATION

## Reagenti/Kit

necessari per l'esecuzione di nr. 1.000 test annui da Voi indicati:

<p><b>CODICE</b> <b>DESCRIZIONE</b></p> <p><b>CONFEZIONAMENTO</b> <b>DITTA PRODUTTRICE</b> <b>CODICE CNL</b> <b>CODICE REPERTORIO D.M.</b> <b>PREZZO LISTINO A CF.</b> <b>SCONTO PRATICATO</b> <b>PREZZO OFFERTO A CF.</b> <b>PREZZO OFFERTO A TEST</b> <b>NR. CONFEZIONI ANNUE</b> <b>TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO</b></p>	<p><b>WKO 993-04201</b> <b>BETA-GLUCAN TEST R1: PRETREATMENT SOLUTION</b> Provette per il pretrattamento del campione 50 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH W0104030501 Non Obbligatorio € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00) 59,0759% (cinquantanove/07 per cento) € 620,00 (seicentoventi/00) € 12,4000 (dodici/4000) 22 € 13.640,00 (tredicimilaseicentoquaranta/00)</p>	<p>3</p>
<p><b>CODICE</b> <b>DESCRIZIONE</b></p> <p><b>CONFEZIONAMENTO</b> <b>DITTA PRODUTTRICE</b> <b>CODICE CNL</b> <b>CODICE REPERTORIO D.M.</b> <b>PREZZO LISTINO A CF.</b> <b>SCONTO PRATICATO</b> <b>PREZZO OFFERTO A CF.</b> <b>PREZZO OFFERTO A TEST</b> <b>NR. CONFEZIONI ANNUE</b> <b>TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO</b></p>	<p><b>WKO 997-04101</b> <b>BETA-GLUCAN TEST R2: LAL REAGENT</b> Biomarker per infezioni fungine invasive (IFI), per l'analisi di candidiasi invasiva (IC), aspergilloso (IA) e pneumocistosi. 50 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH W0104030501 Non Obbligatorio € 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) 71,1628% (settantuno/16 per cento) € 620,00 (seicentoventi/00) € 12,4000 (dodici/4000) 23 € 14.260,00 (quattordicimiladuecentosessanta/00)</p>	
<p><b>CODICE</b> <b>DESCRIZIONE</b></p> <p><b>CONFEZIONAMENTO</b> <b>DITTA PRODUTTRICE</b> <b>CODICE CNL</b> <b>CODICE REPERTORIO D.M.</b> <b>PREZZO LISTINO A CF.</b> <b>SCONTO PRATICATO</b> <b>PREZZO OFFERTO A CF.</b> <b>PREZZO OFFERTO A TEST</b> <b>NR. CONFEZIONI ANNUE</b> <b>TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO</b></p>	<p><b>WKO 995-04401</b> <b>LAL CONTROL</b> Controllo positivo liofilizzato e reagente di ricostituzione. Il reagente di ricostituzione rappresenta il controllo negativo. 10 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH W0104030501 Non Obbligatorio € 1.200,00 (milleduecento/00) 72,5% (settantadue/50 per cento) € 330,00 (trecentotrenta/00) € 33,0000 (trentatre/00) 6 € 1.980,00 (millenovecentoottanta/00)</p>	
<p><b>CODICE</b> <b>DESCRIZIONE</b> <b>CONFEZIONAMENTO</b> <b>DITTA PRODUTTRICE</b> <b>CODICE CNL</b> <b>CODICE REPERTORIO D.M.</b> <b>PREZZO LISTINO A CF.</b> <b>SCONTO PRATICATO</b> <b>PREZZO OFFERTO A CF.</b> <b>PREZZO OFFERTO A TEST</b> <b>NR. CONFEZIONI ANNUE</b> <b>TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO</b></p>	<p><b>WKO 999-04301</b> <b>BETA-GLUCAN SAMPLE DILUENT</b> 10 TEST FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH W0104030501 Non Obbligatorio € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) 84,6296% (ottantaquattro/62 per cento) € 83,00 (ottantatre/00) € 8,3000 (otto/3000) 1 € 83,00 (ottantatre/00)</p>	

## ALIFAX S.r.l.

Sede legale, commerciale ed amministrativa  
via Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara (PD) - Italia  
T. (+39) 049 0992000 - F. (+39) 049 5855434  
info@alifax.com - info.alifax@pec.alifax.com

Sede R&S, progettazione e produzione  
via Merano, 30 - 33045 Nimis (UD) - Italia  
T. (+39) 0432 197900 - F. (+39) 0432 547378  
info.udine@alifax.com - info.udine@pec.alifax.com

**ALIFAX** s.r.l.  
Procuratore Speciale  
Maria Beneducato



INSIDE INNOVATION

**TOTALE FORNITURA ANNUA LOTTO  
OMNICOMPRESIVA - IVA ESCLUSA € 38.763,00 (trentottomilasettecentosessantatre/00)**

Si precisa, inoltre, che:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari al 1,50% e quindi sul totale dell'offerta presentata incidono per un importo pari ad € 581,44 (conquecentottantuno/44).

Come richiesto da Capitolato, infine, si riassume l'offerta secondo il seguente schema:

**LOTTO UNICO  
N. TEST RICHIESTI: 1.000 PER 12 MESI**

Costo totale per anno senza IVA

QUOTA LOCAZIONE + ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	€ 8.800,00 (ottomilaottocento/00)
QUOTA REATTIVI + CONSUMABILI	€ 29.963,00 (ventinovemilanovecentosessantatre/00)
<b>COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA: € 38.763,00 (trentottomilasettecentosessantatre/00)</b>	
<b>COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE IVA ESCLUSA: € 38,76 (trentotto/76)</b>	

**ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

VALIDITA' OFFERTA  
DURATA CONTRATTUALE  
PREZZI  
ALiquota I.V.A. VIGENTE DA APPLICARE  
CONSEGNA  
PAGAMENTO

FINO AL 31/12/2020  
24 MESI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE  
FISSI ED INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA  
22% (VENTIDUE PERCENTO) A VS. CARICO  
PORTO FRANCO  
RIMESSA DIRETTA 60 GG DF SPLIT PAYMENT

Distinti saluti,

**ALIFAX** s.r.l.  
Procuratore Speciale  
Marta Marzucato




**ALIFAX S.r.l.**

Sede legale, commerciale ed amministrativa  
via Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara (PD) - Italia  
T. (+39) 049 0992000 - F. (+39) 049 5855434  
info@alifax.com - info.alifax@pec.alifax.com

Sede R&S, progettazione e produzione  
via Merano, 30 - 33045 Nimis (UD) - Italia  
T. (+39) 0432 197900 - F. (+39) 0432 547378  
info.udine@alifax.com - info.udine@pec.alifax.com



## U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

## ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 281 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2020	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
28	23		501010 317	697683,40	685498,45	12.84,95	Ø
6	238		504020 101	1.146.459,60	1.142.880,95	3.578,67	Ø
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010 317	REAGENTI
504020 101	CARONI MOL. AREA SANIT

Data 15/05/2020Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)