



DELIBERAZIONE N. 0772 DEL 27 MAG. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S	
Codice settore proponente: BSDG 4732 del 23.4.2020	
Oggetto: "Indizione di procedura negoziata su MEPA per la fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo".	
Il richiedente Sig.ra Laura Giusti	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio d'Alba
Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma _____	Data 22/5/2020
Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma _____	Data 22.05.2020
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.	
<b>Presenza visione</b>	
Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____	
Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini	
Firma _____	Data 15/05/2020
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.	
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola	
Firma _____	Data 07.05.2020
Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola	
Firma _____	Data 07.05.2020

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE  
BENI E SERVIZI****VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 – Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 -2022;

**PREMESSO**

che la U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica con mail del 15.4.2020, agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ha trasmesso la richiesta relativa alla fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo;

**PRESO ATTO**

che l'importo stimato per tale fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO**

che il materiale che si intende acquisire deve avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera di invito;

**PRESO ATTO**

- che da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per il materiale in argomento;
- che tale materiale è presente nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

**RITENUTO**

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata su MEPA per la fornitura di fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo – importo complessivo presunto Euro 62.000,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 101020501	Euro	18.300,00	C/IVA autorizzazione n. 63 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00	C/IVA autorizzazione n. 6 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00	C/IVA autorizzazione n. 6 anno 2021

**CONSIDERATO**

- che la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

- che gli operatori economici che risponderanno a tale richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTA**

la lettera d'invito allegata;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per la fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo – importo complessivo presunto Euro 62.000,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 101020501	Euro	18.300,00	C/IVA autorizzazione n. 63 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00	C/IVA autorizzazione n. 6 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00	C/IVA autorizzazione n. 6 anno 2021

- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE**

**BENI E SERVIZI**

*(Dott. Paolo Farfusola)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione di procedura negoziata su MEPA per la fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per la fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza e alla U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo – importo complessivo presunto Euro 62.000,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 101020501	Euro	18.300,00 C/IVA	autorizzazione n. 63 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00 C/IVA	autorizzazione n. 6 anno 2020
conto 501010311	Euro	28.670,00 C/IVA	autorizzazione n. 6 anno 2021

- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;

- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Fabrizio d'Alba)*



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature - comodati*

Prot. Roma, li

Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura di n. 5 Aspiratori di fumo completi di materiali di consumo.

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di:

CIG \_\_\_\_\_

- n. 5 Sistemi di aspirazione e filtrazione dei fumi chirurgici
- n. 36 Filtri di aspirazione tipo ULPA
- n. 300 Manipolo monopolare monouso per chirurgia open in cavità
- n. 300 Manipolo monopolare monouso per chirurgia open di superficie
- n. 612 Tubo di aspirazione monouso in laparoscopia
- n. 312 Tubo per alta aspirazione per chirurgia open monouso
- n. 250 Filtro attivo per laparoscopia
- n. 50 Trappole per liquidi

caratteristiche tecniche come da allegato "A"

La fornitura dovrà essere in pronta consegna (7-10 gg. dal ricevimento della lettera di aggiudicazione)

**La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura anche in caso di esaurimento del modello offerto provvedendo alla sua sostituzione con un prodotto simile, di costo non inferiore, senza oneri aggiuntivi.**

A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse (in .pdf senza firma digitale) le schede tecniche dei prodotti offerti.

**Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

Dovrà essere inserito anche il listino prezzi relativo al materiale di consumo.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Dovrà inoltre essere trasmessa (in .pdf senza firma digitale) la seguente dichiarazione del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3; in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) indirizzo PEC.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Dovrà inoltre essere restituita copia (in .pdf senza firma digitale) della presente lettera di invito controfirmata per accettazione.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
*(Dott. Paolo Farfusola)*

/offerta n. 5 Aspiratori di fumi

**DESCRIZIONE APPARECCHIATURA:****Sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi chirurgici ad alta capacità di filtrazione**

Il Sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi chirurgici è destinato a essere utilizzato in tutti gli interventi laparotomici e laparoscopici.

L'unità di aspirazione e filtrazione deve essere compatibile e funzionante in modalità automatica con i generatori elettrochirurgici già in dotazione presso le sale operatorie.

Deve essere completa di filtro, pedale e quanto necessario per il funzionamento automatico.

Caratteristiche richieste:

L'evacuatore deve avere elevata efficienza di aspirazione con flusso di almeno 800L/min.

Deve garantire un basso livello di rumorosità in utilizzo: rumorosità massima inferiore a fino a 51 dBA.

Deve essere dotato di un filtro a elevata efficienza (tipo ULPA) facilmente sostituibile dal personale di sala operatoria e di adeguata durata (almeno 35 ore).

Deve essere dotato di tre porte di collegamento con diametro differente (22mm, 9,5mm e 6,4mm) per gli accessori di aspirazione per le diverse specialità chirurgiche. Tutte le porte dovranno essere protette con sistema di chiusura di sicurezza anticontaminazione, preferibilmente a scorrimento per il maggior livello di sicurezza, assolutamente necessarie per proteggere gli operatori durante le operazioni di sostituzione del filtro.

Il sistema deve disporre di interfaccia intuitiva touch-screen per una gestione immediata e sicura.

L'apparecchiatura deve avere un sistema di segnalazione della durata residua di vita del filtro e deve avere allarmi di sicurezza (a esempio anti-occlusione o avvertenza sostituzione del filtro).

Deve essere possibile regolare numerosi livelli di flusso (almeno 10) indispensabili alle diverse chirurgie di destinazione.

Deve avere almeno 3 modalità differenti di utilizzo (open, open con manipolo e laparoscopica) utili per la chirurgia video-laparoscopica e open con dispositivi monopolari, bipolari, a radio frequenza e a ultrasuoni.

**Accessori indispensabili al funzionamento:****Filtro ULPA**

Filtro di ricambio chiuso e protetto anticontaminazione a quattro stadi, gestibili in massima sicurezza dal personale di sala.

Livello di filtrazione richiesto ULPA e capacità di assorbimento odori.

Dotazione di sistema di raccolta dedicato al materiale di rifiuto bio-hazard.

**Manipolo monopolare monouso per chirurgia open in cavità**

Il manipolo monouso per chirurgia di cavità dotato di cannula ed elettrodo no stick telescopico e coassiale con sistema di blocco della cannula ed estensione fino a 15 cm. Il cavo elettrico di 3 metri deve scorrere all'interno del tubo di aspirazione corrugato dotato di snodo multidirezionale.

**Manipolo monopolare monouso per chirurgia open di superficie**

Il manipolo monouso per chirurgia di superficie dotato di cannula telescopica ed elettrodo no stick disassati. La cannula telescopica scorre sopra l'elettrodo per facilitare le operazioni di scollamento dei tessuti superficiali. Consente aspirazione ad alto flusso. Il cavo elettrico di 3 metri deve scorrere all'interno del tubo di aspirazione corrugato dotato di snodo multidirezionale (360 gradi).

**Tubo di aspirazione monouso in laparoscopia**

Tubo per aspirazione in laparoscopia diametro 6mm lunghezza 3 metri con sistema di controllo del flusso per preservare lo pneumoperitoneo. Deve permettere valori di aspirazione tra 1-7 Lt/min. Connessione tipo luer-look al trocar e 22 mm al filtro.

**Altri Accessori che consentono utilizzo apparecchiatura per aspirare e filtrare i fumi in tutte le specialità chirurgiche (anche ambulatoriali):**

**Tubo per alta aspirazione per chirurgia open monouso**

Tubo corrugato per procedure con alto livello di aspirazione, diametro 22 e lunghezza 3 metri, provvisto di sistema di protezione anti-aspirazione accidentale. Ideale per l'aspirazione dei fumi da bipolare, laser, radiofrequenza e ultrasuoni e seghe per ossa.

**Trappola per liquidi**

Sistema di raccolta liquidi trasparente, per preservare la durata del filtro principale. Capacità di raccolta fino a 100cc. Collegabile ai tubi da 22mm e 6,4mm.