



DELIBERAZIONE N. 0936 DEL 23 GIU. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S Codice settore proponente: BSDG 4751 del 16.6.2020	
Oggetto: "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica."	
L'estensore Sig.ra Laura Giusti 	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio d'Alba
Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma	Data 19/6/2020
Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma	Data 22.06.2020
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.	
Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: Vedere "Allegato Assunzione Autorizzata"	
Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini	
Firma	Data 19/06/2020
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.	
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Firma	Data 16.06.2020
Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola Firma	Data 16.06.2020

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 – Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 -2022;

PREMESSO

che con deliberazione n. 1575 del 21.11.2019 è stata formalizzata l'indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica:

PRESO ATTO

- che tali beni sono presenti nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
- della richiesta di offerta trasmessa tramite M.E.P.A. in data 27.11.2020 aperta a tutte le Ditte abilitate al bando BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica;
- che con determinazione dirigenziale n. 25 del 20.12.2020 sono state ammesse le offerte presentate dalle seguenti Ditte:
 - A. MENARINI DIAGNOSTIC S.r.l.: lotto n. 2
 - AHSI S.p.A.: lotto n. 1 - lotto n.2
 - ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI S.r.l.: lotto n. 1
 - BIO OPTICA MILANO S.p.A.: lotto n. 2.

- DIAPATH S.p.A.: lotto n. 2
- HETTICH ITALIA S.r.l.: lotto n. 1
- HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.: lotto n. 2
- KALTEK S.r.l.: lotto n. 2
- LABOINDUSTRIA S.p.A.: lotto n. 1
- MONTEPAONE S.r.l.: lotto n. 1
- ORMA S.r.l.: lotto n. 1
- SINTAK S.r.l.: lotto n. 1

- che con deliberazione n. 298 del 26.2.2020 è stata nominata la Commissione tecnica incaricata dell'espletamento delle procedure relative all'aggiudicazione della procedura negoziata in parola;

VISTI

i verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO

che la sopra citata Commissione tecnica ha proposto di aggiudicare la procedura negoziata in parola, secondo i criteri fissati nella lettera di invito e per i motivi esposti nei suddetti verbali nelle seguenti modalità:

Lotto n. 1 – Ditta SINTAK S.r.l.

N. 1 CENTRIFUGA da banco AFI mod. LISA (CND: W02069003 – REP.: 1648680) del valore di Euro 6.081,51 + IVA

Lotto n. 2 – Ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A.

N. 1 CENTRALINE di inclusione mod. BEC 150 (CND: W0202059004 – REP.: 1831667) del valore di Euro 4.745,00 + IVA

N. 1 PIASTRA FREDDA mod. BCP 170 (CND: W0202059012 – REP.: 1831677) del valore di Euro 1.625,00 + IVA

Totale Lotto n. 2 Euro 6.370,000

TOTALE COMPLESSIVO Euro 12.451,51 + IVA

RILEVATO

che le offerte presentate dalle Ditte aggiudicatrici SINTAK S.r.l. e BIO OPTICA S.p.A. sono risultate anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del Decreto Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO

che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, dopo aver richiesto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Decreto Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., con note n. 19324 e n. 19330 del 29.5.2020, rispettivamente alle Ditte SINTAK S.r.l. e BIO OPTICA S.p.A. le giustificazioni utili a comprovare la congruità delle offerte economiche presentate, ad esaminarle ritenendo le stesse esaustive e atte ad evidenziare la congruità dei costi dichiarati nonché tali da fornire ampie garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che l'importo di cui trattasi è complessivamente di Euro 15.190,85 C/IVA e dovrà essere contabilizzato sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale e sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:

conto 101020405 Euro 15.190,85 - anno 2020

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- **di aggiudicare** la gara a procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica con le seguenti modalità:

Lotto n. 1 – Ditta SINTAK S.r.l.

**N. 1 CENTRIFUGA da banco AFI mod. LISA (CND: W02069003 – REP.: 1648680)
del valore di Euro 6.081,51 + IVA**

Lotto n. 2 – Ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A.

**N. 1 CENTRALINE di inclusione mod. BEC 150 (CND: W0202059004 – REP.: 1831667)
del valore di Euro 4.745,00 + IVA**

**N. 1 PIASTRA FREDDA mod. BCP 170 (CND: W0202059012 – REP.: 1831677
del valore di Euro 1.625,00 + IVA**

Totale Lotto n. 2 Euro 6.370,000

TOTALE COMPLESSIVO Euro 12.451,51 + IVA

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in Euro 15.190,85 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale e sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:

conto 101020405 Euro 15.190,85 - anno 2020

- **di corrispondere** il dovuto alle Ditte fornitrici, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE

BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- **di aggiudicare** la gara a procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica con le seguenti modalità:

Lotto n. 1 – Ditta SINTAK S.r.l.

**N. 1 CENTRIFUGA da banco AFI mod. LISA (CND: W02069003 – REP.: 1648680)
del valore di Euro 6.081,51 + IVA**

Lotto n. 2 – Ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A.

**N. 1 CENTRALINE di inclusione mod. BEC 150 (CND: W0202059004 – REP.: 1831667)
del valore di Euro 4.745,00 + IVA**

**N. 1 PIASTRA FREDDA mod. BCP 170 (CND: W0202059012 – REP.: 1831677
del valore di Euro 1.625,00 + IVA**

Totale Lotto n. 2 Euro 6.370,000

TOTALE COMPLESSIVO Euro 12.451,51 + IVA

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in Euro 15.190,85 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale e sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:

conto 101020405 Euro 15.190,85 – anno 2020

- **di corrispondere** il dovuto alle Ditte fornitrici, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 59 pagine di cui n. 52 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Fabrizia d'Alba)



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2454419
Descrizione RDO	Acquisto apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente piu' vantaggiosa
Lotto	2 (Centralina di inclusione)
CIG	81135476CA
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658704006 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	Carlo Sbona / CF:SBNCRL46H08D5480

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	BIO OPTICA MILANO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	06754140157
Codice Fiscale Operatore Economico	06754140157
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA SAN FAUSTINO 58 - MILANO

	(MI)
Telefono	022127131
Posta Elettronica Certificata	COMMERCIALE@PEC.BIO-OPTICA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06754140157
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	03/02/1983
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO-CHIMICI / OSPEDALIERO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5963410
Offerta sottoscritta da	Sbona Carlo
Email di contatto	COMMERCIALE@PEC.BIO-OPTICA.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	12/12/2021 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisto apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica
Categoria	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature da laboratorio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Centralina di inclusione
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale dell'opzione, accessorio e consumabile per apparecchiature da laboratorio	CENTRALINA DI INCLUSIONE
Unità di misura	Pezzo

Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND*	W0202059004/W0202059012
Tipologia*	APPARECCHIATURA
Proprietà*	ORIGINALE
Dispositivo collegabile (nome/codice)*	N.A.
Prezzo*	6370
Offerta economica per il lotto 2	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 2	6370.00000000 Euro (seimilatrecentosettanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 95,55000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino inventario, Piazza Carlo Forlanini 1, 00151 Roma
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica. Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2454419
Descrizione RDO	Acquisto apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	1 (Centrifuga da banco)
CIG	811350869B
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658704006 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF: FREPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	ADRIANO DALGO / CF: DLGDRN51M30E581O

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	SINTAK S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	10346990152
Codice Fiscale Operatore Economico	10346990152
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA ALESSANDRO VOLTA, 22 -

	CORSICO (MI)
Telefono	0248601974
Posta Elettronica Certificata	SINTAK@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10346990152
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT45S0503433030000000261081
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ADRIANO DALGO, DLGDRN51M30E581O

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5958749
Offerta sottoscritta da	DALGO ADRIANO
Email di contatto	SINTAK@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	12/12/2021 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisto apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica
Categoria	Centrifughe da banco
Descrizione Oggetto di Fornitura	Centrifughe da banco
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale della centrifuga da banco*	LISA VENTILATA
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	6081,51

Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	6081,51000000 Euro (seimilaottantuno/51000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino inventario, Piazza Carlo Forlanini 1, 00151 Roma
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			

Offerte

Offerente	Lotto 1			Lotto 2			
	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Offerta non inviata				13200,00000000 Euro	72,71	Aggiudica provvisoriamente
AHSI	5777,95000000 Euro	88,34	Aggiudica provvisoriamente		10200,00000000 Euro	78,57	Aggiudica provvisoriamente
ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI SRL	Offerta esclusa				Offerta non inviata		
BIO OPTICA MILANO	Offerta non inviata				6370,00000000 Euro	88,11	Aggiudica provvisoriamente
DIAPATH	Offerta non inviata				10500,00000000 Euro	70,95	Aggiudica provvisoriamente
HETTICH ITALIA S.R.L.	5410,00000000 Euro	85,59	Aggiudica provvisoriamente		Offerta non inviata		
HISTO-LINE LABORATORIES SRL	Offerta non inviata				5900,00000000 Euro	76,05	Aggiudica provvisoriamente
KALTEK SRL	Offerta non inviata				11500,00000000 Euro	77,71	Aggiudica provvisoriamente
LABOINDUSTRIA S.P.A.	6900,00000000 Euro	71,27	Aggiudica provvisoriamente		Offerta non inviata		
MONTEPAONE S.R.L.	5523,00000000 Euro	85,19	Aggiudica provvisoriamente		Offerta non inviata		
ORMA SRL	Offerta esclusa				Offerta non inviata		
SINTAK S.R.L.	6081,51000000 Euro	93,99	Aggiudica provvisoriamente		Offerta non inviata		
Punteggio massimo:		93,99				88,11	

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature – beni - comodati

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA
 PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.C.
 ANATOMIA PATOLOGICA**

VERBALE N. 2

Il giorno 20.5.2020 alle ore 9,30 presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di esperire la gara a procedura negoziata su MEPA, indetta con deliberazione n. 1687 del 12.12.2019, per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica.

La Commissione Tecnica, nominata con deliberazione n. 298 del 26.2.2020, è presente al completo nella seguente composizione:

- PRESIDENTE** **Dott. Marco Buccellato – U.O.C. Anatomia Patologica**
- COMPONENTE** **Dott. Valter Lucia – U.O.C. Anatomia Patologica**
- COMPONENTE** **Dott.ssa Anna Maria Cotemi – U.O.C. Anatomia Patologica**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Giusti – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in sostituzione della Dott.ssa Giorgia Simeoni.

Il Presidente ricorda che la procedura negoziata sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

Prezzo : 30

Qualità: 70

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella lettera di invito.

Non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione economica l'offerta che non raggiunge il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

La Commissione procede quindi nella valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte per il lotto n. 2, attribuendo i seguenti punteggi:

Ditta A. MENARINI DIAGNOSTIC S.r.l.:

Apparecchiatura mod. HistoDream EW: **punteggio qualità: 59,30** (allegato 1)

g
ACE
AB

Ditta AHSI S.p.A.:

Apparecchiatura mod. HistoStar: **punteggio qualità: 61,22** (allegato 2)

Ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A.:

Apparecchiatura mod. Bec 150: **punteggio qualità: 60,32** (allegato 3)

Ditta DIAPATH S.p.A.:

Apparecchiatura mod. Canova: **punteggio qualità: 54,09** (allegato 4)

Ditta HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.:

Apparecchiatura mod. Tec2900T: **punteggio qualità: 46,05** (allegato 5)

Ditta KALTEK S.r.l.:

Apparecchiatura mod. Medite Tes Valida: **punteggio qualità: 62,32** (allegato 6)

La Commissione procede a riepilogare i punteggi riportati dalle Ditte sulla griglia allegata (7).

Il Presidente da incarico al Segretario di inserire nella procedura di gara informatizzata sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il punteggio di qualità attribuito alle Ditte partecipanti e di procedere, direttamente sul sito stesso, all'apertura delle offerte economiche presentate.

La Commissione quindi propone l'aggiudicazione della procedura di gara su MEPA per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica con le seguenti modalità:

Lotto n. 1 Ditta SWIAX SRV

Lotto n. 2 Ditta BIO OPTICA MILANO


Letto, confermato e sottoscritto Letto, confermato e sottoscritto


Dott Marco Buccellato

Dott. Valter Lucia

Dott.ssa Anna Maria Cotemi

Sig.ra Laura Giusti








LOTTO 2

DITTA: MENARINI

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA


CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	OTTIMO	4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	BUONO (ampiezza di 30 gradi)	2,25
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	DISTINTO (3 ore)	2,55
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori 	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	SUFFICIENTE (ospita 60 cassette)	2
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	BUONO (range di 12 gradi)	2,25
*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	BUONO (15 minuti)	2,25
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1

UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	BUONO (range di 30 gradi tra 40 e 70)	2,25
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	BUONO (viene descritto display soft touch senza altre specifiche)	1,5
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	SUFFICIENTE (eccessiva profondità rispetto al piano di lavoro in cui va collocata la centralina)	2
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5

TOTALE 59,30



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, 'Ave' in the middle, and a stylized signature on the right.

LOTTO 2

DITTA: AHSI

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	OTTIMO	4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (ampiezza di 20 gradi)	1,8
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	SUFFICIENTE (5-7 ore di tempo di riscaldamento è eccessivo)	1,5
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	BUONO (ospita 80 cassette)	3

Handwritten signatures and initials:
 g
 MO
 M

*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	BUONO (range di 9 gradi)	2,25
*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	OTTIMO	3
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (range di 20 gradi)	1,8
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori)	OTTIMO	2
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	OTTIMO	4
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	DISTINTO (max 16 ore)	2,12

TOTALE 61,22

LOTTO 2

DITTA: BIO-OPTICA


CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RILEVATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	OTTIMO	4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (ampiezza di 20 gradi)	1,8
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	OTTIMO	3
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (ALLOGGIA 70 CASSETTE)	2,4
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	BUONO (possibilità di scendere fino a - 10 gradi))	2,25

*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	DISTINTO (10 minuti)	2,55
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	NO	0
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (range di 20 gradi)	1,8
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	DISTINTO (peso di 55 kg)	3,4
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	OTTIMO	5
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	DISTINTO (16 ore)	2,12

TOTALE 60,32



 MS

 L Ace


LOTTO 2

DITTA: DIAPATH

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	NO	0
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	DISTINTO (non specificate dimensioni ma evidenti da foto strumento)	3,4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio (4 litri)	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (ampiezza di 20 gradi)	1,8
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	DISTINTO (tre ore)	2,55
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	NO	0
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	OTTIMO	4



*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	DISTINTO (20 GRADI DI RANGE)	2,25
*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	PIU' CHE SUFFICIENTE (20 minuti)	1,8
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	NO	0
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (range di 20 gradi)	1,8
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	SUFFICIENTE (eccessiva profondità rispetto al piano di lavoro in cui va collocata la centralina)	2
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	BUONO (24 ore)	1,87
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	BUONO (48 0re)	1,87

TOTALE 54,09

g *MB* *ALL*

LOTTO 2

DITTA: HISTOLINE

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	NO	0
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	OTTIMO	4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	OTTIMO	3
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	INSUFFICIENTE (non specificato)	0
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori)	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	BUONO (ospita 80 cassette)	3



*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	DISTINTO (20 GRADI DI RANGE)	2,55
*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	INSUFFICIENTE (non specificato)	0
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5 (SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5 (SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	OTTIMO	3
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	SUFFICIENTE (non vengono descritti particolari a parte la presenza del pannello di controllo, ci sono solo delle foto)	1
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	SUFFICIENTE (eccessiva profondità rispetto al piano di lavoro in cui va collocata la centralina)	2
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	INSUFFICIENTE (non specificato)	0
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non specificato)	0
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non specificato)	0

TOTALE 46,05

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 2

DITTA: KALTEK

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA			
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)	OTTIMO	4
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)	OTTIMO	3
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	DISTINTO (ampiezza di 40 gradi)	2,55
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	OTTIMO	3
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
PIASTRA FREDDA			
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)	DISTINTO (ospita 100 cassette)	3,4
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	OTTIMO	3
*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)	PIU' CHE SUFFICIENTE (20 minuti)	1,8

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
UNITÀ TERMICA			
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)	SI	1,5
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)	SI	2,5
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)	DISTINTO (range di 40 gradi tra 30 e 70)	2,55
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori) 	OTTIMO	2
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)	PIU' CHE SUFFICIENTE (75 KG DI PESO)	2,4
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	BUONO (48 ore)	1,87

TOTALE 62,32

LOTTO N. 1 - n. 1 Centrifuga da banco	
DITTA	QUALITÀ (max 70 punti)
AHSIS.p.A.	60,25
ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI S.r.l.	25,20
HETTICH ITALIA S.r.l.	55,59
LABOINDUSTRIA S.p.A.	47,75
MONTEPAONE S.r.l.	55,80
ORMA S.r.l.	30,80
SINTAK S.r.l.	67,30

LOTTO N. 2 - n. 1 Centralina di inclusione manuale di paraffina	
DITTA	QUALITÀ (max 70 punti)
A. MENARINI DIAGNOSTIC S.r.l.	59,3
AHSIS.p.A.	61,22
BIO OPTICA MILANO S.p.A.	60,32
DIAPATH S.p.A.	54,09
HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.	46,05
KALTEK S.r.l.	62,32

Handwritten signatures and initials:
 KW
 Z
 Mee
 AB

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			

Offerte

Offerente	Lotto 1			Lotto 2			
	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Offerta non inviata				13200,00000000 Euro	72,71	Aggiudica provvisoriamente
AHSI	5777,95000000 Euro	88,34	Aggiudica provvisoriamente	10200,00000000 Euro	78,57	Aggiudica provvisoriamente	
ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI SRL	Offerta esclusa			Offerta non inviata			
BIO OPTICA MILANO	Offerta non inviata			6370,00000000 Euro	88,11	Aggiudica provvisoriamente	
DIAPATH	Offerta non inviata			10500,00000000 Euro	70,95	Aggiudica provvisoriamente	
HETTICH ITALIA S.R.L.	5410,00000000 Euro	85,59	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			
HISTO-LINE LABORATORIES SRL	Offerta non inviata			5900,00000000 Euro	76,05	Aggiudica provvisoriamente	
KALTEK SRL	Offerta non inviata			11500,00000000 Euro	77,71	Aggiudica provvisoriamente	
LABOINDUSTRIA S.P.A.	6900,00000000 Euro	71,27	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			
MONTEPAONE S.R.L.	5523,00000000 Euro	85,19	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			
ORMA SRL	Offerta esclusa			Offerta non inviata			
SINTAK S.R.L.	6081,51000000 Euro	93,99	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			
Punteggio massimo:		93,99			88,11		

JME
[Signature]

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature – beni - comodati

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA
PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.C.
ANATOMIA PATOLOGICA**

VERBALE N. 1

Il giorno 5.5.2020 alle ore 9,30 presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata di esperire la gara a procedura negoziata su MEPA, indetta con deliberazione n. 1687 del 12.12.2019, per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica.

La Commissione Tecnica, nominata con deliberazione n. 298 del 26.2.2020, è presente al completo nella seguente composizione:

- PRESIDENTE** **Dott. Marco Buccellato – U.O.C. Anatomia Patologica**
- COMPONENTE** **Dott. Valter Lucia – U.O.C. Anatomia Patologica**
- COMPONENTE** **Dott.ssa Anna Maria Cotemi – U.O.C. Anatomia Patologica**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Giusti – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in sostituzione della Dott.ssa Giorgia Simeoni.

Il Presidente ricorda che la procedura negoziata sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

Prezzo : 30

Qualità: 70

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella lettera di invito.

Non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione economica l'offerta che non raggiunge il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

La Commissione procede all'apertura ed alla verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti.

Ditta A. MENARINI DIAGNOSTIC S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 2.

S
Arbentor
[Signature]

Ditta AHSI S.p.A.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1 e n.2.

Ditta ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

Ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 2.

Ditta DIAPATH S.p.A.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 2.

Ditta HETTICH ITALIA S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

Ditta HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 2.

Ditta KALTEK S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 2.

Ditta LABOINDUSTRIA S.p.A.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

Ditta MONTEPAONE S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

Ditta ORMA S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

Ditta SINTAK S.r.l.:

La documentazione tecnica presentata è regolare. La Ditta partecipa per i lotto n. 1.

La Commissione procede quindi nella valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte per il lotto n. 1, attribuendo i seguenti punteggi:

Ditta AHSI S.p.A.:

Apparecchiatura mod. Heraeus Megafuge 16 R: **punteggio qualità: 60,25** (allegato 1)

Ditta ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI S.r.l.:

Apparecchiatura mod. TD-5: **punteggio qualità: 25,2** (allegato 2).

La Ditta non raggiunge il punteggio minimo di 42 punti e pertanto viene esclusa.

Ditta HETTICH ITALIA S.r.l.:

Apparecchiatura mod. Rotina 380: **punteggio qualità: 55,59** (allegato 3)

Ditta LABOINDUSTRIA S.p.A.:

Apparecchiatura mod. MPW 380: **punteggio qualità: 47,75** (allegato 4)

Ditta MONTEPAONE S.r.l.:

Apparecchiatura mod. Digtor 22: **punteggio qualità: 55,80** (allegato 5)

Ditta ORMA S.r.l.:

Apparecchiatura mod. CF48 /-R: **punteggio qualità: 30,8** (allegato 6)

La Ditta non raggiunge il punteggio minimo di 42 punti e pertanto viene esclusa.

Ditta SINTAK S.r.l.:

Apparecchiatura mod. Lisa: **punteggio qualità: 67,3** (allegato 7)


La Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 20.5.2020 per proseguire la valutazione delle offerte presentate per il lotto n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto Letto, confermato e sottoscritto.


Dott Marco Buccellato




Dott. Valter Lucia



Dott.ssa Anna Maria Cotemi



Sig.ra Laura Giusti



Anatomia Patologica



36

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 16:45:12
2	AHSI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	12/12/2019 10:12:29
3	ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/12/2019 11:46:48
4	BIO OPTICA MILANO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 14:01:50
5	DIAPATH	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 15:38:45
6	HETTICH ITALIA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/12/2019 10:45:23
7	HISTO-LINE LABORATORIES SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	12/12/2019 09:19:03
8	KALTEK SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	12/12/2019 11:30:02
9	LABOINDUSTRIA S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/12/2019 09:25:09
10	MONTEPAONE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/12/2019 16:20:30
11	ORMA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	30/11/2019 18:04:28
12	SINTAK S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	06/12/2019 13:18:09



37

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	DIGITAL GROUP	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	10/03/2020 14:40:03

INDIETRO

Fornitura di n. 103 Carrelli manuali per movimentazione ROT NUOVA GARA

LOTTO 1

DITTA: AHSI

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	BUONO (36 provette da 15 ml)	4,5
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	OTTIMO	8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	OTTIMO	4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	BUONO (6 programmi)	7,5
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	SUFFICIENTE (nell'offerta la batteria tampone non è prevista, si può semplicemente accedere alla camera di centrifugazione e prelevare i campioni in caso di blackout)	5
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25

y

Ade

MO

Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5

TOTALE 60,25

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 1

h^e

DITTA: ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	INSUFFICIENTE (non è descritto se intercambiabile)	0
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	NO	0
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (4000 RPM)	4,8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	DISTINTO (minor numero dati visualizzati)	3,4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (dato non rilevabile)	0

TOTALE 25,20

(Handwritten signatures and marks)

LOTTO 1

41

DITTA: HETTICH ITALIA

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (32 provette da 15 ml)	3,6
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	OTTIMO	8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	OTTIMO	4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	OTTIMO	10
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	INSUFFICIENTE (non applicabile)	0
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	BUONO (16h)	1,87
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	BUONO (40h)	1,87

TOTALE 55,59

62

LOTTO 1

DITTA: LABOINDUSTRIA

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	BUONO (36 provette da 15 ml)	4,5
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	BUONO (4300 RPM)	6
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	OTTIMO	4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	OTTIMO	10
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	DISTINTO (24 mesi)	4,25
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0

TOTALE 47,75

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right, including one that appears to be 'AIC'.

43

LOTTO 1

DITTA: MONTEPAONE

CENTRIFUGA DA BANCO



CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	OTTIMO	6
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO	0
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (4000 RPM)	4,8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	BUONO (eccessivamente complesso)	3
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	DISTINTO (40 programmi)	8,5
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	PIU' CHE SUFFICIENTE (l'offerta descrive presenza di batteria tampone solo per i dati memorizzati, si evince che in caso di blackout il processo memorizzato arriva a compimento)	6

[Handwritten signatures and initials]

Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	SUFFICIENTE (12 mesi)	2,5
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5

TOTALE 55,80



LOTTO 1

DITTA: ORMA

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	DISTINTO (28 e 16)	5,1
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	NO (non è descritto)	0
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO (non è descritto)	0
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	DISTINTO (4500 RPM)	6,8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	DISTINTO (minor numero dati visualizzati)	3,4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	BUONO (10 programmi)	7,5
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	NO (non è descritto)	0
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	NO (non è descritto)	0
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	INSUFFICIENTE (non è descritto)	0

TOTALE 30,8

J
MB
HLR

LOTTO 1

DITTA: SINTAK

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO RIPORTATO
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)	DISTINTO (44 - 16)	5,1
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)	SI	1
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)	DISTINTO (4500 RPM)	6,8
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)	OTTIMO	8
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)	DISTINTO (dalla brochure non è chiaro dove sia posizionato il display)	3,4
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)	OTTIMO	6
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)	OTTIMO	10
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)	SI	2
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)	SI	3
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)	OTTIMO	10
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti	OTTIMO	5
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	OTTIMO	2,5

TOTALE 67,30

Anatomia Patologica

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 16:45:12
2	AHSI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	12/12/2019 10:12:29
3	ANTONIO SERIO PRODOTTI CHIMICI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/12/2019 11:46:48
4	BIO OPTICA MILANO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 14:01:50
5	DIAPATH	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	11/12/2019 15:38:45
6	HETTICH ITALIA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/12/2019 10:45:23
7	HISTO-LINE LABORATORIES SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	12/12/2019 09:19:03
8	KALTEK SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	12/12/2019 11:30:02
9	LABOINDUSTRIA S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/12/2019 09:25:09
10	MONTEPAONE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/12/2019 16:20:30
11	ORMA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	30/11/2019 18:04:28
12	SINTAK S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	06/12/2019 13:18:09

2/47

Riepilogo

ID Negoziazione	2454419
Documento di Riepilogo	RdO_2454419_RiepilogoPA.pdf Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Nome iniziativa:	Acquisto apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Numero di Lotti:	2
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI P.IVA: 04733051009 Indirizzo: CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 ROMA (RM)
Punto Ordinante	Nome: PAOLO FARFUSOLA Telefono: 0658702580 Fax:
Soggetto stipulante	Nome: PAOLO FARFUSOLA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI Modifica
Codice univoco ufficio - IPA:	
Stazione Appaltante:	AREA APPROVVIGIONAMENTI
Inizio presentazione offerte:	27/11/2019 10:16
Termine ultimo presentazione offerte:	12/12/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	06/12/2019 12:00.
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	7
Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:	
Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):	12/12/2021 12:00
Misura delle eventuali	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite

Stato iniziativa:	Scaduta
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

San Camillo Forlanini
Prot. Uscita N. 0038206/2019
Del 26/11/2019



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Oggetto: Richiesta offerta per l'acquisto di apparecchiature per le necessità della U.O.C. Anatomia Patologica. RDO N. 2454419

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di:

Lotto N. 1
CIG 811350869B

- CENTRIFUGA DA BANCO Q.tà 1 – Apparecchiatura per la centrifugazione in sicurezza di campioni citologici. Caratteristiche minime descritte nell'allegato A. Caratteristiche migliorative descritte nell'allegato B.

Lotto N. 2
CIG 81135476CA

- CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA Q.tà 1 – Sistema modulare per l'inclusione in paraffina di campioni istologici. Caratteristiche minime descritte nell'allegato C. Caratteristiche migliorative descritte nell'allegato D.

A pena di esclusione, dovrà essere allegata la scheda tecnica (in .pdf senza firma digitale) dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Prezzo: 30
Qualità: 70

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 – 2589 – fax: 06 55552603

Il punteggio relativo al prezzo (30 punti) verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, omnicomprendivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, cioè **30 punti**.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente.}$$

Il punteggio relativo alla qualità (punti 70) dei prodotti offerti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei parametri descritti negli allegati B e D.

Le offerte verranno esaminate dalla Commissione e per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati ad ogni criterio e sottocriterio la Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
DISTINTO	0,85
BUONO	0,75
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,60
SUFFICIENTE	0,50
NON PIENAMENTE SUFFICIENTE	0,25
MEDIOCRE	0,15
INSUFFICIENTE	0,00

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungono il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

A pena di esclusione, per la valutazione dei requisiti minimi richiesti e delle caratteristiche, ciascuna ditta dovrà far pervenire la seguente documentazione tecnica:

- la scheda tecnica dei prodotti offerti,
- la dichiarazione di rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indicate nella presente, dettagliata per ogni singola voce,
- dichiarazione di conformità a norma di legge dei prodotti offerti,
- CND e Codice di Repertorio se presente.

La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

52

Dovrà inoltre essere trasmessa (in .pdf senza firma digitale) la seguente dichiarazione del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di.....al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3; in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- e) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- f) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa (in .pdf senza firma digitale) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.


Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusa)

/apparecchiature Anatomia Patologica

ALLEGATO A

LOTTO 1: CENTRIFUGA DA BANCO q.tà 1

DESCRIZIONE: Apparecchiatura per la centrifugazione in sicurezza di campioni citologici.

CARATTERISTICHE MINIME:

- Modello da banco;
- Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno:
 - N. 30 provette da 15 ml;
 - N. 16 provette da 50 ml;
- Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm;
- Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti e funzione "hold";
- Funzione frenata brusca e morbida ed accelerazione rapida e lenta;
- Sistema di accensione facilmente accessibile;
- Pannello di comando facile ed intuitivo;
- Impostazione digitale di punti di regolazione e sistema a display;
- Semplice programmazione dei cicli;
- Sistema di rilevamento del disequilibrio in grado di interrompere in automatico il funzionamento per prevenire incidenti;
- Bassa rumorosità;
- Di facile pulizia e sanificazione;
- Manuale di istruzione in lingua italiana;
- Completa di accessori ermetici agli aerosol che garantiscano il contenuto a tenuta dei campioni anche in caso di rottura delle provette, assicurando elevata sicurezza biologica del contenuto.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali.

ALLEGATO B

CENTRIFUGA DA BANCO

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Rotore intercambiabile per la centrifugazione di almeno: o N. 30 provette da 15 ml; o N. 16 provette da 50 ml	max punti 6 (sarà preferita capienza superiore)
*Riconoscimento automatico del rotore	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Rotore intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
* Velocità massima pari almeno a circa 4.000 rpm	max punti 8 (sarà preferita velocità maggiore)
*Dotata di timer con range di circa [1; 99] minuti	max punti 8 (sarà preferito range maggiore)
*Display	max punti 4 (sarà prediletta: <ul style="list-style-type: none"> • maggiore chiarezza; • maggior numero di dati visualizzati)
*Bassa rumorosità	max punti 6 (sarà preferito valore inferiore espresso in dBA)
*Possibilità di memorizzare programmi	max punti 10 (sarà prediletta capacità superiore)
*Pannello di controllo resistente ai detergenti	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Camera realizzata in acciaio inox	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
*Batteria tampone o sistema equivalente che garantisca il funzionamento in assenza di alimentazione di rete	max punti 10 (sarà prediletta autonomia superiore)
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti

ALLEGATO C

LOTTO 2: CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA q.tà 1

DESCRIZIONE: Sistema modulare per l'inclusione in paraffina di campioni istologici.

CARATTERISTICHE MINIME:

DISTRIBUTORE DI PARAFFINA

- Struttura costituita da due aree di lavoro riscaldate e termostatate in modo indipendente;
- Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio;
- Piastra di lavoro in alluminio, riscaldata e provvista di n. 6 sedi per pinzette;
- Cassetto di raccolta paraffina riscaldato;
- Sistema di erogazione paraffina tramite ugello di dispensazione azionato manualmente o mediante pedale;
- Possibilità di regolazione del flusso;
- Termoregolazione elettronica della temperatura di lavoro;
- Termoregolazione manuale della temperatura della vasca e dell'erogatore di paraffina;
- Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display;
- Possibilità di programmare accensione e spegnimento dello strumento settimanalmente;
- Piano di lavoro illuminato;
- Piastra raffreddante, tramite sistema Peltier, con accensione indipendente.

PIASTRA FREDDA

- Sistema di raffreddamento a gas a ciclo compresso, privo di CFC;
- Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard.

UNITÀ TERMICA

- Vasca con coperchio per il collocamento dei campioni da includere;
- Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette;
- Termoregolazione elettronica della temperatura di lavoro;
- Termoregolazione manuale della temperatura della vasca e dell'erogatore di paraffina;
- Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display;
- Possibilità di programmare accensione e spegnimento dello strumento settimanalmente.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Capacità di tutti i vani contenitori;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali.

ALLEGATO D

CENTRALINA DI INCLUSIONE MANUALE DI PARAFFINA

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 PUNTI SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Sistema modulare idoneo ad essere configurato per l'uso sia con mano destra che con mano sinistra	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
DISTRIBUTORE DI PARAFFINA	
*Telaio in lamiera verniciata	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
*Area di lavoro	max punti 4 (saranno predilette dimensioni superiori)
*Vasca paraffina da almeno 4 litri dotata di coperchio	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)
*Vasca paraffina in acciaio inox	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)
*Tempo di riscaldamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori)
*Luce LED con intensità regolabile per l'illuminazione del piano di lavoro	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
*Lente di ingrandimento	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
*Pulizia guidata da software	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Funzione di autodiagnostica	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
PIASTRA FREDDA	
*Struttura/telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
* Idonea ad alloggiare circa N. 80 cassette di inclusione standard	max punti 4 (sarà prediletto numero superiore)
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)

*Tempo di raffreddamento	max punti 3 (sarà prediletta maggiore rapidità)
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
UNITÀ TERMICA	
*Telaio in acciaio verniciato	max punti 1,5(SI = 1,5; NO = 0)
*Vasca asportabile	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Preferibilmente dotata di un'ulteriore vasca superiore asportabile per collocare le biocassette	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)
*Dotata di camera superiore fissa munita di con coperchio	max punti 2,5(SI = 2,5; NO = 0)
*Intervallo di temperatura	max punti 3 (sarà prediletta ampiezza maggiore)
Interfaccia semplice ed intuitiva	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro mediante pannello di controllo con display	max punti 2 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Display touchscreen a colori • Display di dimensioni superiori)
*Dimensioni e peso della centralina completa	max punti 4 (saranno preferiti dimensioni e peso ridotti)
Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 5 punti
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 4751 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2020	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
3A	11			/	/	15.190,85	/
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:						15.190,85	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
1010.20405	MACCHINARI SANITARI

Data 19/6/20Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)