



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINIREGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE N. 1069 DEL 16 LUG. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Centro di Costo: A0RZ21JC1S

Codice settore proponente: BSDG 5581 del 14/07/2020

Oggetto: "Indizione della gara, tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), per l'affidamento della fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA, a seguito del finanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2016"

L'estensore
(Dott. Elio Leone)IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio d'Alba

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Francesca Milito

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

15/7/2020

Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Daniela Orazi

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

15.07.2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del conto economico/ Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico Aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza

Responsabile del Procedimento: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma

Data

15.07.2020

Il Dirigente: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma

Data

15.07.2020

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;

l'art. 26 della L. n. 488/1999 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

il D.P.R. n. 445/2000 concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, c. 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2020;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022;

VISTO

l'Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini adottato con deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

che con nota n. 25363 del 17/12/2015, l'Azienda Ospedaliera San Camillo -Forlanini ha richiesto alla Regione Lazio, tra l'altro, un finanziamento per l'ampiamiento dell'Area Accoglienza del DEA quantificando l'importo per le sole attrezzature in € 581.219,79 + IVA.

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2016, recepita dall'Azienda con deliberazione n. 976 del 04/08/2016, la Regione Lazio ha assegnato all'Azienda Ospedaliera San Camillo -Forlanini il predetto finanziamento.

che con Deliberazione n.1456 del 31/10/2019 l'Azienda Ospedaliera ha approvato il progetto esecutivo di acquisizione di apparecchiature e arredi da destinare all'ampiamiento dei percorsi del DEA, di cui ai fondi assegnati con Deliberazione di Giunta Regionale n.187 del 19/04/2016, per complessivi € 581.219,79 + IVA;

che con nota prot. n. 26141 del 20/20/2020 agli atti della UOC proponente, il Dirigente UOSD Ingegneria Clinica ha trasmesso la nota con la quale il NVR nella seduta del 16/01/2020 ha espresso parere favorevole al progetto presentato, ai fini dell'indizione della relativa procedura di gara;

che la citata Deliberazione n.1456 del 31/10/2019 prevede l'acquisizione delle attrezzature necessarie per l'ampiamiento dell'Area Accoglienza del DEA attraverso due gare, una a procedura aperta per un importo a base d'asta pari ad € 450.000,00 + IVA ed una a procedura negoziata suddivisa in 7 lotti da espletarsi sul MEPA per un importo a base d'asta pari ad € 116.219,79 + IVA;

che la procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

che tale servizio è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO

pertanto necessario, procedere all'indizione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una gara a procedura negoziata tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), aperta a tutti gli operatori iscritti al Bando di riferimento "Beni", per l'acquisizione della fornitura di attrezzature per l'ampiamiento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

TENUTO CONTO

della Lettera di invito e del Capitolato Tecnico, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. n.1 e 2);

che, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità degli atti, la presente deliberazione sarà pubblicata sul profilo del Committente;

che l'esito della procedura sarà reso pubblico tramite avviso sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera;

che il contratto verrà stipulato utilizzando la procedura prevista dal MEPA;

che l'affidamento prevede una clausola di autotutela che consentirà la risoluzione anticipata del contratto in caso di attivazione di contratti da parte di Soggetti Aggregatori di riferimento o di convenzioni Consip o di gare regionali;

che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

di nominare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Paolo Farfusola, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

di indire, una gara a procedura negoziata tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione della fornitura di attrezzature per l'ampiamiento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA;

di approvare, la Lettera d'invito ed il Capitolato Tecnico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo l'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di stipulare il contratto utilizzando la procedura prevista dal MEPA;

di dare atto che le comunicazioni in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno pubblicate sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it alla "Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara";

di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

di corrispondere l'importo dovuto alla Ditta che risulterà aggiudicataria, ad avvenuta regolare esecuzione del servizio e previa presentazione di apposita documentazione contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera "Indizione della gara, tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), per l'affidamento della fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA, a seguito del finanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2016", presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:


di indire, una gara a procedura negoziata tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione della fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA;

di approvare, la Lettera d'invito ed il Capitolato Tecnico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo l'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di stipulare il contratto utilizzando la procedura prevista dal MEPA;

di dare atto che le comunicazioni in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno pubblicate sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it alla "Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara";



di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

di corrispondere l'importo dovuto alla Ditta che risulterà aggiudicataria, ad avvenuta regolare esecuzione del servizio e previa presentazione di apposita documentazione contabile conforme alla vigente normativa fiscale.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 39 pagine di cui n. 32 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sit internet Aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Fabrizio d'Alba)





Area Governo delle Risorse Strumentali
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Servizi

OGGETTO: procedura negoziata di affidamento, tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti, della fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA suddivisa in 7 lotti.

RDO MePA n. del

Lettera d'invito/condizioni particolari di RDO

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA in 7 lotti.

Lotto	CIG	Oggetto	Quantità	Importo a base d'asta
1	83710297A8	Carrello emergenza attrezzato	3	€ 21.000,00
2	8371036D6D	Lavapadelle	3	€ 24.000,00
3	8371038F13	Elettrocardiografo	3	€ 7.500,00
4	83710400BE	Poltrona con ruote	10	€ 15.000,00
5	8371042264	Scalda sacche	3	€ 3.600,00
6	8371047683	Aspiratore portatile	5	€ 10.000,00

		ARREDI		
7	83710519CF	Paravento	10	€ 30.639,79
		Servitore Paziente	28	
		Servitore Chirurgo	2	
		Armadietto Con Chiusura Di Sicurezza	2	
		Armadio Farmaci	2	
		Armadio Presidi	3	
		Armadio Liquidi	2	
		Sedia	10	
		Sedia Ufficio	30	
		Carrello Terapia	3	
		Asta Flebo	30	

		POSTAZIONE INFORMATIZZATA			
8	8371053B75	Pc Desktop	3	€ 4.480,00	
		Laptop	2		
		Stampante	3		
		Stampante/Etichettatrice Per Etichette/Codice A Barre	1		
		Scrivania	3		
		Sedia	3		

Il dettaglio delle forniture richieste sono riportate nel Capitolato tecnico, parte integrante della presente Lettera di invito.

2. IMPORTO MASSIMO PREVISTO

L'importo complessivo posto a base d'asta del servizio in oggetto è pari ad € 116.219,79 + IVA.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Tutta la documentazione di seguito richiesta dovrà essere caricata sul MEPA, in un unico file pdf, predisposta nello stesso ordine sotto indicato e contrassegnata con l'esatta numerazione sotto riportata.

La documentazione amministrativa dovrà contenere un'unica dichiarazione resa del Legale Rappresentante della Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per rilascio di dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. attesti quanto segue.

I documenti, le dichiarazioni e l'offerta dovranno essere redatti in lingua italiana.

3. A) DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 del D. Lgs. n. 50 / 2016):

3.1. A) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3.B) DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016):

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

Requisiti di idoneità (art. 83, comma 3) D. Lgs. n. 50/2016)

3.1. B) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto se residenti sul territorio nazionale; mentre se non residenti sul territorio nazionale dovrà essere provata la iscrizione, secondo le

modalità vigenti nello Stato di Residenza. Se non appartenente agli organismi di cui ai citati elenchi, dovrà essere attestata, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;

Requisiti di capacità tecnica e professionale / economica e finanziaria (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, All. XVII parte I).

3.2 B) di essere in possesso della capacità economica e finanziaria sarà da comprovare mediante l'indicazione del fatturato globale d'impresa medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno l'importo a base d'asta;

3.3. B) di essere in possesso della capacità tecnica e professionale sarà da comprovare mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per un importo non inferiore alla metà dell'importo a base d'asta, riferito all'ultimo triennio solare.;

3. C) ALTRE DICHIARAZIONI

Inoltre la Ditta dovrà dichiarare:

3.1. C) di non avvalersi dei piani di emersione in applicazione della L. 383/2001;

3.2. C) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore presso la provincia di Roma, ai sensi della L. 327/2000 e s.m.i.

3.3. C) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

3.4. C) di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di tutti i documenti e le indicazioni indicate nella presente Lettera d'invito e nel Capitolato speciale d'appalto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione.

4. ALTRI DOCUMENTI da inserire nella documentazione amministrativa

4.1) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (allegata alla presente Lettera) firmata per **ricezione e presa visione**.

4.2) Patto di integrità (allegato alla presente Lettera) sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa. La mancata consegna del presente documento comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

4.3) Ricevuta in originale, se dovuto, del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a **pena di esclusione**, dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché della deliberazione del 10.01.2007 dell'Autorità stessa.

4.4) Codice Passoe.

4.5) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

4.6) Ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'art. 17 Legge 68/99 la dichiarazione di società con meno di 15 dipendenti o in caso di società con più di 15 dipendenti l'indicazione dell'indirizzo di Posta

Elettronica Certificata (PEC) dell'Ufficio provinciale presso la stazione appaltante dovrà verificare il rispetto della normativa

4.7) Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE cartaceo firmandolo digitalmente e carica il file sul MEPA.

5. MODALITA' DI CARIMENTO DEI FILE SUL MEPA

Si chiede di caricare tutti i documenti richiesti in un unico file pdf (non compresso) firmato digitalmente dal rappresentante legale. Per la polizza fidejussoria provvisoria, firmata digitalmente oltre che dal rappresentante legale anche dall'Ente fidejussorio, sarà creato uno spazio dedicato per il caricamento.

6. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di cui al paragrafo 2 delle presenti "Condizioni particolari di RDO" costituita a favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini – Circonvallazione Gianicolense 87 – 00152 Roma (RM), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La Fideiussione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "**Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla fornitura di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA**". Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E. La garanzia, deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l'offerente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso del requisito, sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la certificazione ovvero la dichiarazione circa il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E. La garanzia copre la mancata stipula del contratto per fatti imputabili all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'Azienda Ospedaliera, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione stessa.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITÀ DELLE STESSE

I Fornitori interessati a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, dovranno presentare la propria offerta, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nella RdO**. L'offerta così presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, i fornitori invitati a partecipare al presente affidamento possono presentare offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti. Tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore invitato agisce devono essere già abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione al momento della presentazione dell'offerta dello stesso fornitore.

8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati al Bando **"Beni"** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'impresa ha l'onere di indicare nell'offerta economica l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o più offerte uguali l'Azienda Ospedaliera procederà al sorteggio. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida. In ogni caso la Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva senza che gli operatori economici possano avere nulla a pretendere. Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Premesso che costituisce motivo di esclusione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alla presente procedura di appalto quanto prescritto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:

- Non pervenga entro i termini stabiliti;
- Non risulti sottoscritta a mezzo di firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- Sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- Non presenti in allegato tutta la documentazione degli atti di gara firmata digitalmente dal titolare o dal Legale Rappresentante per "presa visione ed accettazione integrale di tutto quanto contenuto negli atti e documentazione di gara".
- Non presenti le dichiarazioni previste al precedente paragrafo 3, secondo le modalità previste dallo stesso paragrafo 3;
- Non presenti in allegato la documentazione attestante la garanzia di cui al precedente paragrafo 4, secondo le modalità previste dallo stesso paragrafo 4, nonché dalla normativa vigente in materia.

10. CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'Azienda Ospedaliera svolgerà secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, la verifica dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla Ditta aggiudicataria. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, di consorzio o di GEIE, i suddetti controlli saranno effettuati nei confronti di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, come successivamente modificata, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo il quale tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici

nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Azienda Ospedaliera, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice identificativo di gara (C.I.G.).

Cauzione definitiva (articolo 103 D. Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, l'importo della cauzione è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, della banca o della compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 93 comma 7 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 pertanto l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla richiesta della Azienda Ospedaliera determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 5. L'Azienda Ospedaliera, conseguentemente, procede con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16 ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario; la comprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it.

11. AVVERTENZE

Con l'invio della propria offerta la Ditta accetta le clausole contenute nella presente lettera di invito / Condizioni Particolari di RDO e nelle Condizioni Particolari di Contratto allegati alla documentazione di gara.

Le Condizioni Particolari di Contratto dovranno essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della stipula del contratto. L'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

È fatto obbligo alle Ditte aggiudicatrici di accettare l'eventuale proroga del contratto, alle stesse condizioni e prezzi, per i tempi strettamente necessari all'espletamento della nuova gara, con decisione unilaterale dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto; di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con delibera dell'Azienda Ospedaliera. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare la presente procedura, di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di interrompere la fornitura, prima della sua scadenza naturale, se nel corso della stessa dovessero intervenire modifiche di organizzazione aziendale o di budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più confacente il suo prosieguo.

La variazione (in difetto) del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali.

Qualora dovesse verificarsi un aumento del fabbisogno espresso, l'Azienda si riserva la facoltà di aumentare l'ammontare contrattuale fino alla concorrenza di 1/5, ferme restando le rimanenti condizioni contrattuali, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 106, co.12.

L'Azienda Ospedaliera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto qualora sopravvenissero disposizioni da parte delle Autorità competenti Regionali, in relazione a iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Centrale Acquisti o da altro soggetto aggregatore.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito.

13. COMUNICAZIONI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente procedura di affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera Dott. Paolo Farfusola. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare un'offerta, in quanto hanno manifestato il loro interesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato un'offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva; in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione relativi alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; in relazione ai pareri legali acquisiti dalla Stazione Appaltante per la soluzione di liti, potenziati o in atto, relative ai contratti pubblici.

È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e all'avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato art. 76 e indicate nelle richiamate comunicazioni.

Referente dell'Azienda Ospedaliera

Ogni attività relativa al servizio oggetto del presente appalto dovrà essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e/o con il suo assistente che verranno nominati con la delibera di aggiudicazione.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del servizio oggetto della gara deve essere formulata tramite l'apposita area prevista dal Sistema della Pubblica Amministrazione (MEPA). L'Azienda Ospedaliera garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro le ore 12,00 del giorno indicato nella RdO.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Paolo Farfusola)



SPECIFICHE TECNICHE
(CARATTERISTICHE MINIME E CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE)

LOTTI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

DA ACQUISIRE SU MEPA

LOTTO 1: CARRELLO EMERGENZA ATTREZZATO q.tà 3

DESCRIZIONE: Carrello per gestione emergenze completo di monitor e defibrillatore semiautomatico.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura robusta, resistente e durevole;
- Dotato di N. 4 ruote;
- Munito di almeno N. 4 cassette centrali e N. 2 supporti laterali;
- Cassette preferibilmente dotate di chiusura centralizzata;
- Provvisto di supporto porta monitor-defibrillatore;
- Preferibilmente dotato di maniglione di spinta laterale;
- Dotato di porta bombola;
- Provvisto di asta flebo;
- Munito di kit sigilli per la chiusura dei cassette;
- Dotato di tavoletta per il massaggio cardiaco;
- Facilmente disinfettabile;
- Ingombro pari a circa 90 x 70 x 160(h) cm;
- Completo di monitor-defibrillatore semiautomatico, dotato di pacemaker esterno con elettrodi monouso ed avente almeno le seguenti funzioni:
 - SpO₂;
 - ECG;
 - NiBp.

SPECIFICARE:

- Dimensioni di cassette e supporti;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Munito di almeno N. 4 cassette centrali	max punti 7 (sarà preferito numero superiore di cassette)
*Capienza cassette	max punti 7 (sarà preferito valore maggiore)
*Dimensioni supporti laterali	max punti 7 (saranno preferite dimensioni superiori)
Cassette dotate di chiusura centralizzata	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)
Maniglione di spinta laterale	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)
*Accessori a corredo	max punti 7 (sarà preferito quantitativo superiore)
*Monitor-defibrillatore semiautomatico, dotato di pacemaker esterno con elettrodi monouso ed avente almeno le seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ SpO₂; ○ ECG; ○ NiBp 	max punti 20 (saranno prediletti: <ul style="list-style-type: none"> • Numero superiore di funzioni; • Funzionamento semplice ed intuitivo; • Maggiore autonomia della batteria; • Guida audio video in lingua italiano per ogni fase del soccorso; • Maggior quantitativo di consumabili a corredo; • Peso ridotto)
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)

LOTTO 2: LAVAPADELLE q.tà 3

DESCRIZIONE: Dispositivo per la disinfezione ad alto livello di padelle e pappagalli.

CARATTERISTICHE MINIME

- Versione a pavimento con disinfezione termica;
- Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo;
- Porta di carico ad altezza ergonomica;
- Camera di lavaggio in acciaio inox resistente all'azione dell'acqua e degli acidi;
- Svuotamento automatico dei contenitori;
- Dotata almeno di:
 - N. 5 ugelli fissi;
 - N. 1 ugello rotante;
- Posizionamento degli ugelli funzionale a garantire il trattamento di tutte le superfici (interne ed esterne) dei presidi ed ad evitarne la contaminazione durante la fase di svuotamento dei rifiuti organici;
- Pompa con dosaggio automatico;
- Filtro HEPA per il filtraggio dell'aria di asciugatura;
- Pannello di comando frontale ergonomico;
- Display per la visualizzazione almeno di:
 - Temperatura;
 - Fase del ciclo;
 - Valore A0;
- Blocco automatico in caso di scarico ostruito;
- Certificata per l'eliminazione del clostridium;
- Robusta e di facile pulizia;
- Completa di addolcitore per l'acqua;
- Corredata da armadio in acciaio inox per il deposito di almeno N. 10 padelle e N. 10 pappagalli puliti.

SPECIFICARE:

- Dimensioni;
- Altezza porta di carico;
- Tipologie di supporti dei presidi disponibili;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo	max punti 6 (sarà preferita capacità superiore)
*Dotata almeno di: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 5 ugelli fissi; ○ N. 1 ugello rotante 	max punti 7 (sarà preferito numero maggiormente elevato)
*Display per la visualizzazione almeno di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura; ○ Fase del ciclo; ○ Valore AO 	max punti 4 (sarà preferito numero superiore di parametri)
Doppia sonda di temperatura	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Pompa e sonda anticalcare	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Apertura mediante pedale	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Sistema di autodiagnosi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Possibilità di memorizzare i cicli	max punti 2 (sarà preferita capacità superiore)
Possibilità di personalizzare i cicli	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Ciclo ecologico per il risparmio idrico ed energetico	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Stampante integrata	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Possibilità di trasferire i dati a supporti esterni	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Dimensioni	max punti 5 (sarà prediletto ingombro ridotto)
*Tipologie di supporti dei presidi disponibili	max punti 3 (sarà preferita maggiore varietà)
*Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive	max punti 7 (sarà preferita apparecchiatura maggiormente tecnologica ed accessoriata)
*Armadio in acciaio inox per il deposito di padelle e pappagalli	max punti 10 (sarà preferita capienza superiore)
*Estensione del periodo di garanzia	max 5 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)

LOTTO 3: ELETTROCARDIOGRAFO q.tà 3

DESCRIZIONE: Apparecchio per rilevare il potenziale cardiaco.

CARATTERISTICHE MINIME

- Idoneo alla rilevazione di ECG diagnostico a 12 derivazioni;
- Dotato di software di interpretazione dell'ECG;
- Display a colori da almeno 6";
- Antepresa a schermo della forma d'onda;
- Alimentazione a rete e a batteria ricaricabile ad elevata autonomia;
- Elevata frequenza di campionamento del segnale;
- Elevata risoluzione;
- Funzione di acquisizione del ritmo;
- Memoria interna per l'archiviazione di almeno 100 ECG;
- Dotato di tastiera alfanumerica;
- Accensione rapida;
- Idoneo all'utilizzo del lettore di codice a barre;
- Connettività con LAN e/o WIFI;
- Invio dati in modalità non esclusivamente wi-fi;
- Porte USB per l'esportazione di dati preferibilmente in formato PDF;
- Completo di carrello leggero e compatto con braccio reggi cavo ECG;
- Completa di stampante in formato A4;
- Dotato di tutto l'occorrente (quali cavo paziente, elettrodi, etc) per un corretto ed immediato utilizzo.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori e software a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Dotato di software di interpretazione dell'ECG	max punti 8 (saranno preferite: <ul style="list-style-type: none"> • Maggior numero di prove scientifiche a dimostrazioni dell'affidabilità; • risultato in funzione dell'età; • maggior numero di parametri considerati)
*Display a colori da almeno 6"	max punti 4 (saranno preferite dimensioni superiori)
*Autonomia della batteria	max punti 4 (sarà prediletta autonomia superiore)
*Elevata frequenza di campionamento del segnale	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)
*Elevata risoluzione	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)
*Memoria interna per l'archiviazione di almeno 100 EG	max punti 4 (sarà preferita capacità maggiormente elevata)
Convertitore da 24 bit	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Esportazione di dati in formato PDF	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Acquisizione con un solo gesto	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
Carrello elettrificato	max punti 4 (SI = 4; NO = 0)
Stampante in formato A4 integrata	max punti 2,5 (SI = 2,5; NO = 0)
20 minuti di stampa in continua per accertamento decesso	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Idoneo alla trasmissione ECG in rete	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Ergonomia	max punti 3 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • interfaccia semplice ed intuitiva; • assenza di touchscreen)
*Eventuali software a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)
*Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito

		quantitativo superiore)
*Estensione del periodo di garanzia		max 3 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata		max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata		max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
Fornitura muletti sostitutivi		max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)

LOTTO 4: POLTRONA CON RUOTE q.tà 10

DESCRIZIONE: Poltrona reclinabile su ruote.

CARATTERISTICHE MINIME

- Schienale reclinabile almeno di 60°;
- Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°;
- Sezioni regolabili in maniera indipendente;
- Portata massima pari ad almeno circa 130 kg;
- Dotata di braccioli abbattibili/rimuovibili/ruotabili per agevolare l'ingresso/uscita del paziente;
- Preferibilmente movimentazione indipendente dei braccioli;
- Munita di poggiatesta regolabile e/o asportabile;
- Munita di poggipiedi regolabile e/o asportabile;
- Basamento su N. 4 ruote con diametro di circa 125 mm;
- Dotata di almeno N. 2 ruote con sistema di blocco;
- Preferibilmente dotata di almeno N. 1 ruota direzionale;
- Maniglione/maniglie per il trasporto in zona testa;
- Imbottitura e rivestimenti ignifughi;
- Facilmente lavabile e sanificabile;
- Completa di asta flebo.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali;
- Gamma di colori disponibili.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Schienale reclinabile almeno di 60°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)
*Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)
*Portata massima pari ad almeno circa 130 kg	max punti 8 (sarà preferita portata maggiore)
Movimentazione indipendente dei braccioli	max punti 3 (SI = 3; NO =0)
Munita di poggiatesta regolabile e asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)
Munita di poggiapiedi regolabile e/o asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)
Sistema di blocco su tutte le ruote	max punti 4 (SI = 4; NO =0)
Dotata di almeno N. 1 ruota direzionale	max punti 5 (SI = 5; NO =0)
Ergonomia	max punti 7 (saranno predilette maggiore robustezza e comfort)
Facilmente lavabile e sanificabile	max punti 3 (sarà prediletta sanificazione più semplice con prodotti facilmente reperibili in ambito ospedaliero)
*Peso	max punti 6 (sarà preferito peso inferiore)
*Funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)
*Gamma di colori disponibili	max punti 4 (sarà preferita gamma più vasta)
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)

LOTTO 5: SCALDA SACCHE q.tà 3

DESCRIZIONE: Dispositivo idoneo al riscaldamento di sacche di sangue.

CARATTERISTICHE MINIME

- Dispositivo compatto;
- Capacità di circa 10 litri;
- Idoneo a garantire un'uniforme distribuzione del calore;
- Temperatura regolabile all'interno di un ampio range;
- Dotato di sistema di controllo della temperatura;
- Contenuto facilmente accessibile;
- Di facile disinfezione.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Capacità di circa 10 litri	max punti 18 (sarà preferita capacità superiore)
*Temperatura regolabile all'interno di un ampio range	max punti 9 (sarà preferito range maggiormente ampio)
Doppio sensore di temperatura	max punti 3 (SI = 3; NO =0)
Sensore di umidità per rilevamento perdite	max punti 3 (SI = 3; NO =0)
Sistema di allarme per vano aperto	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO =0)
Visibilità del contenuto	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO =0)
*Funzionamento silenzioso	max punti 4 (sarà preferito sistema maggiormente silenzioso)
*Display	max punti 5 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Touch screen; • Numero superiore di parametri)
*Possibilità di registrare e trasferire dati all'esterno	max punti 7 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di memoria superiore; • Trasferimento mediante porta USB)
*Dimensioni	max punti 4 (sarà preferito ingombro ridotto)
*Peso	max punti 4 (sarà preferito peso ridotto)
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)

LOTTO 6: ASPIRATORE PORTATILE q.tà 5

DESCRIZIONE: Aspiratore elettrico ad uso generale indicato per le diverse esigenze di intervento di lunga durata.

CARATTERISTICHE MINIME

- Conforme alla direttiva 93/42/CEE;
- Conforme alle norme di sicurezza EN 60601;
- Costruito in regime di Assicurazione Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 13285:2004;
- Provvisto di motore a secco;
- Capacità di aspirazione circa 70 l/min;
- Depressione massima pari a circa 700 mmHg;
- Dotato di indicatore di pressione (sottovuoto);
- Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno;
- Carrello integrato per il trasporto;
- Preferibilmente azionabile mediante pedale o pulsante;
- Preferibilmente silenzioso;
- Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Accessori a corredo;
- Accessori opzionali.

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO**TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: <ul style="list-style-type: none"> • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)
*Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)

LOTTO 7: ARREDI

DESCRIZIONE: Arredi tecnici.

CARATTERISTICHE MINIME**PARAVENTO q.tà 10**

- Presidio su ruote;
- Facilmente lavabile e sanificabile;
- Leggero;
- Facilmente ed agevolmente apribile/richiudibile o estensibile/richiudibile;
- Dimensioni non inferiori a 160 x 150(h) cm.

SERVITORE PAZIENTE q.tà 28

- Tavolo servitore su ruote piroettanti;
- Idoneo ad essere impiegato come supporto pranzo per il paziente;
- Vassoio servitore scorrevole e/o girevole avente dimensioni non inferiori a 60x40 cm;
- Vassoio servitore preferibilmente regolabile in altezza;
- Dotato di circa N. 2 vani per riporre effetti personali del paziente.

SERVITORE CHIRURGO q.tà 2

- Resistente e facilmente sanificabile;
- Dotato di almeno 2 ripiani con bordo di contenimento;
- Dimensioni di ogni ripiano non inferiori a 80x60 cm;
- Distanza fra i ripiani pari almeno a 30 cm;
- Preferibilmente dotato di due maniglie laterali;
- Dotato di almeno 4 ruote piroettanti;
- Dotato di almeno 2 ruote munite di freno;
- Ingombro di circa 90x70x100(h) cm.

ARMADIETTO CON CHIUSURA DI SICUREZZA q.tà 2

- Dotato di almeno 40 scomparti porta farmaci;
- Dotato di almeno 5 ripiani regolabili;
- Ante esterne munite di serratura e con rotazione di almeno 160°;
- Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad ante;
- Preferibilmente bordatura frontale anti polvere;
- Dotato di tesoretto per stupefacenti munito di serratura;
- Ingombro di circa 90 x 60 x 180(h) cm.

ARMADIO FARMACI q.tà 2

- Telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche;
- Dotato di almeno 20 scomparti porta farmaci;
- Dotato di almeno 4 ripiani regolabili;
- Preferibilmente con ante esterne munite di serratura e con rotazione di almeno 160°;

- Dotato di N. 2 ante interne con rotazione di circa 90°;
- Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad ante;
- Ingombro di circa 90 x 60 x 180(h) cm.

ARMADIO PRESIDIO q.tà 3

- Robusto e resistente;
- Preferibilmente struttura realizzata con materiale ignifugo;
- Preferibilmente con ante esterne munite di serratura;
- Ingombro di circa 90 x 60 x 180(h) cm.

ARMADIO LIQUIDI q.tà 2

- Robusto e resistente;
- Preferibilmente struttura realizzata con materiale ignifugo;
- Preferibilmente con ante esterne munite di serratura;
- Idoneo allo stoccaggio di liquidi su tutti i ripiani;
- Preferibilmente dotato di vaschetta raccogli liquidi sulla base;
- Ingombro di circa 90 x 60 x 180(h) cm.

SEDIA q.tà 10

- Impilabile;
- Struttura in acciaio;
- Resistente e robusta;
- Preferibilmente imbottita;
- Preferibilmente dotata di braccioli.

SEDIA UFFICIO q.tà 30

- Preferibilmente impilabile;
- Struttura resistente e robusta;
- Imbottita;
- Dotata di braccioli;
- Preferibilmente munita di ruote;
- Preferibilmente ad altezza regolabile.

CARRELLO TERAPIA q.tà 3

- Struttura robusta, resistente e durevole;
- Dotato di N. 4 ruote;
- Munito di almeno N. 4 cassetti;
- Cassetti preferibilmente dotati di chiusura centralizzata;
- Fornito di dispenser superiore con almeno N. 10 cassettoni;
- Preferibilmente dotato di maniglione di spinta laterale;
- Munito di braccio porta monitor/pc;
- Facilmente disinfettabile;
- Ingombro di circa 100 x 60 x 160(h) cm.

ASTA FLEBO q.tà 30

- Dotata di almeno N° 4 ganci;
- Regolabile in altezza;
- Munita di ruote preferibilmente provviste di freno.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;
- Gamma di colori disponibili.

**CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
TECNICO (70 SU 100)**

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
PARAVENTO	
*Leggero	max punti 1 (sarà preferito peso inferiore)
Facilmente ed agevolmente apribile/richiudibile o estensibile/richiudibile	max punti 1 (sarà prediletta maggiore ergonomia)
*Dimensioni	max punti 1 (saranno predilette dimensioni superiori)
SERVITORE PAZIENTE	
Struttura tavolo servitore e vassoio servitore	max punti 1,5 (sarà preferita maggiore robustezza)
Vassoio servitore regolabile in altezza	max punti 1,5 (sarà prediletto maggiore facilità di regolazione e maggior ampiezza del range di valori)
*Capienza dei cassetti	max punti 2 (sarà prediletto valore superiore)
Cassetti con serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Accessori a corredo	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)
SERVITORE CHIRURGO	
*Dimensioni di ogni ripiano non inferiori a 80x60 cm	max punti 1 (saranno preferite dimensioni superiori)
*Distanza fra i ripiani pari almeno a 30 cm	max punti 0,5 (sarà preferito valore superiore)
Sanificazione	max punti 1,5 (saranno predilette semplicità e rapidità)
Dotato di due maniglie laterali	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Dotato di 4 ruote munite di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
ARMADIETTO CON CHIUSURA DI SICUREZZA	
*Dotato di almeno 40 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)
*Dotato di almeno 5 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)
Bordatura frontale anti polvere	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)
*Dimensioni tesoretto per stupefacenti	max punti 1,5 (saranno preferite dimensioni superiori)
ARMADIO FARMACI	
*Dotato di almeno 20 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto

	quantitativo superiore)
*Dotato di almeno 4 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)
*Ante esterne munite di serratura e con rotazione di almeno 160°	max punti 0,5 (sarà prediletta angolo di rotazione superiore)
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)
ARMADIO PRESID	
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
ARMADIO LIQUIDI	
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Capacità di carico del ripiano	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)
Vaschetta raccogli liquidi sulla base	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)
SEDIA	
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)
Imbottita	max punti 0,5 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)
Ergonomia	max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)
SEDIA UFFICIO	
Impilabile	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)
Imbottita	max punti 1 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)
Munita di ruote	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito)

Ergonomia	range superiore) max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)
CARRELLO TERAPIA	
*Munito di almeno N. 4 cassette	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)
Cassette con chiusura centralizzata	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Capienza dei cassette e dei cassettoni-dispenser	max punti 1,5 (sarà preferito valore superiore)
*Fornito di dispenser superiore con almeno N. 10 cassettoni	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)
Maniglia di spinta laterale	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Sistema di freno	max punti 1 (sarà prediletto sistema frenante su tutte le ruote e maggiore stabilità)
*Accessori	max punti 2,5 (sarà prediletta gamma superiore di accessori per un'ottimale organizzazione dell'attività)
ASTA FLEBO	
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)
*Dotata di almeno N° 4 ganci	max punti 1 (sarà preferito valore superiore)
*Regolabile in altezza	max punti 1 (sarà preferito range superiore)
Ruote provviste di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Gamma di colori disponibili dell'intera fornitura	max punti 3 (sarà preferita gamma maggiormente ampia)
Componenti dell'intera fornitura con medesimo design e colore	max punti 4 (sarà preferito design e colore unico per l'intera fornitura)
Ulteriori caratteristiche ed accessori della fornitura	max punti 4 (saranno preferiti eventuali caratteristiche ed accessori in grado di migliorare la risposta qualitativa della fornitura)

LOTTO 8: POSTAZIONE INFORMATIZZATA COMPLETA

DESCRIZIONE: Postazione dotata di tutto il necessario per la gestione informatica dei pazienti.

CARATTERISTICHE MINIME

PC DESKTOP q.tà 3

- HD 1 Tb;
- RAM da almeno 8Gb DDR4;
- Processore i7 3.2GHz
- Sistema Operativo Professional (64bit)
- Dotato di almeno N° 6 porte USB di cui due frontali;
- Connettività LAN con velocità di trasmissione 10, 100, 1000 Mbit/s;
- Completo di:
 - Monitor LED da almeno 24" con risoluzione FULL HD 1920x1080;
 - Webcam;
 - Mouse;
 - Tastiera.

LAPTOP q.tà 2

- HD da almeno 500GB;
- RAM da almeno 8GB;
- Monitor Full HD da almeno 15" ;
- CPU i5;
- Connessioni Bluetooth e WiFi;
- Dotato di almeno N° 2 porte USB 3.0;
- Completo di Webcam.

STAMPANTE q.tà 3

- Stampante laser;
- Risoluzione paria almeno a 600x600;
- Velocità di stampa non inferiore a 16ppm;
- Stampa in formato A4;
- Memoria interna pari ad almeno 256 MB;
- Rumorosità 45 dB;
- Dotata di almeno N° 1 porta USB;
- Collegamento ethernet.

STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER ETICHETTE/CODICE A BARRE q.tà 1

- Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza e 1 m di lunghezza
- Stampa fino a 93 etichette/minuto; tagliarina automatica
- Collegamento usb e ethernet.

SCRIVANIA q.tà 3

- Struttura resistente e robusta;
- Preferibilmente supporto per computer;
- Ripiano estraibile per tastiera;
- Ripiano o supporto per stampanti;
- Preferibilmente dotato di ripiani o scomparti o cassette per il posizionamento di documenti o di oggetti personali;
- Dimensioni pari a circa 180 x 100 x 80(h) cm.

SEDIA q.tà 3

- Struttura resistente e robusta;
- Imbottita;
- Dotata di braccioli e schienale;
- Munita di ruote;
- Preferibilmente regolabile in altezza.

Si richiede, inoltre, l'integrazione dei dispositivi forniti con gli attuali sistemi software dell'Azienda Ospedaliera e con eventuali aggiornamenti futuri.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori e software a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (70 SU 100)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
PC DESKTOP	
*SSD	max punti 4 (sarà preferita capacità superiore)
*RAM da almeno 8Gb DDR4	max punti 4 (sarà preferita capacità superiore)
*Dotato di almeno N° 6 porte USB	max punti 1,5 (sarà preferito quantitativo superiore)
*Porte frontali aggiuntive	max punti 2 (sarà preferito maggiore numero e diversa tipologia)
Connettività mediante Bluetooth e WiFi	max punti 2 (SI=2; NO=0)
*Monitor LED da almeno 24" con risoluzione FULL HD 1920x1080	max punti 6 (saranno preferite: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni superiori; • Risoluzione maggiormente elevata)
Scheda grafica Intel UHD Graphics 630	max punti 4 (SI=4; NO=0)
LAPTOP	
*HD da almeno 500GB	max punti 4 (sarà preferita capacità superiore)
*SSD	max punti 4 (sarà preferita capacità superiore)
*RAM da almeno 8GB	max punti 4 (sarà preferita capacità superiore)
*Monitor Full HD da almeno 15"	max punti 3 (saranno preferite: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni superiori; • Risoluzione maggiormente elevata)
CPU i7	max punti 2 (SI=2; NO=0)
*Dotato di almeno N° 2 porte USB 3.0	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)
Scheda grafica Intel UHD Graphics 630	max punti 2 (SI=2; NO=0)
STAMPANTE	
*Risoluzione paria almeno a 600x600	max punti 2 (sarà prediletta risoluzione superiore)
*Velocità di stampa non inferiore a 16ppm	max punti 1 (sarà preferita velocità di stampa maggiormente elevata)
*Memoria interna pari ad almeno 256 MB	max punti 1 (sarà prediletta)

	capacità superiore)
Connettività WIFI e Bluetooth	max punti 2 (SI=2; NO=0)
Multifunzione	max punti 3 (SI=3; NO=0)
STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER ETICHETTE/CODICE A BARRE	
*Incremento della dimensione di stampa etichetta	max punti 1 (sarà preferita maggiore dimensione dell'etichetta stampabile)
Connettività WIFI	max punti 1 (SI=1; NO=0)
SCRIVANIA	
Supporto per computer	max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)
*Dotato di ripiani o scomparti o cassetti per il posizionamento di documenti o di oggetti personali	max punti 3 (sarà preferito maggior numero di supporti con maggiore capienza)
SEDIA	
*Capacità di carico	max punti 2 (sarà prediletto valore superiore)
Imbottita	max punti 1,5 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)
Ergonomia	max punti 3 (sarà prediletto maggior comfort)
*Gamma di colori disponibili	max punti 3 (sarà preferita gamma più vasta)