



DELIBERAZIONE N. 1429 DEL 6 OTT. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Centro di Costo: A0RZ21JC1S

Codice settore proponente: BSDG 5601/2020

Oggetto: "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), dell'affidamento di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA. Finanziamento DGR 187 del 19/04/2016"

L'estensore
(Dott. *Elia A. come*)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. *Fabrizio d'Alba*

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Francesca Milito

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma *[Firma]* Data *6/10/2020*

Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Daniela Orazi

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma *[Firma]* Data *06.10.2020*

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

**Vedere "Allegato
Assunzione Autorizzazione**

Voce del conto economico/ Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma *[Firma]* Data *9/10/2020*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza

Responsabile del Procedimento: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma *[Firma]* Data *02.10.2020*

Il Dirigente: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma *[Firma]* Data *02.10.2020*

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;

l'art. 26 della L. n. 488/1999 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

il D.P.R. n. 445/2000 concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, c. 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

il D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2020;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022;

VISTO

l'Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini adottato con deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

che con deliberazione n. 1069 del 16/07/2020 è stata indetta una gara, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento per l'affidamento di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA, per un importo complessivo a base di gara € 116.219,79 + IVA, a seguito del finanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

che la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha espletato la procedura negoziata di cui trattasi attraverso RDO MEPA N. 2609815 del 16/07/2020, ai sensi del D.L. 52/2012 convertito con L. 94/2012, il quale dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le Aziende del S.S.N. sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CONSIP, o altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 05/08/2020, hanno presentato offerta n. 15 Ditte;

che, come si evince dall'allegato Verbale n. 1, in data 05/08/2020 il RUP ha proceduto al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle n. 15 Ditte partecipanti alla gara (All. n.1);

che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 06/08/2020 è stato formalizzato il provvedimento di ammissione, alla gara a procedura negoziata di cui trattasi, dei citati Operatori Economici;

che con deliberazione n. 1317 del 16/09/2020 è stata nominata la Commissione di gara, nella seguente composizione:

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli – Direttore UOC Pronto Soccorso;

Componente: Dr. Francesco Medici – Responsabile UOSD Organizzazione;

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo – Coord.re Inferm.co Pronto Soccorso;

Segretario: Dott. Elio Leone – Collaboratore Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

che, come si evince dagli allegati Verbali n. 2 e 3 la Commissione di gara si è riunita, per l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, dal quale si desume, tra l'altro che i lotti n. 5 e n. 8 sono andati deserti (All. nn. 2 e 3);

che, come si evince dall'allegato Verbale n. 4, in data 22/09/2020 (All. n. 4) la Commissione, dopo aver concluso l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara ed aver proceduto, nell'ambito della piattaforma Mepa, all'inserimento dei relativi punteggi ed all'apertura delle offerte economiche presentate, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara come di seguito specificato:

Lotto 1 CIG 83710297A8	- Ditta DIGITAL GROUP	- importo: € 20.970,00 + IVA 22%;
Lotto 2 CIG 8371036D6D	- Ditta AT-OS SRL	- importo: € 21.008,52 + IVA 22%;
Lotto 3 CIG 8371038F13	- Ditta CARDIOLINE S.P.A	- importo: € 5.820,00 + IVA 22%;
Lotto 4 CIG 83710400BE	- Ditta HILL-ROM	- importo: € 11.998,00 + IVA 22%;
Lotto 5 CIG 8371042264	- Deserto	
Lotto 6 CIG 8371047683	- Ditta BIANCA MEDICAL	- importo: € 4.185,00 + IVA 22%;
Lotto 7 CIG 83710519CF	- Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS SPA-	importo: € 26.872,49 + IVA 22%;
Lotto 8 CIG 8371053B75	- Deserto.	

CONSIDERATO che la UOC proponente, tramite il Portale MEPA, ha provveduto a chiedere i giustificativi dell'offerta presentata dalla Ditta DIGITAL GROUP per il lotto 1 e dell'offerta presentata dalla Ditta AT-OS SRL per il lotto 2, in quanto è stata rilevata l'anomalia dell'offerta economica;

che tramite il Portale MEPA le suddette ditte hanno prodotto i giustificativi richiesti;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare l'affidamento di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA dei lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, per un importo totale di € 90.853,99 + IVA 22%, come da offerta economiche presentate dalle ditte in sede di gara (All. n. 5);

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 90.853,99 + IVA 22%, pari ad € 110.841,87 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, a carico della Regione Lazio con finanziamento identificato con Codice progetto X002 Codice di provenienza PROV. 3 Fonte finanziamento 02, deve essere contabilizzata sui seguenti conti economici del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Attrezzature 101020405 Anno 2020 – Aut. sub
 € 51.983,50 + IVA – € 63.419,87 c/IVA;

Arredi 101020601 Anno 2020 – Aut. sub
 € 38.870,49 + IVA – € 47.422,00 c/IVA;

RITENUTO necessario nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore UOC Economato – Dott. Marcello Valensise;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 29 co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

di aggiudicare l'affidamento delle attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA per un importo totale di € 90.853,99 + IVA 22%, come di seguito specificato:

Lotto 1 CIG 83710297A8	- Ditta DIGITAL GROUP	- importo: € 20.970,00 + IVA 22%;
Lotto 2 CIG 8371036D6D	- Ditta AT-OS SRL	- importo: € 21.008,52 + IVA 22%;
Lotto 3 CIG 8371038F13	- Ditta CARDIOLINE S.P.A	- importo: € 5.820,00 + IVA 22%;
Lotto 4 CIG 83710400BE	- Ditta HILL-ROM	- importo: € 11.998,00 + IVA 22%;
Lotto 5 CIG 8371042264	- Deserto	
Lotto 6 CIG 8371047683	- Ditta BIANCA MEDICAL	- importo: € 4.185,00 + IVA 22%;
Lotto 7 CIG 83710519CF	- Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS SPA-	importo: € 26.872,49 + IVA 22%;
Lotto 8 CIG 8371053B75	- Deserto.	

di contabilizzare la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 90.853,99 + IVA 22%, pari ad € 110.841,87 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, a carico della Regione Lazio con finanziamento identificato con Codice progetto X002 Codice di provenienza PROV. 3 Fonte finanziamento 02, sui seguenti conti economici del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Attrezzature 101020405 Anno 2020 – Aut. sub
 € 51.983,50 + IVA – € 63.419,87 c/IVA;

Arredi 101020601 Anno 2020 – Aut. 58 sub
€ 38.870,49 + IVA – € 47.422,00 c/IVA;

di subordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento il Dott. Marcello Valensise, Direttore UOC Economato;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera: "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), tramite Mercato elettronico della PA (MEPA), dell'affidamento di attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA. Finanziamento DGR 187 del 19/04/2016" presentata dal Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di aggiudicare l'affidamento delle attrezzature per l'ampliamento dell'area di accoglienza del DEA per un importo totale di € 90.853,99 + IVA 22%, come di seguito specificato:

Lotto 1 CIG 83710297A8	- Ditta DIGITAL GROUP	- importo: € 20.970,00 + IVA 22%;
Lotto 2 CIG 8371036D6D	- Ditta AT-OS SRL	- importo: € 21.008,52 + IVA 22%;
Lotto 3 CIG 8371038F13	- Ditta CARDIOLINE S.P.A	- importo: € 5.820,00 + IVA 22%;
Lotto 4 CIG 83710400BE	- Ditta HILL-ROM	- importo: € 11.998,00 + IVA 22%;
Lotto 5 CIG 8371042264	- Deserto	
Lotto 6 CIG 8371047683	- Ditta BIANCA MEDICAL	- importo: € 4.185,00 + IVA 22%;
Lotto 7 CIG 83710519CF	- Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS SPA-	importo: € 26.872,49 + IVA 22%;
Lotto 8 CIG 8371053B75	- Deserto.	

di contabilizzare la spesa complessiva relativa alla presente aggiudicazione di € 90.853,99 + IVA 22%, pari ad € 110.841,87 c/IVA, di competenza dell'anno 2020, a carico della Regione Lazio con finanziamento identificato con Codice progetto X002 Codice di provenienza PROV. 3 Fonte finanziamento 02, sui seguenti conti economici del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, come di seguito specificato:

Attrezzature 101020405 Anno 2020 – Aut. SP sub
 € 51.983,50 + IVA – € 63.419,87 c/IVA;

Arredi 101020601 Anno 2020 – Aut. 58 sub
€ 38.870,49 + IVA – € 47.422,00 c/IVA;

di subordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del medesimo Decreto;

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento il Dott. Marcello Valensise, Direttore UOC Economato;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 44 pagine di cui n. 36 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sito internet Aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fabrizio d'Alba)



*Area Governo delle Risorse Strumentali
 U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
 Ufficio Servizi*

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DI ACCOGLIENZA DEL DEA.

RDO MEPA N. 2609815 DEL 16/07/2020

VERBALE N. 1

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 12:30, il RUP Dott. Paolo Farfusola procede, attraverso il portale MEPA, al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura negoziata, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta con deliberazione n. 1069 del 16/07/2020, per l'affidamento del servizio in oggetto.

La gara, verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs.vo n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato di gara.

Si premette che, a seguito di pubblicazione della RDO MEPA N. 2609815 DEL 16/07/2020, hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza del 05/08/2020 ore 12:00, le seguenti Ditte:


1. A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE
2. AESSE MEDICAL
3. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
4. AT-OS SRL
5. BIANCA MEDICAL
6. CARDIOLINE S.P.A.
7. CICO
8. DIGITAL GROUP
9. FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
10. GM. MEDICA SRL
11. HILL-ROM
12. MEDELA ITALIA SRL A SOCIO UNICO
13. MEDISOL S.R.L.
14. TM TECNOLOGIE MEDICALI E DIAGNOSTICHE
15. VINCAL.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata, si evince quanto segue:

A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE	Documentazione regolare
AESSE MEDICAL	Documentazione regolare
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	Documentazione regolare
AT-OS SRL	Documentazione regolare
BIANCA MEDICAL	Documentazione regolare
CARDIOLINE S.P.A.	Documentazione regolare
CICO	Documentazione regolare
DIGITAL GROUP	Documentazione regolare
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Documentazione regolare
GM. MEDICA SRL	Documentazione regolare
HILL-ROM	Documentazione regolare
MEDELA ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Documentazione regolare
MEDISOL S.R.L.	Documentazione regolare
TM TECNOLOGIE MEDICALI E DIAGNOSTICHE	Documentazione regolare
VINCAL	Documentazione regolare

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento: Dott Paolo Farfusola



PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DI ACCOGLIENZA DEL DEA.

RDO MEPA N. 2609815 DEL 16/07/2020

VERBALE N. 2

Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 10.00 presso i locali dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 1317 del 16/09/2020 e incaricata di esperire tutte le procedure relative all'aggiudicazione della procedura negoziata, tramite Mepa, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli – Direttore UOC Pronto Soccorso;

Componente: Dr. Francesco Medici – Responsabile UOSD Organizzazione;

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo – Coord.re Inferm.co Pronto Soccorso;

Segretario: Dott. Elio Leone – Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione inizia l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara.

Per i lotti 5 e 8 non è pervenuta nessuna offerta.

I punteggi riguardanti la qualità sono riportati sui relativi quadri sinottici che saranno allegati all'ultimo verbale relativo alla valutazione tecnica.

Letto confermato e sottoscritto.

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli:

Componente: Dr. Francesco Medici:

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo:

Segretario: Dott. Elio Leone:

ALL. 3)



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DI ACCOGLIENZA DEL DEA.

RDO MEPA N. 2609815 DEL 16/07/2020

VERBALE N. 3

Il giorno 18 settembre 2020 alle ore 10.00 presso i locali dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 1317 del 16/09/2020 e incaricata di esperire tutte le procedure relative all'aggiudicazione della procedura negoziata, tramite Mepa, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli – Direttore UOC Pronto Soccorso:

Componente: Dr. Francesco Medici – Responsabile UOSD Organizzazione:

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo – Coord.re Inferm.co Pronto Soccorso:

Segretario: Dott. Elio Leone – Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione prosegue l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte.

I punteggi di qualità, ottenuti dalle ditte per i diversi lotti, sono riportati sui relativi quadri sinottici che, avendo terminato l'esame della documentazione tecnica di tutte le ditte, si allegano, come parte integrante, al presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli:

Componente: Dr. Francesco Medici:

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo:

Segretario: Dott. Elio Leone:

LOTTO 1

DITTA	DIGITAL GROUP	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Munito di almeno N. 4 cassette centrali	max punti 7 (sarà preferito numero superiore di cassette)	Soddisfa le caratteristiche richieste ed ha le garanzie dichiarate di intervento e risoluzione	7
*Capienza cassette	max punti 7 (sarà preferito valore maggiore)		7
*Dimensioni supporti laterali	max punti 7 (saranno preferite dimensioni superiori)		7
Cassette dotati di chiusura centralizzata	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		0
Maniglione di spinta laterale	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		6
*Accessori a corredo	max punti 7 (sarà preferito quantitativo superiore)		6
*Monitor-defibrillatore semiautomatico, dotato di pacemaker esterno con elettrodi monouso ed avente almeno le seguenti funzioni: SpO2; ECG; NiBp	max punti 20 saranno prediletti: <ul style="list-style-type: none"> · Numero superiore di funzioni; · Funzionamento semplice ed intuitivo; · Maggiore autonomia della batteria; · Guida audio video in lingua italiano per ogni fase del soccorso; · Maggior quantitativo di consumabili a corredo; · Peso ridotto. 		20
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)		0
			57,5


Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature above the initials 'G.M.' and 'V.S.'.

LOTTO 1

DITTA	AESSE MEDICAL	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Munito di almeno N. 4 cassette centrali	max punti 7 (sarà preferito numero superiore di cassette)	Non rispetta i canoni richiesti per l'altezza (115 cm)	6
*Capienza cassette	max punti 7 (sarà preferito valore maggiore)		6
*Dimensioni supporti laterali	max punti 7 (saranno preferite dimensioni superiori)		6
Cassette dotate di chiusura centralizzata	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		6
Maniglione di spinta laterale	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		0
*Accessori a corredo	max punti 7 (sarà preferito quantitativo superiore)		7
*Monitor-defibrillatore semiautomatico, dotato di pacemaker esterno con elettrodi monouso ed avente almeno le seguenti funzioni: SpO2; ECG; NiBp	max punti 20 saranno prediletti: <ul style="list-style-type: none"> · Numero superiore di funzioni; · Funzionamento semplice ed intuitivo; · Maggiore autonomia della batteria; · Guida audio video in lingua italiano per ogni fase del soccorso; · Maggior quantitativo di consumabili a corredo; · Peso ridotto. 		20
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)	0	
			51

LOTTO 1

DITTA	VINCAL	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Munito di almeno N. 4 cassette centrali	max punti 7 (sarà preferito numero superiore di cassette)	Non rispetta i parametri dell'altezza (143 cm)	7
*Capienza cassette	max punti 7 (sarà preferito valore maggiore)		3
*Dimensioni supporti laterali	max punti 7 (saranno preferite dimensioni superiori)		2
Cassette dotati di chiusura centralizzata	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		6
Maniglione di spinta laterale	max punti 6 (SI = 6; NO = 0)		6
*Accessori a corredo	max punti 7 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Monitor-defibrillatore semiautomatico, dotato di pacemaker esterno con elettrodi monouso ed avente almeno le seguenti funzioni: SpO ₂ ; ECG; NIBp	max punti 20 saranno prediletti: <ul style="list-style-type: none"> · Numero superiore di funzioni; · Funzionamento semplice ed intuitivo; · Maggiore autonomia della batteria; · Guida audio video in lingua italiano per ogni fase del soccorso; · Maggior quantitativo di consumabili a corredo; · Peso ridotto. 		18
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletto sostitutivo	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)	0	
			47



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'S. G. S.', is written over a rectangular stamp area. The signature is highly cursive and overlaps the stamp's border.


14

LOTTO 2		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	AT-OS SRL		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo	max punti 6 (sarà preferita capacità superiore)		6
*Dotata almeno di: N. 5 ugelli fissi; N. 1 ugello rotante	max punti 7 (sarà preferito numero maggiormente elevato)		6
*Display per la visualizzazione almeno di: Temperatura; Fase del ciclo; Valore A0	max punti 4 (sarà preferito numero superiore di parametri)		4
Doppia sonda di temperatura	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Pompa e sonda anticalcare	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Apertura mediante pedale	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Sistema di autodiagnosi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Possibilità di memorizzare i cicli	max punti 2 (sarà preferita capacità superiore)		2
Possibilità di personalizzare i cicli	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Ciclo ecologico per il risparmio idrico ed energetico	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Stampante integrata	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Possibilità di trasferire i dati a supporti esterni	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Dimensioni	max punti 5 (sarà prediletto ingombro ridotto)		5
*Tipologie di supporti dei presidi disponibili	max punti 3 (sarà preferita maggiore varietà)		3
*Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive	max punti 7 (sarà preferita apparecchiatura maggiormente tecnologica ed accessoriata)		7
*Armadio in acciaio inox per il deposito di padelle e pappagalli	max punti 10 (sarà preferita capienza superiore)		10
*Estensione del periodo di garanzia	max 5 punti (sarà preferita durata superiore)		5
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
			68

Soddisfa le caratteristiche richieste compreso i tempi di intervento e garanzia aggiuntiva

[Handwritten signature]
15

LOTTO 2			
DITTA	A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
*Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo	max punti 6 (sarà preferita capacità superiore)	Tempo di intervento e risoluzione elevato. Nessuna garanzia aggiuntiva.	5
*Dotata almeno di: N. 5 ugelli fissi; N. 1 ugello rotante	max punti 7 (sarà preferito numero maggiormente elevato)		6
*Display per la visualizzazione almeno di: Temperatura; Fase del ciclo; Valore A0	max punti 4 (sarà preferito numero superiore di parametri)		4
Doppia sonda di temperatura	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Pompa e sonda anticalcare	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Apertura mediante pedale	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Sistema di autodiagnosi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Possibilità di memorizzare i cicli	max punti 2 (sarà preferita capacità superiore)		2
Possibilità di personalizzare i cicli	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Ciclo ecologico per il risparmio idrico ed energetico	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Stampante integrata	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		0
Possibilità di trasferire i dati a supporti esterni	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Dimensioni	max punti 5 (sarà prediletto ingombro ridotto)		5
*Tipologie di supporti dei presidi disponibili	max punti 3 (sarà preferita maggiore varietà)		2
*Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive	max punti 7 (sarà preferita apparecchiatura maggiormente tecnologica ed accessoriata)		7
*Armadio in acciaio inox per il deposito di padelle e pappagalli	max punti 10 (sarà preferita capienza superiore)		7
*Estensione del periodo di garanzia	max 5 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		1
			55



LOTTO 2		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	GM. MEDICA SRL		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo	max punti 6 (sarà preferita capacità superiore)		5
*Dotata almeno di: N. 5 ugelli fissi; N. 1 ugello rotante	max punti 7 (sarà preferito numero maggiormente elevato)		5
*Display per la visualizzazione almeno di: Temperatura; Fase del ciclo; Valore AO	max punti 4 (sarà preferito numero superiore di parametri)		4
Doppia sonda di temperatura	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Pompa e sonda anticalcare	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Apertura mediante pedale	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Sistema di autodiagnosi	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Possibilità di memorizzare i cicli	max punti 2 (sarà preferita capacità superiore)		2
Possibilità di personalizzare i cicli	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Ciclo ecologico per il risparmio idrico ed energetico	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Stampante integrata	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
Possibilità di trasferire i dati a supporti esterni	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)		2
*Dimensioni	max punti 5 (sarà prediletto ingombro ridotto)		5
*Tipologie di supporti dei presidi disponibili	max punti 3 (sarà preferita maggiore varietà)		3
*Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive	max punti 7 (sarà preferita apparecchiatura maggiormente tecnologica ed accessoriata)		7
*Armadio in acciaio inox per il deposito di padelle e pappagalli	max punti 10 (sarà preferita capienza superiore)		8
*Estensione del periodo di garanzia	max 5 punti (sarà preferita durata superiore)		5
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
			65

Capienza ridotta dell'armadio.
Numero ugelli fissi inferiore al richiesto. Ottima la garanzia



17

LOTTO 3			
DITTA	CARDIOLINE S.P.A		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		GIUDIZIO SINTETICO
*Dotato di software di interpretazione dell'ECG	max punti 8 (saranno preferite: <ul style="list-style-type: none"> • Maggior numero di prove scientifiche a dimostrazioni dell'affidabilità; • risultato in funzione dell'età; • maggior numero di parametri considerati) 		8
*Display a colori da almeno 6"	max punti 4 (sarà preferito display più grande)		4
*Autonomia della batteria	max punti 4 (sarà prediletta autonomia superiore)		4
*Elevata frequenza di campionamento del segnale	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)		4
*Elevata risoluzione	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)		4
*Memoria interna per l'archiviazione di almeno 100 EG	max punti 4 (sarà preferita capacità maggiormente elevata)		4
Convertitore da 24 bit	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3
Esportazione di dati in formato PDF	max punti 4 (SI = 4; NO = 0)		4
Acquisizione con un solo gesto	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3
Carrello elettrificato	max punti 4 (SI = 4; NO = 0)		4
Stampante in formato A4 integrata	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3
20 minuti di stampa in continua per accertamento decesso	max punti 5 (SI = 5; NO = 0)		5
*Eventuali software a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		0
*Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)		
			TOTALE
			55




Presenza di accessori importanti per il quotidiano uso e autonomia della batteria adeguata alle necessità del PS.

LOTTO 3				
DITTA	MEDISOL S.R.L.			
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO	
*Dotato di software di interpretazione dell'ECG	max punti 8 (saranno preferite: <ul style="list-style-type: none"> • Maggior numero di prove scientifiche a dimostrazioni dell'affidabilità; • risultato in funzione dell'età; • maggior numero di parametri considerati) 	Ridotta autonomia della batteria in considerazione dell'uso per il PS e mancanza di carrello elettrificato. Buona l'estensione di garanzia.	8	
*Display a colori da almeno 6"	max punti 4 (sarà preferito display più grande)		4	
*Autonomia della batteria	max punti 4 (sarà prediletta autonomia superiore)		3	
*Elevata frequenza di campionamento del segnale	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)		3	
*Elevata risoluzione	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)		4	
*Memoria interna per l'archiviazione di almeno 100 EG	max punti 4 (sarà preferita capacità maggiormente elevata)		4	
Convertitore da 24 bit	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3	
Esportazione di dati in formato PDF	max punti 4 (SI = 4; NO = 0)		4	
Acquisizione con un solo gesto	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3	
Carrello elettrificato	max punti 4 (SI = 4; NO = 0)		3	
Stampante in formato A4 integrata	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3	
20 minuti di stampa in continua per accertamento decesso	max punti 5 (SI = 5; NO = 0)		5	
*Eventuali software a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		0	
*Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		0	
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3	
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0	
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0	
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)		0	
			TOTALE	50








LOTTO 4		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO	
DITTA	DIGITAL GROUP			
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)			
*Schienale reclinabile almeno di 60°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		4	
*Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		6	
*Portata massima pari ad almeno	max punti 8 (sarà preferita portata		8	
Movimentazione indipendente dei	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3	
Munita di poggiatesta regolabile e asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3	
Munita di poggiapiedi regolabile e/o asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3	
Sistema di blocco su tutte le ruote	max punti 4 (SI = 4; NO =0)		4	
Dotata di almeno N. 1 ruota direzionale	max punti 5 (SI = 5; NO =0)		0	
Ergonomia	max punti 7 (saranno predilette maggiore robustezza e comfort)	Ridotta ergonomia e inclinazione dello schienale. Non ha ruote direzionali. Ottima la garanzia	5	
Facilmente lavabile e sanificabile	max punti 3 (sarà prediletta sanificazione più semplice con prodotti facilmente reperibili in ambito ospedaliero)		3	
*Peso	max punti 6 (sarà preferito peso inferiore)		6	
*Funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		1	
*Gamma di colori disponibili	max punti 4 (sarà preferita gamma più vasta)		2	
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3	
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2	
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5	
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)		2,5	
			58	

LOTTO 4			
DITTA	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
*Schienale reclinabile almeno di 60°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)	Non ha ruota/e direzionale/i, non fornisce il muletto sostitutivo.	4
*Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		6
*Portata massima pari ad almeno	max punti 8 (sarà preferita portata		6
Movimentazione indipendente dei	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiatesta regolabile e asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiapiedi regolabile e/o asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Sistema di blocco su tutte le ruote	max punti 4 (SI = 4; NO =0)		4
Dotata di almeno N. 1 ruota direzionale	max punti 5 (SI = 5; NO =0)		0
Ergonomia	max punti 7 (saranno predilette maggiore robustezza e comfort)		7
Facilmente lavabile e sanificabile	max punti 3 (sarà prediletta sanificazione più semplice con prodotti facilmente reperibili in ambito ospedaliero)		3
*Peso	max punti 6 (sarà preferito peso inferiore)		6
*Funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		2
*Gamma di colori disponibili	max punti 4 (sarà preferita gamma più vasta)		1
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)	0	
			55,5






LOTTO 4		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	HILL-ROM		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Schienale reclinabile almeno di 60°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		6
*Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		6
*Portata massima pari ad almeno	max punti 8 (sarà preferita portata		3
Movimentazione indipendente dei	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiatesta regolabile e asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiapiedi regolabile e/o asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Sistema di blocco su tutte le ruote	max punti 4 (SI = 4; NO =0)		3
Dotata di almeno N. 1 ruota direzionale	max punti 5 (SI = 5; NO =0)		5
Ergonomia	max punti 7 (saranno predilette maggiore robustezza e comfort)		7
Facilmente lavabile e sanificabile	max punti 3 (sarà prediletta sanificazione più semplice con prodotti facilmente reperibili in ambito ospedaliero)	Bassa portata massima. Ha due ruote direzionali.	3
*Peso	max punti 6 (sarà preferito peso inferiore)		5
*Funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		2
*Gamma di colori disponibili	max punti 4 (sarà preferita gamma più vasta)		4
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)		2,5
			60

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and the initials 'RST' below it.


LOTTO 4		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	VINCAL		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Schienale reclinabile almeno di 60°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)	Inclinazione dello schienale al minimo richiesto, nessuna estensione di garanzia, lunghi tempi di intervento e risoluzione. Assenza del muletto sostitutivo.	2
*Possibilità di movimentare la sezione inferiore di almeno 20°	max punti 6 (sarà preferito valore maggiormente elevato)		6
*Portata massima pari ad almeno	max punti 8 (sarà preferita portata		7
Movimentazione indipendente dei	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiatesta regolabile e asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Munita di poggiapiedi regolabile e/o asportabile	max punti 3 (SI = 3; NO =0)		3
Sistema di blocco su tutte le ruote	max punti 4 (SI = 4; NO =0)		2
Dotata di almeno N. 1 ruota direzionale	max punti 5 (SI = 5; NO =0)		5
Ergonomia	max punti 7 (saranno predilette maggiore robustezza e comfort)		7
Facilmente lavabile e sanificabile	max punti 3 (sarà prediletta sanificazione più semplice con prodotti facilmente reperibili in ambito ospedaliero)		3
*Peso	max punti 6 (sarà preferito peso inferiore)		0
*Funzionalità ed accessori a corredo e/o opzionali	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		2
*Gamma di colori disponibili	max punti 4 (sarà preferita gamma più vasta)		1
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)		0
			44

LOTTO 6		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	TECNOLOGIE MEDICALI E DIAGNOSTICHE		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	Ha dimensioni lievemente superiori ma è silenzioso al massimo potere aspirante e ha le garanzie (ad eccezione del muletto).	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		7
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		6
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		5
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)		5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)		3
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		3
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		4
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO = 0)	0	
			63,5


 VSC 24

LOTTO 6		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	MEDELA ITALIA SRL A SOCIO UNICO		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	Non valutabile peso ed altezza dell'intero apparato comprensivo di carrello. Ha l'estensione di garanzie, non le altre.	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		1
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		7
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		5
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)		5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		2
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		0
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata ,	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)	0	

49


 25



LOTTO 6			
DITTA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		5
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		6
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		3
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)		5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		0
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		3
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		3
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)		0
		Predisposto per un solo vaso di raccolta anche se di 3 litri. Non ha garanzie	
			48


 26



LOTTO 6		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	BIANCA MEDICAL		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	Non valutabile la silenziosità, garanzie non presenti.	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		7
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		6
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5(saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		0
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)		5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		5
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		5
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)	0	
			54

Handwritten signature and date: 27

LOTTO 6			
DITTA	CICO	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		6
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		7
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		4
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)	Mancanza delle garanzie, lievemente rumoroso quando in massima aspirazione.	5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		4
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		3
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		3
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		0
Fornitura muletto sostitutivo	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)		0
			58


 28

LOTTO 6		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	DIGITAL GROUP		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)	Apparato di dimensioni piuttosto ingombranti in particolare se si considera la destinazione d'uso presso il PS. Manca l'estensione di garanzia.	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
*Capacità di aspirazione circa 70 l/min	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo alla capacità di aspirazione maggiore)		7
*Depressione massima pari a circa 700 mmHg	max punti 7 (sarà assegnato punteggio massimo al maggiore valore di depressione)		6
*Dotato di N. 2 vasi autoclavabili con capacità di circa 2 litri ciascuno	max punti 5 (saranno preferiti vasi autoclavabili con maggiore capacità)		5
*Carrello	max punti 5 (saranno preferiti: • maggiore facilità di trasporto; • Ruote munite di freno)		5
Azionabile mediante pedale	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
*Silenzioso	max punti 5 (sarà preferito sistema meno rumoroso)		5
*Dotato di vuotometro di controllo graduato su ampia scala	max punti 5 (sarà preferita scala graduata più ampia)		5
Deviatore rapido per il passaggio dell'aspirazione da un vaso all'altro	max punti 3 (SI = 3; NO= 0)		3
Facilità di utilizzo	max punti 5 (sarà preferita interfaccia più semplice ed intuitiva)		5
*Dimensioni	max punti 5 (saranno preferite dimensioni inferiori)		3
*Peso	max punti 5 (sarà preferito peso inferiore)		4
* Accessori a corredo	max punti 5 (sarà preferito quantitativo superiore)		5
*Estensione del periodo di garanzia	max 3 punti (sarà preferita durata superiore)		0
*Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2
*Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti (sarà prediletto valore inferiore)		2,5
Fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti (SI = 2,5; NO =0)	0	
			60,5

LOTTO 7		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	DIGITAL GROUP		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
PARAVENTO			
*Leggero	max punti 1 (sarà preferito peso inferiore)		1
Facilmente ed agevolmente apribile/richiudibile o estensibile/richiudibile	max punti 1 (sarà prediletta maggiore ergonomia)		0
*Dimensioni	max punti 1 (saranno predilette dimensioni superiori)		1
SERVITORE PAZIENTE			
Struttura tavolo servitore e vassoio servitore	max punti 1,5 (sarà preferita maggiore robustezza)		1.5
Vassoio servitore regolabile in altezza	max punti 1,5 (sarà prediletto maggiore facilità di regolazione e maggior ampiezza del range di valori)		1.5
*Capienza dei cassetti	max punti 2 (sarà prediletto valore superiore)		2
Cassetti con serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		0
*Accessori a corredo	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		2
SERVITORE CHIRURGO			
*Dimensioni di ogni ripiano non inferiori a 80x60 cm	max punti 1 (saranno preferite dimensioni superiori)		0
*Distanza fra i ripiani pari almeno a 30 cm	max punti 0,5 (sarà preferito valore superiore)		1
Sanificazione	max punti 1,5 (saranno predilette semplicità e rapidità)		1
Dotato di due maniglie laterali	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Dotato di 4 ruote munite di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		0
ARMADIETTO CON CHIUSURA DI SICUREZZA			
*Dotato di almeno 40 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Dotato di almeno 5 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
Bordatura frontale anti polvere	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0.5
Dimensioni tesoretto per stupefacenti	max punti 1,5 (saranno preferite dimensioni superiori)		0.5
ARMADIO FARMACI			
*Dotato di almeno 20 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Dotato di almeno 4 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Ante esterne munite di serratura e con rotazione di almeno 160°	max punti 0,5 (sarà prediletta angolo di rotazione superiore)		0.5
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
ARMADIO PRESID			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		1
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
ARMADIO LIQUIDI			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		1
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Capacità di carico del ripiano	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		0.5
Vaschetta raccogli liquidi sulla base	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0.5
SEDIA			
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		1.5

Sebbene si riconosca la qualità superiore di alcuni articoli, la non dichiarata disponibilità a coordinare tutti gli arredi con colori uniformi penalizza la valutazione.

LOTTO 7		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	DIGITAL GROUP		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
Imbottita	max punti 0,5 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)		0.5
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)		0.5
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		0
Ergonomia	max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)		1
SEDIA UFFICIO			
Impilabile	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		1.5
Imbottita	max punti 1 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)		1
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)		.5
Munita di ruote	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		1
Ergonomia	max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)		1
CARRELLO TERAPIA			
*Munito di almeno N. 4 cassette	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)		1.5
Cassetti con chiusura centralizzata	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Capienza dei cassette e dei cassettini-dispenser	max punti 1,5 (sarà preferito valore superiore)		1.5
*Fornito di dispenser superiore con almeno N. 10 cassettini	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)		1.5
Maniglia di spinta laterale	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Sistema di freno	max punti 1 (sarà prediletto sistema frenante su tutte le ruote e maggiore stabilità)		1
*Accessori	max punti 2,5 (sarà prediletta gamma superiore di accessori per un'ottimale organizzazione dell'attività)		2
ASTA FLEBO			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		0.5
*Dotata di almeno N° 4 ganci	max punti 1 (sarà preferito valore superiore)		1
*Regolabile in altezza	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		1
Ruote provviste di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Gamma di colori disponibili dell'intera fornitura	max punti 3 (sarà preferita gamma maggiormente ampia)		0
Componenti dell'intera fornitura con medesimo design e colore	max punti 4 (sarà preferito design e colore unico per l'intera fornitura)		0
Ulteriori caratteristiche ed accessori della fornitura	max punti 4 (saranno preferiti eventuali caratteristiche ed accessori in grado di migliorare la risposta qualitativa della fornitura)		0
			28

31

LOTTO 7		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
PARAVENTO			
*Leggero	max punti 1 (sarà preferito peso inferiore)		0
Facilmente ed agevolmente apribile/richiudibile o estensibile/richiudibile	max punti 1 (sarà prediletta maggiore ergonomia)		1
*Dimensioni	max punti 1 (saranno predilette dimensioni superiori)		0
SERVITORE PAZIENTE			
Struttura tavolo servitore e vassoio servitore	max punti 1,5 (sarà preferita maggiore robustezza)		0.5
Vassoio servitore regolabile in altezza	max punti 1,5 (sarà prediletto maggiore facilità di regolazione e maggior ampiezza del range di valori)		1.5
*Capienza dei cassetti	max punti 2 (sarà prediletto valore superiore)		0
Cassetti con serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		0
*Accessori a corredo	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)		1
SERVITORE CHIRURGO			
*Dimensioni di ogni ripiano non inferiori a 80x60 cm	max punti 1 (saranno preferite dimensioni superiori)		1
*Distanza fra i ripiani pari almeno a 30 cm	max punti 0,5 (sarà preferito valore superiore)		1
Sanificazione	max punti 1,5 (saranno predilette semplicità e rapidità)		1
Dotato di due maniglie laterali	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Dotato di 4 ruote munite di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
ARMADIETTO CON CHIUSURA DI SICUREZZA			
*Dotato di almeno 40 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Dotato di almeno 5 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
Bordatura frontale anti polvere	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0.5
Dimensioni tesoretto per stupefacenti	max punti 1,5 (saranno preferite dimensioni superiori)		1.5
ARMADIO FARMACI			
*Dotato di almeno 20 scomparti porta farmaci	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Dotato di almeno 4 ripiani regolabili opportunamente distanziati	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
*Ante esterne munite di serratura e con rotazione di almeno 160°	max punti 0,5 (sarà prediletta angolo di rotazione superiore)		0.5
*Presenza di almeno 6 scomparti per farmaci ad anta	max punti 1,5 (sarà prediletto quantitativo superiore)		1.5
ARMADIO PRESIDII			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		1
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		0
ARMADIO LIQUIDI			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		1
Struttura realizzata con materiale ignifugo	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Ante esterne munite di serratura	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Capacità di carico del ripiano	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		1.5
Vaschetta raccogli liquidi sulla base	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0.5
SEDIA			
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		1

Pur riconoscendo in alcuni articoli la ridotta corrispondenza alle richieste, la possibilità di coordinare gli arredi nelle tinte volute ne ha determinato il punto di forza.

LOTTO 7		GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO
DITTA	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)		
Imbottita	max punti 0,5 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)		0.5
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)		0.5
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		0
Ergonomia	max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)		1
SEDIA UFFICIO			
Impilabile	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)		0
*Capacità di carico	max punti 1,5 (sarà prediletto valore superiore)		1
Imbottita	max punti 1 (sarà preferita imbottitura maggiormente ergonomica ed antibatterica)		1
Dotata di braccioli	max punti 0,5 (sarà preferita struttura maggiormente ergonomica e con imbottitura antibatterica)		0.5
Munita di ruote	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Altezza regolabile	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		1
Ergonomia	max punti 1 (sarà prediletto maggior comfort)		1
CARRELLO TERAPIA			
*Munito di almeno N. 4 cassette	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)		1
Cassette con chiusura centralizzata	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Capienza dei cassette e dei cassettoni-dispenser	max punti 1,5 (sarà preferito valore superiore)		1.5
*Fornito di dispenser superiore con almeno N. 10 cassettoni	max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)		1.5
Maniglia di spinta laterale	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
Sistema di freno	max punti 1 (sarà prediletto sistema frenante su tutte le ruote e maggiore stabilità)		1
*Accessori	max punti 2,5 (sarà prediletta gamma superiore di accessori per un'ottimale organizzazione dell'attività)		2
ASTA FLEBO			
Struttura	max punti 1 (sarà prediletta maggiore robustezza)		1
*Dotata di almeno N° 4 ganci	max punti 1 (sarà preferito valore superiore)		1
*Regolabile in altezza	max punti 1 (sarà preferito range superiore)		1
Ruote provviste di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)		1
*Gamma di colori disponibili dell'intera fornitura	max punti 3 (sarà preferita gamma maggiormente ampia)		3
Componenti dell'intera fornitura con medesimo design e colore	max punti 4 (sarà preferito design e colore unico per l'intera fornitura)		4
Ulteriori caratteristiche ed accessori della fornitura	max punti 4 (saranno preferiti eventuali caratteristiche ed accessori in grado di migliorare la risposta qualitativa della fornitura)		4
			41

33

**PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DI ACCOGLIENZA DEL DEA.**

RDO MEPA N. 2609815 DEL 16/07/2020

VERBALE N. 4

Il giorno 22 settembre 2020 alle ore 10.00 presso i locali dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 1317 del 16/09/2020 e incaricata di esperire tutte le procedure relative all'aggiudicazione della procedura negoziata, tramite Mepa, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli – Direttore UOC Pronto Soccorso;

Componente: Dr. Francesco Medici – Responsabile UOSD Organizzazione;

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo – Coord.re Inferm.co Pronto Soccorso;

Segretario: Dott. Elio Leone – Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione, dopo aver concluso l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara, procede, nell'ambito della piattaforma Mepa, all'apertura delle offerte economiche presentate. Il prezzo offerto e il corrispondente punteggio, vengono riportati nelle seguenti tabelle:

		Lotto 1			
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	DIGITAL GROUP	57,5	20.970,00 €	25,54	83,04
2	AESSE MEDICAL	51	17.850,00 €	30,00	81,00
3	VINCAL	47	19.876,50 €	26,94	73,94

34

Lotto 2					
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	AT-OS SRL	68	21.008,52 €	30,00	98,00
2	GM. MEDICA SRL	65	23.700,00 €	26,59	91,59
3	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE	55	23.499,00 €	26,82	81,82

Lotto 3					
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	CARDIOLINE S.P.A	55	5.820,00 €	30,00	85,00
2	MEDISOL S.R.L	50	7.380,00 €	23,66	73,66

Lotto 4					
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	HILL-ROM	60	11.998,00 €	14,93	74,93
2	VINCAL	44	5.970,40 €	30,00	74,00
3	DIGITAL GROUP	58	13.900,00 €	12,89	70,89
4	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	55,5	13.426,00 €	13,34	68,84

Lotto 6					
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	BIANCA MEDICAL	54	4.185,00 €	30,00	84,00
2	DIGITAL GROUP	60,5	5.500,00 €	22,83	83,33

35

[Handwritten signature]

3	TM TECNOLOGIE	63,5	7.450,00 €	16,85	80,35
4	CICO	58	7.250,00 €	17,32	75,32
5	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	48	5.164,50 €	24,31	72,31
6	MEDELA ITALIA	49	9.960,50 €	12,60	61,60

Lotto 7					
	Ditta	Punteggio Qualità Totale	Prezzo Offerto	Punteggio Prezzo	Punteggio Totale
1	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	41	26.872,49 €	30,00	71,00
2	DIGITAL GROUP	28	29.053,78 €	27,75	55,75

Sulla base dei suddetti punteggi, la Commissione propone l'aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi secondo di seguito specificato:

Lotto 1 CIG 83710297A8 - Ditta DIGITAL GROUP - importo: € 20.970,00 + IVA 22%;
Lotto 2 CIG 8371036D6D - Ditta AT-OS SRL - importo: € 21.008,52 + IVA 22%;
Lotto 3 CIG 8371038F13 - Ditta CARDIOLINE S.P.A - importo: €5.820,00 + IVA 22%;
Lotto 4 CIG 83710400BE - Ditta HILL-ROM - importo: € 11.998,00 + IVA 22%;
Lotto 5 CIG 8371042264 - Deserto
Lotto 6 CIG 8371047683 - Ditta BIANCA MEDICAL - importo: € 4.185,00 + IVA 22%;
Lotto 7 CIG 83710519CF - Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS SPA- importo: € 26.872,49 + IVA 22%;
Lotto 8 CIG 8371053B75 - Deserto.

La Commissione rileva l'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per le seguenti Ditte:

Lotto 1 - Ditta DIGITAL GROUP
Lotto 2 - Ditta AT-OS SRL

Letto confermato e sottoscritto.

Presidente: Dr. Emanuele Guglielmelli:

Componente: Dr. Francesco Medici:

Componente: Dr.ssa Eleonora Cirullo:

Segretario: Dott. Elio Leone:

Lotto	CIG	Oggetto	Codice articolo	Quantità	Importo a base d'asta	Importo unitario offerto (da compilare a cura delle Ditte)	Importo totale offerto
1	83710297A8	Carrello emergenza attrezzato	820260+Reanibex700	3	€ 21.000,00	€ 6.990,00	€ 20.970,00

ALL. 5)

Lotto	CIG	Oggetto	Codice prodotto	Quantità	Importo a base d'asta	Importo unitario offerto (da compilare a cura delle Ditte)	Importo totale offerto
2	8371036D6D	Lavapadelle	AF2-60PE.G	3	€ 24.000,00	€ 7.002,84	€ 21.008,52

CARDIOLINE S.P.A. Via Linz 151 38121 Trento PEC cardioline.clienti@legalmail.it

Lotto	CIG	Oggetto	Quantità	Importo a base offerto (da compilare a cura dell'offerente delle Ditte)	Importo unitario	Importo totale
3	8371038F13	<p>Elettrocardiografo ECG200+CARRELLO CODICE 80608068 ** accessori in dotazione** 1 Cavo paziente ECG IEC, 10 fili, spina 4mm (codice 63050025) 1 Adattatore per spina/snap 4mm, 10 pezzi (codice 63090236) 1 confezione di Elettrodi monouso adulti ECG, tab, confezione da 100 pezzi (codice 66030040) 1 Pacco carta ECG z-fold, 210X295mm per 180 fogli (codice 66010052) 1 Cover dispositivo ECG200+/S/L (codice 67040225) 1 Alimentatore AC/DC medicale (codice 83080022) 1 Cavo alimentazione 10A 1 Carrello ECG200+, braccio porta cavo paziente incluso (CODICE 63090713) 1 Opzione tastiera sanificabile (codice OPZ-ECG1S) 1 Interpretazione Glasgow (codice 91CH3-GW) 1 Memoria per 1000 esami (codice 9ECG2-ME) 1 WIFI (codice 9ECG2-WF) 1 DICOM (codice 9ECG2-LD) 1 Lettore Codice a Barre (codice 67040226) 1 Manuale d'uso 1 Garanzia, 60 mesi SERVIZI OFFERTI: imballaggio, trasporto, consegna, per 3 ECG200+ con carrello e accessori e opzioni Installazione, collaudo e formazione on site dei 3 apparecchi con carrello (codice SVIN-200) Manutenzione standard on site dei 3 apparecchi (codice costi di sicurezza per l'esecuzione del presente appalto € 116.40</p>	3	€ 7.500,00	€ 1.940,00	€ 5.820,00

CARDIOLINE

Sede legale: Via Linz, 151 - 38121 Trento
 Sede commerciale: Via F.lli Bronzetti, 8 - 20129 Milano
 C.F. e P.IVA IT 03153711209
 Tel. +39 0463 850125 - Fax +39 0463 850088
 info@cardioline.it

CARDIOLINE

Sede legale: Via Linz, 151 - 38121 Trento
 Sede commerciale: Via F.lli Bronzetti, 8 - 20129 Milano
 C.F. e P.IVA IT 03153711209
 Tel. +39 0463 850125 - Fax +39 0463 850088
 info@cardioline.it

Lotto	CIG	Oggetto	Codice prodotto	Quantità	Importo a base d'asta	Importo unitario offerto (da compilare a cura delle Ditte)	Importo totale offerto
4	83710400BE	Poltrona con ruote	ANATOME® SM647B	10	€ 15.000,00	€ 1.199,80	€ 11.998,00

Lotto	CIG	Oggetto	Codice prodotto	Quantità	Importo a base d'asta	Importo unitario offerto (da compilare a cura delle Ditte)	Importo totale offerto
6	8371047683	Aspiratore portatile	28292	5	€ 10.000,00	€ 837,00	€ 4.185,00

41

ARREDI

Lotto	CIG	Oggetto	Quantità	Codici articolo	Importo a base d'asta	Importo unitario offerto (da compilare a cura delle Ditte)	Importo totale offerto		
7	83710519CF	Paravento	10	9AB1013	€ 30.639,79	€ 189,14	€ 1.891,40		
		Servitore Paziente	28	9CE0100		€ 226,87	€ 6.352,36		
		Servitore Chirurgo	2	9CM0056		€ 380,24	€ 760,48		
		Armadietto Con Chiusura Di Sicurezza	2	1) XE 5864 - COLONNA ANTE CIEC.P/MED.60V. 92X67X190 2) MSB MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI		€ 996,66	€ 1.993,32		
		Armadio Farmaci	2	XE 5865		€ 763,42	€ 1.526,84		
		Armadio Presidi	3	XE 5861		€ 628,08	€ 1.884,24		
		Armadio Liquidi	2	8VA8001		€ 1.103,48	€ 2.206,96		
		Sedia	10	9SE1542		€ 63,70	€ 637,00		
		Sedia Ufficio	30	9SE1262		€ 106,82	€ 3.204,60		
		Carrello Terapia	3	1) 9CL6110 CARRELLO 3 CASS.H.100 1 CASS.H.300; 2) 9CL6904U DISPENSER 10 CASSETTI A RIBALTA; 3) 9CL6914U PORTAMONITOR CARRELLO OVER TOUR		€ 1.061,83	€ 3.185,49		
		Asta Flebo	30	9AB0069		€ 107,66	€ 3.229,80		
		TOTALE OFFERTO						€ 26.872,49	

42



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 5601 / 2020

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

VEDI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA NOTA *

2020					Presente prenotazione
Aut.	Sub	Mod	Progetto	Conto	
58	6		X002	101020405	63.419,87
58	6		X002	101020601	47.422,00
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:					110.841,87

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
101020405	MACCHINARI SANITARI
101020601	MOBILI E ARREDI

*DELIBERA 976 DEL 04/08/16 FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE DGR 187/2016
 POTENZIAMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA AMPLIAMENTO AREA ACCOGLIENZA E
 RAZIONALIZZAZIONE PERCORSI DEA P.N. 56831/2016

Data 5/10/2020Il Direttore: Dr.ssa Miriam Piccini

(Firma)

43