

COMUNICAZIONE DEL 04/08/2020

Gara a procedura aperta gara per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnosi molecolare delle infezioni causate da SARS-COV2 in PCR Real Time per le necessità di mesi 12 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini .

A seguito di chiarimenti richiesti da una Ditta interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue.

Allegato A Lotto 1

Requisiti minimi di ingresso Punto 8

Si precisa che la rivelazione di SARS-COV-2 tramite amplificazione di due geni virali come N e RdRP non esclude la rivelazione di SARS-COV-2 tramite amplificazione contemporanea, per ogni singolo campione, di due geni virali differenti di cui almeno uno sia RdRP.

Elementi valutabili Punto 3

Si precisa che la processività massima garantita richiesta non esclude necessariamente sistemi automatici di pipettamento o altre tipologie di automazione del flusso di lavoro.