

Area Governo delle Risorse Strumentali- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici

COMUNICAZIONE DEL 14/12/2020

OGGETTO: Gara a procedura aperta fornitura di Sistemi macchina- reattivi per Immunoematologia dei pazienti per le necessità del S.I.M.T. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini per un fabbisogno di mesi 36.

A seguito di chiarimenti richiesti da Ditte interessate alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Documentazione di gara

- Le dichiarazioni di conformità CE-IVD e le relative certificazioni rilasciate direttamente dal produttore possono essere in lingua originale.
- Viene pubblicato in formato editabile il solo DGUE da compilare nella parte dell’Operatore economico. Altri documenti richiesti (es. Allegato 2 bis, Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative), sono facsimili da riprodurre e compilare solo nelle parti di interesse.
- Per un refuso nel Disciplinare di gara, all’articolo 10 Garanzia provvisoria, per il Lotto 2 è stato indicato erroneamente un totale di € 563.46000 anziché quello corretto di € 536.460,00.

Allegato A del Capitolato Speciale

LOTTO 1

- Esami eseguibili, Test annui, Frequenza analitica

Per l’esame “Identificazione anticorpi irregolari (pannello eritrocitario con almeno 22 cellule)” il fabbisogno è di 3.000/ test per pannelli a 22 cellule e 900/test per pannelli aggiuntivi.

Per l’esame” Identificazione anticorpi irregolari (pannello eritrocitario con almeno 22 cellule)” è da intendersi 22 cellule non trattate con enzimi.

Per gli esami “Controllo gruppo paziente ABD (DVI-)” e “Controllo gruppo sacca ABD (DVI+)” i sieri devono essere predispensati in schedina.

- Strumenti richiesti

Nella strumentazione da banco è incluso un (1) lettore di schedine.

- Elementi valutabili Strumento

Per la voce valutabile “Numero di supporti di reazione (colonne di gel) processabili senza l'intervento dell'operatore (walk away) (documentare)” verrà valutato il numero di supporti processabili dall'attrezzatura principale.

- Elementi valutabili Reattivi

Per la voce “Numero di cellule aggiuntive nei pannelli offerti per l'identificazione degli anticorpi anti-eritrocitari (Documentare)” verranno prese in considerazione le cellule allo 0,8% aggiuntive con metodica validata dal produttore per uso in automazione.

Per la voce “Stabilità dei reattivi a bordo (documentare)” verranno presi in considerazione i reagenti con stabilità a bordo più breve.