



DELIBERAZIONE N. 0538 DEL

- 2 APR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG4667 del 16.3.2021

Oggetto: "Indizione di procedura negoziata su MEPA l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014."

L'estensore
Sig.ra Laura GiustiIL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Francesca Milito

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 24/3/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 09.04.2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

presa visione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

23/03/2021

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.03.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.03.2021

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

VISTI

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 - Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 -2023;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1574 del 21.11.2019 è stata formalizzata l'indizione di una di una gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014;
- che in data 24.2.2021 è stata aggiudicata provvisoriamente, sul portale STELLA, la procedura di gara sopra citata, ad eccezione dei lotti n. 7 (n. 1 Laser chirurgico) e n. 9 (n. 2 Sistemi riuniti da visita O.R.L.) in quanto le offerte presentate non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo richiesto e sono state escluse;

PRESO ATTO

chè l'importo stimato per tale fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;



TENUTO CONTO che il materiale che si intende acquisire deve avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera di invito;

PRESO ATTO - che da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per il materiale in argomento;

- che tale materiale è presente nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo complessivo presunto Euro 180.000,00 + IVA, da contabilizzare sul Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:

conto 101020405000 Euro 219.600,00

CONSIDERATO - che la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera di invito;

- che gli operatori economici che risponderanno a tale richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la lettera d'invito allegata;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo complessivo presunto Euro 180.000,00 + IVA, da contabilizzare sul Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:

conto 101020405000 Euro 219.600,00

- **di aggiudicare** la procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera di invito;

- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;

- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;

- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI
(Dott. Paolo Farfusola)**

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. n. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTA** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione di procedura negoziata su MEPA l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo complessivo presunto Euro 180.000,00 + IVA, da contabilizzare sul Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:
conto 101020405000 Euro 219.600,00
- **di aggiudicare** la procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera di invito;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;


- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 26 pagine di cui n. 19 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(D.ssa Francesca Miltio)



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Prot. Roma, li

Oggetto: Richiesta offerta per l'acquisto di n. 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 2 Sistemi riuniti da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per l'acquisto di:

Lotto n. 1 - CIG _____

➤ **N. 1 LASER CHIRURGICO**

Lotto n. 2 - CIG _____

➤ **N. 2 SISTEMI RIUNITI DA VISITA ORL**

con le caratteristiche tecniche come da Capitolato allegato.

La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura anche in caso di esaurimento del modello offerto provvedendo alla sua sostituzione con un prodotto simile, di costo non inferiore, senza oneri aggiuntivi.

A pena di esclusione, per la valutazione dei requisiti minimi richiesti e delle caratteristiche, ciascuna ditta dovrà far pervenire per ogni lotto cui intende partecipare, la seguente documentazione tecnica (in .pdf senza firma digitale):

- a) Configurazione dell'offerta senza prezzi;
- b) Numero di Repertorio (Repertorio Dispositivi Medici) e CND se previsto;
- c) Documentazione attestante la conformità di tutti i prodotti di tutti i prodotti offerti alle direttive europee applicabili;
- d) Scheda tecnica dei prodotti offerti;
- e) Dichiarazione di rispondenza dei prodotti offerti alla caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato tecnico, dettagliato per ogni singola voce;
- f) Relazione esplicativa del servizio di assistenza tecnica e manutentiva post garanzia;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

- g) Durata delle garanzie, che non dovrà essere comunque inferiore a 24 mesi;
- h) Programma di addestramento del personale;
- i) Depliant illustrativi;
- j) Copia manuale operativo.

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Prezzo: 30
Qualità: 70

Il punteggio relativo al prezzo (30 punti) verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, omnicomprendivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, cioè **30 punti**.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente.}$$

Il punteggio relativo alla qualità (**70 punti**) dei prodotti offerti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei parametri riportati nel Capitolato allegato.

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungono il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di.....al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3; in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.

- 9
- d) che la Ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria, avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, pari al valore della fornitura. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- e) che la Ditta è in possesso della capacità tecnico professionale, verificabile attraverso un elenco delle principali forniture relative al settore di attività oggetto della gara effettuate negli ultimi 3 anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per importo complessivo non inferiore al valore della fornitura. In alternativa il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo anno** forniture analoghe per un importo complessivo minimo **pari al 50% del valore della fornitura**;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- d) indirizzo PEC.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, tramite il sistema AVCPASS.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 3) Codice PASSOE
- 5) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

/offerta n. 1 laser, n. 2 riuniti

**“Procedura negoziata su MEPA per l’acquisto di 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 1 Sistema
riunito da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria.”
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.**

CAPITOLATO TECNICO

Indice

Articolo N. 1 Oggetto dell'Appalto 3

Articolo N. 2 Elenco apparecchiature, quantitativi e valore della fornitura 3

Articolo N. 3 Prestazioni e obblighi complementari alla fornitura 4

Articolo N. 4 Criteri di aggiudicazione 4

 Articolo N. 4.1. Criteri di assegnazione dei punteggi 4

 Articolo N. 4.1.1 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico 4

 Articolo N. 4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio economico 8

Articolo N. 5 Documentazione tecnica 8

Articolo N. 6 Disponibilità parti di ricambio 8

Articolo N. 7 Consegna e installazione 8

Articolo N. 8 Collaudo 9

Articolo N. 9 Garanzia 9

Articolo N. 10 Penali 10

Articolo N. 11 Contratto di assistenza post garanzia 10

Articolo N. 12 Pagamenti 11

Articolo N. 13 Disposizioni finali 12

1. OGGETTO DELL'APPALTO

13

Oggetto dell'Appalto è la fornitura delle seguenti apparecchiature: laser chirurgico, sistema riunito da visita ORL.

Le apparecchiature oggetto dell'Appalto costituiscono n. 2 lotti separati; i quantitativi previsti per la fornitura sono quelli specificati al successivo Art. 2.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, e nulla sarà dovuto alle Ditte che avranno presentato offerta.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire nei locali individuati dal DEC, e comunque all'interno dei locali dell'A.O. San Camillo Forlanini.

La fornitura dovrà essere comprensiva di installazione e formazione all'uso, con apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti minimi specificati nelle caratteristiche tecniche minime allegate al presente capitolato, e che ne formano parte integrante e sostanziale.

2. ELENCO APPARECCHIATURE, QUANTITATIVI E VALORE DELLA FORNITURA

L'importo totale della fornitura (di cui al presente Capitolato) suddivisa in n. 2 lotti è pari ad € 180.000,00 + IVA.

Non saranno accettate offerte al rialzo, pena l'esclusione dalla gara.

Le apparecchiature di che trattasi, con indicazione dei relativi quantitativi, sono suddivise nei seguenti n. 2 lotti, aggiudicabili singolarmente:

Lotto I Laser chirurgico q.tà 1

Importo complessivo a base gara € 110.000,00 IVA esclusa

Lotto II Sistema riunito da visita ORL q.tà 2

Importo complessivo a base gara € 70.000,00 IVA esclusa

Le apparecchiature oggetto di acquisizione dovranno presentare le caratteristiche tecniche minime così come descritto all'Allegato n. 1 "Caratteristiche tecniche minime" al presente Capitolato.

Il possesso delle caratteristiche richieste ed eventuali caratteristiche migliorative saranno valutate da apposita Commissione nominata all'uopo in ottemperanza a quanto indicato all'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

3. PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni onere di spesa per trasporto, consegna, installazione, montaggio, eventuali lavori accessori all'installazione, messa in funzione, collaudo funzionale, formazione del personale all'utilizzo, ed ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le forniture verranno aggiudicate ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione nominata in ottemperanza a quanto disciplinato dall'Art. 77 del D.Lgs 50/2016.

4.1 Criteri di assegnazione dei punteggi.

4.1.1 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico (max 70 punti su 100)

Lotto I Laser chirurgico (60 punti su 70)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
Braccio articolato	max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none">○ Lunghezza;○ Snodi;○ Area descritta)
Utilizzabile con fibra monouso e poliuso	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Possibilità di passare da braccio articolato a fibra flessibile, e viceversa, mediante comando	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Potenza non inferiore a 30 W	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)
*Possibilità di adoperare almeno le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">○ Continua;○ Pulsata;○ Superpulsata	max punti 5 (sarà preferita elevata gamma di modalità)
*Preferibilmente possibilità di memorizzare procedure personalizzate	max punti 6 (sarà prediletto elevato numero di procedure)
*Dotato di schermo touch screen per impostare i parametri e la procedura chirurgica	max punti 4 (sarà preferito schermo più ampio)
Preferibilmente dotato di software per la scelta dei parametri ottimali per le varie procedure chirurgiche	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)

Completo di micromanipolatore per otorino	max punti 6 (saranno considerate distanza focale, visibilità e dimensioni dello spot)
Preferibilmente fibra a CO2 collegabile ad un manipolo dedicato per la chirurgia dell'orecchio	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Ingombro	max punti 5 (sarà preferito ingombro ridotto)
Ergonomia	max punti 6 (sarà prediletta maggiore facilità di utilizzo)
Accessori a corredo	max punti 7 (saranno valutati tipologie e quantitativi)

Lotto II Sistema riunito da visita ORL (60 punti su 70)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Dotato di aspiratore con ON/OFF automatico da almeno 40 l/min	max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)
Sistema di aspirazione silenzioso e privo di vibrazioni	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Scalda specchietti con temporizzazione variabile comandata elettronicamente	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
Cestino portarifiuti con sistema di apertura non manuale	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Dotato di almeno 2 fonti di luce a LED	max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)
Dotato di telecamera direttamente collegabile al PC	max punti 3 (saranno valutate dimensioni e risoluzione)
Telecamera alimentata a bassissima tensione	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
*Dotato di monitor da almeno 21"	max punti 3 (sarà prediletta dimensioni superiori)
Munito di PC di ultima generazione	max punti 3 (saranno esaminate le caratteristiche con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> ○ CPU; ○ Sistema operativo; ○ Capacità ram; ○ Monitor; ○ Mouse e tastiera wireless)
Software integrato per acquisizione video	max punti 4 (saranno considerate: <ul style="list-style-type: none"> ○ Capacità di memoria; ○ Facilità di utilizzo; ○ Importazione di esami salvati in formato

16

	<p>digitale (es. tac);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Salvataggio di video e immagini dei test effettuati; ○ Creazione di stampe personalizzabili su richiesta dell'operatore; ○ Capacità di impostare direttamente i dati del paziente utilizzando il lettore di tessera sanitaria)
<p>*Fornito di adeguati supporti con , dove necessario, sistema di antiappannamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nasofaringoscopio; ○ Endoscopio flessibile; ○ Testa della telecamera; ○ Caschetto; ○ Monitor 	max punti 3 (sarà preferito maggior numero di supporti)
<p>*Dotato di almeno N° 4 ruote antistatiche piroettanti di cui almeno N° 2 con sistema di blocco</p>	max punti 2 (sarà preferito sistema frenante su ogni ruota)
<p>*Dotato di almeno N° 4 cassette</p>	max punti 1 (sarà preferito numero superiore)
<p>Dimensioni</p>	max punti 2 (saranno preferiti ingombri ridotti)
<p>*Peso</p>	max punti 2 (sarà preferito peso ridotto)
<p>Dotato di poltrona con regolazione elettrica</p>	<p>max punti 4 (sarà preferita regolazione indipendente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seduta; ○ Schienale; ○ Salita/discesa; ○ Gambale)
<p>*Possibilità di memorizzare le configurazioni della poltrona più usate</p>	max punti 1,5 (sarà preferita possibilità di memorizzare elevato numero di configurazioni)
<p>*Rotazione della poltrona a destra e sinistra</p>	max punti 1,5 (sarà preferito angolo di rotazione maggiore)
<p>Poltrona configurabile come un lettino visita</p>	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)
<p>Poltrona con tappezzeria in materiale resistente agli strappi e facile da pulire e disinfettare</p>	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
<p>Poltrona dotata di poggipiedi e poggiatesta</p>	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
<p>Poltrona munita di braccioli imbottiti</p>	max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)
<p>Controllo da remoto della poltrona paziente</p>	max punti 2 (SI = 2; NO = 0)

17

Poltrona in grado di raggiungere la posizione trendelemburg (-20°) in autonomia tramite un unico comando	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Sgabello con rivestimento in materiale resistente, facile da pulire e disinfettare	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Sgabello con ruote piroettanti dotate di freno	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Sgabello con appoggio dorsale	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
Sgabello con poggiatesta cromato	max punti 1 (SI = 1; NO = 0)
*Sgabello con altezza regolabile	max punti 1,5 (sarà preferito ampio range di regolazione)
Ulteriori accessori a corredo	max punti 4 (saranno valutate tipologie e quantità)

Il punteggio tecnico relativo alle caratteristiche corrispondenti ad indicatori non oggettivizzabili matematicamente verrà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$W(i) = \sum_n [C_i * V_{max}]$$

Dove:

W_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

$C(i)$ = coefficiente prescelto per l'offerta i-esima

V_{max} = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione n-esimo

n = numero totale degli elementi di valutazione

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	NON SUFFICIENTE
1	0,75	0,50	0,25	0,00

Il punteggio tecnico (P) relativo alle caratteristiche (C) corrispondenti ad indicatori oggettivizzabili matematicamente, le cui caratteristiche oggetto di valutazione sono contrassegnate dal simbolo asterisco (*) verrà attribuito, per la caratteristica i-esima nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più elevati, utilizzando la seguente formula:

$$P = (C_i - C_{imin}) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i$$

Ovvero, per la caratteristica i-esima, nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più bassi verrà utilizzata la seguente formula:

$$P = (C_{imax} - C_i) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i$$

16
Criteri comuni ai lotti (10 punti su 70) – Servizio di assistenza post-vendita

Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 3 punti
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti
Fornitura muletto sostitutivo	max 2,5 punti

4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio economico (max 30 punti su 100)

All'offerta più bassa verranno assegnati 30 punti, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

$$X_i = \frac{P_{min} \times C}{P_i}$$

Dove.

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le apparecchiature dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia ed in formato elettronico, la descrizione tecnica, i manuali di service necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali software diagnostici e relativi codici di accesso necessari alle attività di manutenzione correttiva, preventiva, etc, dichiarazioni di conformità alle normative vigenti (Marchio CE, Direttiva 93/42 CEE, etc.).

La documentazione di cui sopra deve essere considerata come parte integrante della fornitura.

6. DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

La Ditta in sede di offerta deve garantire, tramite apposita dichiarazione, per almeno 10 anni la disponibilità di tutte le parti di ricambio per ogni singola parte dell'apparecchiatura.

7. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire nel luogo ed entro i termini previsti dalla lettera d'ordine, a totale carico, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria..

19

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale, compresi trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione ed eventuali lavori di adeguamento necessari all'installazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro degli imballaggi e del loro smaltimento secondo la normativa vigente.

La fase di installazione resta a totale carico della Ditta aggiudicataria fino alla definitiva messa a punto dell'apparecchiatura oggetto della fornitura. Dovrà inoltre prevedere alla formazione del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera entro e non oltre 20 giorni dalla consegna, e dovrà essere redatto apposito rapporto tecnico di avvenuta messa in funzione.

8. COLLAUDO

L'Azienda Ospedaliera accerterà la rispondenza di quanto fornito in opera per quanto previsto in contratto, ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative, qualitative e prove funzionali sui prodotti forniti.

Le suddette prove e verifiche verranno effettuate in contraddittorio con il personale incaricato della Ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti si redigerà apposito verbale.

La Ditta aggiudicataria provvederà all'eliminazione di eventuali difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che verranno indicati, in sede di verifica, dall'Azienda Ospedaliera.

Durante le verifiche e le prove preliminari, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature necessarie all'esecuzione delle prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, la Ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e comunque fino al termine del periodo di garanzia.

9. GARANZIA

L'apparecchiatura fornita dovrà essere priva di: difetti di progettazione o errata esecuzione, vizi dei materiali impiegati e dovrà possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione offerta in gara.

Le apparecchiature e gli arredi dovranno essere forniti nuovi di fabbrica.

Dalla data del certificato di collaudo con esito positivo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire con formula "full risk": le apparecchiature del presente appalto per un periodo non inferiore a 24 mesi. Per lo stesso periodo la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le visite di manutenzione preventiva e le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria, per tutto il periodo di garanzia, dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10 del presente Capitolato.

Per tutto il periodo di garanzia dovranno essere assicurati tempi di intervento non superiori ad 8 ore lavorative dalla chiamata, fatta eccezione per i giorni festivi. I tempi di risoluzione dovranno essere i più brevi possibili e comunque non oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata.

10. PENALI

Nel caso in cui la fornitura non venga ultimata nel termine stabilito di 20 giorni (ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta), alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.

Nel caso in cui non vengano rispettati i livelli di servizio di cui all'Art. 9 del presente Capitolato, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo o di fermo macchina per guasto bloccante, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati. Qualsiasi altra richiesta atta a ottenere lo spostamento dei termini, la modifica di clausole contrattuali, o più in generale qualsiasi comunicazione non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

11. CONTRATTO DI ASSISTENZA POST-GARANZIA

L'Azienda Ospedaliera si riserva l'opportunità di stipulare un contratto "full risk" post garanzia con la Ditta aggiudicataria.

L'eventuale contratto di manutenzione full risk post garanzia non dovrà superare, per i cinque anni successivi alla scadenza della garanzia, il valore del 5% dell'importo contrattuale IVA esclusa.

Per manutenzione full risk si intende la manutenzione comprensiva di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, parti di ricambio, manodopera, etc) derivanti dalla manutenzione preventiva e correttiva, eventuali aggiornamenti software e relativa formazione del personale per nuove versioni.

L'obiettivo principale è quello di garantire la completa efficienza dell'apparecchiatura, nonché la rispondenza a tutte le norme di sicurezza e qualità previste dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- Interventi di manutenzione periodica previsti dalla normativa di riferimento e/o dalla Ditta costruttrice
- Interventi a chiamata in numero illimitato
- Sostituzione di tutte le parti difettose
- Utilizzo di parti di ricambio originali ovvero validate dal produttore
- Eventuali aggiornamenti software compatibili con l'hardware in dotazione
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata, e comunque nel più breve tempo possibile
- Tempi di ripristino della completa funzionalità non superiori a 24 ore lavorative, e comunque nel più breve tempo possibile
- Rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale, ovvero con cadenza inferiore laddove previsto dalle normative

Al termine di ogni intervento tecnico dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico con la descrizione del lavoro eseguito.

Le condizioni economiche del piano proposto costituiranno oggetto di autonoma e successiva negoziazione tra le parti ed in ogni caso costituiscono vincolo per la Ditta che si impegna a non presentare valori economici superiori a quelli proposti in sede di offerta.

12. PAGAMENTI

L'acquisizione delle apparecchiature di che trattasi è oggetto di specifico progetto finanziato con fondi stanziati dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 695 del 21/10/2014 – Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. I pagamenti

avverranno solo a seguito di regolare collaudo con esito positivo e solo a seguito di liquidazione del finanziamento da parte della Regione Lazio. u

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Capitolato, pena l'esclusione dalla gara, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra descritte.

Allegato 1

**“Procedura negoziata su MEPA per l’acquisto di 1 Laser chirurgico (lotto 1) e n. 1 Sistema riunito da visita ORL (lotto 2) per le esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria.”
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.**

Allegato: Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature

LOTTO 1: LASER CHIRURGICO q.tà 1

DESCRIZIONE: Apparecchiatura chirurgica per chirurgia minimamente invasiva.

CARATTERISTICHE MINIME

- Laser chirurgico a CO2 con lunghezza d'onda di 10600 nm;
- Emissione del raggio tramite braccio articolato;
- Emissione del raggio mediante fibra flessibile;
- Potenza non inferiore a 30 W;
- Possibilità di adoperare almeno le seguenti modalità:
 - Continua;
 - Pulsata;
 - Superpulsata;
- Preferibilmente possibilità di memorizzare procedure personalizzate;
- Dotato di schermo touch screen per impostare i parametri e la procedura chirurgica;
- Preferibilmente dotato di software per la scelta dei parametri ottimali per le varie procedure chirurgiche;
- Completo di micromanipolatore per otorino;
- Struttura compatta;
- Preferibilmente fibra a CO2 collegabile ad un manipolo dedicato per la chirurgia dell'orecchio;
- Compatibile con l'attuale microscopio Leica presente presso la UOC Otorinolaringoiatria o dotato di interfaccia dedicata.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

LOTTO 9: SISTEMA RIUNITO DA VISITA ORL q.tà 4

DESCRIZIONE: Sistema per attività ambulatoriale completa per trattamenti e diagnostica in endoscopia e microscopia.

CARATTERISTICHE MINIME

- Dotato di aspiratore con ON/OFF automatico da almeno 40 l/min;
- Munito di scalda specchietti rapido;
- Ripiano portastrumenti coperto per garantire sterilità e pulizia;
- Piano di lavoro idrorepellente, antigraffio, ignifugo, di facile pulizia e disinfezione;
- Comparto portaguaine monouso per strumenti endoscopici;
- Munito di cestino portarifiuti;
- Dotato di almeno 2 fonti di luce a LED;
- Dotato di lampada UV germicida;
- Munito di irrigatore da acqua calda a 37° autonomo;
- Dotato di telecamera direttamente collegabile al PC;
- Preferibilmente munito di sistema per la visualizzazione degli strumenti in uso e delle loro performance;
- Dotato di monitor da almeno 21";
- Munito di PC di ultima generazione con software integrato per acquisizione video;
- Fornito di adeguati supporti con , dove necessario, sistema di antiappannamento per:
 - Nasofaringoscopia;
 - Endoscopia flessibile;
 - Testa della telecamera;
 - Caschetto;
 - Monitor;
- Dotato di poltrona con regolazione elettrica;
- Munito di sgabello;
- Dotato di almeno N°.4 ruote antistatiche piroettanti di cui almeno N° 2 con sistema di blocco;
- Munito di trasformatore di isolamento;
- Conforme alle direttive e/o norme europee riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Accessori a corredo e/o opzionali con relative quantità;
- Caratteristiche telecamera;
- Caratteristiche PC;
- Caratteristiche poltrona;
- Caratteristiche sgabello;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.