










DELIBERAZIONE N. 1346

DEL

23 SET. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S	
Codice settore proponente: BSDG 4784 del 10.9.2020	
Oggetto: "Indizione di procedura negoziata su MEPA per la fornitura di frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini."	
L'estensore Sig.ra Laura Ciusti 	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio d'Alba 
Parere del Direttore Amministrativo: Dott.ssa Francesca Milito <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma  _____ Data <u>22/9/2020</u>	
Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Daniela Orazi <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma  _____ Data <u>22.09.2020</u>	
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale. <p style="text-align: right;">presa visione</p> Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____ Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini Firma  _____ Data <u>21/09/2020</u>	
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Firma  _____ Data <u>24.09.2020</u> Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola Firma  _____ Data <u>24.09.2020</u>	

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI****VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2019 n. 29 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

PREMESSO

- che la U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, con le note n. 128723 del 21.10.2019 ed integrazione n. 137550 del 12.11.2019, ha trasmesso la richiesta relativa all'acquisto di Frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- che il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, con nota n. 99363 del 24.7.2020, ha trasmesso le caratteristiche tecniche della fornitura;

PRESO ATTO

che l'importo stimato per tale fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che il materiale che si intende acquisire deve avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera di invito;

PRESO ATTO

- che da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per il materiale in argomento;

- che tale materiale è presente nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di Frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera - importo complessivo presunto Euro 30.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:

conto 101020407 Euro 36.600,00 C/IVA - anno 2020

CONSIDERATO

- che la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

- che gli operatori economici che risponderanno a tale richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA

la lettera d'invito allegata;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di Frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - importo complessivo presunto Euro 30.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:

conto 101020407 Euro 36.600,00 C/IVA - anno 2020

- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE

BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016 di "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l'Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione di procedura negoziata su MEPA per la fornitura di frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di Frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – importo complessivo presunto Euro 30.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'aut. 34 sub _____ codice B019 - fonte di finanziamento 04 - PROV. 1, con le seguenti modalità:
conto 101020407 Euro 36.600,00 C/IVA – anno 2020
- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica;





- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 21 pagine di cui n. 15 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fabrizio d'Alba)





Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Prot. Roma, li

Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura di frigoriferi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per l'acquisto di:

Lotto n. 1 - CIG _____

n. 1 FRIGORIFERO DA INCASSO

Lotto n. 2 - CIG _____

n. 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO

Lotto n. 3 - CIG _____

n. 1 FABBRICATORE CHIACCIO

Lotto n. 4 - CIG _____

n. 3 FRIGORIFERI PER ALIMENTI

Lotto n. 5 - CIG _____

n. 8 FRIGORIFERI PER FARMACI

Lotto n. 6 - CIG _____

n. 3 CONGELATORI DA LABORATORIO

con le caratteristiche come da allegato A

La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura anche in caso di esaurimento del modello offerto provvedendo alla sua sostituzione con un prodotto simile, di costo non inferiore, senza oneri aggiuntivi.

Dovrà essere trasmessa (in .pdf senza firma digitale) la scheda tecnica del prodotto offerto, con indicazione del CND e del numero di repertorio, se previsto.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 - 2588 - 2589 - fax: 06 55552603

La scheda tecnica deve consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario può essere integrata da apposita dichiarazione.

La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3; in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) che la Ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria, avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, pari al valore della fornitura. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- e) che la Ditta è in possesso della capacità tecnico professionale, verificabile attraverso un elenco delle principali forniture relative al settore di attività oggetto della gara effettuate negli ultimi 3 anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per importo complessivo non inferiore al valore della fornitura. In alternativa il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo anno** forniture analoghe per un importo complessivo minimo **pari al 50% del valore della fornitura**;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- d) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 4) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

/offerta frigoriferi

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

ALLEGATO "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO N. 1 - FRIGORIFERO PER ALIMENTI DA INCASSO :

DESCRIZIONE: Frigorifero per la conservazione degli alimenti

CARATTERISTICHE MINIME:

- misure 60 – 85h
- da incasso

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Dimensioni e portata dei ripiani e degli eventuali cassetti;
- Classe e tipo elettrico;
- Eventuali accessori a corredo

LOTTO N. 2 - FRIGORIFERO BIOLOGICO :

DESCRIZIONE: Frigorifero biologico (tipo Unifrigor modello 115906 M-APV 140)

CARATTERISTICHE MINIME:

- capacità 140 litri
- n. 3 ripiano in filo con ganci

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Dimensioni e portata dei ripiani e degli eventuali cassetti;
- Classe e tipo elettrico;
- Eventuali accessori a corredo.

LOTTO N. 3 – FABBRICATORE GHIACCIO

CARATTERISTICHE MINIME:

- fabbricatore ghiaccio a cubetti
- potenza 120 w
- produzione ghiaccio 10 Kg. /24h
- peso circa 9,5 Kg.
- Dimensioni: circa H315 x P.377 x L.244 mm.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Classe e tipo elettrico;
- Eventuali accessori a corredo.

FRIGORIFERO PER ALIMENTI

DESCRIZIONE: Frigorifero per la conservazione di alimenti.

CARATTERISTICHE MINIME

- Temperatura regolabile nel range di circa +3°C/+10°C;
- Capacità di almeno 160 l;
- Dotato di ripiani e almeno un cassetto;
- Dotato di illuminazione interna;
- Completo di zona congelatore;
- Sbrinamento automatico;
- Fondo a vasca per il contenimento di eventuali liquidi;
- Angoli della cella di stoccaggio arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia;
- Il sistema deve soddisfare le direttive vigenti per la conservazione di alimenti;
- Classe energetica non inferiore ad "A+".

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo.

FRIGORIFERO PER FARMACI

DESCRIZIONE: Frigorifero per la conservazione di farmaci.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura di tipo verticale in acciaio Inox 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno;
- Porta in vetro temprato termoisolante a perfetta tenuta, con chiusura a chiave;
- Preferibilmente cella di stoccaggio priva di soluzioni di discontinuità in modo da garantire facilità nelle operazioni di pulizia;
- Vasca al fondo per contenere eventuali liquidi;
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità e con spessore di circa 50 mm;
- Privo di clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC);
- Completo di almeno 4 ripiani regolabili in altezza e almeno un cassetto;
- Illuminazione interna ad attivazione automatica all'apertura della porta;
- Completo di pannello di controllo:
 - dedicato a tutte le funzioni dell'apparecchiatura;
 - con pulsanti e display a colori;
 - munito di batteria, in modo da garantirne la visualizzazione e le segnalazioni anche in caso di assenza rete;
- Sistema capace di mantenere traccia dei valori della temperatura;
- Batteria di back-up a ricarica automatica in grado di garantire l'autonomia del pannello di controllo;
- Munito di allarmi acustici e visivi per la segnalazione almeno dei seguenti parametri:
 - Temperatura alta o bassa;
 - Porta aperta;
 - Assenza tensione di alimentazione;
 - Batteria scarica;
 - Avaria sonde;
- Preferibilmente possibilità di silenziare gli allarmi acustici mantenendo la segnalazione a display dell'allarme visivo;
- Possibilità di regolazione della ventilazione interna;
- Preferibilmente possibilità di aggiornamento del pannello di controllo;
- Dotato di refrigerazione a ventilazione forzata;
- Temperatura regolabile all'interno del range pari a circa 0°C – 14°C;
- Capacità lorda pari ad almeno a 350 l;
- Sbrinamento automatico;
- Preferibilmente dotato di foro passante, al fine di consentire l'eventuale installazione di sonda esterna per il monitoraggio della temperatura con sistema dedicato;
- Completo di marchio CE e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Classe e tipo elettrico;
- Caratteristiche tecniche dell'unità refrigerante;
- Eventuali accessori a corredo.

CONGELATORE DA LABORATORIO

DESCRIZIONE: Apparecchiatura destinata alla conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti da laboratorio.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura di tipo verticale;
- Capacità interna lorda non inferiore a 600 l;
- Camera interna in acciaio inox;
- Dotato di almeno 6 ripiani interni oltre la base estraibili e regolabili in altezza, preferibilmente in acciaio inox;
- Temperatura di esercizio -20°C;
- Privo di clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC);
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità e con spessore di circa 75 mm;
- Basso consumo energetico;
- Dotato di indicatore per la temperatura;
- Preferibilmente dotato di foro passante, al fine di consentire l'eventuale installazione di sonda esterna per il monitoraggio della temperatura con sistema dedicato;
- Sistema di allarme acustico e visivo almeno per:
 - Temperatura fuori range impostato;
 - Mancanza alimentazione elettrica;
 - Apertura porta;
- Preferibilmente dotato di sistema per la remotizzazione degli allarmi;
- Dotato di termostato esterno per la regolazione della temperatura ed indicatore elettronico esterno a lettura digitale della temperatura;
- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo;
- Porta esterna cieca ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave;
- Sbrinamento automatico;
- Vasca interna in acciaio inox facilmente lavabile e sanificabile;
- Dotato di batteria tampone, preferibilmente ricaricabile, per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza dell'alimentazione elettrica;
- Ventilazione interna;
- Completo di marchio CE e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Caratteristiche e spessore dei materiali impiegati per l'isolamento termico;
- Eventuali accessori a corredo.

Documento N. 99363/2020

Luca Zuloaga

mu

Roma, 24/07/2020

Al Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi

OGGETTO: Acquisto di frigoriferi per farmaci, frigoriferi per alimenti e congelatori.

In riferimento alla Vs nota prot. 70249/2020, si trasmettono, in allegato alla presente, le specifiche tecniche delle apparecchiature indicate in oggetto.

Si fa presente che, da un'indagine di mercato effettuata dalla scrivente, risulta quanto segue:

- Il costo unitario del frigorifero per farmaci è circa pari ad € 3.800,00 IVA esclusa;
- Il costo unitario del congelatore da laboratorio è circa pari ad € 4.500,00 IVA esclusa;
- Il costo unitario del frigorifero per alimenti è circa pari ad € 300,00 IVA esclusa.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.S.D. Ingegneria Clinica

Ing. Annarita Caporaso



FRIGORIFERO PER FARMACI

DESCRIZIONE: Frigorifero per la conservazione di farmaci.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura di tipo verticale in acciaio Inox 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno;
- Porta in vetro temprato termoisolante a perfetta tenuta, con chiusura a chiave;
- Preferibilmente cella di stoccaggio priva di soluzioni di discontinuità in modo da garantire facilità nelle operazioni di pulizia;
- Vasca al fondo per contenere eventuali liquidi;
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità e con spessore di circa 50 mm;
- Privo di clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC);
- Completo di almeno 4 ripiani regolabili in altezza e almeno un cassetto;
- Illuminazione interna ad attivazione automatica all'apertura della porta;
- Completo di pannello di controllo:
 - dedicato a tutte le funzioni dell'apparecchiatura;
 - con pulsanti e display a colori;
 - munito di batteria, in modo da garantirne la visualizzazione e le segnalazioni anche in caso di assenza rete;
- Sistema capace di mantenere traccia dei valori della temperatura;
- Batteria di back-up a ricarica automatica in grado di garantire l'autonomia del pannello di controllo;
- Munito di allarmi acustici e visivi per la segnalazione almeno dei seguenti parametri:
 - Temperatura alta o bassa;
 - Porta aperta;
 - Assenza tensione di alimentazione;
 - Batteria scarica;
 - Avaria sonde;
- Preferibilmente possibilità di silenziare gli allarmi acustici mantenendo la segnalazione a display dell'allarme visivo;
- Possibilità di regolazione della ventilazione interna;
- Preferibilmente possibilità di aggiornamento del pannello di controllo;
- Dotato di refrigerazione a ventilazione forzata;
- Temperatura regolabile all'interno del range pari a circa 0°C – 14°C;
- Capacità lorda pari ad almeno a 350 l;
- Sbrinamento automatico;
- Preferibilmente dotato di foro passante, al fine di consentire l'eventuale installazione di sonda esterna per il monitoraggio della temperatura con sistema dedicato;
- Completo di marchio CE e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Classe e tipo elettrico;
- Caratteristiche tecniche dell'unità refrigerante;
- Eventuali accessori a corredo.

CONGELATORE DA LABORATORIO

DESCRIZIONE: Apparecchiatura destinata alla conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti da laboratorio.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura di tipo verticale;
- Capacità interna lorda non inferiore a 600 l;
- Camera interna in acciaio inox;
- Dotato di almeno 6 ripiani interni oltre la base estraibili e regolabili in altezza, preferibilmente in acciaio inox;
- Temperatura di esercizio -20°C;
- Privo di clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC);
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità e con spessore di circa 75 mm;
- Basso consumo energetico;
- Dotato di indicatore per la temperatura;
- Preferibilmente dotato di foro passante, al fine di consentire l'eventuale installazione di sonda esterna per il monitoraggio della temperatura con sistema dedicato;
- Sistema di allarme acustico e visivo almeno per:
 - Temperatura fuori range impostato;
 - Mancanza alimentazione elettrica;
 - Apertura porta;
- Preferibilmente dotato di sistema per la remotizzazione degli allarmi;
- Dotato di termostato esterno per la regolazione della temperatura ed indicatore elettronico esterno a lettura digitale della temperatura;
- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo;
- Porta esterna cieca ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave;
- Sbrinamento automatico;
- Vasca interna in acciaio inox facilmente lavabile e sanificabile;
- Dotato di batteria tampone, preferibilmente ricaricabile, per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza dell'alimentazione elettrica;
- Ventilazione interna;
- Completo di marchio CE e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Caratteristiche e spessore dei materiali impiegati per l'isolamento termico;
- Eventuali accessori a corredo.

FRIGORIFERO PER ALIMENTI

DESCRIZIONE: Frigorifero per la conservazione di alimenti.

CARATTERISTICHE MINIME

- Temperatura regolabile nel range di circa +3°C/+10°C;
- Capacità di almeno 160 l;
- Dotato di ripiani e almeno un cassetto;
- Dotato di illuminazione interna;
- Completo di zona congelatore;
- Sbrinamento automatico;
- Fondo a vasca per il contenimento di eventuali liquidi;
- Angoli della cella di stoccaggio arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia;
- Il sistema deve soddisfare le direttive vigenti per la conservazione di alimenti;
- Classe energetica non inferiore ad "A+".

SPECIFICARE

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo.

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature – beni - comodati

Documento N. 70249/2020

Roma, li 25/05/2020

Al Resp.le U.O.S.D. Ingegneria Clinica
Ing. A. Caporaso

OGGETTO: Acquisto di frigoriferi per farmaci, frigoriferi per alimenti e congelatori.

Con riferimento alla nostra nota n. 130530 del 24.10.2019, si sollecita quanto richiesto.

Al fine di consentire il raggruppamento in tre lotti, uno per i frigoriferi per farmaci, uno per i frigoriferi per alimenti e uno per i congelatori, si chiede alla S.V. di fornire caratteristiche tecniche omogenee e rispettose della normativa.

La relativa procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

/acquisto di frigoriferi_Ingegneria_soll



SEDELETA S.M.ETIABE - PERICORINA *

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Prot. *Documento N. 137550/2019*

12/11/2019

Roma, li _____

Al Direttore U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: acquisto frigoriferi.

Ad integrazione della nota prot. 128723 del 21/10/2019, si invia richiesta completa di caratteristiche tecniche, di n.1 frigorifero per la conservazione farmaci per le esigenze della U.O. di Patologia Ostetrica (Ostetricia A).

A rettifica di quanto indicato nella suddetta nota, si comunica che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 12.200,00 + IVA, e che, ai fini della contabilizzazione della spesa, lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n. 34/2019 conto 101020407.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. *Marcello Valensise*

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: economato@scf.gov.it – Ufficio Gestione Beni Economici tel.0658706232 - fax: 06 58706503

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati

Documento N. 130530/2019

Roma, li 24/10/2019

Al Resp.le U.O.S.D. Ingegneria Clinica
Ing. A. Caporaso

OGGETTO: Acquisto di frigoriferi per farmaci, frigoriferi per alimenti e congelatori.

Con riferimento alla nostra nota n. 122439 dell'8.10.2019, si trasmette in allegato la nota n. 128723 del 21.10.2019 a firma del Direttore della U.O.C. Economato, Gestione contratti e Logistica che integra e sostituisce le precedenti.

Al fine di consentire il raggruppamento in tre lotti, uno per i frigoriferi per farmaci, uno per i frigoriferi per alimenti e uno per i congelatori, si chiede alla S.V. di fornire caratteristiche tecniche omogenee e rispettose della normativa.

La relativa procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

/acquisto di frigoriferi_Ingegneria_2



AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. *Economato, Gestione Contratti e Logistica*

Prot.

Roma, li 21/10/2019

Documento N. 128723/2019

Al Direttore U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Paolo P'arfusola

Oggetto: acquisto frigoriferi.

Facendo seguito alle note prot. 97669 del 05/08/2019 e prot. n. 105237 del 09/09/2019, pari oggetto, in considerazione di ulteriori richieste pervenute a questa U.O.C. per l'acquisto dei medesimi beni, si trasmette il riepilogo dei frigoriferi e congelatori da acquisire.

Si chiede pertanto, per i successivi atti di competenza, di considerare la presente nota di trasmissione e di annullare le precedenti comunicazioni di cui sopra.

Si elencano di seguito i Servizi richiedenti:

- **n.1 frigorifero per la conservazione dei farmaci e n. 1 frigorifero per alimenti per la C.O. Cardiovascolare;**
- **n. 1 frigorifero per alimenti per la Chirurgia Vascolare;**
- **n. 2 frigoriferi per la conservazione dei farmaci e n. 3 congelatori per la U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica;**
- **n. 1 frigorifero per la conservazione dei farmaci per la U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza e delle Nuove Tecnologie – Ambulatorio Codici 5;**
- **n. 1 frigorifero per la conservazione dei farmaci per Radiologia 2/DIA;**
- **n. 1 frigorifero per la conservazione dei farmaci per Poliambulatorio Piastra;**
- **n. 1 frigorifero ad incasso per alimenti per il Nido ed Osservazione Rooming in;**
- **n. 1 frigorifero biologico per l'Ambulatorio Pediatrico;**
- **n. 1 frigorifero per conservazione farmaci per la U.O.C. Ematologia;**
- **n. 1 frigorifero per alimenti per la U.O.C. CR4.**

Le suddette richieste sono complete delle caratteristiche tecniche dei beni da acquistare.

Si comunica che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 11.500,00 + IVA, e che, ai fini della contabilizzazione della spesa, lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n. 34/2019 conto 101020407.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. *Marcello Valensise*