

Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici

AVVISO ESPLORATIVO

Acquisizione della fornitura di Reagenti per la misurazione delle Resistenze Osmotiche Eritrocitarie (ROE) da utilizzare su apparecchiatura di proprietà necessari all'attività biennale della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

In ossequio a quanto previsto dalla attuale normativa, come disposto dall'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., questa Azienda Ospedaliera intende avviare apposita indagine esplorativa di mercato per verificare la presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura in oggetto con tutti i requisiti indicati in allegato.

Le Ditte interessate dovranno far pervenire, **entro le ore 12:00 del 22/09/2021**, eventuali manifestazioni di interesse sul sito dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini all'indirizzo benieservizi@scamilloforlanini.rm.it, riportando nell'oggetto la dicitura: **“FD21 (sp/4)– manifestazione di interesse per la fornitura di Reagenti per la misurazione delle Resistenze Osmotiche Eritrocitarie (ROE) da utilizzare su apparecchiatura di proprietà necessari all'attività biennale della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini”**

Le Ditte dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in grado di offrire prodotti che siano rispondenti alle caratteristiche richieste, fornendone la denominazione e la descrizione; inoltre, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, è richiesta l'iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto di gara e l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.. **In questa fase non è necessario l'invio di schede tecniche**, che verranno richieste successivamente con Lettera di invito.

La Ditta dovrà specificare per quale bando è iscritta sul MEPA

L'importo annuale della fornitura è pari ad € 2.000,00 esclusa Iva, quale limite massimo di aggiudicazione, composto dalla somma degli importi dei singoli prodotti. La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i, per singolo prodotto risultato idoneo e conforme a quanto richiesto.

In allegato le **caratteristiche tecniche obbligatorie** della fornitura.

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo per l'Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento la presente procedura qualora lo reputi necessario a suo insindacabile giudizio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

PF/sp

ALLEGATO

DENOMINAZIONE

Kit al glicerolo per la determinazione e quantificazione delle Resistenze Osmotiche Eritrocitarie (ROE) da utilizzare su strumento di proprietà aziendale (Ditta Eurospital).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Kit deve essere composto da due soluzioni iso-osmotiche tamponate contenenti glicerolo.

Tale esame deve essere in grado di rilevare la resistenza delle membrane eritrocitarie sottoposte ad uno stress fisico di stiramento per l'accumulo di acqua all'interno del globulo rosso.

La lettura dei risultati deve essere effettuata con sistema nefelometrico e turbidimetrico.

DESTINAZIONE D'USO:

E' un test diagnostico che discrimina i soggetti con ROE normale da quelli con:

-iper-resistenza (o ipofragilità) per alterato rapporto superficie/volume del globulo rosso (condizioni ipocromiche microcitiche)

-ipo-resistenza (o iperfragilità) per alterazioni congenite o acquisite della membrana (sferocitosi ereditaria e anemie emolitiche autoimmuni)

DATI DI CONSUMO

E' previsto un consumo annuale presunto di n. 250 Test

IMPORTO ANNUALE € 2.000,00 esclusa Iva