



DELIBERAZIONE N. 0586 DEL 14 APR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S Codice settore proponente: BSDG 4677	
Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad."	
L'estensore D.ssa <i>Giorgia Meoni</i> firma	IL DIRETTORE GENERALE f.f. D.ssa <i>Francesca Milito</i>
Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <i>[Firma]</i> Data <i>12/4/2021</i>	
Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <i>[Firma]</i> Data <i>13.04.2021</i>	
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale. Preso visione Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____ Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini Firma <i>[Firma]</i> Data <i>[Data]</i>	
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Firma <i>[Firma]</i> Data <i>05.04.2021</i> Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola Firma <i>[Firma]</i> Data <i>05.04.2021</i>	

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

PREMESSO

che con nota prot. 25751 del 15/02/2021 il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha trasmesso il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad;

CONSIDERATO

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per il fabbisogno sopracitato, per un importo presunto di Euro 70.000,00 + IVA, prevedendone la contabilizzazione sull'autorizzazione n. 6 – conto 1501010311000 – anni 2021/22;



- CONSIDERATO**
- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);
 - che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- PRESO ATTO** che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P. A, la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad per un importo complessivo presunto di 70.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'autorizzazione n. 6 – conto 1501010311000 – anni 2021/22;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** Part. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché Part. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. N. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad per un importo complessivo presunto di 70.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'autorizzazione n. 6 - conto 1501010311000 - anni 2021/22;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 17 pagine di cui n. 11 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(D.ssa Francesca Milito)



AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Documento N. 25751/2021

Roma, li 15/02/2021

Al Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad.

In considerazione della scadenza del contratto di fornitura del materiale in oggetto, si invia nota degli utilizzatori contenente il nuovo fabbisogno biennale, le caratteristiche tecniche dei dispositivi da acquisire ed i criteri per la valutazione della qualità.

Si chiede di prevedere che gli INCUBATORI DI INDICATORI BIOLOGICI comprensivi di stampante, siano forniti in SERVICE e non siano oggetto di acquisto.

Si rappresenta che l'importo presunto della fornitura è di Euro 70.000,00 + IVA e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sul conto 501010311000 - autorizzazione n.6 - anni 2021 - 2022.

Considerate le numerose difficoltà che si riscontrano sui tempi di evasione delle forniture, si chiede, inoltre, che nel capitolato sia specificato quanto segue:

LE CONSEGNE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.

Si chiede, infine, che nelle offerte siano indicati obbligatoriamente CND, Numero Repertorio dei prodotti e codice ministeriale, se noto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Marcello Valensise



DIPARTIMENTO DEA
UOC Chirurgia Generale e D'urgenza
Direttore U.O. Dott. Pierluigi Marini

DIPARTIMENTO TESTA - COLLO
UOSD Oculistica
Direttore FF Dott. Roberto Bonfili

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TRAPIANTI-POIT
UOC Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo
Direttore Dott. Giuseppe Maria Ettore

DISCIPLINARE TECNICO PER MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE STERRAD (GAS PLASMA)

OGGETTO: Disciplinare tecnico per Materiale di consumo per Sterilizzatrice STERRAD a Gas Plasma - LOTTO UNICO

Le scriventi Unità Operative richiedono di procedere ad indire una procedura prezzo/qualità per la fornitura di materiale di consumo dedicato per la sterilizzatrice STERRAD in dotazione.

Le scriventi Unità Operative segnalano che la richiesta in lotto unico è necessaria per garantire la fornitura di materiale compatibile, testato e validato per l'apparecchiatura in questione e che tale materiale deve essere approvato dal produttore dell'apparecchiatura stessa al fine di garantire il raggiungimento del risultato atteso, quindi della corretta sterilizzazione dei Dispositivi Medici e la totale garanzia e sicurezza per gli operatori ed i pazienti.

L'utilizzo di materiale non validato potrebbe compromettere la sterilità di ogni DM trattato.

Si specificano dunque i codici necessari alle Unità Operative con fabbisogno annuo espresso in Pezzi.

Materiale STERRAD - Cassette H2O2 per modello 100S (5 Cicli per cassetta). Cod 10113

Descrizione: Con indicatore chimico di sicurezza per eventuali fuoriuscite di perossido.

CH. Generale:	Fabbisogno 400/anno.
CH. Oculistica:	Fabbisogno 200/anno
POIT:	Fabbisogno 50/anno

Materiale STERRAD - Indicatori chimici a striscia. Cod 14100

Descrizione: Strisce per il monitoraggio dell'apparecchiatura con viraggio colorimetrico dal rosso al giallo e riferimento colorimetrico sull'indicatore stesso.

CH. Generale:	Fabbisogno 10.000/anno.
CH. Oculistica:	Fabbisogno 10.000/anno
POIT:	Fabbisogno 100/anno

Materiale STERRAD - Indicatori chimici a nastro. Cod 14202

Descrizione: Nastro adesivo validato per l'apparecchiatura in oggetto per la chiusura degli involucri di confezionamento con viraggio colorimetrico dal rosso al giallo.

CH. Generale:	Fabbisogno 24/anno.
CH. Oculistica:	Fabbisogno 12/anno
POIT:	Fabbisogno 2/anno

Materiale STERRAD – Indicatori biologici a lettura rapida. Cod 43210-30

Descrizione: Indicatori biologici con lettura a 30 minuti effettuata in modo automatico da parte dell'incubatore, ogni indicatore deve avere un codice a barre per l'identificazione univoca della fiala e deve avere un indicatore chimico di processo sul tappo che viri dal rosso al giallo dopo la sterilizzazione.

CH. Generale: Fabbisogno 2000/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 2000/anno
POIT: Fabbisogno 300/anno

Materiale STERRAD- Nastro stampante per Sterrad 100S Cod. 40-03174-001

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 12/anno

*** Materiale STERRAD – Incubatore di indicatori biologici. Cod 43220**

Descrizione: Incubatore per le prove biologiche con lettura automatica del risultato e monitor touch-screen per l'inserimento dei dati rilevanti. Deve avere la possibilità di inserire (prima della lettura) le informazioni relative al ciclo di sterilizzazione e deve leggere in modo automatico le informazioni sull'indicatore come scadenza, lotto e identificativo unico dell'indicatore. Deve inoltre poter salvare internamente (e stampare tramite stampante dedicata) i report delle letture effettuate.

CH. Generale: Fabbisogno 1
CH. Oculistica: Fabbisogno 1
POIT: Fabbisogno 0

Materiale STERRAD – Diffusori ed adattatori. Cod Multipli

Descrizione: Diffusori di H2O2 e relativi adattatori.

Diffusori di H2O2 per Sterrad 100S. Cod 15400-020

CH. Generale: Fabbisogno 200/anno

Adattatori per diffusori da 1mm. Cod 15401

CH. Oculistica: Fabbisogno 50/anno

Adattatori per diffusori da 3,5mm. Cod 15402

CH. Generale: Fabbisogno 50/anno

Adattatori per diffusori da 5mm. Cod 15403

CH. Oculistica: Fabbisogno 50/anno

Adattatori per diffusori angolati. Cod 15407

CH. Generale: Fabbisogno 50/anno

CH. Oculistica: Fabbisogno 50/anno

CH. Generale: Fabbisogno 50/anno

CH. Oculistica: Fabbisogno 50/anno

CH. Generale: Fabbisogno 50/anno

Materiale STERRAD – Rotoli in Tyvek4057B per il confezionamento. Cod Multipli

Descrizione: Il materiale per il confezionamento deve essere in accoppiato Tyvek4057B e devono avere gli indicatori chimici di processo con viraggio colorimetrico dal rosso al giallo. Devono essere rotoli di lunghezza 70 metri ed avere le seguenti dimensioni per permettere il corretto confezionamento dei DM.

Rotoli in Tyvek4057B dim 75 mm . Cod 12407

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.

CH. Oculistica: Fabbisogno 4/anno.

POIT: Fabbisogno 0/anno.

Rotoli in Tyvek4057B dim 100 mm . Cod 12410

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.

CH. Oculistica: Fabbisogno 4/anno

POIT: Fabbisogno 0/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 150 mm . Cod 12415

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.

CH. Oculistica: Fabbisogno 4/anno

POIT: Fabbisogno 0/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 200 mm . Cod 12420

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.

CH. Oculistica: Fabbisogno 4/anno

POIT: Fabbisogno 0/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 250 mm . Cod 12425

CH. Generale: Fabbisogno 16/anno.

CH. Oculistica: Fabbisogno 4/anno

POIT: Fabbisogno 0/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 350 mm . Cod 12435

CH. Generale: Fabbisogno 16/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 0/anno
POIT: Fabbisogno 2/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 420 mm . Cod 12442

CH. Generale: Fabbisogno 16/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 2/anno
POIT: Fabbisogno 4/anno

Rotoli in Tyvek4057B dim 500 mm . Cod 12450

CH. Generale: Fabbisogno 12/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 2/anno
POIT: Fabbisogno 4/anno

Buste in Tyvek dim 100x260 mm. Cod. 12526

CH. Generale: Fabbisogno 0/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 6000/anno
POIT: Fabbisogno 0/anno

Buste in Tyvek dim. 150x320 mm. Cod. 12532

CH. Generale: Fabbisogno 0/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 6000/anno
POIT: Fabbisogno 0/anno

Buste in Tyvek dim. 250x480 mm. Cod. 12548

CH. Generale: Fabbisogno 0/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 2000/anno
POIT: Fabbisogno 0/anno

Materiale STERRAD – Accessori Kit per STERRAD. Cod 20224

Descrizione: Kit contenente 12 scatole per la raccolta delle cassette esaurite, 3 nastri inchiostro per la stampante, 12 rotoli di carta e 6 piatti vaporizzatori.

CH. Generale: Fabbisogno 6/anno.
CH. Oculistica: Fabbisogno 3/anno

Materiale STERRAD – Vassoi, tappetini e blocca strumenti. Cod Multipli

Descrizione: Per la tutela dei DM è necessario andare a collocare i DM in appositi vassoi forati in materiale plastico rigido con a corredo tappetini e blocca strumenti in materiale siliconico per il fissaggio dei DM.

Vassoio 30x10x5 cm. Cod 13826

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 45x10x5 cm. Cod 13827

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 60x10x5 cm. Cod 13828

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 30x20x5 cm. Cod 13829

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 45x20x5 cm. Cod 13830

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 60x20x5 cm. Cod 13831

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 18x17,5x3 cm. Cod 13832

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 25x15x3 cm. Cod 13833

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 38x15x3 cm. Cod 13834

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 38x25x3 cm. Cod 13835

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 27x27,8x10 cm. Cod 13836

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 57,6x27x10 cm. Cod 13837

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Vassoio 59,6x32,1x10 cm. Cod 13838

Fabbisogno CH. Generale: 2/anno

Tappetini 25,4x53,3 cm. Cod 99204

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 16,5x6,4 cm. Cod 99205

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 22,9x14 cm. Cod 99206

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 35,6x14 cm. Cod 99207

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 35,6x24,1 cm. Cod 99208

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 27,9x19,1 cm. Cod 99209

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 43,2x19,1 cm. Cod 99210

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 58,4x19,1 cm. Cod 99211

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 25,4x25,4 cm. Cod 99212

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Tappetini 25,4x54,5 cm. Cod 99213

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Bloccastrumenti 10x19x10 mm. Cod 99400
 Bloccastrumenti 19x10x19 mm. Cod 99401
 Bloccastrumenti 5x19x5 mm. Cod 99402
 Bloccastrumenti 19x5x19 mm. Cod 99403
 Bloccastrumenti 10x10x10 mm. Cod 99404
 Bloccastrumenti 15x15x15 mm. Cod 99405
 Bloccastrumenti 5x5x5 mm. Cod 99406
 Bloccastrumenti Barra di blocco. Cod 99407

Fabbisogno CH. Generale: 4/anno
 Fabbisogno CH. Generale: 4/anno

Importo presunto annuo per il lotto ed i fabbisogni indicati di circa 80'000,00 €, suscettibile di variazione a seguito di richiesta integrazione. (manca conteggio oculistica e Poit)

Rapporto Qualità/prezzo 70/30.

Criterio minimo per l'ammissione: I dispositivi proposti devono essere originali o compatibili con l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di destinazione. Come mezzo di prova della compatibilità, l'operatore economico dovrà presentare il fascicolo tecnico validato ai sensi del D. Lgs 46/97 e s.m.i. firmato digitalmente, attestante la compatibilità con l'apparecchiatura di cui sopra. In alternativa potrà presentare una documentazione tecnica del fabbricante dell'apparecchiatura di cui sopra oppure un impegno a rilasciare, prima dell'avvio della fornitura, una relazione di prova ovvero un certificato rilasciato da un organismo notificato ai sensi del D. Lgs. 46/97 e s.m.i.

Con i seguenti criteri di qualità:

- Rispondenza alle descrizioni sopra riportate per ogni tipologia di prodotto 20pt
- Documentazione attestante la compatibilità con l'apparecchiatura in questione 20pt
- Certificazione del produttore dell'apparecchiatura (Si/No) 20pt
- Conformità alle normative di riferimento per i dispositivi in questione 10pt

05/02/2020

**Direttore di Dipartimento
 Scienze Chirurgiche e DEU
 Dott. Pierluigi Marini**

**A.O. San Camillo Forlanini
 UOSD OCULISTICA
 Direttore Dott. R. Bonfili 95753**

**UOSD Oculistica
 Direttore FF
 Dott. Roberto Bonfili**

**UOC Chirurgia Generale e
 dei Trapianti d'Organo
 Direttore
 Dott. Giuseppe Maria Ettore**



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati - donazioni

Oggetto: **Lettera d'invito per il fabbisogno biennale di materiale di consumo per sterilizzatrici Sterrad.**

RDO:

CIG:

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di:

- Materiale STERRAD – Cassette H₂O₂ per modello 100S (5 cicli per cassetta). Cod. 10113

Descrizione: con indicatore chimico di sicurezza per eventuali fuoriuscite di perossido.

CH. Generale: fabbisogno 400/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 200/anno

POIT: fabbisogno 50/anno

- Materiale STERRAD – Indicatori chimici a striscia. Cod. 14100

Descrizione: strisce per il monitoraggio dell'apparecchiatura con viraggio colorimetrico dal rosso al giallo e riferimento colorimetrico sull'indicatore stesso.

CH. Generale: fabbisogno 10.000/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 10.000/anno

POIT: fabbisogno 100/anno

- Materiale STERRAD – Indicatori chimici a nastro. Cod. 14202

Descrizione: nastro adesivo validato per l'apparecchiatura in oggetto per la chiusura degli involucri di confezionamento con viraggio colorimetrico dal rosso al giallo.

CH. Generale: fabbisogno 24/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 12/anno

POIT: fabbisogno 2/anno

- Materiale STERRAD – Indicatori biologici a lettura rapida. Cod. 43210-30

Descrizione: indicatori biologici con lettura a 30 minuti effettuata in modo automatico da parte dell'incubatore, ogni indicatore deve avere un codice a barre per l'identificazione univoca della fiala e deve avere un indicatore chimico di processo sul tappo che viri dal rosso al giallo dopo la sterilizzazione.

CH. Generale: fabbisogno 2000/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 2000/anno

POIT: fabbisogno 300/anno

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

- Materiale STERRAD – Nastro stampante Sterrad 100S. Cod. 40-03174-001

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 12/anno

- Materiale STERRAD – Incubatore di indicatori biologici. Cod. 43220

Descrizione: incubatore per le prove biologiche con lettura automatica del risultato e monitor touch-screen per l'inserimento dei dati rilevati. Deve avere la possibilità di inserire (prima della lettura) le informazioni relative al ciclo di sterilizzazione e deve leggere in modo automatico le informazioni sull'indicatore come scadenza, lotto e identificativo unico dell'indicatore. Deve inoltre poter salvare internamente (e stampare tramite stampante dedicata) i report delle letture effettuate.

GLI INCUBATORI BIOLOGICI COMPRESIVI DI STAMPANTE, DOVRANNO ESSERE FORNITI IN SERVICE.

CH. Generale: fabbisogno 1

CH. Oculistica: fabbisogno 1

POIT: fabbisogno 0

- Materiale STERRAD – Diffusori ed adattatori. Codici multipli.

Descrizione: diffusore di H₂O₂ e relativi adattatori.

Diffusori di H₂O₂ per Sterrad 100S. cod. 15400-020

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 100 mm. Cod. 12410

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 150 mm. Cod. 12415

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 200 mm. Cod. 12420

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 250 mm. Cod. 12425

CH. Generale: fabbisogno 16/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 350 mm. Cod. 12435

CH. Generale: fabbisogno 16/anno

POIT: fabbisogno 2/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 420 mm. Cod. 12442

CH. Generale: fabbisogno 16/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 2/anno

POIT: fabbisogno 4/anno

Rotoli di Tyvek4057B dim. 500 mm. Cod. 12450

CH. Generale: fabbisogno 12/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 2/anno

POIT: fabbisogno 4/anno

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

Buste in Tyvek dim 100x260 mm. Cod. 12526

CH. Oculistica: fabbisogno 6000/anno

Buste in Tyvek dim 150x320 mm. Cod. 12532

CH. Oculistica: fabbisogno 6000/anno

Buste in Tyvek dim 250x480 mm. Cod. 12548

CH. Oculistica: fabbisogno 2000/anno

Materiale STERRAD – accessori Kit per Sterrad. Cod. 20224

Descrizione: kit contenente 12 scatole per la raccolta delle cassette esaurite, 3 nastri inchiostro per la stampante, 12 rotoli carta e 6 piatti vaporizzatori.

CH. Generale: fabbisogno 6/anno

CH. Oculistica: fabbisogno 3/anno

Materiale STERRAD – vassoi, tappetini e blocca strumenti. Cod. multipli

Descrizione: per la tutela dei DM è necessario andare a collocare i DM in appositi vassoi forati in materiale plastico rigido con a corredo tappetini e blocca strumenti in materiale siliconico per il fissaggio dei DM.

- vassoio 30x10x5 cm cod. 13826 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 45x10x5 cm cod. 13827 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 60x10x5 cm cod. 13828 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 30x20x5 cm cod. 13829 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 45x20x5 cm cod. 13830 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 60x20x5 cm cod. 13831 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 18x17,5x3 cm cod. 13832 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 25x15x3 cm cod. 13833 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 38x15x3 cm cod. 13834 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 38x25x3 cm cod. 13835 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 27x27,8x10 cm cod. 13836 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 57,6x27x10 cm cod. 13837 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- vassoio 59,6x32,1x10 cm cod. 13838 - CH. Generale: fabbisogno 2/anno
- tappetini 25,4x53,3 cm cod. 99204 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 16,5x6,4 cm cod. 99205 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 22,9x14 cm cod. 99206 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 35,6x14 cm cod. 99207 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 35,6x24,1 cm cod. 99208 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 27,9x19,1 cm cod. 99209 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 43,2x19,1 cm cod. 99210 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 58,4x19,1 cm cod. 99211 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 25,4x25,4 cm cod. 99212 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- tappetini 25,4x54,5 cm cod. 99213 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 10x19x10 mm cod. 99400 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 19x10x19 mm cod. 99401 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 5x19x5 mm cod. 99402 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 19x5x19 mm cod. 99403 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 10x10x10 mm cod. 99404 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 115x15x15 mm cod. 99405 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti 5x5x5mm cod. 99406 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno
- bloccastrumenti barra di blocco cod. 99407 - CH. Generale: fabbisogno 4/anno

CRITERIO MINIMO PER L'AMMISSIONE: i dispositivi proposti devono essere originali o compatibili con l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di destinazione. Come mezzo di prova della compatibilità, l'operatore economico dovrà presentare il fascicolo tecnico validato ai sensi del D.Lgs 46/97 e s.m.i. firmato digitalmente, attestante la compatibilità con l'apparecchiatura di cui sopra. In alternativa potrà presentare una documentazione tecnica del fabbricante dell'apparecchiatura di cui sopra oppure un impegno a rilasciare, prima dell'avvio della fornitura, una relazione di prova ovvero un certificato rilasciato da un organismo notificato ai sensi del D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Elementi Qualitativi: max punti 70/100;
 Prezzo : max punti 30/100;

I criteri per l'assegnazione del punteggio della **qualità (max 70 punti)** sono di seguito descritti:

Rispondenza alle descrizioni sopra riportate per ogni tipologia di prodotto	MAX 20 PUNTI
Documentazione attestante la compatibilità con l'apparecchiatura in questione	MAX 20 PUNTI
Certificazione del produttore dell'apparecchiatura (si/No)	MAX 20 PUNTI
Conformità alle normative di riferimento per i dispositivi in questione	MAX 10 PUNTI

Le offerte verranno esaminate dalla Commissione e per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati ad ogni criterio, la Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
DISTINTO	0,85
BUONO	0,75
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,60
SUFFICIENTE	0,50
NON PIENAMENTE SUFFICIENTE	0,25
MEDIOCRE	0,15
INSUFFICIENTE	0,00

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungono il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

Il punteggio relativo al prezzo (30 punti) verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, onnicomprensivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, cioè **30 punti**.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente.}$$

Si precisa che la procedura negoziata verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua dall'Azienda Ospedaliera.

il punteggio del **prezzo (max 30 punti)** verrà attribuito automaticamente dal sistema sul portale MEPA.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, (corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante) che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- 1) che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza, che l'attività esercitata è inerente all'oggetto della presente gara e che la Ditta non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- 3) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), co 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

- 4) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 123/08/2010 n. 136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge;

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La sanzione pecuniaria è stabilita in misura all'uno per mille del valore della gara.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere trasmessa copia della presente lettera d'invito e del Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere indicato, nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'indirizzo della PEC di riferimento.

A pena esclusione dovrà essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.

A pena esclusione dovrà essere trasmesso il dettaglio tecnico economico con i codici dei prodotti offerti.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

Per accettazione

Data, timbro e firma del legale rappresentante della Ditta

GS