

DELIBERAZIONE N.

0399

DEL

21 MAR, 2022

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Codice settore proponente: BSDG 236 del 01/03/2022
Centro di Costo: AORZ21JC1S

Oggetto: Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

L'estensore
D.ssa M. Fanturli

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegare al presente atto)

Firma

Data 18.03.2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegare al presente atto)

Firma

Data 21.03.2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Vedere "Allegato 2022-2025"

Assunzione Autorizzazione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico generale:

Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024;

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che con la deliberazione n. 1402 del 07/10/2021 è stata indetta una gara a procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina-reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un importo triennale di € 840.000,00 + Iva, con contestuale proroga tecnica della precedente fornitura fino al 30/04/2022, nelle more di espletamento e aggiudicazione;

TENUTO CONTO

che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica, nominata con Determinazione dirigenziale n. 1071 del 18/02/2022, ha portato a termine i lavori in data 01/03/2022, proponendo l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI

- i verbali ed i quadri sinottici, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evince la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;

- l'offerta del R.T.I. aggiudicatario DiaSorin- Medical Systems- Dasit - Roche Diagnostics (all. 1);

- TENUTO CONTO** - che la fornitura, alla quale è stato attribuito il codice CIG 8937178897, avrà una durata di mesi 36, dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;
- che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Leg.vo. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., gli esiti della presente aggiudicazione dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;
 - che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;
 - che le spese sostenute per le pubblicazioni di legge saranno rimborsate dal R.T.I. aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva;
 - che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., occorre nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;

RILEVATO che la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione di € 837.777,86 + Iva 22%, pari ad € 1.022.088,99 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:

Anno 2022

Conto Economico 501010317000 € 240.184,07 c/Iva Autorizzazione 27
Conto Economico 504020101000 € 15.338,18 c/Iva Autorizzazione 6

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 € 80.061,36 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 5.112,73 c/Iva

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina-reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, secondo i verbali allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, e secondo l'offerta economica del R.T.I. aggiudicatario DiaSorin- Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics;

21 MAR 2022

Deliberazione n.

0399

del

- pag. n. 4

- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;

- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;

- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di disporre che il R.T.I. aggiudicatario rimborsi le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per le pubblicazioni di legge, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- di contabilizzare la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione, di € 837.777,86 + Iva 22%, pari ad € 1.022.088,99 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:

Anno 2022

Conto Economico 501010317000 € 240.184,07 c/Iva Autorizzazione 27

Conto Economico 504020101000 € 15.338,18 c/Iva Autorizzazione 6

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 € 80.061,36 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 5.112,73 c/Iva

- di corrispondere il dovuto al R.T.I. aggiudicatario DiaSorin- Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini", presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina-reattivi in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, secondo i verbali allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, e secondo l'offerta economica del R.T.I. aggiudicatario DiaSorin- Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics;
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;
- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di disporre che il R.T.I. aggiudicatario rimborsi le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per le pubblicazioni di legge, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- di contabilizzare la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione, di € 837.777,86 + Iva 22%, pari ad € 1.022.088,99 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:

Anno 2022

Conto Economico 501010317000 € 240.184,07 c/Iva Autorizzazione 27

Conto Economico 504020101000 € 15.338,18 c/Iva Autorizzazione 6

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 € 320.245,42 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 20.450,91 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 € 80.061,36 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 5.112,73 c/Iva


- di corrispondere il dovuto al R.T.I. aggiudicatario DiaSorin- Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 16 pagine di cui n. 14 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. NARCISO MOSTARDA)**





**SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER ESECUZIONE ESAMI IN
CHEMILUMINESCENZA/ELETTROCHEMILUMINESCENZA/FLUORESCENZA/ELISA
VERBALE N. 1**

Il giorno 27 Gennaio 2022, alle ore 11,00, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 1402 del 07/10/2021, per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per esecuzione esami in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.

La gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato tecnico di gara e nel suo Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), prendendo atto che entro il termine perentorio stabilito (18/01/2022 – ore 12.00), ha presentato offerta il RTI Dia Sorin – Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics.

Il Rup provvede allo sblocco della documentazione amministrativa per verificarne la conformità: dal suo esame si evince che la documentazione presentata e' regolare; il RTI è ammesso al proseguimento della procedura di gara.

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione del RTI partecipante, che sarà formalizzato con determinazione dirigenziale e di cui verrà data notizia sulla piattaforma Stella. Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario:

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel: 06 58706762 – 6753 - 4554



SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER ESECUZIONE ESAMI IN CHEMILUMINESCENZA/ELETTROCHEMILUMINESCENZA/FLUORESCENZA/ELISA

VERBALE N. 2

Il giorno 1 Marzo 2022, alle ore 9,15, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per la verifica della presenza della documentazione tecnica presentata dal RTI partecipante alla gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 1402 del 07/10/2021, per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per esecuzione esami in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

La gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Disciplinare di gara e nei documenti allo stesso allegati.

La Commissione Tecnica, nominata con Determinazione dirigenziale n. 101 del 18/02/2022, è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Dott. Stefano Curcio – Dirigente medico U.O.C. Patologia clinica

COMPONENTE: D.ssa Liliana Scarnecchia – Dirigente biologo U.O.C. Patologia clinica

COMPONENTE: Dott. Mauro Brescia – Coordinatore Tecnico di Laboratorio U.O.C. Patologia clinica

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), e procede allo sblocco della documentazione tecnica presentata dalla Ditta partecipante R.T.I. DiaSorin - Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics scaricandola dalla piattaforma e verificandone la presenza.

La Commissione Tecnica chiude la seduta pubblica telematica e decide di continuare i lavori di esame della documentazione tecnica in seduta riservata; prima del loro inizio ne stabilisce il seguente ordine:

- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;
- Esame degli elementi valutabili;
- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel: 06 58706762 – 6753 - 4554

La Commissione Tecnica esaminerà per ogni elemento valutabile l'offerta tecnica e seguirà le seguenti modalità di attribuzione del punteggio previsto per la singola voce valutabile:

- 1) verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta soddisfi pienamente quanto previsto per il relativo elemento valutabile;
- 2) verrà attribuito un punteggio intermedio tra il massimo ed il minimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta si collochi a livelli intermedi tra il più alto ed il più basso;
- 3) verrà attribuito punteggio 0 per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta non soddisfi affatto quanto previsto per il relativo elemento valutabile.

Si procederà quindi alla verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile solo nel caso in cui non venga raggiunto il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica inizia i propri lavori specificando quanto segue.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte 38 tipologie di test tra quelli richiesti e che le quantità vengono dichiarate congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, le strumentazioni risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A. Si continuano i lavori con l'esame degli Elementi valutabili; si rileva quanto segue.

“Completezza dei parametri offerti rispetto all'elenco degli esami richiesti nella tabella (Documentare) (Tutti i parametri = 10 punti; 2 punti in meno per ogni parametro non offerto)”: vengono offerti 38 parametri sui 43 richiesti; vengono attribuiti pertanto punti 0.


“Minor numero di strumenti offerti (escluso il lettore di piastre Elisa) per l'esecuzione di tutti i parametri proposti (Documentare) (fino a 2 strumenti = 8 punti; 3 strumenti = 6 punti; 4 o più strumenti = 3 punti)”: vengono offerti 4 strumenti, si attribuiscono pertanto punti 3.

“Minor numero di parametri con metodica ELISA (Documentare) (fino a 3 = 6 punti; da 4 a 6 = 4 punti; oltre 6 = 2 punti)”: vengono offerti 2 parametri con metodica ELISA, si attribuiscono pertanto punti 6.

Si allega al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale il quadro sinottico della qualità da cui si evince l'attribuzione totale di punti 55/70.

Il Presidente della Commissione tecnica riapre la seduta pubblica telematica, rende noto il risultato della valutazione tecnica e procede allo sblocco dell'offerta economica presentata sulla piattaforma Stella dal RTI partecipante, che viene quindi seduta stante scaricata, letta e trascritta sul quadro sinottico allegato al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione Tecnica, attenendosi al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., propone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura al R.T.I. DiaSorin - Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics secondo l'applicazione della formula di cui al Disciplinare di gara.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'D' and other illegible marks.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice, terminati i lavori, chiude la seduta pubblica telematica e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.


Letto confermato e sottoscritto

Presidente Stefano Cuccia

Componente Fulvio Scorsolini

Componente Bruno

Segretario W

Handwritten initials and signatures, including a large 'W' at the top right, a circled 'D' on the left, and a signature 'R' at the bottom.

QUADRO QUALITA'

SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DI ESAMI IN
CHEMILUMINESCENZA/ELETTROCHEMILUMINESCENZA/FLUORESCENZA/ ELISA

RTI Diasorin
Medical
Systems
Dasit Roche
Diagnostics

ESAMI ESEGUIBILI		n. test/anno	sedute/anno	
1	OSTEOCALCINA	600	52	
2	BAP OSTASE	600	52	
3	VITAMINA D 1-25 (OH)2	500	36	
4	VITAMINA D 25 OH	34.000	Giornaliera	
5	ALDOSTERONE	800	52	
6	RENINA	800	52	
7	SOMATOMEDINA (IGF1)	450	52	
8	CROSS-LAPS DEL PIRIDINIO (o equipollente)	200	36	
9	COPEPTINA	300	36	
10	17 OH PROGESTERONE	500	52	
11	DHT	200	36	NO
12	DEA	350	52	NO
13	IMMUNOCOMPLESSI	600	52	NO
14	ANTI RECETTORI TSH	750	52	
15	ASCA	100	25	NO
16	ERITROPOIETINA	500	52	
17	EPCIDINA	100	25	NO
18	AMH	500	36	
19	PAPP-A	1.200	52	

Sh
D
R
w

20	AQP4 (acquaporina)	100	25
21	HE4	300	36
22	TESTOSTERONE LIBERO	400	36
23	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	450	36
24	CA 72.4	350	36
25	CYFRA	350	36
26	NSE	500	36
27	FREE BETA HCG	1.200	52
28	CROMOGRANINA A	500	36
29	GAD	200	36
30	IA 2	200	25
31	ANTICORPI ANTI-INSULINA	100	25
32	ANTICORPI ANTI RECETTORE DELL'ACETILCOLINA	250	25
33	CA 50	300	36
34	ACTH	1.000	52
35	DEAS	400	36
36	GH (SOMATOTROPINA)	700	52
37	TIREOGLOBULINA	3.200	Giornaliera
38	SCC	300	36
39	PAP	200	36
40	BETA2 MICROGLOBULINA	4.000	Giornaliera
41	GASTRINA	200	25
42	CALCITONINA	2.500	Giornaliera
43	PEPSINOGENO	200	25
	Totale test/anno	60.950	
REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO			RTI Diasorin Medical Systems Dasit Roche Diagnostics
Fornitura di reattivi in quantità necessaria all'esecuzione dell'attività annua con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente.			SI
Fornitura di calibratori e controlli in quantità necessaria all'esecuzione dell'attività annua con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente.			SI
Fornitura di materiale di consumo, soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente per il corretto funzionamento del sistema, in quantità necessaria all'esecuzione dell'attività annua con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente.			SI
STRUMENTI RICHIESTI Apparecchi in grado di permettere l'esecuzione di esami in chemiluminescenza/elettrochemiluminescenza/fluorescenza e lettore di test ELISA su piastra			

[Handwritten signature]

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)

**RTI Diasorin
Medical
Systems
Dasit Roche
Diagnostics**

Kit marcati CE - IVD ai sensi della Direttiva europea 98/79/CE	SI
Kit di reagenti con alla consegna una stabilità residua di almeno sei mesi	SI
Offerta di almeno 38 su 43 dei parametri richiesti	SI
Collegamento bidirezionale al sistema informatico LIS Themix W-lab del Sistema offerto, con esclusione del lettore per piastre Elisa	SI
Per l'esecuzione di metodiche ELISA su piastra: fornitura di un lettore con caratteristiche tecniche idonee alla lettura e stampa dei risultati dei test offerti	SI
Strumenti in grado di alloggiare provette primarie con il riconoscimento positivo del barcode paziente	SI
Abbonamento annuale ad uno o più programmi di VEQ su richiesta	SI
Postazioni informatiche necessarie alla gestione dei sistemi analitici e quelle necessarie per la refertazione	SI
Assistenza tecnica e manutenzione full risk con intervento sul posto entro la seconda giornata lavorativa successiva alla chiamata	SI
Corso di formazione del personale	SI

ULTERIORI SPECIFICHE RICHIESTE

**RTI Diasorin
Medical
Systems
Dasit Roche
Diagnostics**

Il formato dei kit/confezioni di reagenti offerti deve essere ottimizzato per permettere l'esecuzione del numero di test con la cadenza analitica indicata ed evitare gli sprechi	SI
Le Ditte nella predisposizione dell'offerta devono tenere conto della frequenza di calibrazione, delle metodiche che utilizzano la ripetizione in duplicato, dei tempi di scadenza dei reattivi e della loro stabilità a bordo macchina	SI
Fornitura di test necessari per le calibrazioni e controlli, in base alle specifiche del kit offerto (frequenza e numero di punti di calibrazione) e della frequenza delle sedute come specificato in tabella	SI

ELEMENTI VALUTABILI

Max 70 punti

**RTI Diasorin
Medical
Systems
Dasit Roche
Diagnostics**



1	Completezza dei parametri offerti rispetto all'elenco degli esami richiesti nella tabella (Documentare) (Tutti i parametri = 10 punti; 2 punti in meno per ogni parametro non offerto)	0 - 10	0
2	Minor numero di strumenti offerti (escluso il lettore di piastre Elisa) per l'esecuzione di tutti i parametri proposti (Documentare) (fino a 2 strumenti = 8 punti; 3 strumenti = 6 punti; 4 o più strumenti = 3 punti)	0 - 8	3
3	Minor numero di parametri con metodica ELISA (Documentare) (fino a 3 = 6 punti; da 4 a 6 = 4 punti; oltre 6 = 2 punti)	0 - 6	6
4	CA 72.4 metodica in chemiluminescenza/fluorescenza (SI/NO) (Documentare)	0 - 3	3
5	CA 50 metodica in chemiluminescenza/fluorescenza (SI/NO) (Documentare)	0 - 3	3
6	Cromogranina metodica in chemiluminescenza/fluorescenza (SI/NO) (Documentare)	0 - 2	2
7	Anti recettori TSH: utilizzo recettore ricombinante umano (NO anticorpo umano contro recettore porcino) (SI/NO) (Documentare)	0 - 4	4

[Handwritten signatures and initials]

8	PAPP-A: certificazione FMF (SI/NO) (Documentare)	0 - 5	5
9	FREE BETA HCG: certificazione FMF (SI/NO) (Documentare)	0 - 5	5
10	PAPP-A e FREE BETA HCG eseguite sulla stessa piattaforma (SI/NO) (Documentare)	0 - 6	6
11	Vitamina D 1-25 (OH)2 senza estrazione manuale SI/NO (Documentare)	0 - 4	4
12	TIREOGLOBULINA: sensibilita' analitica < 0,1 ng/ml (SI/NO) (Documentare)	0 - 5	5
13	AMH ad alta sensibilita' contro standard BCI AMH (SI/NO) (Documentare)	0 - 4	4
14	Assistenza tecnica sul posto entro la prima giornata lavorativa successiva alla chiamata (SI/NO) (Dichiarare espressamente)	0 - 5	5
		TOTALE	55

**SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DI ESAMI IN
CHEMILUMINESCENZA/ELETTROCHEMILUMINESCENZA/FLUORESCENZA/ELISA**

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
R.T.I. Dia Sorin – Medical Systems - Dasit - Roche Diagnostics	55,00	279.259,29	30,00	85,00	

 w r h

STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini
 Tipo Procedura: Aperta
 Titolo: Sistema macchina reattivi per esami in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e numero registri di sistema: P1130552-21

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE REGIONALE	IM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	OFFERTA ECONOMICA
1	0	8937178697	Sistema macchina reattivi per esami in Chemiluminescenza/Elettrochemiluminescenza/Fluorescenza/ELISA	BN33124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	1.840.000,00	837.777,86	837.777,86	3.551,97	eco RTI.zip.p7m D5DB10D4FA9CCB2236876C4FA2DB91B680D1A38B6903B20F78E9A618764B08F

VALORE OFFERTA DEL LOTTO I: 837.777,86 €

ragione sociale del Concorrente: RTI DiaSorin - MEDICAL SYSTEMS - DASIT - ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

Via Crescentino snc - I3040 Saluggia (Vercelli)
 .F. 13144290155 P.IVA IT13144290155

Firmato digitalmente

Acc.1

E

Il/la sottoscritto/a

Angelo Fracassi

nato a **Cornaredo**

(MI), il **11.05.1942**

Codice Fiscale **FRCGNL42E11D018P**

residente a **Cusago**

(MI)

Via **Francesco Petrarca**, n. **4**

in nome del concorrente **DASIT S.p.A.**

con sede legale in **Milano**

(MI)

Via **Piazza Erculea**, n. **11**, CAP **20122**

Tel **02/93991.1**

Fax **02/93991313**

, e-mail **monica.soldati@dgroup.it**

, Codice Fiscale **03222390159**

, Partita IVA **03222390159**

nella sua qualità di:

- Titolare o Legale rappresentante di mandante di raggruppamento temporaneo non costituito

E

Le sottoscritte **Noemi Maria Brambilla e Patera Concetta** nate a **Inzago (MI) - Monza (MB)**, il **04/11/1972 - 06/04/1976**
Codice Fiscale **BRMNM72S44E317A - PTRCCT76D46F704G** domiciliata per la carica in **Monza (MB)**, **Viale G.B. Stucchi 110** in nome del concorrente **ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.**, società unipersonale con sede legale in **Monza (MB)**, **Viale G.B. Stucchi, n. 110, CAP 20900, Tel 039.2817.1, Fax 039.2817.670/ 678**, e-mail **monza.ufficiogare@roche.com**, Codice Fiscale **10181220152**, Partita IVA **10181220152**

nella loro qualità di:

- Procuratore speciale / generale di mandante di raggruppamento temporaneo non costituito

E

Il sottoscritto **ALESSANDRO PATER** nato a **SANREMO (IM)**, il **09/09/1970** Codice Fiscale **PTRLN70P09I138H** residente a **GENOVA (GE)**, **CORSO A. SAFFI, n. 29/9** in nome del concorrente **MEDICAL SYSTEMS S.P.A.** con sede legale in **GENOVA (GENOVA)**, **Via RIO TORBIDO, n. 40, CAP 16165**, Tel **010/83401**, Fax **010/804661**, e-mail **gare@medicalsyste.ms.it**, Codice Fiscale **00248660599**, Partita IVA **02405380102**

nella loro qualità di:

- Titolare o Legale rappresentante di mandante di raggruppamento temporaneo non costituito

DICHIARANO

di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;

che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico - Allegato A e nel

Disciplinare di gara; che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;

che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;

che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);

che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Indicare analiticamente, voce per voce, tutto quanto sotto riportato:

- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo omnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

A completamento dell'offerta analitica, la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente riprodurre e compilare in ogni parte uno schema identico al seguente:

Titolo del Lotto	LOTTO UNICO	
N. TOTALE TEST RICHIESTI: (test offerti)	59.600 test / 12 mesi	178.800 test / 36 mesi
	Costo totale per anno	
	€ 279.259,29	
QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)		€ 16.763,04
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)		€ 262.496,25
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA:		€ 279.259,29
COSTO TOTALE TRIENNALE FORNITURA IVA ESCLUSA:		€ 837.777,88
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:		€ 4,68556






Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 21.943,10;

così suddivisi:

- DiaSorin S.p.A.	€ 11.400,00
- Roche Diagnostics S.p.A.	€ 3.678,10
- Dasit S.p.A.	€ 1.865,00
- Medical Systems	€ 5.000,00

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA

sono pari a € 3.551,97; così suddivisi:

- DiaSorin S.p.A.	€ 2.049,14
- Roche Diagnostics S.p.A.	€ 613,02
- Dasit S.p.A.	€ 768,00
- Medical Systems	€ 121,81

i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data

10/01/2022

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o
procuratore della ditta

DiaSorin S.p.A.
Procuratore
Enrico Maria Dalla Costa
(documento firmato digitalmente)

Medical Systems S.p.A.
Alessandro Pater
(documento firmato digitalmente)

DASIT S.p.A.
Angelo Fracassi
(documento firmato digitalmente)

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Noemi Maria Brambilla
(documento firmato digitalmente)

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Patera Concetta
(documento firmato digitalmente)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.

ALLEGATO B

Al fine di riparametrare il valore del Lotto tra offerte che non dovessero contenere il 100% delle tipologie dei test richiesti, **tutte le Ditte** (intendendo sia quelle che offrono il 100% degli analiti che quelle che ne offrono percentuali variabili ma comunque uguali o maggiori a 38 sui 43 parametri richiesti) dovranno indicare dettagliatamente, nello schema sotto riportato, il valore totale annuo per singolo test offerto omnicomprensivo di: reflex test, ripetizioni, controlli, consumabili e accessori, se previsti; la somma dei totali espressi per tutti gli analiti offerti deve corrispondere al costo totale del "prezzo reattivi + consumabili" Iva esclusa, indicato nello schema allegato all'offerta economica, come meglio richiesto e specificato nei documenti di gara.

Laddove l'offerta economica non raggiunga il 100% dei test indicati, il **confronto economico** tra più Ditte partecipanti con diverse percentuali di test, verrà effettuato mediante **attribuzione, ai test non quotati da una Ditta, del costo più alto tra quelli formulati dagli altri concorrenti.**

Schema di riparametrazione	Valore del singolo parametro omnicomprensivo su base annua (senza Iva)	
	n. Test /anno	€
Riferimento numerico dell'esame come indicato nell'Allegato A	€
.....vedasi tabella in calce al presente documento.....	€
.....	€
.....	€
.....	€

Si ricorda che l'Allegato B deve essere obbligatoriamente inserito nella Busta "offerta economica", come indicato nel Disciplinare di gara, pena esclusione.

DiaSorin S.p.A (MANDATARIA)
Procuratore
Enrico Maria Dalla Costa
(documento firmato digitalmente)





DASIT S.p.A. (MANDANTE)
Angelo Fracassi
(documento firmato digitalmente)

Medical Systems S.p.A. (MANDANTE)
Alessandro Pater
(documento firmato digitalmente)

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (MANDANTE)
Noemi Maria Brambilla
(documento firmato digitalmente)

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (MANDANTE)
Patera Concetta
(documento firmato digitalmente)

Schema di riparametrazione		
Riferimento numerico dell'esame come indicato nell'Allegato A	Valore del singolo parametro omnicomprensivo su base annua (senza Iva)	
	n. Test /anno	totale annuo offerto
1	600	€ 3.500,00
2	600	€ 3.640,00
3	500	€ 10.500,00
4	34.000	€ 98.000,00
5	800	€ 3.125,00
6	800	€ 4.400,00
7	450	€ 4.200,00
8	200	€ 1.960,00
9	300	€ 9.900,00
10	500	€ 2.254,00
11	non offerto	non offerto
12	non offerto	non offerto
13	non offerto	non offerto
14	750	€ 15.671,24
15	non offerto	non offerto
16	500	€ 3.520,00
17	non offerto	non offerto
18	500	€ 8.550,00
19	1.200	€ 5.672,80
20	100	€ 1.800,00
21	300	€ 9.100,00
22	400	€ 1.260,00
23	450	€ 2.555,00
24	350	€ 1.750,00
25	350	€ 1.750,00
26	500	€ 3.370,32
27	1.200	€ 5.672,80
28	500	€ 5.854,24
29	200	€ 1.250,00
30	200	€ 1.604,80
31	100	€ 1.012,50
32	250	€ 2.550,00
33	300	€ 1.562,50
34	1.000	€ 3.510,00
35	400	€ 1.154,30
36	700	€ 750,00
37	3.200	€ 10.500,00
38	300	€ 3.047,76
39	200	€ 660,00
40	4.000	€ 8.146,60
41	200	€ 1.498,07
42	2.500	€ 11.900,00
43	200	€ 1.750,00

**U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione****ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "***Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta**di Deliberazione : **BSDG 256 / 2022****Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.**Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:*

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
27	10		501010317000			72.055,22	
6	185		504020101000			15.338,18	
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010317000	REAGENTI
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

Data 15/03/2022

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)