



DELIBERAZIONE N. 0850 DEL 31 MAG. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Centro di Costo: A0RZ21JC1S

Codice settore proponente: BSDG 1424 del 17/05/2021.

Oggetto: "Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di aghi per TBNA Excelon compatibili con sistema di guida endobronchiale per la diagnosi delle lesioni polmonari periferiche per le necessità della UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in favore di Medical Solutions S.r.l." CIG Z0C31C74B1L'estensore
(Dott.ssa *Sabrina Mataloni*)IL DIRETTORE GENERALE f.f.
D.ssa *Francesca Milito*

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma _____

Data 28/5/2021

Parere del Direttore Sanitario: Dr.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma _____

Data 28.05.2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del conto economico/ Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____ Vedere "Allegato" _____
Assunzione Autorizzazione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma _____

Data 26/05/2021

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza

Responsabile del Procedimento: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma _____

Data 28.05.2021

Il Dirigente: (Dott. Paolo Farfusola)

Firma _____

Data 28.05.2021

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;

l'art. 26 della Legge n. 488/1999 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

il D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la Legge 30 dicembre 2019 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

la Legge Regionale Lazio del 30 dicembre 2020 n. 25 "Legge di stabilità regionale 2021";

la Legge Regionale Lazio del 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

PREMESSO

che, in data 20/03/2021, doc. n. 79628/2021, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha trasmesso la richiesta di acquisto di n. 250 aghi per aspirato transbronchiale Excelon della Ditta Boston Scientific S.p.A., per le necessità della UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica;

ACQUISITA

in data 12/05/2021 ns prot. n. 0019842/2021 l'offerta economica completa di schede tecniche di Medical Solutions S.r.l. per la fornitura dei sopraccitati dispositivi, allegata al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che, con medesima comunicazione il suindicato fornitore ha, altresì, dichiarato di essere distributore esclusivo per tutto il territorio nazionale dei prodotti a marchio Boston Scientific linea Pulmonary, Bronchial Termoplasty ed Infection Prevention, allegando ulteriore dichiarazione della stessa (Allegato 2);

RITENUTO

pertanto, opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 250 aghi per TBNA Excelon per le necessità della UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Medical Solutions S.r.l., per un importo complessivo pari a € 25.000,00 Iva esclusa;

TENUTO CONTO

che stante il valore della fornitura, inferiore a € 50.000,00 annui, non risulta necessario richiedere apposita autorizzazione da parte della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, così come da DCA n. U00287 del 07/07/2017;

VERIFICATO

che la contabilizzazione degli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 30.500,00 Iva inclusa, a valere sull'esercizio 2021 e sul conto economico 501010311000/Aut. 4;

VISTO

l'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D.Lgs. 50/2016,

cui si fa integrale rinvio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 250 aghi per TBNA Excelon compatibili con sistema di guida endobronchiale per la diagnosi delle lesioni polmonari periferiche per le necessità della UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Medical Solutions S.r.l. per un importo complessivo pari a € 25.000,00 Iva esclusa;

di nominare quale Responsabile del procedimento per l'affidamento oggetto del presente provvedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio e quale Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Cinzia Monaco, Direttore della U.O.C. Farmacia;

di contabilizzare gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 30.500,00 Iva inclusa, a valere sull'esercizio 2021 e sul conto economico 501010311000/ Aut. 4;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. n. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTA** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di Delibera, "Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di aghi per TBNA Excelon compatibili con sistema di guida endobronchiale per la diagnosi delle lesioni polmonari periferiche per le necessità dell' UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in favore di Medical Solutions S.r.l." CIG Z0C31C74B1, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 250 aghi per TBNA Excelon compatibili con sistema di guida endobronchiale per la diagnosi delle lesioni polmonari periferiche per le necessità della UOC di Broncopneumologia ed Endoscopia Toracica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Medical Solutions S.r.l. per un importo complessivo pari a € 25.000,00 Iva esclusa;

di nominare quale Responsabile del procedimento per l'affidamento oggetto del presente provvedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio e quale Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Cinzia Monaco, Direttore della U.O.C. Farmacia;

di contabilizzare gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 30.500,00 Iva inclusa, a valere sull'esercizio 2021 e sul conto economico 501010311000/ Aut. 4;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 12 pagine di cui n. 7 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sito internet Aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(D.ssa Francesca Milito)





Spett.le: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Cir.ne Gianicolense 87 - 00152 Roma
P.IVA/C.F. 04733051009

OGGETTO: BOSTON SCIENTIFIC - AGO PER ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE EXCELON

San Camillo Forlanini
Prot. Ingresso N. 0019842/2021
Del 12/05/2021



0019842/2021

Offerta: 810/2021 del 12/05/2021

UPN	RDM	CND	CODICE	DESCRIZIONE	BOX	PREZZO
M00564101	34866	R0799	6410	Ago per aspirazione transbronchiale Excelon 19 G	5PZ	500€/box
M00564111	34866	R0799	6411	Ago per aspirazione transbronchiale Excelon 20 G	5PZ	500€/box
M00564121	34866	R0799	6412	Ago per aspirazione transbronchiale Excelon 21 G	5PZ	500€/box

Tutte le nostre confezioni di vendita sono indivisibili

Pagamento: 60gg data fattura

Validità Offerta: 30/06/2021

Prezzi: Iva 22% Esclusa

Ordini: ordini@biomedicalcsolutions.it

Mh. Ordine: € 500,00 IVA esclusa

Codice destinatario NSO: HNLG6PIM

San Camillo Forlanini
Azienda Ospedaliera
MEDICAL SOLUTIONS SRL

MEDICAL SOLUTIONS SRL UNIPERSONALE

SEDE LEGALE: VIA ROMA, 7 - 03036 ISOLA DEL LIRI (FR)

SEDE OPERATIVA: VIA SILVIO D'AMICO, 53 - 00145 ROMA

P.IVA 02847560600 - EMAIL: info@biomedicalcsolutions.it

SCHEDA TECNICA
AGHI PER ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE CON SIRINGA
EXCELON™

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO**A) CODICI E DESCRIZIONE:**

UPN	CODICE	DESCRIZIONE	BOX
M00564101	6410	Excelon 19 G	5
M00564111	6411	Excelon 20 G	5
M00564121	6412	Excelon 21 G	5

B) MODELLI E TIPOLOGIE: BIOPSY DEVICES AND ACCESSORIES**C) NOME COMMERCIALE: Excelon TransBronchial Aspiration Needle****2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISPOSITIVO****A) DIMENSIONI SALIENTI O FUNZIONALI:**

L'ago per aspirazione transbronchiale eXcelon™ è un catetere dotato di un ago sull'estremità distale e di un'impugnatura con raccordo Luer-Lock per il collegamento di una siringa per l'aspirazione, dotata di meccanismo di blocco del pistone.

Un sistema di blocco a pulsante riduce il rischio di apertura accidentale dell'ago durante l'inserimento del catetere, evitando danni potenzialmente costosi al broncoscopio. La saldatura tra raccordo e ago aiuta a prevenire il distacco dell'ago. Il catetere trasparente permette di osservare l'eventuale aspirazione di sangue. Il "catetere a X" è progettato per migliorare la risposta e la resistenza agli inginocchiamenti per agevolare la penetrazione dell'ago. La spirale distale è concepita per dare flessibilità alla punta, mantenendo al contempo la rigidità dell'estremità prossimale. Il volume interno dell'ago fornisce un ampio spazio per la raccolta di materiale. Il meccanismo di blocco della siringa aiuta a ridurre lo sforzo di aspirazione nel corso della procedura, permettendone l'uso con una mano sola senza necessità di scollegare la siringa per interrompere l'aspirazione.

B) PRESTAZIONI:

L'ago è disponibile con calibri di 19 G, 20 G e 21G e lunghezza di 15 mm. Ad ogni calibro corrisponde un diverso volume nominale disponibile per il prelievo del campione, rispettivamente 0.011 ml, 0.008 ml e 0.006 ml. La lunghezza di lavoro è di 130 cm ed il diametro esterno della guaina è di 1.8 mm. Il box contiene una siringa da 20 cc dotata di meccanismo di blocco del pistone e l'ago. Canale di lavoro del broncoscopio di 2.0 mm

C) MATERIALI DI COMPOSIZIONE:

Il manico del dispositivo eXcelon™ è realizzato in acciaio inossidabile e ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene); il catetere è in acciaio inossidabile e polipropilene, l'ago è in acciaio inossidabile e la siringa è realizzata in resina di policarbonato.

D) METODO DI STERILIZZAZIONE:

Il contenuto è sterilizzato mediante ossido di etilene (EO).

E) NON PRESENTA LATTICE RILEVABILE.**F) PRODOTTO MONOUSO.****3. INDICAZIONI D'USO****A) PATOLOGIA:**

L'ago per aspirazione transbronchiale eXcelon™ è indicato per l'aspirazione in lesioni carinali, paratracheali e ilari dell'albero bronchiale, nei casi in cui non sia possibile prelevare campioni di tela sottomucosa con pinze da biopsia.

B) PROCEDURA:

Prima dell'uso preparare il piano di lavoro per la manipolazione del campione e assicurarsi che l'ago sia bloccato in posizione retratta controllando a vista che la punta dell'ago non sporga oltre l'estremità distale del catetere e che il pulsante sull'impugnatura sia innestato in prossimità del seguente simbolo:



Collegare la siringa da 20 cc al raccordo Luer-Lock all'interno dell'impugnatura ruotando la siringa in senso orario sulla filettatura del raccordo fino ad ottenere una chiusura sigillata. Per impostare il dispositivo di bloccaggio della siringa, portare lo stantuffo completamente in avanti o completamente all'indietro e ruotarlo in modo che le alette di bloccaggio si innestino sul perno di arresto. Per creare e mantenere il vuoto, retrarre lo stantuffo della siringa nella posizione desiderata e ruotarlo in senso orario finché le alette di bloccaggio si innestano sul perno di arresto. Per sbloccare, ruotare lo stantuffo in senso antiorario. Per aspirare o erogare fluidi senza bloccare la siringa, portare lo stantuffo completamente in avanti o completamente all'indietro e ruotarlo in modo che le alette di bloccaggio non interferiscano con il perno di arresto. Introdurre la punta del catetere attraverso l'apertura per biopsia del broncoscopio e fare avanzare il catetere ad incrementi di 3-5 cm finché la punta del catetere è visibile all'estremità distale del broncoscopio. Posizionare il broncoscopio e il catetere verso la lesione d'interesse. Rilasciare l'ago premendo il pulsante in avanti finché il dispositivo di bloccaggio del pulsante è innestato. L'ago è bloccato in posizione estesa quando il pulsante sull'impugnatura è innestato in prossimità del seguente simbolo:



Introdurre l'ago nel sito di interesse avvalendosi o del "metodo a stoccata" o del "metodo in parallelo". Il "metodo a stoccata" prevede di spingere l'ago nello spazio intercartilagineo con un colpo rapido e deciso al catetere, mantenendo il broncoscopio in posizione fissa a livello della bocca

o del naso. Il “metodo in parallelo” consiste nello spingere insieme il broncoscopio e il catetere finché l’ago penetra nella parete tracheobronchiale. Per ottenere il campione, aspirare agitando il dispositivo o spostandolo delicatamente avanti e indietro. Interrompere delicatamente l’aspirazione dalla siringa retraendo l’ago nel catetere. Assicurarsi che l’ago sia bloccato in posizione retratta e controllare che la punta dell’ago non sporga oltre l’estremità distale del catetere. Con il broncoscopio in posizione neutra, rimuovere l’intero dispositivo con un movimento uniforme, mantenendo il controllo della punta distale del catetere. Eliminare eventuali campioni dall’ago usando aria o soluzione fisiologica, a seconda delle preferenze, e procedere alla manipolazione del campione in base alle procedure istituzionali.

4. EVENTUALI ACCESSORI: //

5. AVVERTENZE D’USO:

Per l’uso su un solo paziente. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Tali processi potrebbero compromettere l’integrità strutturale del dispositivo e/o provocarne il guasto, con conseguente rischio di lesioni, malattia o morte del paziente. Potrebbero inoltre creare rischi di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni del paziente o infezioni crociate, inclusa, in modo non limitativo, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all’altro. La contaminazione del dispositivo può inoltre provocare lesioni, malattia o la morte del paziente. Per ulteriori avvertenze leggere il foglietto illustrativo.

6. INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE: Prodotto da Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific WAY – MARLBOROUGH 01752 (USA).

7. CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2007/47 CE: classe IIa

8. NUMERO DEL NOTIFY BODY RESPONSABILE DELLA VIGILANZA: MARCHIO CE EMESSO DALL’ENTE BSI 2797.

9. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- Direttiva Europea 2007/47CE – Direttiva Dispositivi Medici
- Standard: ISO 13485:2012 - Qualità dei Dispositivi Medici - Conformità ai requisiti normativi in materia di qualità dei dispositivi medici
- Standard: IEC-60601-1 (qualora applicabile) - Apparecchi elettromedicali -

Ulteriori standard/norme di riferimento sono ottemperati ai sensi della conformità alla direttiva europea sui dispositivi medici

10. PROCEDURE PARTICOLARI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO:

Conservare a temperatura ambiente regolata; dopo l’uso smaltire il prodotto e la confezione in base alle norme amministrative dell’ospedale e/o le leggi locali vigenti.

Ulteriori informazioni sul prodotto e sul suo uso sono disponibili nelle “istruzioni per l’uso”/”manuale”. Se ne raccomanda la lettura.

Spett.le

AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI

OGGETTO: ACQUISTO AGO TBNA COMPATIBILE CON SISTEMA DI GUIDA ENDOBRONCHIALE PER LA DIAGNOSI DELLE LESIONI POLMONARI PERIFERICHE.

COMUNICAZIONE DISTRIBUZIONE RIVENDITORE ESCLUSIVO MEDICAL SOLUTIONS SRL- LINEA PULMONARY, BRONCHIAL TERMOPLASTY ED INFECTION PREVENTION A MARCHIO BOSTON SCIENTIFIC

Il sottoscritto Piero Somnavilla nato a Treviso (TV) il 24/10/1988 e residente a Mogliano Veneto (TV) in via Gaetano Tavoni n. 3/B, in qualità di Amministratore Unico della società MSS SRL MEDICAL SOLUTION & SERVICES, con sede legale in Via Enrico Mattei n. 20 – 31030 Dosson di Casier (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 04910910266,

DICHIARA

di essere distributore per tutto il territorio nazionale dei prodotti a marchio Boston Scientific linea Pulmonary, Bronchial Termoplasty ed Infection Prevention, come da dichiarazione della Ditta Boston Scientific in allegato.

INOLTRE DICHIARA

che il distributore esclusivo presso il Vs. Spett.le Ente per i prodotti sopra menzionati è la società MEDICAL SOLUTIONS SRL, con sede legale in Via Roma, 7 – 03036 Isola dei Liri (FR).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Dosson di Casier, 12 Maggio 2021

MSS S.R.L. MEDICAL SOLUTION & SERVICES
AMMINISTRATORE UNICO
PIERO SOMMAVILLA

**Boston
Scientific**

Boston Scientific S.p.A.

Viale E. Forlanini, 23
20134 Milano Italy
Tel. +39 0226983.1
Fax +39 0226983.230

Lungomare Canepa, 55
16149 Genova Italy
Tel. +39 0106060.1
Fax +39 0106060.200
www.bostonscientific.eu

"A CHI DI INTERESSE"

Genova, 07 febbraio 2018
Ns. Rif.to Prot. n. 38/18/cr-EN/aa

Oggetto: comunicazione passaggio a distributore ufficiale MSS S.R.L. per le famiglie di prodotti Pulmonary, Bronchial Termoplasty e Infection Prevention (Endochoice) - Linea Endoscopia

La scrivente società BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. con sede legale in Milano, Viale Forlanini n. 23 e uffici commerciali in Genova, Lungomare G. Canepa 55, codice fiscale/P.IVA 11206730159, tel. 02/26983211 - Fax 02/26983.230, con la presente comunica, limitatamente alle famiglie di prodotti Pulmonary, Bronchial Termoplasty e Infection Prevention - Linea Endoscopia, che con decorrenza 1 febbraio 2018 il nostro distributore ufficiale per codesto spett.le Ente è:

MSS S.R.L. Medical Solution & Services

Via E. Mattei, N. 20
31030 Dosson Di Casier (TV)

Tel: + 39 0422381095
Fax: + 39 0422490142

Principal Contact:
Piero Sommavilla
Michela Masin

Principal Contact E-mail:
piero.sommavilla@mssmedical.it
michela.masin@mssmedical.it
info@mssmedical.it

Alla menzionata ditta dovrete rivolgervi per qualsiasi ordine e/o informazione.

Distinti saluti.

Boston Scientific S.p.A.
Il procuratore
Marco Boniardi

Boston Scientific S.p.A. - Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc.
Sede legale: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano Italy
Capitale Sociale € 1.230.000 - N. Reg. P.IVA e C.F. 11206730159 - N. REA MI 1447573



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 1424 / 2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2021	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
A	281		501010311000	/	/	9.150,00	
APERTURA PARZIALI							
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:						9.150,00	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

Data 25/5/21

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)