



**Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici**

**AVVISO ESPLORATIVO PER PROCEDURA SUL MERCATO  
ELETTRONICO**

**Fornitura triennale di Contenitori Monouso per campioni istologici preriempiti di formalina  
con dispositivo di sicurezza**

..

In ossequio a quanto previsto dalla attuale normativa, come disposto dall'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., questa Azienda Ospedaliera intende avviare apposita indagine esplorativa di mercato per verificare la presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura in oggetto con tutti i requisiti indicati in allegato.

Le Ditte interessate dovranno far pervenire, **entro le ore 12:00 del 14/01/2022**, eventuali manifestazioni di interesse sul sito dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini all'indirizzo [benieservizi@scamilloforlanini.rm.it](mailto:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it), riportando nell'oggetto la dicitura: ***“FD21\_sp7 – manifestazione di interesse per la Fornitura triennale di Contenitori Monouso per campioni istologici preriempiti di formalina con dispositivo di sicurezza”***.

Le Ditte dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in grado di offrire prodotti che siano rispondenti alle caratteristiche richieste, fornendone la denominazione e la descrizione; inoltre, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, è richiesta l'iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto di gara e l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.. **In questa fase non è necessario l'invio di schede tecniche**, che verranno richieste successivamente con Lettera di invito.

La Ditta dovrà specificare per quale bando è iscritta sul MEPA

L'importo annuale della fornitura è pari ad € 39.391,00 esclusa Iva, quale limite massimo di aggiudicazione, composto dalla somma degli importi dei singoli prodotti. La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i, per singolo prodotto risultato idoneo e conforme a quanto richiesto.

In allegato le **caratteristiche tecniche obbligatorie** della fornitura.

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo per l'Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento la presente procedura qualora lo reputi necessario a suo insindacabile giudizio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Roma li 21/12/2021

PF /sp

**Fornitura biennale di Contenitori Monouso per campioni istologici preriempiti di formalina con dispositivo di sicurezza**

ALLEGATO A

Conformità legislative	Caratteristiche tecniche obbligatorie minime da possedere tutte, pena esclusione
<p>Tutti i contenitori debbono essere <b>obbligatoriamente conformi</b> alle seguenti disposizioni legislative:</p> <p>- D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>- Regolamento UE 491/2015</p> <p>- Regolamento UE 605/2014</p> <p>- Regolamento CE 1272/2008</p> <p>- D.Lg. n. 332/2000 (attuazione della Direttiva 98//79/CE concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro -possesso della marcatura C.E.)</p>	- Contenitore in materiale plastico latex free, monouso, dotato di dispositivo di sicurezza
	- Fissativo formalina neutra tamponata al 10%
	- Dotazione di sistema di sicurezza (guarnizione di sicurezza o altri metodi equivalenti) tramite il quale, nel momento in cui il campione viene inserito nel contenitore, sia garantita la non dispersione del fissativo nell'ambiente
	- Volumetria di allocamento del pezzo anatomico totalmente libera
	- Contenitore che dopo l'uso permetta la sua richiusura per il successivo smaltimento
	- Contenitore che permetta la completa visibilità del pezzo anatomico inserito
	- Contenitore che non esponga l'operatore alla formalina nelle fasi di inserimento del campione istologico e richiusura del contenitore dopo l'uso
	- Etichetta sui contenitori riportante notifica di rischio biologico e cancerogeno con data di scadenza del fissativo
- Etichetta scrivibile per consentire l'identificazione del paziente e del campione istologico lasciando libera almeno un terzo della sua superficie. <u>Solo per la misura da 20 ml.</u> : lo spazio libero dell'etichetta puo' essere ridotto fino a un quarto della superficie	
	<u>SOLO PER LA MISURA 20 ML.</u>
	La volumetria che accoglie il pezzo anatomico deve essere preriempita con 2 ml. di soluzione fisiologica, ma la concentrazione di fissativo finale deve rimanere invariata

Lotto	Capacità	Fabbisogno espresso in pezzi	Importo Annuo
1	20 ml circa	25.000	€ 30.000,00
2	80 ml circa	3.000	€ 5.640,00
3	120 ml circa	50	€ 495,00
4	250 ml circa	200	€ 2.400,00
5	500 ml circa	40	€ 396,00
6	1.500 ml circa	10	€ 210,00
7	3.000 ml circa	10	€ 250,00