



DELIBERAZIONE N. 0609 DEL

19 APR. 2022

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: BSDG 285 del 13/04/2022

Centro di Costo: A0RZ21JC1S

Oggetto: Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

L'estensore

()
D.ssa M. Farfurli

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mastarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma _____

Data 15.04.2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma _____

Data 15.04.2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Vedere "Allegato
Assunzione Autorizzazione 2022-2025

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico generale:
Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma _____

Data 14/04/2022

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: **Dott. Paolo Farfusola**

Firma _____

Data 13.04.2022

Il Dirigente: **Dott. Paolo Farfusola**

Firma _____

Data 13.04.2022

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024;

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che con deliberazione n. 44 del 13/01/2022 è stata indetta una gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia, per un importo totale di € 1.017.000,00 + Iva;


TENUTO CONTO

che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica, nominata con Determinazione dirigenziale n. 133 del 09/03/2022, ha portato a termine i lavori in data 13/04/2022, proponendo l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI

- i verbali ed i quadri sinottici, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono le proposte di aggiudicazione formulate dalla Commissione;

- le offerte delle Ditte aggiudicatarie Elitech Group, Roche Diagnostics e Elettrobiochimica (all. 1);



TENUTO CONTO - che la fornitura (Lotto 1 CIG 90668644DE, Lotto 2 CIG 9066866684, Lotto 3 CIG 906686882A) avrà una durata di mesi 36, dal 01/07/2022 fino al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

- che si rende necessario far decorrere la fornitura dal 01/07/2022 in considerazione della complessità delle attrezzature aggiudicate, dei loro tempi di consegna, di quelli necessari alla sostituzione e installazione delle nuove apparecchiature, al relativo collaudo aziendale e alla formazione del personale coinvolto nel loro uso;

- che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Leg.vo. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., gli esiti della presente aggiudicazione dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- che le spese sostenute per le pubblicazioni di legge saranno rimborsate in maniera proporzionale dalle Ditte aggiudicatrici entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., occorre nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;

RILEVATO

che la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione di € 978.962,25 + Iva 22%, pari ad € 1.194.333,94 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:

Anno 2022

Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva Autorizzazione 28

Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva Autorizzazione 6

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare, ai sensi del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., art. 95 co. 2, la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, secondo quanto riportato nei verbali di gara allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché alle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie Elitech Group, Roche Diagnostics e Elettrobiochimica, allegate;
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, dal 01/07/2022 fino al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;
- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;
- di stabilire che le spese sostenute per le pubblicazioni di legge siano rimborsate in maniera proporzionale dalle Ditte aggiudicatarie entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva;
- di contabilizzare la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione, di € 978.962,25 + Iva 22%, pari ad € 1.194.333,94 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:
Anno 2022
Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva Autorizzazione 28
Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva Autorizzazione 6
Anno 2023
Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva
Anno 2024
Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva
Anno 2025
Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva
Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva
- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatarie Elitech Group, Roche Diagnostics e Elettrobiochimica nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di deliberazione "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini", presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare, ai sensi del D. Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i., art. 95 co. 2, la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, secondo quanto riportato nei verbali di gara allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché alle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie Elitech Group, Roche Diagnostics e Elettrobiocchimica, allegate;
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, dal 01/07/2022 fino al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia, D.ssa Gabriella Parisi;
- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sulla stampa nazionale, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che le spese sostenute per le pubblicazioni di legge siano rimborsate in maniera proporzionale dalle Ditte aggiudicatrici entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva;

- di contabilizzare la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione, di € 978.962,25 + Iva 22%, pari ad € 1.194.333,94 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA02L01P - AORZ21101S, nel modo seguente:

Anno 2022

Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva Autorizzazione 28

Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva Autorizzazione 6

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 € 345.236,51 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 52.874,80 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 € 172.618,26 c/Iva

Conto Economico 504020101000 € 26.437,40 c/Iva



- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici Elitech Group, Roche Diagnostics e Elettrochimica nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 45 pagine di cui n. 38 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. NARCISO MOSTARDA)**



SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA E IL MONITORAGGIO DELLE INFEZIONI CON TECNICA PCR REAL TIME

VERBALE N. 1

Il giorno 8 Marzo 2022, alle ore *14,00*, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 44 del 13/01/2022, per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.

La gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato tecnico di gara e nel suo Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), prendendo atto che entro il termine perentorio stabilito (28/02/2022 – ore 12.00), hanno presentato offerta le Ditte Roche Diagnostics, Elitech Group e Elettrobiochimica.

Il Rup provvede allo sblocco della documentazione amministrativa per verificarne la conformità. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince quanto segue:

Ditta Roche Diagnostics: documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto *2*.

Ditta Elitech Group: documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto *A*.


Ditta Elettrobiochimica: documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto *3*.

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione delle Ditte partecipanti, che sarà formalizzato con determinazione dirigenziale e di cui verrà data notizia sulla piattaforma Stella e sul sito aziendale preposto. Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento



Il Segretario:



SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA E IL MONITORAGGIO DELLE INFEZIONI CON TECNICA PCR REAL TIME

VERBALE N. 2



Il giorno 13 Aprile 2022, alle ore 9,15, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce la Commissione tecnica giudicatrice di gara per l'esperimento della gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 44 del 13/01/2022, per la fornitura di di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co.2, del D. Leg.vo n. 50/16 e, s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione tecnica, nominata con deliberazione n. 133 del 09/03/2022, è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente: D.ssa Roberta D'Arrigo – Dirigente Biologo - U.O.C. Microbiologia e Virologia;

Componente: D.ssa Rosa Maria Oliverio – Coordinatore Tecnico Sanitario di Laboratorio - U.O.C. Microbiologia e Virologia;

Componente: D.ssa Angelica Guidozzi –Tecnico Sanitario di Laboratorio - U.O.C. Microbiologia e Virologia.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.


Il Presidente della Commissione apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), procedendo allo sblocco della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti Roche Diagnostics, Elitech Group e Elettrobiocchimica.

verificandone di volta in volta la presenza: si procede pertanto a scaricarla dalla piattaforma per iniziarne l'esame.

La Commissione Tecnica continua i propri lavori in seduta riservata senza soluzione di continuità e, prima di iniziare, ne stabilisce il seguente ordine:

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009


e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel: 06 58706762 – 6753 - 4554



- Esame della corrispondenza di quanto offerto in termini di reattivi a quanto richiesto;
- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;
- Esame degli elementi valutabili;
- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

In merito si specifica quanto segue.

Ditta Elitech Group: presenta offerta per il **Lotto 1**.



Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constatata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica soddisfa pienamente quanto previsto per tutti gli elementi valutabili, attribuendo pertanto punti 70/70. Si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale, il quadro sinottico riepilogativo della qualità'.

Ditta Roche Diagnostics: presenta offerta per il **Lotto 2**.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constatata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica soddisfa pienamente quanto previsto per tutti gli elementi valutabili, attribuendo pertanto punti 70/70. Si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale, il quadro sinottico riepilogativo della qualità'.

Ditta Elettrobiocchimica: presenta offerta per il **Lotto 3**.



Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.



La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constatata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica soddisfa pienamente quanto previsto per tutti gli elementi valutabili, attribuendo pertanto punti 70/70. Si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale, il quadro sinottico riepilogativo della qualità'.

Terminati i lavori di valutazione tecnica, il Presidente della Commissione stabilisce di procedere in seduta pubblica telematica allo sblocco delle offerte economiche presentate dalle Ditte sulla piattaforma Stella che vengono quindi seduta stante scaricate, lette e trascritte sui quadri sinottici di aggiudicazione allegati al verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione Tecnica, attenendosi al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., propone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura del Lotto 1 alla Ditta Elitech Group, del Lotto 2 alla Ditta Roche Diagnostics, del Lotto 3 alla Ditta Elettrobiologica.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice, terminati i lavori, chiude la seduta pubblica telematica e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.

Letto confermato e sottoscritto

Presidente: Rosa Soru

Componente: Rosa Maria Orsini

Componente: Luigi C.

Segretario: U

QUADRO SINOTTICO QUALITA'

LOTTO 1 SISTEMA ANALITICO MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI IN REAL TIME PCR

ESAMI ESEGUIBILI, N. TEST ANNUI, FREQUENZA DI ESECUZIONE

	Descrizione test	Numero test/anno	Numero di sedute e frequenza di esecuzione	Ditta Elitech Group
1	CMV Test Quantitativo	1300	2/sett.	
2	EBV Test Quantitativo	1500	2/sett.	
3	HSV1 Test Quantitativo	200	2/sett.	
4	HSV2 Test Quantitativo	200	2/sett.	
5	HHV6 Test Quantitativo	200	2/sett.	
6	HHV7 Test Quantitativo	100	2/sett.	
7	HHV8 Test Quantitativo	200	2/sett.	
8	VZV Test Quantitativo	200	2/sett.	
9	BKV Test Quantitativo	100	2/sett.	
10	JCV Test Quantitativo	100	2/sett.	
11	Parvovirus B19 Test Quantitativo	200	2/sett.	
12	Adenovirus Test Quantitativo	200	2/sett.	
13	Bordetella pertussis, parapertussis, holmesii	96	secondo necessità	
14	Enterovirus Test Qualitativo	100	2/sett.	
15	RSV Test	400	2/sett.	
16	Virus Influenza A Test Qualitativo	400	2/sett.	
17	Virus influenza B qualitativo	400	2/sett.	
18	Chlamydomphila pneumoniae	200	2/sett.	
19	Legionella pneumophila Test Qualitativo	200	2/sett.	
20	Mycoplasma pneumoniae Test Qualitativo	200	2/sett.	
21	Toxoplasma Gondii Test Qualitativo	50	secondo necessità	
22	Parotite qualitativo	50	secondo necessità	
23	Rubeo qualitativo	50	secondo necessità	
24	Morbillo qualitativo	100	2/sett.	
25	Pneumocistis jirovecii qualitativo	100	2/sett.	
26	HEV	96	secondo necessità	
27	Brucella	50	secondo necessità	
28	H1N1	48	secondo necessità	
29	Cryptosporidium, Giardia, E.histolytica	50	secondo necessità	

30	HAV		48	secondo necessità	
31	MTB/MDR		48	secondo necessità	
32	Treponema Pallidum		100	2/sett.	
33	HDV		48	secondo necessità	
34	Leptospira		50	secondo necessità	
35	Leishmania		48	secondo necessità	
36	Borrelia		100	2/sett.	
37	Aspergillus		96	secondo necessità	
38	Parechovirus qualitativo		50	secondo necessità	
39	Colistin/R		48	secondo necessità	
TOTALE TEST			7.276		
Reagenti e materiali per estrazione di acidi nucleici (RNA/DNA)/anno			3.300		
N.B.: Le Ditte devono offrire almeno il 90% degli analiti sopra indicati, pena esclusione					
STANDARD, REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALI DI CONSUMO					
Standard, controlli, reagenti, reagenti di amplificazione, soluzioni e materiale consumabile necessario in quantità adeguata al numero dei test sopra indicati dal campione al risultato. In particolare, per numero di test al di sotto di 100, la Ditta aggiudicataria dovrà offrire i test richiesti comprensivi di test per l'esecuzione dei controlli e delle calibrazioni. Per ogni seduta analitica è previsto l'utilizzo di almeno un controllo positivo per test qualitativi e almeno 4 punti standard per test quantitativi.					
STRUMENTAZIONE RICHIESTA					
n. 1 Strumento di ultima generazione, automatico, dotato di supporto adeguato se da banco, in grado effettuare le fasi di estrazione, preparazione PCR, amplificazione e rivelazione degli acidi nucleici e produzione del risultato					
n.1 Strumento di back up con caratteristiche identiche a quello primario					
N. 2 PC per l'interfacciamento bidirezionale al LIS del Laboratorio (DNLab Dedalus), con stampante laser e altro hardware eventualmente necessario, completo di software di interpretazione, Stabilizzatore di corrente, e ogni altro accessorio necessario al funzionamento degli strumenti Gruppi di continuità (UPS) e software gestionale dedicato					
Manutenzione ordinaria e straordinaria, con intervento tecnico garantito entro 24h, Assistenza tecnica, Supporto specialistico					

AS *OL*

mn

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)			Ditta Elitech Group	
Sistema, composto da uno o più strumenti, di ultima generazione che consenta in maniera automatica l'estrazione di acidi nucleici (DNA e RNA) da campioni biologici (cellulari e non) e l'allestimento della seduta di amplificazione per l'analisi dei relativi estratti			SI	
Sistema di estrazione, di preparazione e amplificazione con marchiatura CE-IVD			SI	
Riconoscimento automatico dei reagenti mediante bar code			SI	
Chimica basata su utilizzo di biglie magnetiche			SI	
Decontaminazione dell'ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata			SI	
Completa tracciabilità dei reagenti. DNA/RNA estratto con alto grado di purificazione per le applicazioni di PCR RT			SI	
Sistema in grado di processare almeno 24 campioni in un'unica seduta			SI	
Controllo del processo di estrazione ed amplificazione dei campioni mediante l'utilizzo di un controllo interno al campione specifico per DNA e/o RNA			SI	
Preparazione PCR e RT-PCR in diversi supporti e formati. Unico protocollo di estrazione di DNA/RNA virale e/o batterico			SI	
Conformità del sistema offerto e dei singoli reagenti alla Direttiva CEE 98/79 relativa ai sistemi diagnostici in vitro (indicare ove possibile il n° di registrazione o altrimenti produrre dichiarazione di conformità)			SI	
Sistema con funzioni di validazione automatica basata su regole impostabili			SI	
Marchio CE- IVD ai sensi della Direttiva Europea 98/79/CE su reattivi e strumentazione Real Time. Kit di reattivi regolarmente licenziati per uso di tecnologia Real Time PCR e per diagnostica in vitro			SI	
kit di amplificazione completi. Gli standard offerti dovranno comprendere punti a concentrazione nota			SI	
ELEMENTI VALUTABILI			Punti max 70	Ditta Elitech Group
1	Sistema integrato di tipo walk away, senza intervento dell'operatore, dal caricamento del campione al risultato SI/NO (documentare)		0 - 1	1
2	Strumento in grado di analizzare di uno o più campioni con differenti profili termici e differenti chimiche contemporaneamente SI/NO (documentare)		0 - 10	10
3	Moduli integrati per l'esecuzione delle sedute real time con almeno sei canali ottici per modulo SI/NO (documentare)		0 - 5	5
4	Analizzatori in grado di lavorare in modalità aperta per l'introduzione di nuove metodiche SI/NO (documentare)		0 - 5	5
5	Utilizzo di un sistema Peltier con rilevatore di fluorescenza integrato SI/NO (documentare)		0 - 1	1
6	Controllo della decontaminazione con lampada UV incorporata SI/NO (documentare)		0 - 1	1
7	Fattori di conversione a UI già calcolati per CMV, EBV, Parvovirus B19, BKV SI/NO (documentare)		0 - 5	5
8	Stabilità dei reagenti a bordo anche overnight SI/NO (documentare)		0 - 3	3
9	Memorizzazione della curva di calibrazione dei controlli SI/NO (documentare)		0 - 5	5

W

Sh

Oleu

Car

10	Utilizzo di sonde MGB (minor groove binder) con Dark Quencer per tutti i parametri offerti SI/NO (documentare)	0 - 5	5
11	Esecuzione di sedute in multiplex SI/NO (documentare)	0 - 6	6
12	Iscrizione annuale ai programmi di controllo di qualità esterno (VEQ), ove disponibili, comprendenti almeno i programmi CMV ed EBV quantitativi SI/NO (documentare)	0 - 2	2
13	Completezza dell'offerta di analiti richiesti (documentare)	0 - 4	4
14	Recupero e stoccaggio in vial da 1,5 ml con barcode dell'eluato di estrazione SI/NO (documentare)	0 - 5	5
15	Ridotto tempo di esecuzione della singola analisi a partire dal caricamento del campione primario fino al rilascio del risultato per i test in urgenza (entro 3h) SI/NO (documentare)	0 - 5	5
16	Assenza di reflui liquidi nell'estratto degli acidi nucleici da campioni clinici SI/NO (documentare)	0 - 3	3
17	Tempo di intervento dalla chiamata entro 6 h (documentare)	0 - 2	2
18	Corso di formazione per il personale del Laboratorio preposto all'uso dei sistemi SI/NO (documentare)	0 - 2	2
TOTALE QUALITA'			70

Car

QUADRO SINOTTICO QUALITA'**LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA RICERCA QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI VIRUS EPATITE B, EPATITE C , CMV ED HIV IN PCR REAL TIME****ESAMI ESEGUIBILI, N. TEST ANNUI, FREQUENZA DI ESECUZIONE****Ditta Roche
Diagnostics**

Descrizione test		Numero test/anno	Numero di sedute annue e frequenza di esecuzione	
1	HCV	1.300	3	
2	Genotipo HCV	100	Secondo necessità	
3	HBV	1.000	3	
4	CMV	1200	3	
5	HIV	300	1	
TOTALE TEST		3.900		

CONTROLLI, CALBRATORI, MATERIALI DI CONSUMO

Reagenti, soluzioni, calibratori (ove previsti), controlli, materiali consumabili, in quantità adeguata al numero dei test sopraindicati dal campione al risultato

STRUMENTAZIONE RICHIESTA

n. 1 Strumento di ultima generazione, automatico, per estrazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) da campioni biologici quali siero e plasma, retrotrascrizione, amplificazione, rivelazione

N. 1 PC per l'interfacciamento bidirezionale al LIS del Laboratorio (DNLab Dedalus), con stampante laser e altro hardware e software eventualmente necessario. Gruppo di continuità per stabilizzazione di corrente e continuità, toner o cartucce, carta per stampanti, consumabili e ricambi previsti dalla manutenzione ordinaria, escluse solo le provette per la raccolta dei campioni

Manutenzione ordinaria e straordinaria, con intervento tecnico garantito entro 24h, Assistenza tecnica e supporto specialistico

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)**Ditta Roche
Diagnostics**

Sistema automatico per la fase di estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici (DNA/RNA) da siero e /o plasma

SI

Riconoscimento automatico dei reagenti mediante bar code

SI

Estrazione basata su utilizzo di biglie magnetiche

SI

Capacità di accogliere direttamente a bordo dello strumento i tubi primari identificandoli mediante barcode

SI

AG *ole*

Interfacciamento bidirezionale in rete con sistema gestionale DNLab Dedalus del Laboratorio		SI
Capacità di accogliere direttamente a bordo dello strumento i tubi primari identificandoli mediante barcode		SI
Sistema di smaltimento dei liquidi reflui con travaso automatico dalla tanica principale a quella monouso		SI
Controllo interno per la verifica di corretta reazione		SI
Conformità del sistema offerto e dei singoli reagenti alla Direttiva CEE 98/79 relativa ai sistemi diagnostici in vitro (indicare ove possibile il n° di registrazione o altrimenti produrre dichiarazione di conformità)		SI
Marchio CE- IVD ai sensi della Direttiva Europea 98/79/CE su reattivi e strumentazione Real Time. Kit di reattivi regolarmente licenziati per uso di tecnologia Real Time PCR e per diagnostica in vitro		SI
Sensibilità non superiore a: 15 UI/ml per HCV; 20 UI/ml per HBV ; 40 copie/ml per HIV ; CMV 21 UI/ML		SI
Genotipo HCV eseguito in PCR RT sulla stessa strumentazione per identificare i genotipi da 1 – 6 e i sottotipi 1a/1b		SI
Uso di sistemi di anti-contaminazione che non prevedono sostanze tossiche(es: ipoclorito)		SI
Iscrizione a programmi di controllo di qualità esterno (VEQ) per HBV, HCV, CMV		SI
ELEMENTI VALUTABILI		Punti max 70
1	Caricamento continuo dei reattivi, consumabili ed accessori in fase di lavorazione (documentare)	2
2	Possibilità di preparazione e estrazione dei campioni da tubi primari SI/NO (documentare)	2
3	Possibilità di esecuzione in contemporanea di più test SI/NO (documentare)	5
4	Flusso di lavoro ininterrotto della fase analitica dall'estrazione al risultato (documentare)	3
5	Prevenzione del carry over (documentare)	2
6	Assenza di ricostituzione (anche a bordo macchina) scongelamento o miscelamento dei reagenti SI/NO (documentare)	4
7	Assenza di calibrazioni SI/NO (documentare)	7
8	Test HCV dual probe SI/NO (documentare)	5
9	Cadenza analitica della strumentazione (documentare)	2
10	Massima sensibilità di rilevamento per test HIV/RNA (documentare)	2
11	Possibilità di recupero di estratti ed amplificati SI/NO (documentare)	3

AG

ole

De *De*

12	Test HIV dual target con rilevazioni nelle regioni GAG /LTR SI/NO (documentare)	0 - 5	5
13	Massima sensibilità di rilevamento per test HCV RNA (documentare)	0 - 2	2
14	HCV RNA appropriatezza con i nuovi farmaci DAA (documentare)	0 - 2	2
15	Test HBV dual target (core/precore) SI/NO (documentare)	0 - 5	5
16	Numero e durata delle attività manuali per seduta analitica per allestimento macchina e reagenti (es: preparazione, miscelazione, scongelamento reagenti e preparazione strumentazione, consumabili a bordo, etc.) (documentare)	0 - 3	3
17	Reagenti dotati di barcode e pronti all'uso conservabili a temperatura 2°C - 8°C SI/NO (documentare)	0 - 7	7
18	Monitoraggio anti gocciolamento e delle fasi di aspirazione/ dispensazione (documentare)	0 - 3	3
19	HCV genotipo con tre regioni target (5' UTR+ core+NS5B) SI/NO (documentare)	0 - 6	6
TOTALE QUALITA'			70

W

AS Oler

QUADRO SINOTTICO QUALITA'

LOTTO 3 SISTEMA MACCHINA REATTIVI COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE RAPIDA IN URGENZA IN PCR REAL TIME DI TEST PER LE INFEZIONI CORRELATE SIA ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI CHE ALLE MALATTIE INFETTIVE CRITICHE DA M. TUBERCOLOSIS, INFLUENZA A,B, VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE , C. DIFFICILE

ESAMI ESEGUIBILI, N. TEST ANNUI, FREQUENZA DI ESECUZIONE

**Ditta
Elettrobiochimica**

Descrizione test

**Numero
test/anno**

**Numero di sedute
annue e frequenza
di esecuzione**

1 Identificazione di geni per C. difficile da feci

300

giornaliera

2 MTB / MDR

200

giornaliera

3 Virus respiratori

80

giornaliera

4 M.tuberculosis resistente a INH, Chinolonici e farmaci iniettabili

20

giornaliera

TOTALE TEST

600

CONTROLLI, CALBRATORI, MATERIALI DI CONSUMO

Reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo in quantità adeguata e necessaria all'esecuzione di tutti i test richiesti nelle quantità annue riportate dal campione al risultato

STRUMENTAZIONE RICHIESTA

N. 1 Strumento completamente automatico, marcato CE-IVD, monotest, modulare con metodica PCR RT nuovo e di ultima generazione in grado di eseguire rapidamente in urgenza estrazione, amplificazione e rilevazione simultanea dei seguenti agenti patogeni: C. difficile, MTB MDR, Virus respiratori

N. 1 PC corredato di monitor, stampante, gruppo di UPS, toner, materiali consumabili eventualmente necessari al suo funzionamento. Software che identifica la presenza / assenza dell'acido nucleico dotato di un algoritmo che preveda anche il superamento dei valori del C. Q. preinstallati sul PC

Interfacciamento dello strumento al Lis gestionale del Laboratorio (Dedalus)

Manutenzione ordinaria e straordinaria e Assistenza tecnica

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)

**Ditta
Elettrobiochimica**

Processazione del campione in maniera automatizzata (estrazione, retro trascrizione, amplificazione, rilevazione e lettura) con eliminazione della contaminazione ambientale causa di falsi positivi

SI

Amplificazione acidi nucleici con tecnologia Real Time PCR

SI

Analisi / interpretazione dei dati con risultati entro 2h30'



SI

Utilizzo dei moduli dello stesso strumento in modo indipendente

SI



Utilizzo di cartucce monouso per le identificazioni richieste			SI
Reagenti necessari per l'esecuzione di una reazione a catena della polimerasi (PCR) dopo trascrizione in tempo reale (Real-Time) in grado rilevare la presenza delle Tossine di Clostridium difficile			SI
Reagenti necessari per l'esecuzione di una reazione a catena della polimerasi (PCR) dopo trascrizione in tempo reale (Real-Time) in grado rilevare la presenza di Mycobacterium tuberculosis e la resistenza a Rifampicina			SI
Reagenti necessari per l'esecuzione di una reazione a catena della polimerasi (PCR) dopo trascrizione in tempo reale (Real-Time) in grado rilevare la resistenza in M.tuberculosis a Isoniazide , Chinolonici, farmaci iniettabili più comuni e virus Influenza			SI
Reagenti pronti all'uso			SI
Kit per preparazione ed amplificazione del campione biologico			SI
Metodiche validate CE-IVD per strumenti e reattivi			SI
ELEMENTI VALUTABILI		Punti max 70	Ditta Elettrochimica
1	Possibilità di evidenziare la tossina binaria di C. difficile e la presenza di mutazione relativa al ceppo ipervirulento SI/NO (documentare)	0 - 23	23
2	Esecuzione della metodica PCR Real-Time e trascrittasi inversa in one step (un solo passaggio) SI/NO (documentare)	0 - 22	22
3	Reagenti in grado rilevare la presenza del Virus Influenza A e B e del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) simultaneamente in un tempo massimo di 30 minuti SI/NO (documentare)	0 - 25	25
		TOTALE QUALITA'	70

LOTTO 1 SISTEMA ANALITICO MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI IN REAL TIME PCR					
					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
ELITECH GROUP	70	192.700,80	30,00	100,00	





LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA RICERCA QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI VIRUS EPATITE B, EPATITE C, CMV ED HIV IN PCR REAL TIME

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
ROCHE DIAGNOSTICS	70	91.451,95	30,00	100,00	



LOTTO 3 SISTEMA MACCHINA REATTIVI COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE RAPIDA IN URGENZA IN PCR REAL TIME DI TEST PER LE INFEZIONI CORRELATE SIA ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI CHE ALLE MALATTIE INFETTIVE CRITICHE DA M. TUBERCOLOSIS, INFLUENZA A,B, VIRUS RESPIRATORIO SINIZIALE , C. DIFFICILE

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
ELETTROBIOCHIMICA	70	42.168,00	30,00		100,00



Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini
 Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e numero registro di sistema: PI010492-22

Offerta Economica - Lotto Numero:3

Lotto Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALOREA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	OFFERTA ECONOMICA
3	0 906686882A	SISTEMA MACCHINA REATTIVI COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE RAPIDA IN URGENZA IN PCR REAL TIME DI TEST PER LE INFEZIONI CORRELATE SIA ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI CHE ALLE MALATTIE INFETTIVE CRITICHE DA M. TUBERCOLOSIS, INFLUENZA A,B, VIRUS RESPIRATORIO SINZIALE, C. DIFFICILE	BN33124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	132.000,00	126.504,00	126.504,00	225,00	allegato_all.3_schemadioffertaeconomica.pdf,p7m 7BDDBCD0C2E6815B292C45D3B5AECECF5304595053E4BB0606605849785C0B189

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: 126.504,00 €

Agente sociale del Concorrente: ELETTROBIOCHIMICA
 LA PIETRO OTTOBONI 110 - 00159 ROMA (Roma)
 F. 02041690583 P.IVA IT01026251007

Au.1

Firmato digitalmente

(GATE-0031/2022-0017)

Spett.le
Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 Roma

Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per ladiagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Il sottoscritto **DARIO OCCHIODORO** nato a **ROMA (RM)**, il **30/01/1933**, Codice Fiscale **CCHDRA33A31H501S**, residente a **ROMA (RM)**, **Viale Europa 331**, in nome del concorrente **ELETTROBIOCHIMICA SRL** con sede legale in **ROMA (RM)** via **PIETRO OTTOBONI** n. **110**, CAP **00159**, Tel. **06.43531641**, Fax **06.4380783**, e-mail elettrobiochimica@elettrobiochimica.com, Codice Fiscale **02041690583**, Partita IVA **01025261007**

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale;
 Società, specificare tipo società responsabilità limitata;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
 Consorzio tra imprese artigiane;
 Consorzio stabile;
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo
 costituito
 non costituito;
 Mandataria di un consorzio ordinario;
 costituito
 non costituito;
 GEIE.

DICHIARA

_ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;

_ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico - Allegato A e nel Disciplinare di gara;

_ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

_ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;

_ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;

_ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);

_ che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Titolo del Lotto: Lotto 3 - Sistema macchina reattivi completamente automatico per l'esecuzione rapida in urgenza in Pcr Real Time di test per le infezioni correlate sia alle pratiche assistenziali che alle malattie infettive critiche da M. Tuberculosis, Influenza A,B, Virus Respiratorio Sinciziale , C. Difficile

N. TOTALE TEST RICHIESTI: 600

Costo totale per anno

QUOTA LOCAZIONE <i>(comprendente manutenzione e assistenza tecnica e interfacciamento al LIS)</i>	€. 15.100,00 (quindicimilacento/00)
QUOTA REATTIVI	€. 27.068,00 (ventisettemilazerosessantotto/00)
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA:	€. 42.168,00 (quarantaduemilacentosessantotto/00)
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:	€. 70,28 (settanta/28)

Analiticamente, offre:

- ✓ n° 1 Sistema automatico per esami diagnostici in PCR RealTime **GeneXpert** composto da:
 - n. 2 Moduli
 - n. 1 Software preinstallato su computer
 - n. 1 Computer Desktop, monitor, stampante, toner
 - n. 1 Gruppo di continuità UPS
 - n. 1 Lettore codice a barre
 noleggio annuo: € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) interfacciamento annuo: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
TOTALE STRUMENTO: € 15.100,00 (quindicimilacento/00)

- ✓ I seguenti prodotti come richiesto nell'Allegato A)

1) Identificazione di geni per C. difficile da feci - n. 300 anno

cod. GXCDIFFBT-CE-10 - Xpert C.Difficile BT

Codice CND W0105011602 - Codice RDM 1464550

confezione da 10 determinazioni

n° confezioni offerte: 30 (trenta)

prezzo offerto a confezione: € 350,00 (trecentocinquanta/00)

prezzo offerto a test: € 35,00 (trentacinque/00)

IVA: 22% (ventidue)

TOTALE VOCE: €. 10.500,00 (diecimilacinquecento/00)

2) MTB / MDR - n. 200 anno

cod. GXMTB/RIF-ULTRA-10 - Xpert MTB/RIF Ultra

Codice CND W0105010703 - Codice RDM 1598586

confezione da 10 determinazioni

n° confezioni offerte: 20 (venti)

prezzo offerto a confezione: €. 560,00 (cinquecentosessanta/00)

prezzo offerto a test: €. 56,00 (cinquantasei/00)

IVA: 22% (ventidue)

TOTALE VOCE: €. 11.200,00 (undicimiladuecento/00)

3) Virus respiratori - n. 80 test anno

cod. XPRSFLU/RSV-CE-10 - Xpert Xpress FLU/RSV

Codice CND W0105011103 - Codice RDM 1494250

confezione da 10 determinazioni

n° confezioni offerte: 8 (otto)

prezzo offerto a confezione: €. 500,00 (cinquecento/00)

prezzo offerto a test: €. 50,00 (cinquanta/00)

IVA: 22% (ventidue)

TOTALE VOCE: €. 4.000,00 (quattromila/00)

4) M.tuberculosis resistente a INH, Chinolonici e farmaci iniettabili - n. 20 test anno

cod. GXMTB/XDR-10 - Xpert MTB/XDR

Codice CND W0105010703 - Codice RDM 1994337

confezione da 10 determinazioni

n° confezioni offerte: 2 (due)

prezzo offerto a confezione: €. 684,00 (seicentoottantaquattro/00)

prezzo offerto a test: €. 68,40 (sessantotto/40)

IVA: 22% (ventidue)

TOTALE VOCE: €. 1.368,00 (milletrecentosessantotto/00)

Non sono necessari ulteriori materiali accessori / ausiliari

Dichiara altresì che

ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a 4.217,00 (quattromiladuecentodiciassette/00);
- ✓ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a €. 225,00 (duecentoventicinque/00);
- ✓ i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Roma li, 24 febbraio 2022

Timbro e firma Legale Rappresentante

ELETTROBIOCHIMICA s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dario Occhiodoro

(Firmato Digitalmente)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta da "un procuratore" dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.



Busta Economica

Azienda **Registro di Sistema**
 P1021967-22

ELITECHGROUP S.P.A.
 C.SO ITALIA, 22 20122 Milano Italia
 Tel 011976191 - Fax 0119367611 -
 C.F. 05239350969 - P.IVA IT05239350969
 PEC comunicazioni@pec.elitechitaly.com

Estremi Gara
 Fascicolo di Sistema
 FE016795

Oggetto

Lotto
 Esito Riga

Numero Lotto **CIG**
 1 90668644DE

Descrizione
 SISTEMA ANALITICO MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI IN REAL TIME PCR

Busta Economica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 Dec.)	VALORE OFFERTO (2 Dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 Dec.)	OFFERTA ECONOMICA
	1	0	90668644DE	SISTEMA ANALITICO MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI IN REAL TIME PCR	BN3124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	600.000,00	578.102,40	578.102,40	1.156,20	
ELITECHGROUP 0249 ECONOMICA.zip.p7m 20B081C89762E44941D2DAA4D1D7F7A4359BF3F5FD8F0D8600EF62A													

3

Firma della busta

GENERA PDF
File Firmato:



Busta_ECO_1_.pdf.p7m

827C7AD05B6D45C4361B6CFC0C9BAA78D8965AFA199927E2B6577B6FD8B74087

Modifica Offerta

Allega pdf firmato



**Allegato 3
 Schema di Offerta Economica**

ELITECHGROUP S.P.A. - Ns offerta Prot. n° 0249/22 del 24.02.2022

Azienda Ospedaliera
 San Camillo Forlanini
 Circonvallazione Gianicolense, 87
 00152 Roma

Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Il/la sottoscritto/a

ROBERTO MEDA

nato a TORINO

(TO), il 04.08.1964

Codice Fiscale MDERRT64M04L219C

residente a VOLPIANO

(TO),

Via OLMO, n. 26

in nome del concorrente ELITECHGROUP S.P.A.

con sede legale in MILANO

(MI),

Via C.SO ITALIA

, n. 22, CAP 20122

, Tel 011 976191

Fax 011 9367611

, e-mail egspa.tender@elitechgroup.com

, Codice Fiscale 05239350969

PEC: comunicazioni@pec.elitechitaly.com, Partita IVA 05239350969

nella sua qualità di:
 (barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
 (barrare la casella che interessa)

Impresa individuale;

Società, specificare tipo _____;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;

Consorzio tra imprese artigiane;

Consorzio stabile;

Mandataria di un raggruppamento temporaneo

costituito

non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario;

costituito

non costituito;

GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico -Allegato A e nel Disciplinare di gara;
- ✓ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);
- ✓ che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Oltre all'inserimento dell'offerta negli spazi predisposti sulla piattaforma Stella, **compilare e allegare obbligatoriamente uno schema che riporti voce per voce tutto quanto sotto riportato:**

- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti ;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo omnicomprensivo Iva esclusa;
- costo totale triennale omnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

A completamento dell'offerta analitica, la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente riprodurre e compilare in ogni parte uno schema identico al seguente per ogni Lotto offerto:

Titolo del Lotto

LOTTO 1 SISTEMA ANALITICO MACCHINA REATTIVI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI IN REAL TIME PCR

N. TOTALE TEST RICHIESTI: 7.726

Costo totale per anno

QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	€ 28.000,00
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	€ 164.700,80
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA:	€ 192.700,80
COSTO TOTALE TRIENNALE FORNITURA IVA ESCLUSA:	€ 578.102,40
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:	€ 24,94

Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 28.905,12;
- ✓ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 1.156,20;
- ✓ i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data 24.02.2022

Firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante della Ditta

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisiti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell' Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e numero registro di sistema: PI010492-22

Offerta Economica - Lotto Numero:2

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	OFFERTA ECONOMICA
2	019066866084		SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA RICERCA QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI VIRUS EPATITE B, EPATITE C, CMV ED HIV IN PCR REAL TIME	BN33124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	285.000,00	274.355,85	274.355,85	1.097,42	Offerta economica Lotto 2.pdf p7m BBB6C12D1CE063BC941D9360E2DA4068AF68B95848A0424C5F205B31FE3955B3

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: 274.355,85 €

Ragione sociale del Concorrente: ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

Viale G.B. Stucchi 110 - 20900 Monza (Monza e della Brianza)

C.F. 10181220152 P.IVA IT10181220152

Firmato digitalmente



Ar *CC*

Spettabile
Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense 87
00152 Roma

cg

Monza, 17/02/2022

Cod. 3685626700

Offerta n. G22021/O1042203 LOTTO 2

(da citare per qualsiasi comunicazione relativa)

Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA RICERCA QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI VIRUS EPATITE B, EPATITE C, CMV ED HIV IN PCR REAL TIME

OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., società unipersonale, con sede legale ed uffici amministrativi in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110 - telefono n. 039/2817.1 e telefax n. 039/2817670 e 039/2817678 - iscritta presso la C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano-Monza/Brianza-Lodi - data di iscrizione 05/10/2016 - iscritta nella sezione ordinaria il 19/02/1996 con C.F., P.I. e Registro Imprese al n. 10181220152 - iscritta al R.E.A. di Monza e Brianza n. MB1350535 il 05/10/2016 - Codice attività n. 46.90.00 - Ufficio delle Imposte Dirette in Milano, Via Manin 25 Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale Lars Håkan JOHANSSON nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, codice fiscale JHNSH68M02Z132B, domiciliato per la carica in Monza, Viale G.B. Stucchi 110 - rappresentata da:

Patera Concetta nata a Monza (MB) 06/04/1976, domiciliata per la carica in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110, codice fiscale PTRCCT76D46F704G, in qualità di Procuratore nominato con atto del 28/03/2013
Giuseppa Novara nata a Mazzarino (CL) il 26/02/1962, domiciliata per la carica in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110, codice fiscale NVRGPP62B66F065G, in qualità di Procuratore nominato con atto del 19/09/2016

DICHIARA

di sottoporre alla Vostra attenzione la propria migliore offerta come da Vostro Allegato 3 ed Offerta economica dettagliata.

Condizioni di fornitura

- Porto franco
- Imballo gratis
- IVA a Vs. carico: 22% (ventidueper cento)
- Consegna reagenti entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del regolare buono di ordinazione, salvo urgenze
- Consegna apparecchiature: come da Art. 4 Capitolato tecnico

La lista degli accessori hardware ivi riportata è stata formulata per garantire la completezza ed il corretto funzionamento della soluzione offerta; in ottemperanza alle richieste della S.V. potrà essere soggetta a revisione da parte di Roche Diagnostics, in fase di implementazione della fornitura, in base alle necessità di progetto esecutivo della soluzione rappresentata

a

Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MB
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese Milano -
Monza/Brianza - Lodi 10181220152

Centralized & Molecular Solutions Tender Administr
Tel. +390392817791
Numero verde 800-650651
Fax +039/2817670 - 039/2817678
www.roche.it
stefania.ripamonti@roche.com

- Pagamento: Rimessa diretta a 60 giorni
- Fatturazione canonici: trimestrale posticipata
- Durata della fornitura: 36 mesi, eventualmente prorogabile a seguito di Vostra richiesta scritta
- Validità dell'offerta: minimo 180 giorni, prorogabile

Costi relativi alla sicurezza e alla manodopera

Roche Diagnostics S.p.A. dichiara che, ai fini della valutazione della congruità da parte della stazione appaltante, così come previsto negli art. 95, comma 10, e art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

- 1) la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale, nel relativo Capitolato Tecnico e nel Disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso;
- 2) i costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore economico sopra rappresentato, in relazione al presente appalto, sono stimati a 0,4 % dell'importo della fornitura per un importo complessivo pari a EUR 1.097,42 (millezeronovantasette/42) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi complessivi offerti di cui all'offerta economica allegata;
- 3) i costi relativi alla manodopera sono stimati nella percentuale del 2,4 % dell'importo della fornitura per un importo complessivo pari a EUR 6.584,54 (seimilacinquecentootantaquattro/54) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi complessivi offerti di cui all'offerta economica allegata.

Dalla presente dichiarazione sono esclusi i costi della sicurezza necessari per ridurre i costi da interferenze e già determinati dalla stazione appaltante nel D.U.V.R.I.

Spedizione e trasporto prodotti

Roche Diagnostics utilizza mezzi di trasporto idonei per il mantenimento costante della temperatura prevista per ogni dispositivo diagnostico.

I prodotti ordinati dalla Clientela sono spediti utilizzando corrieri espressi di provata affidabilità, che impiegano mezzi a temperatura controllata, garantendo la consegna in perfette condizioni ed in tempi compatibili.

Roche Diagnostics utilizza vettori certificati ISO 9001 il cui servizio di trasporto a temperatura controllata è stato convalidato e costantemente monitorato.

Tutti i vettori utilizzati sono conformi ai requisiti cogenti in materia di autotrasporto di merci.

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, si comunicano gli estremi del conto corrente dedicato, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi:

Deutsche Bank S.p.A. - Via Italia, 44 - 20900 Monza (MB)


C/C 54404 - ABI 03104 - CAB 20400 - CIN W

IBAN IT83W031042040000000054404 - Swift Code DEUTITM1106

1. Patera Concetta, nata a Monza (MB) il 06/04/1976, PTRCCT76D46F704G
2. Ferrari Arnaldo, nato a Pavia il 17/09/1962, FRRRLD62P17G388K
3. Johansson Lars Håkan, nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, JHNL5H68M02Z132B
4. Feo Francisco Alberto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 16/11/1975, FEOFNC75S16Z600Q

ACCESSI TELEFONICI - FAX - EMAIL RISERVATI ALLA CLIENTELA

UFFICIO GARE (gare - preventivi - chiarimenti - aperture buste)		UFFICIO CONTRATTI (aggiudicazioni - post-aggiudicazione - proroghe - contratti - ordini strumenti)	
Tel.	039.28171	Tel.	039.28171
N. Verde	800-650651	N. verde	800-108077
Fax	039.2817670 - 678	Fax	039.2817670
Email:	monza.ufficiogare@roche.com	Email:	monza.contratti@roche.com



P.E.C. rochediagnostics@legalmail.it	P.E.C. contract.diagnostics@roche.legalmail.it
---	---

Sono a disposizione dei nostri Clienti, dalle ore 08.30 alle 17.30 (dal lunedì al venerdì) i seguenti numeri verdi per gli accessi telefonici dedicati:

UFFICIO EVASIONE ORDINI
(ORDINI REAGENTI)

LAB DIAGNOSTICS

Mail:
PEC:
Tel. 800-620621

monza.labdia@roche.com
ordini.diagnostics@roche.legalmail
Fax 800-640641-2-9



CUSTOMER SUPPORT CENTER
SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO
PRODOTTI PER RICERCA
SISTEMI PER ANATOMIA PATOLOGICA

Tel. 800-610619
Tel. 800-620627
Tel. 800-620628

In fede

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Concetta Patera Giuseppa Novara

(Documento firmato digitalmente)



Ally 

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico -Allegato A e nel Disciplinare di gara;
- ✓ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);
- ✓ che i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Oltre all'inserimento dell'offerta negli spazi predisposti sulla piattaforma Stella, **compilare e allegare**

obbligatoriamente uno schema che riporti voce per voce tutto quanto sotto riportato:

vedere tabella offerta economica dettagliata allegata


- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti ;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo onnicomprensivo Iva esclusa;
- costo totale triennale onnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

A completamento dell'offerta analitica, la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente riprodurre e compilare in ogni parte uno schema identico al seguente per ogni Lotto offerto: vedere tabella offerta economica dettagliata allegata

Titolo del Lotto
 LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA RICERCA QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI VIRUS EPATITE B, EPATITE C, CMV ED HIV IN PCR REAL TIME

N. TOTALE TEST RICHIESTI: 3900



Costo totale per anno

QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	Euro 240,00 (duecentoquaranta/00)
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	Euro 91.211,95 (novantunomiladuecentoundici/95)
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA: Euro 91.451,95 (novantunomilaquattrocentocinquantuno/95)	
COSTO TOTALE TRIENNALE FORNITURA IVA ESCLUSA: Euro 274.355,85 (duecentosettantaquattromilatrecentocinquantacinque/85)	
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE: Euro 23,45 (ventitre/45)	

Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.


- ✓ i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 6584,54 ;
- ✓ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 1097,42 ;
- ✓ i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data
 17/02/2022

Firmato digitalmente dal Legale
 Rappresentante della Ditta
 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
 Concetta Paterna Giuseppa Novara

(Documento firmato digitalmente)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.



STRUMENTAZIONE

Sistema "condizionato" modello cobas 4800

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Produttore	Codice CND	Codice REPERTORIO	Quantità Offerta	Canone di noleggio annuo (comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica)	Aliquota Iva
COBAS X 480	05200890001	Roche Diagnostics	W02050106	n.a.	1	180,00 € 00	22% enta
COBAS Z 480 completo dei seguenti accessori	05200881001	Roche Diagnostics	W02050107	n.a.	1	80,00 € 888881000	22% enta
COBAS 6000 PC TABLE SMALL	04641042001	Roche Diagnostics	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
FORTIGATE 50E	08115299001	Fordnet	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
GOOSENECK DISPLAY SUPPORT	05340403001	Roche Diagnostics	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
HP Engage Flex Pro IS-3500	08095012001	HP	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch	08437924001	HP	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
LASERJET PRO M404DN	08044280001	HP	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
MULTIVORTEX BIOSAN MSV 3500	08528632001	Biosan	W02070401	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
RACK REAGENT CARRIER 4X200ML	05330017001	Roche Diagnostics	W02069980	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
RACK REAGENT CARRIER 6X50ML	05330009001	Roche Diagnostics	W02069980	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
RACK SAMPLE CARRIER SMP-CAR-12-D35	05328973001	Roche Diagnostics	W02050180	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
RACK-SMP-CAR-32-A00, SET OF 3	04639529001	Roche Diagnostics	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
RACK-TIP-CAR-480-A00, FOR 480 TIPS	04639545001	Roche Diagnostics	W02060180	n.a.	2	0,00 € zero00	22% enta
TROLLEY HAMILTON STAR	04704002001	Hamilton	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
UPS U1700 SICON	05880793001	Socomec	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
UPS U3000 SICON	05880807001	Socomec	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
WIRE BOTTLE	07398845001	Quality Invents	NA	n.a.	1	0,00 € zero00	22% enta
Totale Sistema cobas 4800						240,00 € 88881000	22% enta

REAGENTI

Rif. Capitolo	Esami richiesti	Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Produttore	Codice CND	Numero determinazioni/analisi	Costo test per confezione	Confezioni offerte per anno	Prezzo a test	Prezzo offerto a Confezione Iva esclusa	Totale anno per le confezioni offerte	Aliquota Iva
1	HCV	KIT COBAS 4800 HCV 120T CE-IVD	06879662190	Roche Diagnostics	W0105020307	1.300	20,00000 €	12	20,00000 €	2,400,00 € 000000	28.800,00 € 0000	22% enta
2	GENOTIPO HCV	KIT C4800 HCV GT AMPIDET 120T CE-IVD	06954274190	Roche Diagnostics	W0105020307	100	38,66667 € 807	2	38,66667 € 807	4,400,00 € 00000000	8.800,00 € 00000000	22% enta
3	HBV	KIT COBAS 4800 HBV 120T CE-IVD	06979564190	Roche Diagnostics	W0105020216	1.000	20,04000 €	9	20,04000 €	2,404,80 € 800	21.643,20 € 0000	22% enta
4	CMV	KIT COBAS 4800 CMV 120T CE-IVD	0785570190	Roche Diagnostics	W0105040205	n.a.	18,75000 € 000	11	18,75000 € 000	2,250,00 € 000	24.750,00 € 000000	22% enta
5	HIV	KIT COBAS 4800 HIV-1 QT-QL-120T CE-IVD	08792932190	Roche Diagnostics	W0105030107	300	20,65208 €	3	20,65208 €	2,405,26 € 00000025	7.218,75 € 00000000	22% enta
Totale REAGENTI											91.211,95 € 0000	22% enta

Costo unitario medio per determinazione (comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica), etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva) Euro 29,45 (ventinove/45)

na

u

CONSUMABILI

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Produttore	Codice CDN	Codice REPERTORIO	Confondimento	Prezzo offerto a Confazione	N. Confezioni/annua	Totale offerto per anno	Aliquota Iva
KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-ND	06979531190	Roche Diagnostics	W0105040599	"n.a.	240 Determinazioni	0,00 € zero/00	6	0,00 € zero/00	22% nito
CONTAINER SOLID WASTE BIOHAZARD SET OF 5	05547468001	Roche Diagnostics	W05580	"n.a.	1 Pz	0,00 € zero/00	2	0,00 € zero/00	22% nito
TIP CORE TIPS WITH FILTER 1ML	04639842001	Hamilton	W0503020201	"n.a.	3840 Pz	0,00 € zero/00	14	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 860T CE-ND	06979521190	Roche Diagnostics	W010504099	"n.a.	860 Determinazioni	0,00 € zero/00	4	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-ND	06979513190	Roche Diagnostics	W0105040599	"n.a.	240 Determinazioni	0,00 € zero/00	6	0,00 € zero/00	22% nito
EXTRACTION PLATE 2.0ML	06884006001	Roche Diagnostics	W0503010204	"n.a.	40 Pz	0,00 € zero/00	4	0,00 € zero/00	22% nito
AD-PLATE 0.3ML	05232724001	Roche Diagnostics	W0503010204	"n.a.	50 Pz	0,00 € zero/00	2	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 SYS WASH BUFFER 960T IVD	06235871190	Roche Diagnostics	W0105040599	"n.a.	960 Determinazioni	0,00 € zero/00	4	0,00 € zero/00	22% nito
PAPER PRINTER HP 6L	04159233001	Roche Diagnostics	NA	"n.a.	500 Pz	0,00 € zero/00	3	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD	05235863190	Roche Diagnostics	W0105040599	"n.a.	240 Determinazioni	0,00 € zero/00	6	0,00 € zero/00	22% nito
Black Toner for HP M404DN Printer	09125523001	HP	NA	"n.a.	1 Pz	0,00 € zero/00	1	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 LYSIS 2 860T CE-ND	06979546190	Roche Diagnostics	W0105040599	"n.a.	860 Determinazioni	0,00 € zero/00	4	0,00 € zero/00	22% nito
REAGENT RESERVOIR 50ML	0523735001	Hamilton	W0503010209	"n.a.	200 Pz	0,00 € zero/00	1	0,00 € zero/00	22% nito
PLASTIC CHUTE (10PCS)	04639868001	Roche Diagnostics	W02079099	"n.a.	10 Pz	0,00 € zero/00	2	0,00 € zero/00	22% nito
WASTE BAG SET OF 50	04691868001	Roche Diagnostics	W05020101	"n.a.	50 Pz	0,00 € zero/00	1	0,00 € zero/00	22% nito
REAGENT RESERVOIR 200ML	0523275001	Hamilton	W0503010209	"n.a.	100 Pz	0,00 € zero/00	2	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 SPEC DIL 2 240T CE-ND	06979558190	Roche Diagnostics	W010504099	"n.a.	240 Determinazioni	0,00 € zero/00	3	0,00 € zero/00	22% nito
Totale CONSUMABILI								0,00 € zero/00	22% nito

CONTROLLI

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Produttore	Codice CDN	Codice REPERTORIO	Confondimento	Prezzo offerto a Confazione	N. Confezioni/annua	Totale offerto per anno	Aliquota Iva
KIT COBAS 4800 GMY CONTROLS 10T CE-ND	07865984190	Roche Diagnostics	W0105040205	"n.a.	10 Determinazioni	0,00 € zero/00	6	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 HXY CONTROLS 10T CE-ND	06879572190	Roche Diagnostics	W01050907	1362739	10 Determinazioni	0,00 € zero/00	4	0,00 € zero/00	22% nito
KIT COBAS 4800 HCV GT CTLS 10T CE-ND	06884338190	Roche Diagnostics	W01050804	1363254	10 Determinazioni	0,00 € zero/00	1	0,00 € zero/00	22% nito
Totale CONTROLLI								0,00 € zero/00	22% nito

La fornitura è comprensiva di interfacciamento e VEQ

"n.a. in base a quanto previsto dal Decreto Legge del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti al cliente nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i fabbricanti o i mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'elenco non ricadono nell'articolo 10 della Direttiva 90/269/CEE, di conseguenza il codice di riferimento non risulta applicabile per i prodotti offerti.


Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and initials 'CR' on the right.

N. TEST RICHIESTI: 3.900

	COSTO TOTALE ANNUO
QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	240,00 € duecentoquaranta/00
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	91.211,95 € novantunomiladuecentoundici/95
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA	91.451,95 € uno/95
COSTO TOTALE TRIENNALE FORNITURA IVA ESCLUSA	274.355,85 € cinquantacinque/85
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE	23,45 € ventitre/45

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Concetta Patera Giuseppe I

(Documento firmato digitalmente)





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINIREGIONE
LAZIO

U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di Deliberazione : **BSDG 285 / 2022**

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
28	29		501010317000			51.785,47	
6	200		504020101000			26.437,40	
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010317000	REAGENTI
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

Data 14/04/2022

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)