



DELIBERAZIONE N. 0811 DEL 26 MAG. 2022

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: BSDG 303 del 19/05/2022

Centro di Costo : AORZ21JC1S

Oggetto: Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità di mesi 36 della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

L'estensore

D. ssa M. Zanurli

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nareiso Mostarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

25.05.2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

25.05.2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Vedere "Allegato
Assunzione Autorizzazione"

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

25/05/2022

2022

2025

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

23.05.2022

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

23.05.2022

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024;

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che, con deliberazione n. 116 del 27/01/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità di mesi 36 della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un importo presunto triennale di € 1.471,050,00 + Iva;

TENUTO CONTO

che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica, nominata con determinazione n. 279 del 09/05/2022, ha portato a termine i lavori in data 18/05/2022 proponendo l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTI

i verbali allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono le proposte di aggiudicazione formulate dalla Commissione nonché le offerte delle Ditte aggiudicatrici Immucor Italia (Lotto 1), Dia4it (Lotto 2), Biorad Laboratories (Lotto 3) (all. 1);

CONSIDERATO

- che la durata della fornitura (CIG Lotto 1 90874522A0 – CIG Lotto 2 9087459865 – CIG Lotto 3 90874690A8) sarà di mesi 36, dal 01/07/2022 al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

- che occorre nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. SIMT, Prof. Luca Pierelli;

- che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Leg.vo. n. 50 del 18/04/2016, gli esiti della presente aggiudicazione saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it> e <http://www.scamilloforlanini.rm.it>;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016, verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- che le spese sostenute per le pubblicazioni di legge dovranno essere rimborsate proporzionalmente dalle Ditte aggiudicatrici entro 60 gg. dall'aggiudicazione;

RILEVATO

- che la spesa totale triennale derivante dall'aggiudicazione ammontante a € 1.461.052,74 + Iva 22%, pari a € 1.782.484,34 con Iva, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA03L01P-AORZ22JC1S, nella seguente maniera:

Anno 2022

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva aut. 29

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva aut. 6

Anno 2023

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2024

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2025

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, co. 1, della Legge 241/90, come modificato dalla L. 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine

per le necessità di mesi 36 della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, così come riportato nei verbali di gara allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale e come descritto nelle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie Immucor Italia (Lotto 1), Dia4it (Lotto 2), Biorad Laboratories (Lotto 3);

- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36 a decorrere dal 01/07/2022 al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. SIMT, Prof. Luca Pierelli;

- di disporre che le Ditte aggiudicatarie rimborsino proporzionalmente le spese per le pubblicazioni di legge sostenute dall'Azienda Ospedaliera, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come da allegato estratto di avviso di gara esperita, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it>;

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che la spesa totale triennale derivante dall'aggiudicazione ammontante a € 1.461.052,74 + Iva 22%, pari a € 1.782.484,34 con Iva, sia imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA03L01P- AORZ22JC1S, nella seguente maniera:

Anno 2022

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva aut. 29

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva aut. 6

Anno 2023

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2024

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2025

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva

- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatarie nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate dietro presentazione di appositi documenti contabili in regola con la vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di deliberazione: "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità di mesi 36 della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini", presentata dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità di mesi 36 della U.O.C. SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, così come riportato nei verbali di gara allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale e come descritto nelle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie Immucor Italia (Lotto 1), Dia4it (Lotto 2), Biorad Laboratories (Lotto 3);
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36 a decorrere dal 01/07/2022 al 30/06/2025, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. SIMT, Prof. Luca Pierelli;
- di disporre che le Ditte aggiudicatarie rimborsino proporzionalmente le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per le pubblicazioni di legge, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- di pubblicare gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come da allegato estratto di avviso di gara esperita, nonché sui seguenti siti Internet: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>, <http://www.scamilloforlanini.rm.it>;

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che la spesa totale triennale derivante dall'aggiudicazione ammontante a € 1.461.052,74 + Iva 22%, pari a € 1.782.484,34 con Iva, sia imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA03L01P- AORZ22JC1S, nella seguente maniera:

Anno 2022

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva aut. 29

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva aut. 6

Anno 2023

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2024

Conto economico 501010317000 € 542.921,45 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 51.240,00 c/Iva

Anno 2025

Conto economico 501010317000 € 271.460,72 c/Iva

Conto economico 504020101000 € 25.620,00 c/Iva


- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici nei limiti dei suddetti importi ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate dietro presentazione di appositi documenti contabili in regola con la vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 44 pagine di cui n. 34 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. NARCISO MOSTARDA)**





SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA ERITROCITARIA E PIASTRINICA, PER GENOTIPIZZAZIONE RHD FETALE, PER QUANTIFICAZIONE EMOGLOBINE

VERBALE N. 1

Il giorno 29 Marzo 2022, alle ore 11,10, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 116 del 27/01/2022, per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale, per la quantificazione delle emoglobine per le esigenze triennali del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nel stabilito nel Disciplinare di gara e nei documenti allo stesso allegati. La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato Tecnico di gara e nel suo Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli, collaboratore amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), prendendo atto che entro il termine perentorio stabilito (15/03/2022 – ore 12.00), hanno presentato offerta le Ditte Biorad Laboratories, Immucor Italia e Dia4it.

Il Rup provvede allo sblocco della documentazione amministrativa per verificarne la conformità. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince quanto segue:

Ditta Biorad Laboratories: documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto 3

Ditta Immucor Italia : documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto 1

Ditta Dia4it: documentazione regolare; la Ditta è ammessa al prosieguo della gara.

Offre il Lotto 2


Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel: 06 58706762 – 6753 - 4554


Il Responsabile del Procedimento dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione delle Ditte partecipanti, che sarà formalizzato con determinazione dirigenziale e di cui verrà data notizia sulla piattaforma Stella. Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento



Il Segretario:





SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA ERITROCITARIA E PIASTRINICA, PER GENOTIPIZZAZIONE RHD FETALE, PER QUANTIFICAZIONE EMOGLOBINE

VERBALE N. 2

Il giorno 18 Maggio 2022, alle ore 9,15, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali-U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della presenza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 116 del 27/01/2022, per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale, per la quantificazione delle emoglobine per le esigenze biennali del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per un fabbisogno di mesi 36.

La gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati, verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nel Capitolato tecnico di gara e nel suo Allegato A. La Commissione Tecnica giudicatrice di gara, nominata con determinazione n. 279 del 09/05/2022, è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: D.ssa Antonella Matteocci – Dirigente medico U.O.C. SIMT

COMPONENTE: Dott. Alessandro De Rosa – Dirigente medico U.O.C. SIMT

COMPONENTE: D.ssa Simonetta Verità – Coordinatore Tecnico di Laboratorio U.O.C. SIMT

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente della Commissione apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), procedendo allo sblocco della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti Immucor Italia, Dia4it e Biorad Laboratories verificandone di volta in volta la presenza: si procede pertanto a scaricarla dalla piattaforma per iniziarne l'esame.

La Commissione Tecnica continua i propri lavori di verifica della documentazione senza soluzione di continuità' in seduta riservata e, prima di iniziare, ne stabilisce il seguente ordine:

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel: 06 58706762 – 6753 – 4554

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, possibly "ellei".
A signature on the right, possibly "Fed".
A small signature or mark on the far right.
A small number "1" at the bottom right.

- Esame della corrispondenza di quanto offerto in termini di reattivi a quanto richiesto;
- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;
- Esame degli elementi valutabili;
- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica esaminerà per ogni elemento valutabile le offerte tecniche delle Ditte concorrenti e seguirà le seguenti modalità di attribuzione del punteggio previsto per ogni singola voce valutabile:

- 1) verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta soddisfi pienamente quanto previsto per il relativo elemento valutabile;
- 2) verrà attribuito un punteggio intermedio tra il massimo ed il minimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta si collochi a livelli intermedi tra il più alto ed il più basso;
- 3) verrà attribuito punteggio 0 per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta non soddisfi affatto quanto previsto per il relativo elemento valutabile.

La Commissione Tecnica inizia i lavori sulla documentazione tecnica presentata dalle Ditte rilevando quanto segue.

Lotto 1 Ditta Immucor Italia

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.


La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constatata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica soddisfa pienamente quanto previsto per tutti gli elementi valutabili, attribuendo pertanto punti 70/70.

Lotto 2 Ditta Dia4it

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constatata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.



La Commissione Tecnica passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica soddisfa pienamente quanto previsto per tutti gli elementi valutabili, attribuendo pertanto punti 70/70.

Lotto 3 Ditta Biorad Laboratories

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione Tecnica giudicatrice procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso e dalla documentazione tecnica constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione passa all'esame degli elementi valutabili: in merito si specifica quanto segue.

Altri elementi valutabili "Iscrizione a titolo gratuito a programmi educazionali UKNEQAS per la determinazione di Hb patologiche": la Commissione rileva che la Ditta offre un programma EQAS differente da quello richiesto; pertanto attribuisce punti 0 anziche' 1 per un totale di 69/70.

Si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale, il quadro sinottico riepilogativo della qualita' dei Lotti esaminati.

Terminati i lavori di valutazione tecnica, il Presidente della Commissione stabilisce di procedere in seduta pubblica telematica allo sblocco delle offerte economiche presentate dalle Ditte sulla piattaforma Stella che vengono quindi seduta stante scaricate, lette e trascritte sui quadri sinottici di aggiudicazione allegati al verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione Tecnica, attenendosi al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., propone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura del Lotto 1 alla Ditta Immucor Italia, del Lotto 2 alla Ditta Dia4it, del Lotto 3 alla Ditta Biorad Laboratories.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice, terminati i lavori, chiude la seduta pubblica telematica e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.

Letto confermato e sottoscritto


Presidente: Bertolotto Alessio

Componente: Alessandro De Rosa

Componente: Simone Venturi




Segretario: W

LOTTO 1: Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia in micropiastrella/fase solida o schedina per l'esecuzione in routine della qualificazione immunematologica di donatori ed emocomponenti, di indagini eritrocitarie di II livello e test per la compatibilità piastrinica				
ESAMI RICHIESTI	TEST/ANNO	FREQUENZA ANALITICA		
Tipizzazione ABO/RhD diretta da eseguire con: siero anti-A monoclonale IgM siero anti-B monoclonale IgM siero anti-AB monoclonale IgM siero anti-CDE monoclonale IgM due sieri monoclonali IgM o IgM+IgG con esclusiva specificità anti-D di cloni diversi con almeno uno dei due che riconosca la variante DVI	20.000	H12		
Tipizzazione ABO indiretta con emazie A1, A2, B, O	20.000	H12		
Tipizzazione fenotipo Rh completo da eseguire con: siero anti-C 1° clone monoclonale IgM siero anti c 1° clone monoclonale IgM siero anti-E 1° clone monoclonale IgM siero anti-e 1° clone monoclonale IgM	9.000	H12		
Tipizzazione fenotipo Rh completo da eseguire con: siero anti-C 2° clone monoclonale IgM siero anti c 2° clone monoclonale IgM siero anti-E 2° clone monoclonale IgM siero anti-e 2° clone monoclonale IgM	9.000	H12		
Tipizzazione antigene Kell con siero monoclonale IgM	18.000	H12		
Ricerca D-weak sui campioni RhD-Negativi da eseguire con siero anti-D IgG o IgM+IgG	10.000	H12		
Ricerca varianti A1/A2 sui gruppi A/AB da eseguire nello stesso profilo del test con: lectina anti-A1 e anti-H	10.000	H12		
Tipizzazione antigene Cellano sui campioni Kell positivi	5.000	H12		
Controllo ABO/RhD sulla sacca di sangue da eseguire con i seguenti reagenti: siero anti-A monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) siero anti-B monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) siero anti-AB monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) 2 sieri anti-D monoclonali IgM o IgM+IgG dei quali almeno uno in grado di evidenziare la variante DVI	40.000	H12		
Tipizzazione antigeni Fya e Fyb con reagenti monoclonali o policlonali	1.000 + 1.000	H12		
Tipizzazione antigeni S e s con reagenti monoclonali o policlonali	1.000+1000	H12		
Tipizzazione antigeni Jka e Jkb con reagenti monoclonali o policlonali	1.000+1000	H12		
Tipizzazione antigeni M e N con reagenti monoclonali o policlonali	1.000 + 1.000	H12		
Ricerca anticorpi irregolari (pool di due cellule)	23.000	H12		
Ricerca anticorpi irregolari (pannello eritrocitario a tre cellule)	3.000	H12		
Ricerca anticorpi irregolari (pannello eritrocitario a quattro cellule)	3.000	H12		





Identificazione anticorpi irregolari	3.000	H12		
Test di Coombs diretto	5.000	H12		
Prova di compatibilità eritrocitaria	2.000	H12		
Ricerca anticorpi anti-piastrinici (*)	2.000	H12		
Prova di compatibilità piastrinica	3.000	H12		
Sieri anti-D di controllo a due concentrazioni per la convalida dello strumento e per uso manuale: $\leq 0,5$ UI/ml per i test sui donatori e $\leq 0,1$ UI/ml per i test sui pazienti come da Standard SIMTI di Medicina Trasfusionale	100	H12		
Sieri di controllo per la convalida dello strumento e per uso manuale contenenti specificità diverse dall'anti-D (es. anti-c, anti-E, anti-K, ecc.) come da Standard SIMTI di Medicina Trasfusionale	100	H12		
Clorochina per le indagini piastriniche (*)	200	H12		
Valutazione dell'emorragia fetto-materna (*)	500	H12		
Pannelli eritrocitari estesi per l'identificazione anticorpale (*)	2.500	H12		
Kit completi per lo studio dell'autoimmunità eritrocitaria (*)	1.800	H12		
Papaina (*)	100	H12		
Soluzione per la conservazione di globuli rossi ad uso laboratorio (*)	100	H12		
TEST TOTALI	198.400			
(*) test immunoematologici di II livello da eseguire con metodo manuale				
REAGENTI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO:				
Kit, reagenti, emazie/test, calibratori, controlli di qualità e materiale di consumo in quantità necessaria all'esecuzione di tutti i test sopra indicati. Il totale dei test sopra riportato è comprensivo dei test per i controlli di qualità giornalieri.				
STRUMENTI RICHIESTI				
N.2 strumenti nuovi completamente automatici di ultima generazione, PC, monitor e stampanti, gruppi di continuità e stabilizzatori di corrente, deionizzatore, software completi per gestione analitica, archiviazione e refertazione, software di interfacciamento con collegamento bidirezionale al sistema informatico gestionale del laboratorio (Emonet)				

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)		Ditta Immucor Italia
Strumenti completamente automatici in tutte le fasi analitiche (walk-away) e di ultima generazione		SI
Modalità di caricamento diretto dei tubi primari a flusso continuo con accesso random in qualunque fase operativa		SI
Esecuzione in automatico dei test immunoematologici con tecnologia in micropiastra/fase solida o schedina		SI
Funzione reflex test sugli strumenti per la prenotazione in automatico di tutti i test di II livello (determinazione A1, A2, D-weak, Cellano)		SI
Strumenti, reattivi e metodiche in automazione conformi alla Direttiva Europea Direttiva IVD 98/79/CE o IVDR/22		SI
Identificazione univoca tramite lettura barcode della provetta primaria		SI
Strumenti in grado di garantire la processazione tramite provette di dimensioni diverse (per diametro e altezza)		SI
Identificazione positiva tramite lettura barcode dei reagenti a bordo con controllo e tracciabilità dei lotti e delle date di scadenza		SI
Sensori di livello per reagenti e campioni		SI
Esecuzione di diverse tipologie di test e profili contemporaneamente anche a temperature di esecuzione differenti		SI
Sistema in grado di graduare l'intensità della reazione positiva		SI
Gestione dell'accesso al programma mediante password a più livelli di responsabilità del personale		SI
Software in grado di permettere agli operatori di verificare in qualsiasi momento lo stato degli esami in corso		SI
Sistema in grado di consentire la visualizzazione e l'archiviazione delle immagini dei risultati ottenuti per la loro tracciabilità, con possibilità di consultazioni successive		SI
Sistema che consenta la modifica dei risultati da parte dell'operatore con traccia sul database locale della modifica effettuata		SI
Strumenti in grado di eseguire controlli di qualità		SI
Software di interfacciamento con collegamento bidirezionale al sistema gestionale del laboratorio con ricezione liste di lavoro e trasferimento dei risultati da/a host computer		SI
ELEMENTI VALUTABILI - Strumentazione		Ditta Immucor Italia
	punti max 45	
Numero campioni processati/ora (dal tempo zero) per eseguire test ABO/RhD diretto e indiretto utilizzando sieri anti-A, anti-B, anti-AB, due anti-D ed emazie A1, A2, B, O, controllo (documentare)	0-5	5
Numero campioni processati/ora (dal tempo zero) per eseguire test ABO/RhD diretto utilizzando sieri anti-A, anti-B, anti-AB, 2 anti-D, controllo (documentare)	0-5	5
Numero campioni processati/ora (dal tempo zero) per eseguire fenotipo Rh e K utilizzando sieri anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-K, controllo (documentare)	0-5	5
Numero campioni processati/ora (dal tempo zero) per eseguire la ricerca di anticorpi irregolari anti-eritrocitari (documentare)	0-5	5
Numero di campioni processati/ora (dal tempo zero) per la compatibilità piastrinica (documentare)	0-5	5
Doppia stazione di lavaggio dedicata ai puntali per i reagenti e per i campioni (si/no) (documentare)	0-5	5
Puntali di dispensazione separati per reagenti e campioni per evitare il carry-over (si/no) (documentare)	0-5	5
Controllo volume reagenti necessari al completamento del batch di lavoro, eseguito prima dell'inizio della dispensazione, con blocco alla partenza in caso di quantitativi insufficienti (si/no) (documentare)	0-4	4
Esecuzione completamente automatica della titolazione ABO (IgM e IgG) convalidata dall'azienda produttrice per la diluizione dei sieri e l'interpretazione del risultato finale (es. 16,32, ecc) (si/no) (documentare)	0-3	3
Capacità massima di caricamento contemporaneo di campioni sullo strumento (documentare)	0-3	3


Handwritten signature and initials:
 llll
 or

ELEMENTI VALUTABILI - Reattivi	punti max 21	
Dimostrata sensibilità del test D-weak sui campioni RhD Negativi nella determinazione di varianti molto deboli, come DEL o D-weak tipo 11, caratterizzate da siti RhD inferiori a circa 200/emazia (documentare, anche con lavori scientifici)	0-5	5
Sensibilità del metodo nella rilevazione di anticorpi IgG clinicamente significativi a basso titolo in particolare con specificità anti-Jka (documentare, anche con lavori scientifici)	0-5	5
Numero di cellule presenti nei pannelli, senza l'utilizzo di enzimi, per l'identificazione degli anticorpi anti-eritrocitari (documentare)	0-5	5
Modalità di conservazione delle piastre di reazione o schedine per tipizzazione gruppo-ematica e kit per la rilevazione di anticorpi anti-eritrocitari e per la compatibilità piastrinica (documentare)	0-3	3
Impiego dei medesimi sieri tipizzanti offerti per l'automazione anche per l'esecuzione di test su vetrino o in provetta (si/no) (documentare)	0-3	3
ALTRI ELEMENTI VALUTABILI	punti max 4	
Aggiornamenti e assistenza tecnica in connessione remota (si/no) (documentare)	0-2	2
Personale specializzato dedicato alla formazione e all'assistenza tecnico-scientifica degli utilizzatori (si/no) (documentare)	0-2	2
TOTALE PUNTI QUALITA'		70

Handwritten signature and initials, possibly 'Lelli' and 'U.S.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

LOTTO 2: Sistema macchina-reattivi con metodica PCR-Real Time per la determinazione del genotipo RHD fetale su plasma materno			
ESAMI ESEGUIBILI	determinazioni/anno	Frequenza analitica	
Determinazione genotipo RHD fetale (compresi i test di controllo)	260	H12	
Totale determinazioni	260		
REAGENTI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO:			
Kit per estrazione DNA fetale, kit per genotipizzazione RHD fetale, Taq polimerasi, controlli e materiale di consumo in quantità necessaria all'esecuzione di tutti i test sopra indicati			
STRUMENTI RICHIESTI			
1 strumento con metodica PCR-Real Time completo di pompa a vuoto, software per gestione analitica, archivio e refertazione, PC, monitor, stampante, gruppo di continuità e stabilizzatore di corrente			
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)			Ditta Dia4it
Sistema macchina reattivi con metodica PCR-Real Time per la determinazione del genotipo RHD fetale su plasma materno			SI
Kit per la genotipizzazione RHD fetale con certificazione CE/IVD			SI
Rilevazione esoni 5, 7, 10			SI
Rilevazione di contaminazione di DNA materno in presenza di RHD-variant			SI
Rilevazione di RHD-variant su DNA fetale			SI
Controlli interni per estrazione			SI
ELEMENTI VALUTABILI		punti max 70	Ditta Dia4it
Possibilità di determinare il genotipo RHD fetale a partire dalla 12 ^a settimana di gestazione (si/no)documentare		0-20	20
Possibilità di processare campioni di plasma materno congelati a -20°C (si/no) (documentare)		0-20	20
Tempi necessari per l'esecuzione completa della metodica: dall'estrazione del DNA fino alla refertazione (documentare)		0-15	15
Presenza di personale specializzato per l'assistenza tecnico-scientifica (documentare)		0-15	15
TOTALE PUNTI QUALITA'			70

LOTTO 3 Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia HPLC per la quantificazione di emoglobine HbA2, HbF e del maggior numero di emoglobine patologiche			
ESAMI RICHIESTI	TEST/ANNO	FREQUENZA ANALITICA	
Screening I livello emoglobine normali e patologiche	3.000	H12	
Totale test	3.000		
REAGENTI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO:			
Kit, reagenti, calibratori, controlli di qualità e materiale di consumo in quantità necessaria all'esecuzione di tutti i test sopra indicati			
STRUMENTI RICHIESTI			
N.1 Strumento completamente automatico, nuovo e di ultima generazione, PC, monitor e stampante, software completo per gestione analitica, archivio e refertazione, software di interfacciamento con collegamento bidirezionale al sistema informatico gestionale del laboratorio (Emonet)			
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)			Ditta Biorad Laboratories
Sistema macchina reattivi completamente automatico con utilizzo della metodica HPLC			SI
Strumenti, reattivi e metodiche in automazione conformi alla Direttiva Europea Direttiva IVD 98/79/CE o IVDR/22			SI
Identificazione positiva tramite lettura di codice a barre di provette e reagenti			SI
Capacità di caricamento continuo di almeno 50 campioni di sangue intero senza pretrattamento			SI
Utilizzo del tubo primario chiuso (cap piercing) con tappo perforabile			SI
Reagenti e colonna pronti all'uso con ampia stabilità a bordo			SI
Calibrazione a 2 punti dell'emoglobina A2 e dell'emoglobina F			SI
Lavaggio automatico dello strumento a fine seduta			SI
Esecuzione controlli di qualità non inferiore a 2 livelli			SI
Capacità di determinare e quantificare la concentrazione delle frazioni emoglobiniche normali e patologiche (Hb A2, F)			SI
Capacità di separare, dosare ed evidenziare sul cromatogramma altre varianti strutturali, meno comuni, delle catene alfa, beta e delta			SI
Stampa dei cromatogrammi completi di tutte le informazioni quantitative riferibili alle singole frazioni emoglobiniche			SI
Esecuzione periodica di archiviazione e backup di dati ed immagini di cromatogrammi			SI
ELEMENTI VALUTABILI - Strumentazione		punti max 40	Ditta Biorad Laboratories
Alloggiamento tempestato della colonna cromatografica (si/no - documentare)		0-7	7
Numero di iniezioni validate per colonna cromatografica (documentare)		0-7	7
Volume minimo di sangue processabile per campioni pediatrici senza bisogno eseguire alcuna diluizione manuale del campione (documentare)		0-7	7
Separazione e quantificazione di HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione a gradiente lineare continuo e doppia pompa (documentare)		0-7	7
Completa automazione dell'analisi con prelievo del campione da provetta primaria chiusa, agitazione automatica del sangue intero prima del prelievo e sfato del vuoto residuo (documentare)		0-5	5
Possibilità di alloggiare nello stesso rack provette primarie, calibratori, controlli e campioni prediluiti (documentare)		0-4	4
Allineamento automatico del codice a barre con identificazione positiva del campione (documentare)		0-3	3
ELEMENTI VALUTABILI - Reattivi		punti max 15	
Disponibilità di controlli a 2 livelli per le emoglobine patologiche più comuni (HbS, HbC, HbD, HbE) (si/no - documentare)		0-5	5
Disponibilità di kit certificato IVD per prelievi tramite digitopuntura (si/no documentare)		0-5	5
Confezionamento unico che includa nel kit colonna cromatografica, reagenti e calibratori (si/no - documentare)		0-5	5
ALTRI ELEMENTI VALUTABILI		punti max 15	
Software che consenta la valutazione e la gestione dei dati relativi al controllo di qualità intra-interlaboratorio con elaborazione statistica dei risultati in tempo reale, per gruppo omogeneo (si/no - documentare)		0-5	5
Supporto remoto proattivo in grado di effettuare la valutazione delle performance strumentali, assistenza tecnica e applicativa on-line. Il programma deve essere in accordo con i massimi criteri di sicurezza disponibili (documentare)		0-5	5
Sistema esperto online interattivo finalizzato all'ausilio nell'interpretazione di casi particolari e dotato di un'ampia libreria di almeno 300 casi clinici con possibilità di aggiungere nuovi casi da parte degli utilizzatori (documentare)		0-3	3
Servizio gratuito di approfondimento diagnostico di II livello in biologia molecolare mediante l'invio a Laboratorio esterno di almeno 5 campioni/anno per conferma o definizione di variante emoglobinica (documentare)		0-1	1



Iscrizione a titolo gratuito a programmi educazionali UKNEQAS per la determinazione di Hb patologiche (documentare)	0-1	0
TOTALE PUNTI QUALITA'		69

*coll
pross*

LOTTO 1: Sistema macchina-reativi completamente automatico con tecnologia in micropiastra/fase solida o schedina per l'esecuzione in routine della qualificazione immunematologica di donatori ed emocomponenti, di indagini eritrocitarie di II livello e test per la compatibilità piastrinica

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
IMMUCOR ITALIA	70	427.096,78	30,00	100,00	

Handwritten signature and initials

LOTTO 2: Sistema macchina-reattivi con metodica PCR-Real Time per la determinazione del genotipo RHD fetale su plasma materno					
					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
DIA4IT	70	40.720,80	30,00	100,00	

[Handwritten signature]

LOTTO 3 Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia HPLC per la quantificazione di emoglobine HbA2, HbF e del maggior numero di emoglobine patologiche

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
BIORAD LABORATORIES	69,00	19.200,00	30,00	99,00	


ur d
all p

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Fornitura di Sistemi-macchina-reattivi per la diagnostica immunematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine e numero registro di sistema: P1014640-22

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UMIVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
1	0 90874522A0		Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia in micropiastra/fase solida o schedina per l'esecuzione in routine della qualificazione immunematologica di donatori ed emocomponenti, di indagini eritrocitarie di II livello e test per la compatibilità piastrinica	BN33124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	1.290.000,00	1.281.290,34	1.281.290,34	1.025,03	 Schema offerta economica.zip.p7m 8D80B2A7761894808650798267E1E75371FAFDBC3F2DA157B388EBB063A8B263


VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 1.281.290,34 €

Ragione sociale del Concorrente: IMMUCOR ITALIA SPA

VIA ETTORE BUGATTI 12 - 20142 Milano (Milano)

C.F. 09412650153 P.IVA it09412650153

Firmato digitalmer



Aut. 1

Allegato 3
Schema di Offerta Economica

All'Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 Roma

Procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità triennali del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Il/la sottoscritto/a
Alberto Talarico

nato a Milano (MI), il 04/10/1964
Codice Fiscale TLRLRT64R04F205A residente a Milano (MI),
Via Pacini, n. 33
in nome del concorrente Immucor Italia S.p.A.
con sede legale in Milano (MI),
Via Ettore Bugatti, n. 12, CAP 20142, Tel 02893421,
Fax 0289315064, e-mail immucoritalia@immucor.com, Codice Fiscale
09412650153, Partita IVA 09412650153

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale;
 Società, specificare tipo S.p.A.;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
 Consorzio tra imprese artigiane;
 Consorzio stabile;
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo
 costituito
 non costituito;
 Mandataria di un consorzio ordinario;
 costituito
 non costituito;

□ GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico –Allegato A e nel Disciplinare di gara;
- ✓ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);
- ✓ che i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Oltre all'inserimento dell'offerta negli spazi predisposti sulla piattaforma Stella, **compilare e allegare obbligatoriamente uno schema che riporti voce per voce tutto quanto sotto riportato:**

- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo onnicomprensivo Iva esclusa;
- costo totale triennale onnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

Ai fini dell'aggiudicazione la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente riprodurre e compilare in ogni parte, per ogni Lotto offerto, uno schema identico al seguente:

Titolo del Lotto

LOTTO 1: Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia in micropiastro/fase solida o schedina per l'esecuzione in routine della qualificazione immunoematologica di donatori ed emocomponenti, di indagini eritrocitarie di II livello e test per la compatibilità piastrinica

N. TOTALE TEST RICHIESTI: 198.400

Costo totale annuo

QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	€ 20.000 euroventimila/00
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	€ 407.096,78 euroquattrocentosettemilanovantasei/78
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA: € 427.096,78 euroquattrocentoventisetteemilanovantasei/78	
COSTO TOTALE PER 36 MESI FORNITURA IVA ESCLUSA: € 1.281.290,34 euromilione duecentoottantunomiladuecentonovanta/34	
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE: € 2,15 eurodue/15	

Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 280.986,97 euro duecentoottantamilanovecentoottantasei/97
- ✓ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 1.025,03 euromilleventicinque/03
- ✓ i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data

Milano, 07/03/2022

Prot. n. PA/64/CD/2022

Firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante della Ditta

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della Ditta offerente e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta da "un procuratore" dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

OTTO 1: Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia in micropiastre/lase solida o schedina per l'esecuzione in routine della qualificazione immunematologica di donatori ed emocomponenti, di indagini eritrocitarie di II livello e test per la compatibilità piastrinica

FRUMENTI OFFERTI

- 2 Analizzatori automatici NEO IRIS codice 0064598 comprensivi di: banco di supporto - personal PC - monitor "touch screen" 17" - tastiera - mouse - tutto hardware e software comprensivo del P.C., periferiche, accessori e tutto quanto necessario CND:W0202030102 - RDM 1464689
- 2 Gruppo di continuità
- 2 stampante laser
- 2 Pistola Laser Scanner
- 1 Deionizzatore
- Software di interfacciamento con collegamento bidirezionale al sistema informatico in uso
- 1 Lavatore di micropiastre 50158 codice 0009885
- 1 Centrifuga Mikro 220 codice 0015301 con Rotore Mikro 220 codice 0015302
- 1 Incubatore VWR Advanced Dry Block Heater (Heating Block Test Well Plate) codice 0009887
- 1 Incubatore VWR Advanced Dry Block Heater (heating block) codice 0009888

€ 20.000,00

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	TEST/CONFEZIONI E /ANNO	FABBISOGNO TRIENNALE	CONFEZIONI TRIENNALI OFFERTE	PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE	PREZZO A TEST	IMPORTO ANNUALE OFFERTO	CND	RDM	IVA %
66080	ImmucClone Anti-A IgM	10 x 10 ml	8.000	20.000	60.000	8	2,67	€ 391,61	W0103030102	1352878	22%
66081	ImmucClone Anti-B IgM	10 x 10 ml	8.000	20.000	60.000	8	2,67	€ 391,61	W0103030102	1352879	22%
66082	ImmucClone Anti-A,B IgM	10 x 10 ml	8.000	20.000	60.000	8	2,67	€ 391,61	W0103030102	1352880	22%
66008s	Anti D Optimum	10 x 10 ml	8.000	20.000	60.000	8	2,67	€ 391,61	W0103030201	1457230	22%
66036	NOVA CLONE™ Anti-D IgM+IgG Monoclonale Blend (Galileo)	1 x 10 ml	800	20.000	60.000	75	25,00	€ 1.231,52	W0103030102	1228725	22%
66006	ImmucClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	350	20.000	60.000	172	57,33	€ 60,86	W0103030499	1229539	22%
66050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	1.600	20.000	60.000	38	12,67	€ 97,02	W0202030285	N/A	22%
66058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4.792	20.000	60.000	13	4,33	€ 128,52	W0202030285	1266905	22%
66006	ImmucClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	450	20.000	60.000	134	44,67	€ 60,86	W0103030499	1229539	22%
66010	ImmucClone Anti-CDE Galileo IgM+IgG	1 x 10 ml	800	20.000	60.000	75	25,00	€ 201,76	W0103030202	1353638	22%
66058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4.792	20.000	60.000	13	4,33	€ 128,52	W0202030285	1266905	22%
66050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	4.800	20.000	60.000	13	4,33	€ 97,02	W0202030285	N/A	22%
2338	Referentials A1, A2, B and D	1 kit (4x10ml)	700	20.000	60.000	156	52,00	€ 102,82	W0103030101	1229841	22%
6050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	2.400	20.000	60.000	25	8,33	€ 97,02	W0202030285	N/A	22%
6006	ImmucClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 60,86	W0103030499	1229539	22%
6011	ImmucClone (1) Anti-C Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	W0103030202	1289589	22%
6013	ImmucClone (1) Anti-c Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	W0103030202	1289417	22%
6015	ImmucClone (1) Anti-E Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	W0103030202	1289416	22%
6017	ImmucClone (1) Anti-e Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 773,96	W0103030202	1289616	22%
6058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4.792	9.000	27.000	6	2,00	€ 128,52	W0202030285	1266905	22%
6050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	1.600	9.000	27.000	17	5,67	€ 97,02	W0202030285	N/A	22%

Handwritten signatures and initials: "Ella", "8d", "W", "for"

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE			TEST/CONFEZIONI			FABBISOGNO			CONFEZIONI			PREZZO OFFERTO			PREZZO A TEST			CND	RDM	IVA %
		E	/ANNO	TRIMENNALE	OFFERTE	TRIMENNALE	OFFERTE	ANNUALI	OFFERTE	ANNUALI	OFFERTE	A CONFEZIONE	ANNUALE	OFFERTO	ANNUALE	OFFERTO						
pizzazione fenotipo Rh completa da eseguire con siero anti-C 2° clone monoclonale IgM, siero anti-e 2° clone monoclonale IgM, siero anti-H 2° clone monoclonale IgM test/anno 9.000																						
36006	ImmunoClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 60,86	eurocento/anno/86										W0103030499	1229539	22%	
36012	ImmunoClone (2) Anti-C Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	eurocento/anno/444,53										W0103030202	1229546	22%	
36014	ImmunoClone (2) Anti-e Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	eurocento/anno/444,53										W0103030202	1257401	22%	
36016	ImmunoClone (2) Anti-E Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 444,53	eurocento/anno/444,53										W0103030202	1257340	22%	
36018	ImmunoClone (2) Anti-e Galileo IgM	1 x 10 ml	800	9.000	27.000	34	11,33	€ 773,96	eurocento/anno/773,96										W0103030202	1257809	22%	
36058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4.792	9.000	27.000	6	2,00	€ 128,52	eurocento/anno/128,52										W0202030285	1266905	22%	
36050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	1.600	9.000	27.000	17	5,67	€ 97,02	eurocento/anno/97,02										W0202030285	N/A	22%	
pizzazione anti IgG, Kell con siero monoclonale IgM test/anno 18.000																						
36006	ImmunoClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	800	18.000	54.000	68	22,67	€ 60,86	eurocento/anno/60,86										W0103030499	1229539	22%	
36088	Automated ImmunoClone Anti-K (Kell) Galileo IgM	1 x 10 ml	800	18.000	54.000	68	22,67	€ 321,93	eurocento/anno/321,93										W0103030202	1257405	22%	
36058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4.792	18.000	54.000	12	4,00	€ 128,52	eurocento/anno/128,52										W0202030285	1266905	22%	
36050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	4.800	18.000	54.000	12	4,00	€ 97,02	eurocento/anno/97,02										W0202030285	N/A	22%	
serca D-weak sui campioni RhD-Negativi da eseguire con siero anti-D IgG o IgM+IgG test/anno 10.000																						
06446	Capture-R Select	480 wells	230	10.000	30.000	131	43,67	€ 520,13	eurocento/anno/520,13										W0103030301	1228698	22%	
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	960	10.000	30.000	32	10,67	€ 64,05	eurocento/anno/64,05										W0103030306	1266924	22%	
36036	NOVACLONE™ Anti-D IgM+IgG Monoclonal Blend (Galileo)	1 x 10 ml	800	10.000	30.000	38	12,67	€ 169,40	eurocento/anno/169,40										W0103030102	1228725	22%	
36006	ImmunoClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	450	10.000	30.000	67	22,33	€ 60,86	eurocento/anno/60,86										W0103030499	1229539	22%	
36296	corQC EXTEND Standard	1 x 10 ml	///	10.000	30.000	39	13,00	€ 26,46	eurocento/anno/26,46										W0103030402	1307473	22%	
36428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	860	10.000	30.000	35	11,67	€ 89,67	eurocento/anno/89,67										W0103030305	1226920	22%	
erca varianti A1/A2 sui gruppi A/AB da eseguire nello stesso profilo del test con: lectina anti-A1 e anti-H test/anno 10.000																						
36006	ImmunoClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	350	10.000	30.000	86	28,67	€ 60,86	eurocento/anno/60,86										W0103030499	1229539	22%	
36004	Anti-A(1) (Lectin) Galileo	1 x 5 ml	200	10.000	30.000	150	50,00	€ 35,15	eurocento/anno/35,15										W0103030199	1259491	22%	
36005	ImmunoClone Anti-H Galileo IgM	1 x 5 ml	200	10.000	30.000	150	50,00	€ 48,83	eurocento/anno/48,83										W0103030199	1259498	22%	
36050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	3200	10.000	30.000	10	3,33	€ 97,02	eurocento/anno/97,02										W0202030285	N/A	22%	
36058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	5000	10.000	30.000	6	2,00	€ 128,52	eurocento/anno/128,52										W0202030285	1266905	22%	
Izzazione antigene Cellana sui campioni Kell positivi test/anno 5.000																						
36306	Anti-k micro	1 x 5 ml	140	5.000	15.000	108	36,00	€ 335,92	eurocento/anno/335,92										W0103030299	1229863	22%	
36446	Capture-R Select	480 wells	240	5.000	15.000	63	21,00	€ 520,13	eurocento/anno/520,13										W0103030301	1228698	22%	
36420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	1000	5.000	15.000	15	5,00	€ 64,05	eurocento/anno/64,05										W0103030306	1266924	22%	
36428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	900	5.000	15.000	17	5,67	€ 89,67	eurocento/anno/89,67										W0103030305	1226920	22%	
36299	Negative Control micro	1 x 5 ml	140	5.000	15.000	108	36,00	€ 169,91	eurocento/anno/169,91										W0103030402	1266909	22%	

Handwritten signature

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE	TEST/CONFEZIONI	FABBISOGNO	FABBISOGNO	CONFEZIONI	CONFEZIONI	PREZZO OFFERTO	PREZZO A TEST	CND	RDM	IVA	IMPORTO ANNUALE	
													ANNO	TRIMENNALE
<p><i>ritrillo ABC/RhD sulla saccia di sangue da eseguire con i seguenti reagenti: siero anti-A monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) siero anti-B monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) siero anti-AB monoclonale IgM (come antisiero singolo o in miscela) 2 sieri anti-D monoclonali IgM o IgM+IgG dei quali almeno uno in grado di evidenziare la variante DVI test/anno 40.000</i></p>														
36080	ImmucClone Anti-A IgM	10 x 10 ml	8000	40.000	120.000	15	5,00	€ 391,61		W0103030102	1352878	22%		
366081	ImmucClone Anti-B IgM	10 x 10 ml	8000	40.000	120.000	15	5,00	€ 391,61		W0103030102	1352879	22%		
366082	ImmucClone Anti-A,B IgM	10 x 10 ml	8000	40.000	120.000	15	5,00	€ 391,61		W0103030102	1352880	22%		
366008s	Anti D Optimum	10 x 10 ml	8000	40.000	120.000	15	5,00	€ 1.231,52		W0103030201	1457230	22%		
366036	NOVACLONE™ Anti-D IgM+ IgG Monoclonal Blend (Galileo)	1 x 10 ml	800	40.000	120.000	150	50,00	€ 169,40	€ 0,77	W0103030102	1228725	22%	€ 30.800,00	
366006	ImmucClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	350	40.000	120.000	343	114,33	€ 60,86		W0103030499	1229539	22%		
366050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	1600	40.000	120.000	75	25,00	€ 97,02		W0202030285	N/A	22%		
366058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4792	40.000	120.000	26	8,67	€ 128,52		W0202030285	1266905	22%		
<p><i>izzazione antigeni Fya e Fyb con reagenti monoclonali o policlonali test/anno 1.000+1.000</i></p>														
<p><i>izzazione antigeni S e s con reagenti monoclonali o policlonali test/anno 1.000+1.000</i></p>														
66300	Anti-Fy(a) micro	1 x 5 ml	140	1.000	3.000	22	7,33	€ 208,97		W0103030299	1257823	22%		
66301	Anti-Fy(b) micro	1 x 5 ml	140	1.000	3.000	22	7,33	€ 208,97		W0103030299	1257879	22%		
66304	Anti-S micro	1 x 5 ml	140	1.000	3.000	22	7,33	€ 203,76		W0103030299	1257953	22%		
66305	Anti-s micro	1 x 5 ml	140	1.000	3.000	22	7,33	€ 203,76		W0103030299	1258211	22%		
06446	Capture-R Select	480 wells	60	1.000	3.000	50	16,67	€ 520,13	€ 17,66	W0103030301	1228698	22%	€ 17.660,00	
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	250	1.000	3.000	12	4,00	€ 64,05		W0103030306	1266924	22%		
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	220	1.000	3.000	14	4,67	€ 89,67		W0103030305	1226920	22%		
66299	Negative Control micro	1 x 5 ml	75	1.000	3.000	40	13,33	€ 169,91		W0103030402	1266909	22%		
<p><i>izzazione antigeni Jka e Jkb con reagenti monoclonali o policlonali test/anno 1.000+1.000</i></p>														
66426	Anti-Jka (Monoclonal) Gamma-clone	1 x 5 ml	350	1.000	3.000	9	3,00	€ 417,38		W0103030202	1714088	22%		
66427	Anti-Jkb (Monoclonal) Gamma-clone	1 x 5 ml	350	1.000	3.000	9	3,00	€ 417,38		W0103030202	1994861	22%		
66087	Monoclonal Control	1 x 10 ml	800	1.000	3.000	4	1,33	€ 370,94		W0103030499	1946515	22%		
66050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	2400	1.000	3.000	2	0,67	€ 97,02	€ 3,56	W0202030285	N/A	22%	€ 3.560,00	
66052	Specimen Diluent	10 x 11,5 ml	340	1.000	3.000	9	3,00	€ 110,99		W0202030285	1282265	22%		
07058	Gammazyme-B	1 x 10 ml	300	1.000	3.000	10	3,33	€ 48,51		W0103030307	1908815	22%		
<p><i>izzazione antigeni M e N con reagenti monoclonali o policlonali test/anno 1.000+1.000</i></p>														
66006	ImmucClone Rh-Hr Control Galileo	1 x 10 ml	350	1.000	3.000	9	3,00	€ 60,86		W0103030499	1229539	22%		
66021	ImmucClone Anti-M Galileo	1 x 5 ml	200	1.000	3.000	15	5,00	€ 241,52		W0103030202	1258327	22%		
39605	ImmucClone Anti-N IgM	1 x 5 ml	200	1.000	3.000	15	5,00	€ 91,27	€ 1,92	W0103030299	1258396	22%	€ 1.920,00	
36058	Galileo Diluent	3 x 500 ml	4792	1.000	3.000	1	0,33	€ 128,52		W0202030285	1266905	22%		
66050	Microplates (barcoded) Galileo	1 x 100 plates	4800	1.000	3.000	1	0,33	€ 97,02		W0202030285	N/A	22%		

Handwritten signature and initials

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE		TEST/CONFEZIONE		FABBISOGNO		CONFEZIONI		PREZZO OFFERTO		PREZZO A TEST		CND	RDM	IVA %
		AMMO	TRIENNALE	AMMO	TRIENNALE	ANNUALI	ANNUALI	OFFERTE	OFFERTE	OFFERTO	OFFERTO					
<i>cerca anticorpi irregolari (pool di due cellule) test/anno 23.000</i>																
06213	Capture-R® Ready-Screen® (Pooled Cells)	480 tests	460	23.000	69.000	150	50,00	€ 592,66	eurocento/novantatré/66	W0103030309	1352921	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	1960	23.000	69.000	36	12,00	€ 64,05	eurocento/novantatré/66	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	1620	23.000	69.000	43	14,33	€ 89,67	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	150	23.000	69.000	460	153,33	€ 0,00	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1266945	22%					
<i>cerca anticorpi irregolari (pannello eritrocitario a tre cellule) test/anno 3.000</i>																
06814	Capture-R® Ready-Screen® (3)	120 tests	120	3.000	9.000	84	28,00	€ 324,20	eurocento/novantatré/20	W0103030301	1258408	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	500	3.000	9.000	21	7,00	€ 64,05	eurocento/novantatré/20	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	400	3.000	9.000	23	7,67	€ 89,67	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	///	///	3.000	9.000	9	3,00	€ 0,00	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1266945	22%				
<i>cerca anticorpi irregolari (pannello eritrocitario a quattro cellule) test/anno 3.000</i>																
06812	Capture-R® Ready-Screen® (4)	120 test	110	3.000	9.000	82	27,33	€ 324,20	eurocento/novantatré/20	W0103030302	1394085	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	440	3.000	9.000	21	7,00	€ 64,05	eurocento/novantatré/20	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	440	3.000	9.000	21	7,00	€ 89,67	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	220	3.000	9.000	9.000	41	13,67	€ 0,00	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1266945	22%				
<i>enzimizzazione anticorpi irregolari test/anno 3.000</i>																
06214	Capture-R® Ready-ID®	30 tests	30	2.500	7.500	250	83,33	€ 426,67	euroquattrocentoventisei/67	W0103030303	1246244	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	130	2.500	7.500	58	19,33	€ 64,05	eurocento/novantatré/67	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	120	2.500	7.500	63	21,00	€ 89,67	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	270	2.500	7.500	7.500	28	9,33	€ 0,00	eurocento/novantatré/67	W0103030305	1266945	22%				
06455	Capture-R® Ready-ID® Extend I	30 tests	30	250	750	25	8,33	€ 809,68	eurocento/novantatré/68	W0103030303	1391520	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	130	250	750	6	2,00	€ 64,05	eurocento/novantatré/68	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	120	250	750	7	2,33	€ 89,67	eurocento/novantatré/68	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	270	250	750	750	3	1,00	€ 0,00	eurocento/novantatré/68	W0103030305	1266945	22%				
06457	Capture-R® Ready-ID® Extend II	30 tests	30	250	750	25	8,33	€ 809,68	eurocento/novantatré/68	W0103030303	1391520	22%				
06420	Capture® LISS	10 x 11,5 ml	130	250	750	6	2,00	€ 64,05	eurocento/novantatré/68	W0103030306	1266924	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	120	250	750	7	2,33	€ 89,67	eurocento/novantatré/68	W0103030305	1226920	22%				
06236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R® Negative Control Serum 1 kit (2x11,5ml)	270	250	750	750	3	1,00	€ 0,00	eurocento/novantatré/68	W0103030305	1266945	22%				
<i>51 di Cronidis diretto test/anno 5.000</i>																
06446	Capture-R Select	480 wells	470	5.000	15.000	32	10,67	€ 520,13	eurocinquantasettecentoventi/68	W0103030301	1228698	22%				
06428	Capture-R® Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	1760	5.000	15.000	9	3,00	€ 89,67	eurocinquantasettecentoventi/68	W0103030305	1226920	22%				
06212	DAT Positive Control Cell	1 x 10 ml	///	5.000	15.000	318	106,00	€ 26,88	eurocinquantasettecentoventi/68	W0103030499	1266893	22%				

Handwritten signature and initials

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE		TEST/CONFEZION E		FABBISOGNO/ TRIENNALE		CONFEZIONI ANNUALI OFFERTE		PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE		PREZZO A TEST OFFERTO		CND	RDM	IVA %
		CONFEZIONE	TEST/CONFEZION E	FABBISOGNO/ TRIENNALE	CONFEZIONI ANNUALI OFFERTE	CONFEZIONI ANNUALI OFFERTE	PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE	PREZZO A TEST OFFERTO	IMPORTO ANNUALE OFFERTO							
006446	Capture-R Select	480 wells	470	2.000	6.000	13	4,33	€ 520,13		€ 1,40	W0103030301	1228698	22%			
006420	Capture* LISS	10 x 11,5 ml	1960	2.000	6.000	4	1,33	€ 64,05		€ 2.800,00	W0103030306	1266924	22%			
006428	Capture-R* Ready Indicator Red Cells	10 x 11,5 ml	1760	2.000	6.000	4	1,33	€ 89,67			W0103030305	1226920	22%			
006236	Capture-R Positive Control Serum (Weak), Capture-R* Negative Control Serum	1 kit (2x11,5ml)	270	2.000	6.000	23	7,67	€ 0,00			W0103030305	1266945	22%			
006296	corQC EXTEND Standard	1 x 10 ml	///	2.000	6.000	39	13,00	€ 26,46			W0103030402	1307473	22%			
cerca anticorpi anti-piastrinici (metodo manuale) test/anno 2.000																
006247	Capture-P Ready-Screen	6 tests	6	250	750	125	41,67	€ 297,73		€ 8,62	W0103030305	1353777	22%			
006420	Capture* LISS	10 x 11,5 ml	60	250	750	13	4,33	€ 64,05			W0103030306	1266924	22%			
006240	Capture-P Indicator Red Cells	11,5 ml	12	250	750	63	21,00	€ 0,00			W0103030301	1393795	22%			
006248	Capture-P Positive Control Serum (Weak), Capture-P Negative Control	2 x 3 ml	60	250	750	13	4,33	€ 0,00			W0103030301	1353728	22%			
006246	Capture-P	96 tests	96	1.750	5.250	55	18,33	€ 242,08			W0103030306	1266924	22%			
006420	Capture* LISS	10 x 11,5 ml	960	1.750	5.250	6	2,00	€ 64,05			W0103030301	1353728	22%			
006248	Capture-P Positive Control Serum (Weak), Capture-P Negative Control	2 x 3 ml	500	1.750	5.250	11	3,67	€ 0,00			W0103030301	1393795	22%			
006240	Capture-P Indicator Red Cells	11,5 ml	192	1.750	5.250	28	9,33	€ 0,00			W0103030301	1393795	22%			
ova di compatibilità piastrinica test/anno 3.000																
006246	Capture-P	96 tests	96	3.000	9.000	94	31,33	€ 242,08		€ 2,60	W0103030301	1353719	22%			
006420	Capture* LISS	10 x 11,5 ml	960	3.000	9.000	10	3,33	€ 64,05			W0103030306	1266924	22%			
006248	Capture-P Positive Control Serum (Weak), Capture-P Negative Control	2 x 3 ml	500	3.000	9.000	18	6,00	€ 0,00			W0103030301	1353728	22%			
006240	Capture-P Indicator Red Cells	11,5 ml	192	3.000	9.000	47	15,67	€ 0,00			W0103030301	1393795	22%			
eri anti-D di controllo a due concentrazioni per la convalida dello strumento e per uso manuale: 50 IU/ml per i test sui donatori e <0,1 IU/ml per i test sui pazienti come da Standard SIMTI di Medicina Trasfusionale test/anno 100																
002	ALBcheck BSG Anti D <0.1 IU/ML	3x5 ml	100	100	300	3	1,00	€ 120,96		€ 2,42	W0103030499	1458155	22%			
003	ALBcheck BSG Anti D 0.05 IU/ML	3x5 ml	100	100	300	3	1,00	€ 120,96		€ 242,00	W0103030499	1458160	22%			
eri di controllo per la convalida dello strumento e per uso manuale contenenti specificità diverse dall'anti-D (es. anti-C, anti-E, anti-K, etc.) come da Standard SIMTI di Medicina Trasfusionale test/anno 100																
002350	Validation Panel	8 x 3 ml	///	100	300	6	2,00	€ 703,50		€ 14,07	W0103030401	N/A	22%			
orochina per le indagini piastriniche (metodo manuale) test/anno 200																
007890	Gamma-Quin	1 x 10 ml	5	200	600	120	40,00	€ 47,84		€ 9,57	W0103030399	1393689	22%			
kitazione dell'emorragia foto-materna (metodo manuale) test/anno 500																
007893	FMH RapidScreen	kit	30	500	1.500	50	16,67	€ 73,08		€ 2,44	W0103030399	1273842	22%			
inibitori eritrocitari estesi per l'identificazione anticorpale (metodo manuale) test/anno 2.500																
005020	Panocell® 20	20 x 3 ml	60	2.500	7.500	125	41,67	€ 148,18		€ 2,47	W0103030303	1352573	22%			

Handwritten signature

CODICE	NOME COMMERCIALE	CONFEZIONE		TEST/CONFEZIONI		FABBISOGNO/CONFEZIONI		CONFEZIONI		PREZZO OFFERTO		PREZZO A TEST		IMPORTO ANNUALE		RDM	IVA %	
		E	/ANNO	TRIENNALE	TRIENNALE	OFFERTE	OFFERTE	ANNUALI	ANNUALI	A CONFEZIONE	OFFERTE	OFFERTO	CND					
<i>Complet per la stadia dell'autoimmunita eritrocitaria (metodo manuale) test/anno 1.800</i>																		
07861	Gamma ELU-KIT II	kit	10	1.200	3.600	360	120,00	€ 0,00						W01030399	1389172	22%		
07865	Gamma EGA Kit	kit	20	200	600	30	10,00	€ 110,12						W01030399	1282547	22%		
157316	REST	8 x 1 ml	8	200	600	75	25,00	€ 218,40						W0103030399	1353618	22%		
157319	W.A.R.M.	10 x 5 ml	10	200	600	60	20,00	€ 301,39						W0103030399	1353622	22%		
<i>spagna (metodo manuale) test/anno 100</i>																		
157292	Freeze-Dried Papain	10 x 2 ml	200	100	300	2	0,67	€ 0,00						W01030399	1352293	22%		
<i>luzione per la conservazione di globuli rossi ad uso laboratorio (metodo manuale) test/anno 100</i>																		
105036	Red Blood Cell (RBC) Storage Solution	1.000 ml	///	100	300	6	2,00	€ 307,27						W0103030499	1352652	22%		
<i>ateriale di consumo e vari</i>																		
70021	NOVACLONE™ Anti-A Murine Monoclonal (Galileo)	10 x 10 ml	8000	///	///	3	1,00	€ 369,85						W0103030102	1391401	22%		
75021	NOVACLONE™ Anti-B Murine Monoclonal (Galileo)	10 x 10 ml	8000	///	///	3	1,00	€ 369,85						W0103030102	1353062	22%		
85021	NOVACLONE™ Anti-A,B Murine Monoclonal (Galileo)	10 x 10 ml	8000	///	///	3	1,00	€ 369,85						W0103030102	1353066	22%		
00011	NOVACLONE™ Diluent Control (Galileo)	1 x 10 ml	8000	///	///	3	1,00	€ 51,20						W0202030285	1352958	22%		
16608	ImmunoClone Anti-D rapid Galileo IgM	1 x 10 ml	800	///	///	3	1,00	€ 120,67						W0103030201	1229529	22%		
166056	Galileo System Liquid Concentrate	10 x 500 ml	///	///	///	180	60,00	€ 332,22						W0202030285	1266956	22%		
106074	Stir ball dispenser	1 pc	///	///	///	12	4,00	€ 0,00						W0202030285	N/A	N/A		
1939.29d	Sodium hypochlorite (2,5% Cl ₂)	1*1 L	///	///	///	18	6,00	€ 68,80						N/A	N/A	N/A		
166297	CorQC EXTEND Complete	1x 10 ml + 4x 5ml	///	///	///	78	26,00	€ 202,86						W0103030402	1266898	22%		
106226	Stir balls	2x 50 pc	///	///	///	24	8,00	€ 0,00						W0103030399	N/A	N/A		
118063	Griffin-Plug 2500 PZ	2500 pz	///	///	///	36	12,00	€ 0,00						N/A	N/A	N/A		

Importo ANNUALE reagenti, materiale di consumo e vari IVA 22% esclusa € 407.096,78
 euroquattrocentosettantamilanovantasei/78

Importo ANNUALE reagenti, materiale di consumo e vari e canone di locazione comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica IVA 22% esclusa € 427.096,78
 euroquattrocentosettantamilanovantasei/78

Importo TRIENNALE reagenti, materiale di consumo e vari e canone di locazione comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica IVA 22% esclusa € 1.281.290,34
 eurounmilione duecentottantatunomiladuecentonovanta/34

COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE € 2,15
 eurodue/15

Costi della manodopera incidenti sull'appalto IVA 22% esclusa € 280.986,97
 euroduecentottantamilanovantasei/97

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro IVA 22% esclusa € 1.025,03
 euromilleventicinque/03

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

tipo Procedura: Aperta

titolo: Fornitura di Sistemi macchina-reativi per la diagnostica immunematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine e numero registro di sistema: PJ014640-22

Offerta Economica - Lotto Numero:2

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
2	0	9087459865	SISTEMA MACCHINA-REATTIVI CON METODICA PCR-REAL TIME PER LA DETERMINAZIONE DEL GENOTIPO RHD FETALE SU PLASMA MATERNO	BN83124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	122.550,00	122.162,40	122.162,40	488,65	OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2.zip.p7m 2D0CC0F1C8EE7FE0A5AB8837EB25B36F47E0D323F7C44FCAFE46D3B214FCFAA

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: 122.162,40 €

Ragione sociale del Concorrente: DIA4IT

VIA ALFIERI, 24 - 20854 Veduggio al Lambro (Monza e della Brianza)

C.F. 04836380156 P.IVA IT00792270969

Firmato digitalmet



Allegato 3
Schema di Offerta Economica

All'Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 Roma

Procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità triennali del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Il/la sottoscritto/a

Dott.ssa Raffaella Santini

nato a Zara (JU), il 31/05/1966
Codice Fiscale SNTRFL66E71Z118G residente a Monza (MB),
Via Vicolo Borghetto, n. 11
in nome del concorrente DIA4IT S.r.l.
con sede legale in Vedano al Lambro (MB),
Via Alfieri, n. 24, CAP 20854, Tel 039.2324505
Fax 039.2499105, e-mail ufficio.gare@dia4it.it, Codice Fiscale 04836380156
, Partita IVA 00792270969

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale;

Società, specificare tipo Società a Responsabilità Limitata,

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;

Consorzio tra imprese artigiane;

Consorzio stabile;

Mandataria di un raggruppamento temporaneo

costituito

non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario;

costituito

non costituito;

□ GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico -Allegato A e nel Disciplinare di gara;
- ✓ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);
- ✓ che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Oltre all'inserimento dell'offerta negli spazi predisposti sulla piattaforma Stella, compilare e allegare obbligatoriamente uno schema che riporti voce per voce tutto quanto sotto riportato:

- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo omnicomprensivo Iva esclusa;
- costo totale triennale omnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

Titolo del Lotto

LOTTO 2: Sistema macchina-reattivi con metodica PCR-Real Time per la determinazione del genotipo RHD fetale su plasma materno

N. TOTALE TEST RICHIESTI:
260

Costo totale annuo

QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	€ 10.000,00= (diecimila/00)
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	€ 30.720,80= (trentamilasettecentoventi/80)
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA:	€ 40.720,80= (quarantamilasettecentoventi/80)
COSTO TOTALE PER 36 MESI FORNITURA IVA ESCLUSA :	€ 122.162,40= (centoventiduemilacentosessantadue/40)
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:	€ 156,62= (centocinquantasei/62)

Handwritten signature

Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ I propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 13.437,86= (tredicimilaquattrocentotrentasette/86)
- ✓ Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 488,65= (quattrocentoottantotto/65)
- ✓ I suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data

01/03/2022

N. Prot. 117/22

Dia4it S.r.l.
Direttore Generale
Dott.ssa Raffaella Santini
(firmato digitalmente)

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA-REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA EROITOCITARIA E PIATRINICA, PER LA GENOTIPIZZAZIONE RHD FETALE E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMOGLOBINE PER LE NECESSITA' TRIENNALI DEL SMT DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI. - LOTTO 2: SISTEMA MACCHINA-REATTIVI CON METODICA PCR REAL TIME PER LA DETERMINAZIONE DEL GENOTIPO RHD FETALE SU PLASMA MATERNO - CIG 9087459865

SCHEMA DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
N. Prot. 117/22 del 01/09/2022

FABBISOGNO ANNUO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTI	Tipologia di confezionamento	Numero di unità di misura a confezione	N. conf. offerte/a nno	PREZZO/UNITA' DI MISURA		PREZZO A CONF. (IVA esclusa)		PREZZO TOTALE ANNUO PER PRODOTTO (IVA ESCLUSA)		CND	RDM	ALIQUOTA IVA
						Cifre	Lettere	Cifre	Lettere	Cifre	Lettere			
260 test	502080233	Free DNA Fatal Kit® RHD	Campioni	87 campioni/conf. + controlli	3	€ 96,09	novantasei/09	€ 8.360,00	ottomilatrecentosessantadue/00	€ 25.090,00	venticinquemilatrecentonovantasei/00	W0103030299	1557299	22%
	55114(*)	QiAmp Circulating Nucleic acid Kit	test	50 test/conf.	3	€ 26,40	ventisei/40	€ 1.320,00	milatrecentoventi/00	€ 3.960,00	treimilatrecentosessantadue/00	N.A.	N.A.	22%
	04707494001	LIGHT CYCLER 480 PROBES MASTER	test	500 test/conf	3	€ -	zero/00	€ -	zero/00	€ -	zero/00	N.A.	N.A.	22%
	TLS-0851	LOW PROFILE 8 TUBES STRIP WITHOUT CAPS WHITE	porzetto	120 strip/8 porzetti (960 porzetti)	2	€ 0,88	zero/88	€ 440,00	quattrocentoquarantadue/00	€ 1.320,00	milatrecentoventi/00	N.A.	N.A.	22%
	TLS-0803	OPTICAL FLAT 8 CAP STRIPS	porzetto	120 strip/8 porzetti (960 porzetti)	2	€ 0,12	zero/12	€ 114,40	centoquindici/40	€ 228,80	duecentoventi/00	N.A.	N.A.	22%
	19407	VacConnectors	pezzi	500 pz/conf.	1	€ 0,07	zero/settecenta	€ 56,00	sessantasei/00	€ 132,00	centotrentadue/00	N.A.	N.A.	22%
19408	Vacclives 24	pezzi	24 pz/conf.	1	€ -	zero/00	€ -	zero/00	€ -	zero/00	€ -	N.A.	N.A.	22%
IMPORTO COMPLESSIVO REAGENTI E CONSUMABILI ANNUALE										€	30.720,80			
(*) ogni 3 conf. acquistata nr. 3 conf. saranno fornite in sconto merce										€	trentamillesettecentoventi/80			

La scrivente per l'esecuzione dei test propone l'installazione della seguente apparecchiatura dedicata:

Q.tà	Codice	Descrizione	LOCAZIONE ANNUALE COMPRESIVA DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
1	1845097-IVD	CFX96-VD RL-TIME PCR	Lettere
1	H5418000037	Centrifuga per provetta Eppendorf (18 provette)	
1	19413	QIA vac plus 24	10.000,00
1	19419	QIA Connecting	
1	84020	VACUUM Pump	diecimila/00

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA applicabile pari al 22%
La fornitura comprende il servizio di assistenza tecnica full-risk e manutenzione preventiva per tutto il periodo di fornitura.

W
W
W

TEST RICHIESTI 260/ANNO

	Cifre	Lettera
QUOTA LOCAZIONE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNUALE	€ 10.000,00	di € 100
QUOTA REATTIVI E CONSUMABILI ANNUALE	€ 30.720,80	di € 307,208
COSTO TOTALE ANNUO OMMNICOMPENSIVO IVA ESCLUSA	€ 40.720,80	di € 407,208
COSTO TOTALE TRIENNALE OMMNICOMPENSIVO IVA ESCLUSA	€ 122.162,40	di € 1.221,624
COSTO UNITARIO MEDIO PER DETERMINAZIONE (comprensivo di tutte le spese: imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc. ad esclusione dell'aliquota IVA).	€ 156,62	di € 1,5662

La scrivente DICHIARA, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - che i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 13.437,85- (tredecimilaquattrocentotrentasette/86)
 - che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 489,65- (quattrocentoottantotto/65)

I suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data
01/03/2022

Dia4it S.r.l.
 Direttore Generale
 Dott.ssa Raffaella Santini
 (firmato digitalmente)

H
W
W
Dee



STELLA Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Fornitura di Sistemi macchina-reativi per la diagnostica immunematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine e numero registro di sistema: PI014640-22

Offerta Economica - Lotto Numero:3

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
3	0	90874690A8	SISTEMA MACCHINA-REATTIVI COMPLETAMENTE AUTOMATICO CON TECNOLOGIA HPLC PER LA QUANTIFICAZIONE DI EMOGLOBINE HBA2, HSF E DEL MAGGIOR NUMERO DI EMOGLOBINE PATOLOGICHE	BN331241109	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	58.500,00	57.600,00	57.600,00	115,20	All.3 Schema di Offerta economica..pdf.p7m A9597428B0B0EF52F383BA48362C03DC88BBB33AA2F0ABF052562CF51995F8ED

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: 57.600,00 €

Ragione sociale del Concorrente: BIO-RAD LABORATORIES

VIA B. CELLINI, 18/A - 20090 Segrate (Milano)

C.F. 00801720152 P.IVA.IT00801720152

Firmato digitalmente



Handwritten signature and initials

Allegato 3
Schema di Offerta Economica

All'Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 Roma

Procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica immunoematologica eritrocitaria e piastrinica, per la genotipizzazione RHD fetale e per la quantificazione delle emoglobine per le necessità triennali del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Il/la sottoscritto/a

CARLOS GARCIA MARTIN

nato a MADRID (SPAGNA) (), il 30/09/1959
Codice Fiscale GRCCLS59P30Z1310 residente a 28200 SAN LORENZO DE EI ESCORIAL/MADRID (SPAGNA),
Via PABLO PICASSO, n. 34
in nome del concorrente BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
con sede legale in SEGRATE (MI),
Via CELLINI, n. 18/A, CAP 20054, Tel 02/216091
Fax 02/21609486, e-mail GARE-ITALY@BIO-RAD.COM, Codice Fiscale
00801720152, Partita IVA 00801720152

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale;

Società, specificare tipo S.R.L.;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;

Consorzio tra imprese artigiane;

Consorzio stabile;

Mandataria di un raggruppamento temporaneo

costituito

non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario;

costituito

non costituito;

□ GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico -Allegato A e nel Disciplinare di gara;
- ✓ che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità indicate, e l'indicazione del valore complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura, compresa l'eventuale proroga, e che non saranno avanzate variazioni economiche in aumento né spettanze dovute a revisione dei prezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate o differite (contratto ad esecuzione istantanea);
- ✓ che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

OFFRE

Oltre all'inserimento dell'offerta negli spazi predisposti sulla piattaforma Stella, **compilare e allegare obbligatoriamente uno schema che riporti voce per voce tutto quanto sotto riportato:**

- titolo del Lotto;
- denominazione degli strumenti;
- esami richiesti;
- fabbisogno annuo espresso;
- codice del prodotto;
- CND dei prodotti;
- prezzo a test, n. di test per confezione, n. di confezioni/anno offerte, prezzo a confezione Iva esclusa;
- prezzo della locazione comprensivo di manutenzione ed assistenza tecnica;
- aliquota Iva applicabile;
- costo totale annuo omnicomprensivo Iva esclusa;
- costo totale triennale omnicomprensivo Iva esclusa;
- (*) costo unitario medio per determinazione.

(*) Il costo unitario medio si intende comprensivo di tutte le spese (imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo apparecchiature, locazione, fornitura reattivi e consumabili, assistenza tecnica, etc.) ad esclusione dell'aliquota Iva.

Ai fini dell'aggiudicazione la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente riprodurre e compilare in ogni parte, per ogni Lotto offerto, uno schema identico al seguente:

Titolo del Lotto

LOTTO 3 Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia HPLC per la quantificazione di emoglobine HbA2, HbF e del maggior numero di emoglobine patologiche.

N. TOTALE TEST RICHIESTI: 3.000

Costo totale annuo

QUOTA LOCAZIONE (comprendente manutenzione e assistenza tecnica)	€ 12.000,00
QUOTA REATTIVI (comprendente il materiale consumabile)	€ 7.200,00
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA:	€ 19.200,00
COSTO TOTALE PER 36 MESI FORNITURA IVA ESCLUSA:	€ 57.600,00
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:	€ 6,40

Dichiara, altresì, che

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ i propri costi della manodopera incidenti sull'appalto sono pari a € 6.900,00 ;
- ✓ gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto dell'IVA sono pari a € 115,20 ;
- ✓ i suddetti importi sono compresi nell'importo complessivo offerto.

Data
SEGRATE, 09/03/2022

Firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante della Ditta
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. S.R.L.
CARLOS GARCIA MARTIN
AMMINISTRATORE DELEGATO

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della Ditta offerente e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta da "un procuratore" dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - VIA B. CELLINI N. 18/A - 20054 SEGRATE (MI) - Partita IVA/Cod. Fiscale 00801720152
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PROT. N. 2022030107/IV del 09/03/2022

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA-REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA ERITROCITARIA E PIASTRINICA, PER LA GENOTIPIZZAZIONE RHD FETALE E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMOGLOBINE PER LE NECESSITÀ TRIENNALI DEL SIMT DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI

LOTTO 3 Sistema macchina-reattivi completamente automatico con tecnologia HPLC per la quantificazione di emoglobine HbA2, HbF e del maggior numero di emoglobine patologiche - CIG: 90874690A8

REAGENTI/CONTROLLI/MATERIALI DI CONSUMO

ESAMI ESEGUIBILI	N. TEST/ANNO	NOME COMMERCIALE	CODICE	CONF.TO	CODICE CND	CODICE RDM	Q.TA' ANNUA	PREZZO A TEST	PREZZO CONF. (IVA esclusa)	TOTALE
Screening I livello emoglobine normali e patologiche - Frequenza analitica: H12	3.000	VARIANT™ II Dual Kit Program Reorder Pack	2702500	500 test	W01010214	1244235	7	€ 1,90	€ 950,00	€ 6.650,00
		Lyphochek Hemoglobin A2 Control Bilevel MiniPak	553x	2x0,5 ml	W0103010504	1220960	1	n.a.	€ 550,00	€ 550,00
		Capillary Collection System	1962052	100 test	W01010214	1275710	1	n.a.	€ -	€ -
		VNBS Retention Time Marker Set	2503004	50 ml	W0103010202	*	1	n.a.	€ -	€ -
TOTALE ANNUALE FORNITURA REAGENTI/CONTROLLI/MATERIALI DI CONSUMO (IVA esclusa)										€ 7.200,00

* Prodotto associato al Cod. 2503000 registrato con nr. RDM 1253303

STRUMENTAZIONE

DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE	CODICE	Q.TA'	CODICE CND	CODICE RDM	CANONE NOLEGGIO	CANONE ASS. TECN.	TOTALE
Sistema diagnostico per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) comprensivo di adeguato gruppo di continuità e di interfacciamento al LIS del Laboratorio	Variant II™ Hemoglobin Testing System Serial Number 15957	2702001	1	W0201050201	1270899	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00
TOTALE ANNUALE NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA (IVA esclusa)								€ 12.000,00

SOFTWARE/VEQ IN SCONTO MERCE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA

NOME COMMERCIALE	CODICE	CODICE CND - CODICE RDM	Q.TA'
BRiCare™ Software	2000050	n.a.	1(*)
Unity Web (licenza annua)	870-1	n.a.	1
EQAS Hemoglobin Program (12x0,5 ml)	BC80	n.a.	1

(*) n. 1 q.tà per l'intera durata della fornitura

COSTO TOTALE ANNUO OMNICOMPRESIVO (IVA esclusa)	€ 19.200,00
COSTO UNITARIO MEDIO PER DETERMINAZIONE (IVA esclusa)	€ 6,40
COSTO TOTALE TRIENNALE OMNICOMPRESIVO (IVA esclusa)	€ 57.600,00
Aliquota IVA applicabile	22%

Segrate, 09/03/2022

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
Carlos Garcia Martin - Amministratore Delegato



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta
di deliberazione **BSDG 303/ 2022**

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
6	216		504020101000			25.629,00	
29	17		501010312000		⊗	236.637,10	
						⊗	APERTURA PARZIALE
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
504020101000	CARONI MOLE6 - AREA SANITARIA
501010312000	PERAGERTI

Data 25/05/22

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)