



## DELIBERAZIONE N. 1359 DEL 5 SET. 2022

Struttura proponente: AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: BSDG 364 del 12/08/2022

Centro di Costo: A0RZ21JC1S

**Oggetto:** Aggiudicazione della gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di un Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

L'estensore

D.ssa M. Tanturli

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Narciso Mostarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 31.08.2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 01-09-2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Vedere "Allegato

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Assunzione Autorizzazione 2022-2025

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data 31-8-2022

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.08.2022

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.08.2022

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23/10/92";

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;

la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024;

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

**PREMESSO**

- che, con deliberazione n. 888 del 09/06/2022, è stata indetta una gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di un Sistema macchinari analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un importo totale presunto di € 180.000,00 + Iva;

- che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica, nominata con determinazione n. 417 del 22/07/2022, ha portato a termine i lavori in data 11/08/2022 proponendo l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

**VISTI**

i verbali allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evince la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione e l'offerta della Ditta aggiudicataria Instrumentation Laboratory (all. 1);

- CONSIDERATO**
- che la fornitura, codice CIG 9272493F46, avrà una durata di mesi 36, dal 01/10/2022 al 30/09/2025, salvo l'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
  - che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;
  - che, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., occorre nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;

**RILEVATO** che la spesa complessiva per mesi 36 di € 178.333,53 + Iva 22%, pari ad € 217.566,91 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 deve essere imputata sui conti economici 501010317000 - 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

**Anno 2022**

C.E. 501010317000 € 13.860,58 con Iva 22% autorizzazione 27

C.E. 504020101000 € 4.270,00 con Iva 22% autorizzazione 6

**Anno 2023**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2024**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2025**

C.E. 501010317000 € 41.581,73 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 12.810,00 con Iva 22%

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

- di aggiudicare alla Ditta Instrumentation Laboratory, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., la fornitura di un Sistema macchina-reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
- di stabilire che la fornitura abbia una durata di mesi 36 con decorrenza 01/10/2022 – 30/09/2025;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di contabilizzare la spesa complessiva per mesi 36 di € 178.333,53 + Iva 22%, pari ad € 217.566,91 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sui conti economici 501010317000 - 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

**Anno 2022**

C.E. 501010317000 € 13.860,58 con Iva 22% autorizzazione 27

C.E. 504020101000 € 4.270,00 con Iva 22% autorizzazione 6

**Anno 2023**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2024**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2025**

C.E. 501010317000 € 41.581,73 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 12.810,00 con Iva 22%

- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria Instrumentation Laboratory, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, previa presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di un Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini" presentata dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare alla Ditta Instrumentation Laboratory, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., la fornitura di un Sistema macchina-reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
- di stabilire che la fornitura abbia una durata di mesi 36 con decorrenza 01/10/2022 – 30/09/2025;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;
- di pubblicare sull'apposito sito aziendale, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'avviso per la trasparenza;

- di contabilizzare la spesa complessiva per mesi 36 di € 178.333,53 + Iva 22%, pari ad € 217.566,91 compresa Iva, di competenza degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sui conti economici 501010317000 - 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P e A0RZ22JC1S, nel modo seguente:

**Anno 2022**

C.E. 501010317000 € 13.860,58 con Iva 22% autorizzazione 27

C.E. 504020101000 € 4.270,00 con Iva 22% autorizzazione 6

**Anno 2023**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2024**

C.E. 501010317000 € 55.442,30 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 17.080,00 con Iva 22%

**Anno 2025**

C.E. 501010317000 € 41.581,73 con Iva 22%

C.E. 504020101000 € 12.810,00 con Iva 22%

- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria Instrumentation Laboratory, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, previa presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente, curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 21 pagine di cui n. 14 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto sarà affisso all'Albo dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE  
(DOTT. NARCISO MOSTARDA)**

**Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su sangue e urine****VERBALE N. 1**

Il giorno 22 Giugno 2022, alle ore 11,00, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta partecipante alla gara a procedura negoziata telematica, indetta con deliberazione n. 888 del 09/06/2022, per la fornitura di un Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su sangue e urina per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nella Lettera di invito e nel suo Allegato A.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella lettera di invito e nel suo Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli – Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), prendendo atto che entro il termine perentorio stabilito (20/06/2022 – ore 12.00), ha presentato offerta la Ditta Instrumentation Laboratory.

Il Rup provvede allo sblocco della documentazione amministrativa per verificarne la conformità.

Dall'esame della documentazione amministrativa si evince che la documentazione è regolare; pertanto la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione della Ditta partecipante, che sarà formalizzato e di cui verrà data notizia sulla piattaforma Stella. Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_

Il Segretario: \_\_\_\_\_

## **SISTEMA MACCHINA REATTIVI ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA RICERCA E IL DOSAGGIO DI FARMACI E DROGHE D'ABUSO**

### **VERBALE N. 2**

Il giorno 11 Agosto 2022, alle ore *12,15*, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce la Commissione tecnica giudicatrice di gara per l'esperimento della gara a procedura negoziata telematica, indetta con deliberazione n. 888 del 09/06/2022, per la fornitura di di un Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso per le necessità triennali della U.O.C. Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella lettera di invito e nel suo Allegato A.

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione n. 417 del 22/07/2022, è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Dott. Giovanni Michele Lagravinese – Dirigente medico U.O.C. Patologia clinica


COMPONENTE: D.ssa Caterina Gori – Dirigente biologo U.O.C. Patologia clinica

COMPONENTE: Dott. Mauro Brescia – Tecnico Laboratorio U.O.C. Patologia clinica

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice apre la seduta telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) e procede allo sblocco della documentazione tecnica presentata dalla Ditta partecipante Instrumentation Laboratory scaricandola dalla piattaforma e verificandone la presenza.

La Commissione Tecnica decide di continuare i lavori di esame della documentazione tecnica in seduta riservata; prima del loro inizio ne stabilisce il seguente ordine:

  
1



- Esame della corrispondenza di quanto offerto in termini di reattivi a quanto richiesto;
- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;
- Esame degli elementi valutabili;
- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica esaminerà per ogni elemento valutabile l'offerta tecnica e, per ogni elemento valutabile, seguirà le seguenti modalità di attribuzione del punteggio previsto per la singola voce valutabile:

- 1) verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta soddisfi pienamente quanto previsto per il relativo elemento valutabile;
- 2) verrà attribuito un punteggio intermedio tra il massimo ed il minimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta si collochi a livelli intermedi tra il più alto ed il più basso;
- 3) verrà attribuito punteggio 0 per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta non soddisfi affatto quanto previsto per il relativo elemento valutabile.

Si procederà quindi alla verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile solo nel caso in cui non venga raggiunto il massimo stabilito per ciascuna voce.


La Commissione Tecnica inizia i propri lavori specificando quanto segue.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A. Si continuano i lavori con l'esame degli Elementi valutabili, rilevando quanto segue.

“Campionamento da provetta chiusa (si /no) (Documentare)”: si attribuiscono 0 punti poiché la Ditta dichiara che il campionamento non avviene da provetta chiusa.

“Tutte le metodiche certificate per l'esecuzione sullo specifico sistema analitico (si/no) (Documentare)”: si attribuiscono punti 4,5 poiché non tutte le metodiche sono certificate per l'esecuzione sullo specifico sistema analitico.

“Percentuale di reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso sul totale dei prodotti offerti (Documentare)”: si attribuiscono punti 4,5 poiché la percentuale dei reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso sul totale dei prodotti offerti è pari al 75%.



- "Disponibilità di intervento tecnico sul posto entro 6 ore dalla chiamata inclusi sabato, domenica e festivi (si/no) (Documentare)": si attribuiscono punti 5 poiché la disponibilità di intervento tecnico è superiore alle 6 ore e non include sabato, domenica e festivi.

Si attribuiscono pertanto punti 61/70.

Si allega al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale il quadro sinottico della qualità.

Il Presidente della Commissione tecnica rende noto il risultato della valutazione tecnica sulla piattaforma telematica, procede allo sblocco dell'offerta economica presentata dalla Ditta partecipante che viene quindi seduta stante scaricata e letta risultando pari ad € 178.333,53 + Iva per 36 mesi: il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice propone l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Instrumentation Laboratory.


Terminati i lavori, il Presidente chiude la seduta telematica e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.

Letto confermato e sottoscritto


Presidente




Componente



Componente



Segretario




<b>Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria</b>		
<b>Esami eseguibili su matrice ematica (esclusi calibratori e controlli)</b>	<b>N. Test/Anno</b>	
Cannabinoidi	500	
Metadone	500	
Cocaina	500	
Amfetamine/Metamfetamine/MDMA (Ecstasy)	500	
Oppiacei	500	
Benzodiazepine	200	
Etanolo	200	
Metotrexato	200	
<b>Esami eseguibili su matrice urinaria (esclusi calibratori e controlli)</b>	<b>N. Test/Anno</b>	
Acido Gamma-idrossibutirrico (GHB)	200	
Ketamina	200	
<b>REAGENTI, CALBRATORI E CONTROLLI</b>		<b>Ditta IL</b>
Reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo in quantità necessaria all'esecuzione di tutti i test indicati nelle quantità annue riportate		SI
<p>Il sistema analitico deve essere pronto all'uso h24 per esami in urgenza  Nella previsione del numero dei kit e di consumabili da offrire la Ditta dovrà tenere conto, per ciascun analita, oltre al numero di test/anno indicato, dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stabilità dei reattivi a bordo macchina</li> <li>2) Test necessari per le calibrazioni, in base alle specifiche del kit offerto (frequenza di calibrazione e numero di test consumati)</li> <li>3) numero di controlli necessari, che andranno effettuati con cadenza quotidiana (365 giorni/anno) per tutti i parametri, almeno su 2 livelli</li> <li>4) Numero di test necessari per effettuare il controllo di qualità</li> <li>5) Formato dei kit/confezioni di reagenti offerti (da indicare in dettaglio per ciascun analita), ottimizzato per minimizzare gli sprechi</li> </ol>		SI
<b>STRUMENTI RICHIESTI</b>		<b>Ditta IL</b>
Sistema analitico completamente automatico, in grado di eseguire la ricerca di droghe d'abuso per tutto il pannello analitico sopra indicato su matrice ematica ed urinaria		SI
n. 1 P.C. corredato di monitor, stampante, toner e consumabili necessari al suo funzionamento		SI
Gruppo di continuità, dimensionato alla strumentazione offerta, con autonomia minima di 30 minuti in caso di interruzione dell'energia elettrica		SI
n. 1 congelatore a - 20°C (capienza minima 600 lt) con sistema di bloccaggio delle porte e registrazione continua della temperatura, per lo stoccaggio dei campioni provenienti dalle catene di custodia		SI
<b>REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)</b>		<b>Ditta IL</b>
Strumentazione di ultima generazione, completamente automatica, ad accesso random, aperta per l'eventuale implementazione di nuove metodiche disponibili sul mercato, programmabili dall'operatore		SI

Campionamento da provetta primaria			SI
Riconoscimento dei campioni tramite codice a barre			SI
Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico			SI
Nessuna necessità di pretrattamento del campione			SI
Ago campionatore con sensore di livello campione, di coaguli e di bolle d'aria			SI
Magazzino refrigerato per i reagenti a bordo			SI
Software dedicato alla strumentazione in grado di registrare tutti gli eventi che portano al risultato e che permetta la tracciabilità analitica, per paziente, per singolo analita e risultato: lotto reagenti, calibratori e controlli relativi al singolo risultato ottenuto, nonché curva di reazione dell'analita riferita al singolo risultato, curva di calibrazione a cui fa riferimento il singolo risultato e andamento del controllo di qualità			SI
Certificazione CE-IVD			SI
Collegamento bidirezionale al LIS del Laboratorio (WLab Themix) in modalita' host-query			SI
Programma di VEQ a scelta dell'utilizzatore			SI
Corsi di formazione completi sull'utilizzo del Sistema più ulteriori moduli di rinforzo entro l'anno			SI
Hot line tecnica e hot line applicativa			SI
Assistenza tecnica e manutenzione full risk su tutti gli strumenti, con intervento del tecnico sul posto entro 8 ore lavorative dalla chiamata			SI
<b>ELEMENTI VALUTABILI (punti max 70)</b>			<b>Ditta IL</b>
<b>Q1</b>	Campionamento da provetta chiusa (si /no) (Documentare)	0 - 6	0
<b>Q2</b>	Tempo di esecuzione di un pannello comprendente 7 parametri (Cannabinoidi, Metadone, Cocaina, Amfetamine, Oppiacei, Benzodiazepine ed Etanolo) su matrice ematica, dallo start all'emissione dell'ultimo risultato (punteggio massimo attribuito al tempo inferiore, punteggio proporzionalmente più basso agli altri) (Documentare)	0 - 6	6
<b>Q3</b>	Riconoscimento automatico dei reagenti tramite lettore di codice a barre interno allo strumento (si/no) (Documentare)	0 - 3	3
<b>Q4</b>	Riconoscimento automatico dei calibratori ed acquisizione dei parametri di calibrazione tramite lettura di codice a barre (si/no) (Documentare)	0 - 4	4
<b>Q5</b>	Riconoscimento automatico dei controlli ed acquisizione dei valori attesi tramite lettura di codice a barre (si/no) (Documentare)	0 - 4	4
<b>Q6</b>	Stabilità media dei reagenti a bordo macchina (punteggio massimo attribuito al tempo maggiore, punteggio proporzionalmente più basso agli altri) (Documentare)	0 - 5	5

Q7	Monitoraggio automatico del volume dei reagenti a bordo con calcolo dei test residui (si/no) (Documentare)	0 - 4	4
Q8	Durata media delle calibrazioni (punteggio massimo attribuito al tempo maggiore, punteggio proporzionalmente più basso agli altri) (Documentare)	0 - 6	6
Q9	Possibilità di mantenere in memoria più curve di calibrazione con lotti diversi di calibratori per ciascun test (si/no) (Documentare)	0 - 3	3
Q10	Possibilità di rerun secondo regole predefinite (si/no) (Documentare)	0 - 3	3
Q11	Tutte le metodiche certificate per l'esecuzione sullo specifico sistema analitico (si/no) (Documentare)	0 - 5	4,5
Q12	Percentuale di reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso sul totale dei prodotti offerti (Documentare)	0 - 6	4,5
Q13	Tempo necessario per la manutenzione quotidiana (punteggio massimo attribuito al tempo minore, punteggio proporzionalmente più basso agli altri) (Documentare)	0 - 5	5
Q14	Possibilità di assistenza remota sulla strumentazione (si/no) (Documentare)	0 - 4	4
Q15	Disponibilità di intervento tecnico sul posto entro 6 ore dalla chiamata inclusi sabato, domenica e festivi (si/no) (Documentare)	0 - 6	5
<b>TOTALE PUNTI QUALITA'</b>			<b>61</b>

Sistema macchina reattivi analitico completamente automatico per l'esecuzione di test per la ricerca e il dosaggio di farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria				
				70
				30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE/ANNO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
Instrumentation Laboratory	61,00	59.444,51	30,00	91,00



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Negoziata

Titolo: Procedura negoziata telematica per la fornitura di un Sistema macchina reattivi per esecuzione test per ricerca e dosaggio farmaci e droghe d'abuso su matrice ematica e urinaria per le necessità di mesi 36 della UOC Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e numero registro di sistema: P1067225-22

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UMI OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA ( 2 dec.)	VALORE OFFERTO ( 2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec.)	OPFERIA ECONOMICA da compilare con tutto quanto richiesto nella lettera di invito pag. 12
1	0	9272493F46	Sistema macchina reattivi per esecuzione test per ricerca e dosaggio farmaci e droghe d'abuso su sangue e urina	BNS3124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	180.000,00	178.333,53	178.333,53	160,50	<input checked="" type="checkbox"/> offerta economica.pdf,p7m 41AA2BC779E8DB1528ACTF034329D015D25633B7A6B7BA943993AC12BFDEED89

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 178.333,53 €

Ragione sociale del Concorrente: INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.

VIALE MONZA 338 - 20128 Milano (Milano)

C.F. 02368591208 P.IVA IT02368591208

Firmato digitalmente

*Alu. 1*

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REATTIVI ANALITICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA RICERCA E IL DOSAGGIO DI FARMACI E DROGHE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA E URINARIA PER LE NECESSITA' TRIENNALI DELLA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI - CIG 9272893F46

STRUMENTI	Fabbisogno presunto annuo	Nome Commerciale	Prezzo per confezione (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA	Importo fornitura (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA
<p>La strumentazione proposta è in possesso presso il vostro laboratorio, è la seguente:                      N° 1 Sistema analitico stand-alone, random access completo di monitor touch screen, Personal Computer e Stampante Laser                      N° 1 Delonizzatore, modello Mini Dia                      N° 1 Congelatore -20°C (capienza 600 lt) con sistema di bloccaggio delle porte e registrazione continua della temperatura                      N. 1 Gruppo di continuità</p>	1	Lab Taurus completo di Mini Dia Gruppo di continuità e Congelatore	00001070301	€ 14.000,00

La fornitura è completa di collegamento di LIS del laboratorio

ESAMI RICHIESTI	Fabbisogno/Test/anno	Nome Commerciale	Codice Prodotto	Codice CND	Test per confezione	Prezzo per confezione (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA	N. confezioni/anno offerte	Importo fornitura (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA
<b>ESAMI ESEGUIBILI SU MATRICE EMATICA</b>								
Camnahidrol	500	Camnahidrol CEDIA	W15100091	W0102090105	536	€ 740,00	6	€ 4.440,00
Metadone	500	Metadone CEDIA	W15100088	W0102090110	536	€ 740,00	5	€ 3.700,00
Cocaina	500	Cocaina CEDIA	W15100086	W0102090106	536	€ 740,00	5	€ 3.700,00
Amfetamine/ Metamfetamine/MDMA (Ecstasy)	500	Amfetamine/Ecstasy/Metamfetamine CEDIA	W15100104	W0102090101	536	€ 740,00	5	€ 3.700,00
Opplacel	500	Opplacel CEDIA	W15100089	W0102090113	536	€ 740,00	5	€ 3.700,00
Benzodiazepine	200	Benzodiazepine	W150920	W0102090104	106	€ 518,00	6	€ 3.108,00
Etanolo	200	Alcool Etilico	W150037	W0102090207	952	€ 895,40	2	€ 1.790,80
Metotrexato	200	ARK Methotrexate Assay	W215026000100	W0102080501	100	€ 1.702,00	5	€ 8.510,00
<b>ESAMI ESEGUIBILI SU MATRICE URINARIA</b>								
Acido gamma-idrossibutirico (GHB)	200	GHB	W21KKGHB	W0102090139	98	€ 1.261,70	5	€ 6.308,50
Ketamina	200	Ketamina	W1510012514	W0102090199	131	€ 606,80	4	€ 2.427,20

*OK*

*[Signature]*

*JK*

*W*



**Calibratori, Controlli e Materiale di consumo**

ESAMI RICHESTI	Fabbisogno/Test/anno	Nome Commerciale	Codice Prodotto	Codice CND	Test per confezione	Prezzo per confezione (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA	N. confezioni/anno offerte	Importo fornitura (in cifre e lettere) I.V.A. ESCLUSA
		Calibratore Negativo Serum Doa	000181632900	W0102152209		€ 0,00 zero/00	7	€ 0,00 zero/00
		Calibratore OP/COC Serum Doa 2 Liv	00018163000	W0102152209		€ 0,00 zero/00	31	€ 0,00 zero/00
		Calibratore THC Serum Doa 3 Liv	00018163100	W0102152209		€ 0,00 zero/00	15	€ 0,00 zero/00
		Calibratore METH Serum Doa 2 Liv	00018163200	W0102152209		€ 0,00 zero/00	15	€ 0,00 zero/00
		Calibratore AMP/XTC Serum Doa 2 Liv	00018163300	W0102152209		€ 0,00 zero/00	15	€ 0,00 zero/00
		Multical Neg Serum Tox DRI	W150962	W0102152209		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Multical 1 Serum Tox DRI	W150963	W0102152209		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Multical 2 Serum Tox DRI	W150965	W0102152209		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Multical 3 Serum Tox DRI	W150967	W0102152209		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Multical 4 Serum Tox DRI	W150976	W0102152209		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Serum Doa AMP/XTC Calibrators	00018166200	W0102152209		€ 0,00 zero/00	3	€ 0,00 zero/00
		Cal Metotrexate ARK	W215026000200	W0102152201		€ 0,00 zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Diluyente Metotrexate ARK	W215026000400	W010209003		€ 0,00 zero/00	3	€ 0,00 zero/00
		Calibratore Ketamina 5 Liv	W15100125000	W0102152209		€ 0,00 zero/00	6	€ 0,00 zero/00
		Controllo AMP/XTC Serum Doa 2 Liv	00018163400	W0102152009		€ 0,00 zero/00	12	€ 0,00 zero/00
		Controllo OP/COC/METH Serum Doa 2 Liv	00018163500	W0102152009		€ 0,00 zero/00	21	€ 0,00 zero/00

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

ESAMI RICHIESTI	Fabbisogno/Test/anno	Nome Commerciale	Codice Prodotto	Codice CND	Test per confezione	Prezzo per confezione (In cifre e lettere) I.V.A ESCLUSA	N. confezioni/anno offerte	Importo fornitura (In cifre e lettere) I.V.A ESCLUSA
		Controllo THC Serum DoA 2 Liv	00018163600	W0102152009		zero/00	12	€ 0,00 zero/00
		CQ TOX MP 3 Liv MAS	W1510011608	W0102152009		zero/00	9	€ 0,00 zero/00
		CQ Alcool/Ammonio MP 2 Liv MAS	W1510011608	W0102152009		zero/00	4	€ 0,00 zero/00
		CQ Metorexate MP 2 Liv ARK	W215026000300	W0102152001		zero/00	2	€ 0,00 zero/00
		Controllo 300 ng/ml Ketamina 2 Liv	W15100125300	W0102152009		zero/00	6	€ 0,00 zero/00
		IonTANK bombola letto misto resine Cl	W25Q100010	n.a.		trecentotrentanove/60	2	€ 799,20
		Prefilto UQ mini/DIA Cl	W25Q100025	n.a.		settantatré/26	5	€ 366,30
		Detergente Alcalino	00018235710	W01019001		trentasette/37	4	€ 149,48
		Detergente Acido	00018253800	W01019001		trentasette/37	4	€ 149,48
		Detergente Alcalino cuvette	00018469000	W01019001		duecentonovantasei/00	3	€ 888,00
		Detergente Acido cuvette	00018469100	W01019001		duecentonovantasei/00	3	€ 888,00
		Additivo per Bagno	00018469400	W01019001		cinquantasei/61	2	€ 113,22
		Asciuga Cuvette	00018470810	W0201010180		centocinquante/45	1	€ 105,45

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials/signature*

ESAMI RICHIESTI	Fabbisogno/Test/anno	Nome Commerciale	Codice Prodotto	Codice CND	Test per confezione	Prezzo per confezione (In offre e lettere) I.V.A. ESCLUSA	N. confezione/anno offerte	Importo fornitura (In offre e lettere) I.V.A. ESCLUSA
		Lampada Fotometrica	00018471350	W0201010180		€ 321,90	1	€ 321,90
		Fiacconi Reagente 20 ml	00018282902	W0503010207		€ 155,77	1	€ 155,77
		Cups Campione (3 ml)	00018282910	W050301020280		€ 20,35	1	€ 20,35
		Carta stampante A4	00001153460	n.a.		€ 4,81	2	€ 9,62
		Toner	00051010101	n.a.		€ 46,62	2	€ 93,24
<b>N. TEST RICHIESTI:</b>		<b>3.500</b>						

Costo totale per anno

QUOTA LOCAZIONE + MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	€ 14.000,00	quattordicimila/00						
QUOTA REATTIVI + CONSUMABILI	€ 45.444,51	quarantacinquemilaquattrocentoquarantaequattro/51						
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA 22% ESCLUSA:	€ 59.444,51	cinquantanovemilaquattrocentoquarantaequattro/51						
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE:	€ 16,98	sedici/98						
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA 22% INCLUSA	€ 72.522,30	settantaduemilacinquecentoventidue/30						
			<b>COSTO TOTALE TRIENNALE DELLA FORNITURA IVA 22% ESCLUSA:</b>		<b>€ 178.333,59</b>			

Si dichiara che la Società nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascun reagente

Costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da riferirsi all'intero importo d'appalto per tutta la durata contrattuale da Voi segnalati: Euro 0,00 (zero/00)

I costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività, in relazione al presente appalto, sono pari ad Euro 160,50 (centosessanta/50) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel prezzo complessivo offerto, e non soggetti a ribasso.

Costi della manodopera: € 1.285,56 (milleduecentotantacinque/56)

FIRMATO DA SERENELLA ANNA MATELLA, PROCURATORE  
CODICE FISCALE: NTL SNL 64451 F205A  
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA

**U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione****ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "***Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta**di Deliberazione : **BSDG 364 / 2022***

*Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.*

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
27	14		501010317000			5.000,00	APERTURA PARZIALE
6	273		504020101000			4.270,00	
<b>TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :</b>							

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010317000	REAGENTI
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA

Data 31-8-2022

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)