



DELIBERAZIONE N. 0292 DEL 20 FEB. 2023

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4608

Oggetto: " Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. - Finanziamento DGR 911/2020."

L'estensore
D.ssa *Giorgia Pomeoni*
firma

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Narciso Mostarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 15.02.2023

Parere del Direttore Sanitario: Dr. Gerardo De Carolis

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 17.02.2023

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Vedere "Allegato Assunzione Autorizzazione"

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: (Nome e Cognome)

Firma

Data

Il Dirigente: (Nome e Cognome)

Firma

Data

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. recante norme sul *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”*;

l'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”*;

il D.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. concernente *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;

gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed 1, c. 32, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., in materia di *“Amministrazione trasparente”*;

l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei Contratti Pubblici”* che disciplina le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 – *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”*;

la Legge Regione Lazio 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”*;

la Legge Regionale Lazio 27 dicembre 2022 n. 21 – *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023, modifica alla L. R. 23/11/2022 n. 19 (Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022. Disposizioni varie)”*;

VISTO

l'Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini adottato con deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

che con deliberazione n. 677 del 11/05/2022 è stata indetta una gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo complessivo presunto di Euro 939.934,09 oltre IVA;

- che con determina dirigenziale n. 657 del 22/11/2022 sono state ammesse le offerte delle seguenti ditte:

- RTI Philips S.p.A. - Gowen S.r.l.
- Siemens Healthcare S.r.l.

- che con determinazione dirigenziale n. 682 del 13/12/2022 è stata nominata la Commissione incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto;

PRESO ATTO

che la Commissione, come risulta dal verbale n.3 del 18/01/2023, ha proceduto, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste economiche, e

che, a seguito degli adempimenti telematici, sono stati determinati i seguenti punteggi complessivi, calcolati automaticamente dal sistema della piattaforma di negoziazione, determinando la seguente graduatoria:

n.1 impianto angiografico biplanare					
DITTA	Punteggio tecnico	Punteggio economico	TOTALE	Stato offerta	Valore offerta
Siemens Healthcare S.r.l.	70	30,00	100	Aggiudicatario provv.	664.900,00
RTI Philips S.p.A. - Gowen S.r.l.	62,10	22,09	84,19	II° Aggiudicatario	903.085,26

DATO ATTO

- che in ordine alla suddetta aggiudicazione è necessario effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché avviare le verifiche in merito al possesso in capo dell'aggiudicatario dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cui è sottoposta l'efficacia della stessa aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del citato decreto;

CONSIDERATO

che si darà avvio all'esecuzione in urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto *"la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari."*;

RITENUTO

di aggiudicare la gara a procedura aperta in parola, secondo i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei suddetti verbali, nelle seguenti modalità:

- ditta Siemens Healthcare S.r.l.: CIG: 92615443E3

n. 1 impianto angiografico biplanare mod. Artis Q biplane with PURE
totale offerta: Euro 664.900,00 + IVA 22%

CONSIDERATO

che l'importo totale di Euro 811.178,00 C/IVA, dovrà essere contabilizzato sull'autorizzazione n.67/2023 sub e sul conto 101020405000 (fonte finanziamento 02- prov.3);

- che gli esiti della seguente procedura di gara saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Unione Europea, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio, nonché sui siti internet www.regione.lazio.it, e www.scamilloforlanini.rm.it;

- che entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare all'Azienda Ospedaliera le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi di indizione e aggiudicazione sui quotidiani;

TENUTO CONTO

che occorre nominale Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dirigente Medico Dott. Luca Bertaccini ;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,, secondo i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei verbali della Commissione, nelle seguenti modalità:
 - ditta Siemens Healthcare S.r.l.: CIG: 92615443E3
 - n. 1 impianto angiografico biplanare mod. Artis Q biplane with PURE
 - totale offerta: Euro 664.900,00 + IVA 22%
- di contabilizzare l'importo totale di 811.178,00 C/IVA, sull'autorizzazione n.67/2023 sub e sul conto 101020405000 (fonte finanziamento 02- prov.3);
- di pubblicare l'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Unione Europea, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio, nonché sui siti internet www.regione.lazio.it e www.scamilloforlanini.rm.it;
- di disporre che le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per le pubblicazioni di legge, siano rimborsate proporzionalmente dalle ditte aggiudicatrici entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dirigente Medico Dott. Luca Bertaccini;
- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Finanziamento DGR 911 / 2020 . " Presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di aggiudicare la gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,, secondo i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei verbali della Commissione, nelle seguenti modalità:
 - ditta **Siemens Healthcare S.r.l.: CIG: 92615443E3**
 - n. 1 impianto angiografico biplanare mod. Artis Q biplane with PURE**
 - totale offerta: Euro 664.900,00 + IVA 22%**
- di contabilizzare l'importo totale di 811.178,00 C/IVA, sull'autorizzazione n.67/2023 sub e sul conto 101020405000 (fonte finanziamento 02- prov.3);
- di pubblicare l'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Unione Europea, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio, nonché sui siti internet www.regione.lazio.it e www.scamilloforlanini.rm.it;
- di disporre che le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per le pubblicazioni di legge, siano rimborsate proporzionalmente dalle ditte aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dirigente Medico Dott. Luca Bertaccini;
- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 24 pagine di cui n. 17 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Narciso Mostarda)





Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020.

VERBALE 1

Il giorno 19/12/2022 alle ore 8:45 presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi si riunisce, in modalità virtuale, la Commissione per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020, indetta con deliberazione n.677 del 11/05/2022.

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del 13/12/2022 è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE Dr. Roberto Cianni

COMPONENTE Dr. Enrico Pampana

COMPONENTE Dr. Sebastiano Fabiano

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dr.ssa Ilaria Basili Assistente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il presidente della Commissione da inizio ai lavori provvedendo a sbloccare la documentazione tecnica delle seguenti ditte partecipanti:

-RTI Philips S.p.A. - Gowen S.r.l.

- Siemens Healthcare S.r.l.

La Commissione conclude i lavori per aggiornarsi alla successiva seduta a data da definirsi.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Roberto Cianni



Dr. Enrico Pampana



Dr. Sebastiano Fabiano



Dr.ssa Ilaria Basili



Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
 Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020.

VERBALE 2

Il giorno 16/01/2023 alle ore 10.00 presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi si riunisce, in seduta riservata, la Commissione per il controllo e la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020, indetta con deliberazione n.677 del 11/05/2022.

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione dirigenziale n. ⁶⁸²114 del ~~16~~13/12/2022 è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE Dr. Roberto Cianni

COMPONENTE Dr. Enrico Pampana

COMPONENTE Dr. Sebastiano Fabiano

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Ilaria Basili – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente ricorda che la procedura aperta sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

Prezzo : 30


Qualità: 70

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, come anche indicato nel punto 4.1.1 del Capitolato Tecnico, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti totali. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio riparametrato inferiore alla predetta soglia.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603



La Commissione inizia l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti.

- RTI Philips S.p.A. - Gowen S.r.l. – documentazione regolare
- Siemens Healthcare S.r.l. – documentazione regolare

La Commissione procede con la valutazione delle offerte e decide di attribuire i seguenti punteggi, riportati nella tabella "A" allegata al presente verbale per formarne parte integrante:

-RTI Philips S.p.A. - Gowen S.r.l.:

semi totale caratteristiche tecniche :	punti 31,69
semi totale servizio di assistenza:	punti 7,66
totale:	punti 39,35
totale riparametrato:	punti 62,10

- Siemens Healthcare S.r.l.:

semi totale caratteristiche tecniche :	punti 34,35
semi totale servizio di assistenza:	punti 10,00
totale:	punti 44,35
totale riparametrato:	punti 70

La Commissione conclude i lavori per aggiornarsi il giorno 18/01/2023 alle ore 8.30 per procedere all'apertura delle offerte economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Roberto Cianni





Dr. Enrico Pampana



Dr. Sebastiano Fabiano



Dott.ssa Ilaria Basili



N.1 SISTEMA ANGIOGRAFICO BIPLANARE

	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO	RTI PHILIPS SPA - GOWEN SRL	SIEMENS HEALTHCARE SRL	RTI PHILIPS SPA - GOWEN SRL	SIEMENS HEALTHCARE SRL
	STATIVO FRONTALE		valore	valore	punti	punti
1	* range di rotazione intorno all'asse longitudinale LAO/RAO con arco lato testa compreso tra $\pm 90^\circ$ a almeno $\pm 110^\circ$	max 2 punti (sarà preferito range di rotazione maggiore rispetto al valore di minima indicato di $\pm 110^\circ$)	305	260	2	1,28
2	range di rotazione intorno all'asse longitudinale LAO/RAO con arco in posizione laterale sinistra e destra compreso tra $\pm 60^\circ$ a $\pm 100^\circ$	max 1 punti (SI=1; NO=0)	180	90	1	0
3	range di rotazione dell'arco CRA/CAU di $\pm 45^\circ$ in posizione testa	max 1 punti (SI=1; NO=0)	180	100	1	1
4	range di rotazione dell'arco CRA/CAU di $\pm 55^\circ$ in posizione laterale destra e sinistra	max 1 punti (SI=1; NO=0)	305	60	1	0
5	* range di rotazione intorno all'asse verticale $\geq 90^\circ$ mediante movimenti manuali e automatici dell'arco AP	max 1 punti (saranno preferiti range di rotazione superiori al valore minimo di 90°)	180	280	0,47	1

6	sistema anticollisione di sicurezza di tipo attivo per aumentare la distanza tra il tubo e il detettore (SID) durante le procedure di interventistica sui pazienti	max 2 punti (SI=2; NO=0)	si	si	2	2
7	profondità dell'arco non inferiore a 100 cm	max 2 punti (sarà preferita profondità dell'arco maggiore rispetto al valore di minima indicato)	90	92,5	1	1
	STATIVO LATERALE PENSILE				1	3
8	escursione di rotazione dell'arco a C comprese tra 0° e 110°	max 1 punti (SI=1; NO=0)	88	120	0	1
9	possibilità di parcheggio fuori campo dello stativo pensile	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
10	* angolazioni craniali e caudali $\geq 45^\circ$	max 1 punti (saranno preferite angolazioni superiori rispetto al valore minimo indicato di 45°)	90	100	0	1
	TAVOLO				5,1	4,8
1	* tavolo portapaziente in fibra di carbonio con lunghezza maggiore di 280 cm	max 1 punti (sarà preferita lunghezza del tavolo maggiore rispetto al valore di minima indicato di 280 cm)	319	316,6	1	0,94
2	attenuazione raggi X < 0,8 mm Al	max 1 punti (SI=1; NO=0)	0,8	1,4	1	0

B

3	* escursione verticale motorizzata almeno pari a 25 cm	max 1,5 punti (sarà preferito valore più elevato)	28	32,5	0,6	1,5
4	* range del movimento laterale almeno pari a 25 cm	max 1,5 punti (sarà preferito valore più elevato)	36	35	1,5	1,36
	rotazione del piano $\geq 120^\circ$	max 1 punti (SI=1; NO=0)	270	240	1	1
5	rotazione del piano $\geq 350^\circ$	max 2 punti (SI=2; NO=0)	270	240	1	1
	* escursione longitudinale almeno pari a 150 cm	max 1 punti (sarà preferito valore superiore)	120	125	0	0
GENERATORI E TUBI RADIOGENI DEL PIANO FRONTALE E DEL PIANO LATERALE					8,77	11,27
1	* cadenze/impulsi selezionabili in scopia pulsata almeno pari a 8	max 1,5 punti (sarà preferito valore superiore)	6	10	0	1,5
2	* cadenza acquisizioni grafa almeno pari a 6	max 1,5 punti (sarà preferito valore superiore)	8	9	1	1,5
3	* tensione del generatore almeno pari a 125 kV	max 1,5 punti (sarà preferito valore superiore)	125	125	0	0
4	* corrente del generatore almeno pari a 1000 mA	max 1,5 punti (sarà preferito valore superiore)	1000	1000	0	0
5	* fuoco piccolo non superiore a 0,3 mm (secondo norme IEC)	max 2 punti (saranno pferite dimensioni inferiori)	0,5	0,3	0	0

6	* potenza sul fuoco grande non inferiore a 100 kW	max 2 punti (saranno preferiti valori di potenza superiori)	68	90	0	0
7	tubo radiogeno dotato di griglia	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
8	* capacità termica dell'anodo non inferiore a 3000 KHU	max 1 punti (saranno preferiti valori più elevati)	6400	5200	1	0,65
9	* capacità termica del complesso radiogeno non inferiore a 4500 KHU	max 1 punti (sarà preferito valore più elevato)	9000	7300	1	0,62
10	* dissipazione termica del complesso radiogeno non inferiore a 250 KHU	max 1 punti (sarà preferito valore più elevato)	330	404	0,52	1
11	numero di macchie focali disponibili non inferiori a 2	max 1 punti (sarà preferito valore più elevato)	2	3	0,25	1
12	collimatore con disponibilità di filtri spettrali per la riduzione delle radiazioni "moli" di tipo automatico, gestito dai protocolli d'esame	max 2 punti (SI=2; NO=0)	si	si	2	2
13	* rotazione dei filtri non inferiore a 180° DETECTORE DIGITALE PIANO FRONTALE E PIANO LATERALE	max 2 punti (sarà preferito valore più elevato)	360	360	2	2
1	pannello digitale con campo di acquisizione con almeno un lato < 30 cm	max 1 punti (SI=1; NO=0)	no	si	0	1

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

5

2	MTF A 1 lp/mm (RQA5) tra 60% e 80%	max 1 punti (SI=1; NO=0)	59	59	0	0
	MTF A 1 lp/mm (RQA5) tra 80% e 90%	max 2 punti (SI=2; NO=0)	59	59,0	0	0
3	* dimensione e profondità della matrice di acquisizione almeno pari a 1024X1024X14 bit	max 1 punti (saranno preferiti valori superiori)	1560 x 1440 x 16	2480 x 1960 x 16	0,35	1
	dimensione del pixel non superiore a 151 µm e 200 µm	max 1 punti (SI=1; NO=0)	184	154	1	1
4	dimensione del pixel non superiore a 100 µm e 150 µm	max 2 punti (SI=2; NO=0)	184	154	1	1
	detettore a geometria quadrata	max 2 punti (SI=2; NO=0)	no	no	0	0
5	superficie attiva di entrambi i detettori compresa tra 920 cm2 e 1000 cm2	max 1 punti (SI=1; NO=0)	754	1119,26	1	2
	superficie attiva di entrambi i detettori compresa tra 1001 cm2 e 1500 cm2	max 2 punti (SI=2; NO=0)	754	1119,26	1	2
6	MONITOR IN SALA ESAME				1	0
	dotata di monitor LCD da almeno 55"		max 1 punti (saranno preferite dimensioni superiori rispetto alle minime indicate)	58	55	1
CONTENIMENTO DELLA DOSE RX					1	0

[Handwritten signatures and initials]

1	sistema di misura della dose erogata (istantanea e cumulata) e del DAP (istantaneo e cumulato) con chiara visualizzazione dei parametri per gli operatori e possibilità di produzione di report dettagliati	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	no	1	0
SOFTWARE DEDICATI PER L'INTERVENTISTICA						
1	roadmap 3D	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
2	software per l'identificazione del bersaglio per interventi di biopsie o trattamenti locali extravascolari, con pianificazione della traiettoria	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
3	acquisizioni di tipo CT per la ricostruzione dei tessuti molli, con risoluzione simile ad un esame CT mediante immagine 2D tomografiche provenienti da proiezioni rotazionali ad alta velocità	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
4	possibilità di dissolvere con la scopia sia ricostruzioni 3D angiografiche sia ricostruzioni 3D ottenute con altre modalità (CT, RM)	max 1 punti (SI=1; NO=0)	si	si	1	1
5	software per effettuare lo studio in perfusione	max 3 punti (SI=3; NO=0)	no	no	0	0
6	possibilità di collegamento al SW Rapid	max 1 punti (SI=1; NO=0)	no	no	0	0
	estensione del periodo di garanzia a 24 mesi	max 4 punti (SI=4; NO=0)	si	si	4	4
	* tempo di intervento in loco dalla ricezione della chiamata non inferiore a 8 ore solari	max 2 punti (saranno preferiti tempi inferiori rispetto ai minimi richiesti)	6	3	0,8	2

9

AW

2

RT1
PALIPIS
SARASRL

SIBENS
MEDICINE
SRL

* tempo di risoluzione guasto dalla ricezione della chiamata non inferiore a 24 ore lavorative	max 2 punti (saranno preferiti tempi inferiori rispetto ai minimi richiesti)	18	10	0,86	2
possibilità di eseguire la diagnosi e le manutenzioni da remoto (descrivere)	max 2 punti (saranno oggetto di valutazione la possibilità di eseguire diagnosi, ripristini funzionali, supporto operativo e le relative tempistiche con eventuale disponibilità fuori orario lavorativo)	si	si	2	2

Semi TETRA 31.69 34.35
caratteristiche da descriv.

Semi TETRA 7.66 10.00
Pravafunzione

TETRA 39.35 44.35

TETRA Riparazione posto 62.10 70.00

Azienda Ospedaliera
S. Camillo-Folhanth
Radiologia Interventistica - Scolare
Direttore: Dott. A. Gianni



Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020.

VERBALE 3

Il giorno 28/1/23 alle ore 8:40 presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi si riunisce, in seduta riservata, la Commissione per l'apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. – Finanziamento DGR 911/2020, indetta con deliberazione n.677 del 11/05/2022.

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione dirigenziale n. ⁶⁸²114 del 13/12/2022 è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE Dr. Roberto Cianni

COMPONENTE Dr. Enrico Pampana

COMPONENTE Dr. Sebastiano Fabiano

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Giorgia Simeoni – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Vengono inseriti sulla piattaforma telematica STELLA i seguenti punteggi:

- -RTI Philips S.p.A. -Gowen S.r.l.: totale punteggio tecnico **62,10**

- Siemens Healthcare S.r.l.: totale punteggio tecnico **70**

Dopo aver concluso la fase della valutazione tecnica si procede con l'apertura delle offerte economiche. I punteggi del prezzo vengono determinati automaticamente dal sistema del suddetto portale che, sommando i punteggi prezzo così stabiliti con quelli di qualità soprariportati, determina la seguente aggiudicazione:

ditta Siemens Healthcare S.r.l. – tot. Punti 100 offerta Euro 664.900,00

Letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Roberto Cianni




Dr. Enrico Pampana



Dr. Sebastiano Fabiano



Dr.ssa Giorgia Simeoni



Procedura di Aggiudicazione

Compilatore
Farfusola Paolo

Titolo documento
PDA per P1065973-22

Registro di Sistema

Data Invio

Stato

Protocollo

Data Protocollo

Valutazione

Stato Seduta Virtuale

Aperta

Registro di Sistema Bando
P1065973-22

Fascicolo di Sistema
FE018317

Importo Appalto €
939.934,09

Importo a Base d'Asta
939.934,09

Genera Convenzione completa
no

Accordo di Servizio
no

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economicamente più vantaggiosa

Conformità
no

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Offerte Anomale

Riparametrazione del Punteggio Tecnico
no

Criterio di riparametrazione
Prezzo

CIC
92615443E3

CUP

Atto Indizione

Data Atto Indizione

Richiesta Campionatura
no

Oggetto

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.1 sistema angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlani

Riepilogo Finale

Stato
Aggiudicazione Proposta

Ec...	Valutazione Ammin...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	ammessa	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>	1		100,00	70,00	30,00	Aggiudicatario proposto		664.900,00	Valutato		
<input checked="" type="radio"/>	ammessa	RTI Philips - GOWEN SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	2		84,19	62,10	22,09	Il Classificato		903.085,26	Valutato		

21

**Allegato 3 al Disciplinare di gara
Schema di Offerta Economica**

**Spett. le Azienda Ospedaliera
 San Camillo Forlanini
 Circonvallazione Gianicolense, 87
 00152 ROMA**

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di n.1 impianto angiografico biplanare per diagnostica e procedure interventistiche in ambito neuroradiologico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

Il/la sottoscritto/a
 RAFFAELE RUFOLO _____
 nato a NAPOLI _____ (NA), il 11/12/1983 _____
 residente a FRATTAMAGGIORE (NA) _____, TRAV. MANZONI N. 1 _____
 in nome del concorrente SIEMENS HEALTHCARE SRL _____
 con sede legale in MILANO _____ (MI) _____
 Via VIPITENO _____, n. 4, CAP 20128 _____, Tel 02.24361 _____,
 Fax 02/87181198 _____, PEC gare.shc@pec.siemens.it , Codice Fiscale 04785851009 _____
 Partita IVA 12268050155 _____

nella sua qualità di:
 (barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
 (barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale;
- Società, specificare tipo _____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
- Consorzio tra imprese artigiane;
- Consorzio stabile;

- Mandataria di un raggruppamento temporaneo
- costituito
- non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario;
- costituito
- non costituito;
- GEIE.

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale e alle condizioni stabilite nell'Allegato 1A – Dettaglio della fornitura, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara;
- ✓ in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità stimate Q, e l'indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- ✓ che l'IVA è pari al 22 %.

OFFRE

Q.tità complessive Q	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in cifre Pu	Prezzo unitario offerto IVA esclusa in lettere	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in cifre Q x Pu	Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in lettere
1	664.900,00	Seicentosessantaquattromilanovecento/00	664.900,00	Seicentosessantaquattromilanovecento/00
Valore complessivo offerto IVA esclusa (Sommatario di Q x Pu)			In cifre	In lettere
			664.900,00	Seicentosessantaquattromilanovecento/00

Data 20.07.2022

Timbro e firma Legale Rappresentante
SIEMENS HEALTHCARE SRL
Raffaele Rufolo
(Firma digitale)

**U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione****ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "***Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta**di deliberazione : BSDG4608 /2023**Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale**Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:***VEDI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA NOTA *****2023**

Aut.	Sub	Mod	Progetto	Conto	Presente prenotazione
67	1		COVID-19 DGR911_2020	101020405000	811.178,00
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :					

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
101020405000	MACCHINARI SANITARI

***DGR 911 DEL 27/11/2020 PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO LISTE D'ATTESA PER EMERGENZA COVID**Data 14/02/2023Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**
(Firma)

23