

LOTTO UNICO INDIVISIBILE

Sistema macchina reattivi per la determinazione del B – D Glucano da sangue

Esame eseguibile	Numero Test/anno
Il test marcato CE-IVD deve consentire, in modalità automatica, la determinazione su campioni biologici di 1 – 3 Beta D Glucano, atta a rilevare precocemente l'infezione fungina invasiva in pazienti critici	1.000

CONTROLLI CALBRATORI E MATERIALE DI CONSUMO

Calibratori, Controlli, Reagenti e materiale di consumo in quantità adeguata al numero di test sopraindicati

STRUMENTAZIONE RICHIESTA

N. 1 strumento per la rilevazione da sangue dell'antigene Beta – glucano presente in pazienti con sospetta infezione fungina sistemica

Manutenzione e Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria

Programma per la formazione applicativa e scientifica degli operatori

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)

1	Strumentazione di ultima generazione
2	Strumentazione fornita di software di interpretazione dei risultati
3	Per il reattivo è richiesto un limite minimo di rilevazione < 32 pg/ml
4	Per il reattivo è richiesta reazione basata su LAL (Amebociti estratti da Atlantic Limulus Polyphemus)
5	Certificazione CE – IVD per strumento e reattivi