

Allegato A

Test diagnostici per la ricerca del sangue occulto nelle feci

| PRODOTTO | UNITÀ DI MISURA | FABBISOGNO ANNUO IN U.M. | IMPORTO ANNUO PRESUNTO esclusa IVA |
|---|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| Test rapido immunocromatografico, monofase, a lettura visiva per la determinazione qualitativa specifica dell'emoglobina umana in campioni di feci che non richieda alcuna restrizione di dieta. Marcatura CE - IVD | test | 4.000 | € 2.500,00 |

Caratteristiche tecniche minime

| | |
|----|--|
| a) | Test di ultima generazione, di facile esecuzione, marcato CE IVD, contenuto in "cassette" confezionate singolarmente |
| b) | Lettura entro massimo 10 minuti circa dall'esecuzione del test |
| c) | Test comprensivo di controllo interno |
| d) | Test con sensibilità \leq o $>$ di 50 ng/ml |
| e) | Test, contenente anticorpo monoclonale anti-HB umana, con specificità assoluta per l'emoglobina umana |
| f) | Test conservabile a temperatura ambiente |
| g) | Il prodotto offerto deve contenere provette per la raccolta del campione con tampone di estrazione e dispositivi per il test in numero pari a quello dei test stessi (n. 4000 flaconi di prelievo per il campionamento delle feci dal contenitore) |
| h) | Il tampone di estrazione deve permettere la conservazione del campione, così ottenuto, per un minimo di tre giorni a temperatura ambiente e un massimo di circa 7 giorni a + 4°C |