



DELIBERAZIONE N. 1177 DEL

25 LUG. 2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4694

Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno biennale di coprisonda timpanici ed ascellari per termometri ad infrarossi (in service) per le esigenze dell'U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, suddivisa in n. 2 Lotti."

L'estensore  
D.ssa Alaria Basili

firma

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Narciso Mostarda

Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo

 FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 21.07.2022

Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri

 FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 22-07-2022

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

**Preso visione**

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:  
Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - D.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

21.7.2022

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.07.2022

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.07.2022

## IL DIRETTORE DELL' U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024;

### PREMESSO

che con nota prot. n. 97200 del 27/05/2022 il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha trasmesso il fabbisogno biennale di n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici (Lotto n. 1) e di n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari (Lotto n. 2) per le necessità della U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per un importo presunto di Euro 41.035,00 + IVA;

### CONSIDERATO

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

### TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

### PRESO ATTO

- che da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP per il materiale in argomento;
- che tale materiale è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

### RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, della procedura negoziata per il fabbisogno biennale sopracitato, per

un importo complessivo presunto di Euro 41.035,00 + IVA (Euro 50.062,71 C/IVA), prevedendone la contabilizzazione sul conto 501010311000 - autorizzazione n. 6 - anni 2022/2023/2024 con le seguenti modalità:

**Lotto N. 1: n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici** (importo complessivo presunto del lotto Euro 40.600,00 + IVA - Euro 49.532,00 C/IVA)

Anno 2022:	conto 501010311000	Euro 12.383,00	C/IVA
Anno 2023:	conto 501010311000	Euro 24.766,00	C/IVA
Anno 2024:	conto 501010311000	Euro 12.383,00	C/IVA

**Lotto N. 2: n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari** (importo complessivo presunto del lotto Euro 435,00 + IVA - Euro 530,71 C/IVA)

Anno 2022:	conto 501010311000	Euro 132,68	C/IVA
Anno 2023:	conto 501010311000	Euro 265,35	C/IVA
Anno 2024:	conto 501010311000	Euro 132,68	C/IVA

**CONSIDERATO**

- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

- che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;

**VISTA**

la lettera d'invito allegata;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

**PROPONE**

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici (Lotto n. 1) e di n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari (Lotto n. 2) per le necessità della U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo complessivo presunto di Euro 41.035,00 + IVA (Euro 50.062,71 C/IVA), da contabilizzare sull'autorizzazione n. 6 - conto 501010311000 - anni 2022/2023/2024 con le seguenti modalità:



- **Lotto N. 1: n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici** (importo complessivo presunto del lotto Euro 40.600,00 + IVA – Euro 49.532,00 C/IVA)
  - Anno 2022: conto 501010311000 Euro 12.383,00 C/IVA
  - Anno 2023: conto 501010311000 Euro 24.766,00 C/IVA
  - Anno 2024: conto 501010311000 Euro 12.383,00 C/IVA
  
- **Lotto N. 2: n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari** (importo complessivo presunto del lotto Euro 435,00 + IVA – Euro 530,71 C/IVA)
  - Anno 2022: conto 501010311000 Euro 132,68 C/IVA
  - Anno 2023: conto 501010311000 Euro 265,35 C/IVA
  - Anno 2024: conto 501010311000 Euro 132,68 C/IVA
  
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
  
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
  
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
  
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
  
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

**IL DIRETTORE***(Dott. Paolo Farfusola)*


**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** Part. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno biennale di coprisonda timpanici ed ascellari per termometri ad infrarossi (in service) per le esigenze dell'U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, suddivisa in n. 2 Lotti." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici (Lotto n. 1) e di n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari (Lotto n. 2) per le necessità della U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo complessivo presunto di Euro 41.035,00 + IVA (Euro 50.062,71 C/IVA), da contabilizzare sull'autorizzazione n. 6 - conto 501010311000 - anni 2022/2023/2024 con le seguenti modalità:
  - **Lotto n. 1 : n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici** (importo complessivo presunto del lotto Euro 40.600,00 + IVA - Euro 49.532,00 C/IVA)

Anno 2022:	conto 501010311000	Euro 12.383,00	C/IVA
Anno 2023:	conto 501010311000	Euro 24.766,00	C/IVA
Anno 2024:	conto 501010311000	Euro 12.383,00	C/IVA
  - **Lotto n. 2 : n. 20 termometri ascellari ad infrarossi (in service) + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari** (importo complessivo presunto del lotto Euro 435,00 + IVA - Euro 530,71 C/IVA)



Anno 2022: conto 501010311000 Euro 132,68 C/IVA  
Anno 2023: conto 501010311000 Euro 265,35 C/IVA  
Anno 2024: conto 501010311000 Euro 132,68 C/IVA



- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 95, comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 18 pagine di cui n. 11 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Narciso Mostarda)



BSDG 469A

GIONGIA



SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE  
LAZIO

AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Documento N. 97200/2022

Roma, li 27/05/2022

Al Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno biennale di coprisonda per termometri timpanici ed ascellari.

Si invia, per il seguito di competenza, il fabbisogno biennale di coprisonda per termometri timpanici ed ascellari.

Si inoltra la nota della U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera completa delle caratteristiche minime dei dispositivi in oggetto e dei criteri per la valutazione della qualità.

FABBISOGNO BIENNALE:

- n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici
- n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari
- n. 120 termometri timpanici in service
- n. 20 termometri ascellari in service

Si rappresenta che l'importo presunto della fornitura è di Euro 41.035,00 + IVA e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sul conto 501010311000 - autorizzazione n.6 - anni 2022 - 2023 - 2024.

Si comunica che la procedura di gara deve essere espletata a lotti separati.

Considerate le numerose difficoltà che si riscontrano sui tempi di evasione delle forniture, si chiede, inoltre, che nel capitolato sia specificato quanto segue:

**LE CONSEGNE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.**

Cordiali saluti

IL DIRETTORE  
Dott. Marcello Valensise

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: [economato@scf.gov.it](mailto:economato@scf.gov.it) - Ufficio Gestione Beni Economici tel.0658706232 - fax: 06 58706503



DIREZIONE SANITARIA  
UOSD IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA

10/05/2021

Documento N. 109099/2021 Roma,

AI Direttore UOC Economato, Gestione Contratti e Logistica  
E.pc AI Direttore Sanitario  
AI Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: *fabbisogno biennale di coprisonda timpanici ed ascellare per termometri ad infrarossi (in service).*

In riferimento alla vostra richiesta Doc. n° 78382 del 18.03.2021, si confermano i quantitativi di entrambi i coprisonda secondo il consumo dell'ultimo biennio indicati nella nota citata.

Nella fornitura in oggetto è compresa la messa a disposizione in service di termometri timpanici e di termometri ascellari infrarossi a copertura del fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

Caratteristiche minime

Termometro Timpanico a raggi infrarossi con relativi coprisonda:

- a) impiego per la misurazione della temperatura corporea per adulti, bambini e neonati;
- b) modalità di rilevazione della temperatura auricolare, con conversione automatica del valore della temperatura in modalità ascellare, orale, rettale, interna;
- c) intervallo della temperatura rilevabile da 33°C a 42°C circa;
- d) precisione della temperatura rilevata con margine di errore di massimo +/- 0,2 °C;
- e) rapida rilevazione della temperatura in pochi secondi;
- f) avviso acustico e/o visivo dell'avvenuta rilevazione della temperatura;
- g) inserimento ed estrazione automatica dei coprisonda dal termometro;
- h) display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore;
- i) allarmi e/o codici di errori di rilevazione e anomalie facilmente comprensibili sul display;
- j) batteria inserita all'interno del termometro che deve consentire un numero di misurazioni superiore a 1.000;
- k) funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;
- l) facilità di sostituzione della batteria di alimentazione dello strumento;
- m) batteria di alimentazione di uso comune e di facile reperimento;
- n) base di appoggio leggera;
- o) fabbricato con materiali che permettano la facile pulizia e disinfezione con i comuni detergenti e disinfettanti di uso ospedaliero
- p) libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana.

Termometro ascellare a raggi infrarossi con relativi coprisonda:

- a) impiego per la misurazione della temperatura corporea per adulti, bambini e neonati;
- b) modalità di rilevazione della temperatura, con conversione automatica del valore della temperatura in modalità ascellare, orale, e rettale
- c) intervallo della temperatura rilevabile da 33°C a 42°C circa;
- d) precisione della temperatura rilevata con margine di errore di massimo +/- 0,2 °C;
- e) rapida rilevazione della temperatura in pochi secondi;
- f) avviso acustico e/o visivo dell'avvenuta rilevazione della temperatura;
- g) inserimento ed estrazione automatica dei coprisonda dal termometro;
- h) display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore in lingua italiana;
- i) allarmi e/o codici di errori di rilevazione e anomalie facilmente comprensibili sul display;
- j) batteria inserita all'interno del termometro che deve consentire un numero di misurazioni superiore a 1.000;
- k) funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;
- l) facilità di sostituzione della batteria di alimentazione dello strumento;
- m) batteria di alimentazione di uso comune e di facile reperimento;
- n) base dello strumento leggera e maneggevole;
- o) fabbricato con materiale del termometro e della base tali da consentire la pulizia e la disinfezione con i più comuni detergenti e disinfettanti di uso ospedaliero
- p) libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana.



Caratteristiche tecniche del coprisonda per i termometri timpanici ed ascellari quali:

- Monouso;
- di materiale anallergico (latex free) che aderisca correttamente alla strumentazione senza creare abrasioni o altri tipi di lesioni al paziente durante la misurazione, e che garantisca una accurata rilevazione della temperatura corporea;
- confezionati in sistemi idonei per consentire l'utilizzo evitando la manipolazione e garantire la massima sicurezza di igiene per il paziente.

Di seguito si trasmettono i criteri di qualità con i relativi punteggi per la procedura negoziata in service di coprisonda timpanici per termometri ad infrarossi.

Descrizione qualitativa	dei criteri	Criterio di assegnazione del punteggio	Punteggio (rispetto alle minime richieste)
display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore in lingua italiana		Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Si =4 punti ; No =0 punti
allarmi acustici e/o codici di errore in caso di malfunzionamento		Punteggio assegnato in base alla presenza o assenza di questo criterio	Si =6 punti ; No =0 punti
tempo previsto per la sostituzione dei termometri in caso di rottura, malfunzionamento		Verrà attribuito un punteggio di: 6 punti con un tempo di sostituzione entro le 4 ore lavorative; 3 punti con un tempo di sostituzione > a 4 ore ed < a 8 ore lavorative; 2 punti se il tempo di sostituzione è > alle 8 ore lavorative.	6 punti: da 0 a 4 ore 3 punti: da 4 a 8 ore 2 punti: > alle 8 ore
precisione della temperatura rilevata		Verrà attribuito un punteggio di: 8 punti precisione con un margine di errore pari o uguale a $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ per intervallo di temperature compreso tra $36^{\circ}\text{C}$ a $42^{\circ}\text{C}$ ; 6 punti; precisione con un margine di errore pari a $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ per l'intervallo di temperature compreso tra $36^{\circ}\text{C}$ a $42^{\circ}\text{C}$ ;	8 punti: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ 6 punti: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ 0 punti: $>0,2^{\circ}\text{C}$
manutenzione programmata di tutti i termometri		Verrà attribuito un punteggio di: 5 punti se il numero di manutenzione proposto è superiore a quanto indicato dal fabbricante dello strumento; 4 punti se numero di manutenzioni è pari a quello indicato dal fabbricante	5 punti: > al n. di manutenzioni indicate dal fabbricante 4 punti: pari al n. indicato dal fabbricante
taratura di tutti i termometri in uso con proprio personale		Verrà attribuito un punteggio di: 8 punti se la taratura è pari a 2 volte l'anno; 6 punti se la taratura è pari a 1 volta all'anno	8 punti: taratura 2 volte/anno 6 punti: taratura 1 volta/anno
tempi di rilevazione della temperatura auricolare		Verrà attribuito un punteggio di: 7 punti se tempo compreso tra a 2 e 3 secondi; 5 punti se tempo di rilevazione compreso tra 3 e 5 secondi;	7 punti: da 2 a 3 sec. 5 punti: da 3 a 5 sec.
influenza della temperatura ambientale sullo strumento		Verrà attribuito un punteggio di: 4 punti se la temperatura ambientale non interferisce la precisione della rilevazione della temperatura al paziente	4 punti: nessuna influenza 0 punti: influenza della temperatura ambientale
batteria di alimentazione che permetta misurazioni superiori a 1000, senza necessità di sostituzione		Punteggio assegnato in base al numero di misurazioni massime garantite superiori a 1000	4 punti > a 1.000 2 punti = 1.000
estrazione automatica del coprisonda dopo la misurazione.		Punteggio massimo assegnato allo strumento che permetta la semplice e sicura estrazione automatica, senza alcun contatto tra operatore e	Si =6 punti ; No =0 punti

	coprisonda.		
coprisonda materiale anallergico (latex free)	Punteggio assegnato in base alla presenza o assenza di questo criterio		Si =6 punti ; No =0 punti
Offerte migliorative			Si = 6 punti; No = 0 punti

Ai criteri di qualità verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti. L'attribuzione di un punteggio inferiore o pari a 42 punti determinerà automaticamente l'esclusione dall'aggiudicazione.

La presentazione d'offerta, secondo tutti i termini prescritti, costituisce automatica, totale ed incondizionata accettazione da parte della Ditta di tutto quanto richiesto e prescritto al presente documento ed a ogni altro atto di gara.

Si richiede per la valutazione e l'attribuzione del punteggio qualità l'invio di n° 1 termometro timpanico, n° 1 termometro ascellare, n° 1 confezione di coprisonda monouso per tipologia di termometro.

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire in sede di gara, anche le schede tecniche, i manuali d'uso in lingua italiana. Si chiede inoltre la documentazione tecnica del fabbricante che certifichi la precisione dei valori di temperatura rilevati per mezzo del termometro timpanico ed ascellare nonché le modalità di pulizia e disinfezione dei dispositivi stessi.

La Ditta aggiudicataria deve consegnare poster illustrativi con le modalità di utilizzo e di pulizia da consegnare alle U.U.O.O.

La Ditta aggiudicataria deve garantire per tutta la durata del contratto la manutenzione programmata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e la manutenzione correttiva dei termometri con numero illimitato di interventi, parti di ricambio incluse, comprensiva dei guasti per caduta accidentale o urto. La Ditta deve assicurare in uso gratuito un dispositivo per il controllo dei termometri, del quale deve garantire la manutenzione correttiva, programmata e la taratura almeno annuale di tutti i termometri in uso con proprio personale, affinché non si presentino errori di lettura anche dell'ordine del grado di lettura, ed ogni qualvolta ne sia necessario. La Ditta aggiudicataria deve consegnare all'UOC Economato un report riassuntivo delle tarature effettuate e che riporti anche gli esiti delle prove.

All'aggiudicazione la Ditta deve garantire la formazione di tutto il personale sanitario coinvolto.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta in sede di gara. Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte, la Ditta aggiudicataria deve sostituire i prodotti entro 3 giorni con altri aventi i medesimi requisiti offerti in gara. L'Azienda Ospedaliera non assume la responsabilità per la conservazione della merce.

La consegna dei termometri deve essere concordata con l'UOC Economato sia in fase di inizio contratto che durante il periodo contrattuale (sostituzioni, integrazioni dei termometri presenti). Al fine di rendere immediatamente operativi gli utilizzatori, la prima fornitura dei termometri deve essere effettuata entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara con una fornitura congrua dei coprisonda, previo accordi con l'Azienda Ospedaliera.

La Ditta deve garantire la sostituzione dei termometri entro 24 ore lavorative. La consegna dei coprisonda, deve essere garantita entro 2 giorni dall'ordine per tutto il periodo contrattuale, nessuno escluso o riservato. Durante il periodo di vigenza del contratto la Ditta deve adempiere a tutti i vincoli derivanti dal contratto, e rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti. Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli ulteriori danni, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale del 20% del valore della merce non consegnata (termometri e/o coprisonda) fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

Oltre il quarto giorno solare di ritardo nella consegna l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, dei vincoli contrattuali, da cui derivi l'interruzione e/o il difetto totale o parziale della fornitura, l'UOC Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, entro un termine non inferiore a 2 giorni solari, affinché vengano correttamente adempiuti gli oneri e che vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dei vincoli contrattuali, l'UOC Economato potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento dei vincoli contrattuali, da cui derivi per l'Azienda Ospedaliera un pregiudizio organizzativo e di sicurezza per il paziente, l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera  
Dr.ssa Gesira Piscioneri



U.O.C. Acquisti Attrezzature Beni e Servizi  
Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni e Comodati

Oggetto: **Lettera d'invito per fabbisogno biennale di coprisonda timpanici ed ascellari per termometri ad infrarossi (in service), suddivisa in n. 2 Lotti . RDO: .....**

**Lotto n. 1 CIG :.....**

**Lotto n. 2 CIG :.....**

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per:

**Lotto n. 1 - n. 120 termometri timpanici ad infrarossi in service + n. 700.000 coprisonda per termometri timpanici;**

**Lotto n. 2 - n. 20 termometri ascellari ad infrarossi in service + n. 7.500 coprisonda per termometri ascellari;**

**A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.**

**Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

Nella fornitura in oggetto deve essere compresa la messa a disposizione in service di termometri timpanici e di termometri ascellari infrarossi a copertura del fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

### **Caratteristiche minime**

#### **Lotto n. 1**

#### **Termometro timpanico a raggi infrarossi con relativi coprisonda:**

- a) Impiego per la misurazione della temperatura corporea per adulti, bambini e neonati;
- b) Modalità di rilevazione della temperatura auricolare, con conversione automatica del valore della temperatura in modalità ascellare, orale, rettale, interna;
- c) Intervallo della temperatura rilevabile da 33°C a 42°C circa;
- d) Precisione della temperatura rilevata con margine di errore di massimo +/- 0,2°C;
- e) Rapida rilevazione della temperatura in pochi secondi;
- f) Avviso acustico e/o visivo dell'avvenuta rilevazione della temperatura;
- g) Inserimento ed estrazione automatica dei coprisonda dal termometro;
- h) Display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore;
- i) Allarmi e/o codici di errore di rilevazione e anomalie facilmente comprensibili sul display;
- j) Batteria inserita all'interno del termometro che deve consentire un numero di misurazioni superiore a 1.000;
- k) Funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;

- l) Facilità di sostituzione della batteria di alimentazione dello strumento;
- m) Batteria di alimentazione di uso comune e di facile reperimento;
- n) Base di appoggio leggera;
- o) Fabbriato con materiali che permettano la facile pulizia e disinfezione con i comuni detergenti e disinfettanti di uso ospedaliero;
- p) Libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana.

#### **Lotto n. 2**

#### **Termometro ascellare a raggi infrarossi con relativi coprisonda:**

- a) Impiego per la misurazione della temperatura corporea per adulti, bambini e neonati;
- b) Modalità di rilevazione della temperatura auricolare, con conversione automatica del valore della temperatura in modalità ascellare, orale, rettale, interna;
- c) Intervallo della temperatura rilevabile da 33°C a 42°C circa;
- d) Precisione della temperatura rilevata con margine di errore di massimo +/- 0,2°C;
- e) Rapida rilevazione della temperatura in pochi secondi;
- f) Avviso acustico e/o visivo dell'avvenuta rilevazione della temperatura;
- g) Inserimento ed estrazione automatica dei coprisonda dal termometro;
- h) Display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore in lingua italiana;
- i) Allarmi e/o codici di errore di rilevazione e anomalie facilmente comprensibili sul display;
- j) Batteria inserita all'interno del termometro che deve consentire un numero di misurazioni superiore a 1.000;
- k) Funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;
- l) Facilità di sostituzione della batteria di alimentazione dello strumento;
- m) Batteria di alimentazione di uso comune e di facile reperimento;
- n) Base dello strumento leggera e maneggevole;
- o) Fabbriato con materiale del termometro e della base tali da consentire la pulizia e la disinfezione con i più comuni detergenti e disinfettanti di uso ospedaliero;
- p) Libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana.

#### **Caratteristiche tecniche dei coprisonda per i termometri timpanici e ascellari quali:**

- Monouso;
- Di materiale anallergico (latex free) che aderisca correttamente alla strumentazione senza creare abrasioni o altri tipi di lesioni al paziente durante la misurazione, e che garantisca una accurata rilevazione della temperatura corporea;
- Confezionati in sistemi idonei per consentire l'utilizzo evitando la manipolazione e garantire la massima sicurezza di igiene per il paziente.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Elementi Qualitativi: max punti 70/100;  
 Prezzo: max punti 30/100.

**I criteri per l'assegnazione del punteggio della qualità ( max 70 punti) sono i seguenti:**

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

Descrizione dei criteri qualitativi	Criterio di assegnazione del punteggio	Punteggio (rispetto alle minime richieste)
Display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore in lingua italiana	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Si = 4 Punti No = 0 Punti
Allarmi acustici e/o codici di errore in caso di malfunzionamento	Punteggio assegnato in base alla presenza o assenza di questo criterio	Si = 6 Punti No = 0 Punti
Tempo previsto per la sostituzione termometri in caso di rottura, malfunzionamento	Verrà attribuito un punteggio di: 6 punti con un tempo di sostituzione entro le 4 ore lavorative; 3 punti con un tempo di sostituzione > a 4 ore ed < a 8 ore lavorative; 2 punti se il tempo di sostituzione è > alle 8 ore lavorative.	6 punti: da 0 a 4 ore 3 punti: da 4 a 8 ore 2 punti: > alle 8 ore
Precisione della temperatura rilevata	Verrà attribuito un punteggio di: 8 punti precisione con un margine di errore pari o uguale a $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ per intervallo di temperature compreso tra $36^{\circ}\text{C}$ a $42^{\circ}\text{C}$ ; 6 punti precisione con un margine di errore pari o uguale a $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ per l'intervallo di temperature compreso tra $36^{\circ}\text{C}$ a $42^{\circ}\text{C}$ ;	8 punti: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ 6 punti: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ 0 punti: > $0,2^{\circ}\text{C}$
Manutenzione programmata di tutti i termometri	Verrà attribuito un punteggio di: 5 punti se il numero di manutenzione proposto è superiore a quanto indicato dal fabbricante dello strumento; 4 punti se il numero di manutenzioni è pari a quello indicato dal fabbricante	5 punti: > al n. di manutenzioni indicate dal fabbricante 4 punti: pari al n. indicato dal fabbricante
Taratura di tutti i termometri in uso con proprio personale	Verrà attribuito un punteggio di: 8 punti se la taratura è pari a 2 volte l'anno; 6 punti se la taratura è pari a 1 volta l'anno	8 punti: taratura 2 volte/anno 6 punti: taratura 1 volta/anno
Tempi di rilevazione della temperatura auricolare	Verrà attribuito un punteggio di: 7 punti se tempo di rilevazione compreso tra 2 e 3 secondi; 5 punti se tempo di rilevazione compreso tra 3 e 5 secondi	7 punti: da 2 a 3 sec. 5 punti: da 3 a 5 sec.
Influenza della temperatura ambientale sullo strumento	Verrà attribuito un punteggio di: 4 punto se la temperatura ambientale non interferisce la precisione della rilevazione della temperatura al paziente	4 punti: nessuna influenza 0 punti: influenza della temperatura ambientale
Batteria di alimentazione che permetta misurazioni superiori a 1.000, senza necessità di sostituzione	Punteggio assegnato in base al numero di misurazioni massime garantite superiori a 1.000	4 punti: > a 1.000 2 punti: = a 1.000
Estrazione automatica del coprisonda dopo la	Punteggio massimo assegnato allo strumento che permetta la semplice e sicura	Si = 6 punti ;

misurazione		estrazione automatica, senza alcun contatto tra operatore e coprisonda	No = 0 punti
Coprisonda anallergico (latex free)	materiale	Punteggio assegnato in base alla presenza o assenza di questo criterio	Si = 6 punti ; No = 0 punti
Offerte migliorative			Si = 6 punti ; No = 0 punti

Si richiede **campionatura** per la valutazione e l'attribuzione del punteggio qualità di:

- n°1 termometro timpanico + n°1 confezione di coprisonda monouso per termometro timpanico;
- n°1 termometro ascellare + n°1 confezione di coprisonda monouso per termometro ascellare.

**La campionatura dovrà essere consegnata in un plico sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell'offerente, l'oggetto della presente RDO e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Ospedale San Camillo – Via Circ.ne Gianicolense n. 87 - Roma), entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell'offerta.**

L'attribuzione di punteggio inferiore o pari a 42 punti determinerà automaticamente l'esclusione dall'aggiudicazione.

**Il punteggio relativo al prezzo (30 punti)** verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, omnicomprensivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, vale a dire **30 punti**.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente}$ .

Si precisa che la procedura negoziata verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua dall'Azienda Ospedaliera.

Il punteggio del **prezzo (max 30 punti)** verrà attribuito automaticamente dal sistema sul portale MEPA.

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire in sede di gara, oltre alle schede tecniche, i manuali d'uso in lingua italiana. Si richiede inoltre la documentazione tecnica del fabbricante che certifichi la precisione dei valori di temperatura rilevati per mezzo del termometro timpanico ed ascellare nonché le modalità di pulizia e disinfezione dei dispositivi stessi.

La Ditta aggiudicataria deve consegnare poster illustrativi con le modalità di utilizzo e di pulizia da consegnare alle UU.OO.

La Ditta aggiudicataria deve garantire per tutta la durata del contratto la manutenzione programmata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e la manutenzione correttiva dei termometri con numero illimitato di interventi, parti di ricambio incluse, comprensiva dei guasti per caduta accidentale o urto. La Ditta deve assicurare in uso gratuito un dispositivo per il controllo dei termometri, del quale deve garantire la manutenzione correttiva, programmata e la taratura almeno annuale di tutti i termometri in uso con proprio personale, affinché non si presentino errori di lettura anche dell'ordine del grado di

lettura, ed ogni qualvolta ne sia necessario. La Ditta aggiudicataria deve consegnare all'UOC Economato un report riassuntivo delle tarature effettuate e che riporti anche gli esiti delle prove. All'aggiudicazione la Ditta deve garantire la formazione di tutto il personale sanitario coinvolto.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta in sede di gara. Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte, la Ditta aggiudicataria deve sostituire i prodotti entro 3 giorni con altri aventi i medesimi requisiti offerti in gara. L'Azienda Ospedaliera non assume la responsabilità per la conservazione della merce.

La consegna dei termometri deve essere concordata con l'UOC Economato sia in fase di inizio contratto che durante il periodo contrattuale (sostituzioni, integrazioni dei termometri presenti).

La Ditta deve garantire la sostituzione dei termometri entro 24 ore lavorative. La consegna dei coprisonda deve essere garantita entro 5 giorni dall'ordine per tutto il periodo contrattuale, nessuno escluso o riservato.

Durante il periodo di vigenza del contratto la Ditta deve adempiere a tutti i vincoli derivanti dal contratto e rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti. Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli ulteriori danni, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale del 20% del valore della merce non consegnata (termometri e/o coprisonda) fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

Oltre il quarto giorno solare di ritardo nella consegna l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, dei vincoli contrattuali, da cui derivi l'interruzione e/o il difetto totale o parziale della fornitura, l'UOC Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, entro un termine non inferiore a 2 giorni solari, affinché vengano correttamente adempiuti gli oneri e che vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dei vincoli contrattuali, l'UOC Economato potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento dei vincoli contrattuali, da cui derivi per l'Azienda Ospedaliera un pregiudizio organizzativo e di sicurezza per il paziente, l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

### **LE CONSEGNE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.**

**La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della conformità a quanto richiesto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.**

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di.....al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;

in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;

d) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

e) indirizzo PEC.

f) che la ditta è in possesso della **capacità economico finanziaria** (parte IV lett. B del DGUE) avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, **pari al valore della fornitura (valore presunto Lotto n. 1 - Euro 40.600 + IVA; Lotto n. 2 - Euro 435,00 + IVA)**. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

g) che la ditta è in possesso della **capacità tecnico professionale** (parte IV lett. C del DGUE) , verificabile attraverso un elenco delle principali forniture relative al settore di attività oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore al valore della fornitura (**valore presunto Lotto n. 1 - Euro 40.600 + IVA; Lotto n. 2 - Euro 435,00 + IVA**). In alternativa il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo anno forniture analoghe per un importo complessivo pari al 50% del valore della fornitura;

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;

2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti

3) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

4) DICHIARAZIONE CHE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LA DITTA SI IMPEGNA A CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni



relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
*(Dott. Paolo Farfusola)*