



DELIBERAZIONE N. 0585 DEL 14 APR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4676

Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno aziendale di containers di sterilizzazione."

L'estensore
D.ssa *Giorgia Simonetti*

firma

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

D.ssa *Francesca Milito*

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data *12/4/2021*

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data *13.04.2021*

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____

Preso visione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

PREMESSO

che con nota prot. 25769 del 15/02/2021 il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha trasmesso il fabbisogno aziendale di containers di sterilizzazione fornito dalla U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera;

CONSIDERATO

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per il fabbisogno sopracitato, per un importo presunto di Euro 80.000,00 + IVA, prevedendone la contabilizzazione sull'autorizzazione n. 34 – conto 101020501000 – anno 2021 – fonte di finanziamento 04 – PROV.1;

- CONSIDERATO**
- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);
 - che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- PRESO ATTO** che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P. A, la procedura negoziata per il fabbisogno aziendale di containers di sterilizzazione per un importo complessivo presunto di 80.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'autorizzazione n. 34 - conto 101020501000 - anno 2021 - fonte di finanziamento 04 - PROV.1;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. N. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno aziendale di containers di sterilizzazione." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per il fabbisogno aziendale di containers di sterilizzazione per un importo complessivo presunto di 80.000,00 + IVA, da contabilizzare sull'autorizzazione n. 34 - conto 101020501000 - anno 2021 - fonte di finanziamento 04 - PROV.1;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 bis, del D. Lgs. 50/2016 in conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 15 pagine di cui n. 9 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE ff.
(D.ssa Francesca Milito)





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature



REGIONE
LAZIO

6

AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Documento N. 25769/2021

Roma, li 15/02/2021

Al Direttore U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno aziendale di containers per sterilizzazione.

Si invia, per il seguito di competenza, il fabbisogno aziendale di containers per sterilizzazione, completo di caratteristiche tecniche e criteri per la valutazione della qualità, forniti dalla U.O.S.D Igiene e Tecnica Ospedaliera.

Si comunica che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 80.000,00 + IVA, e che, ai fini della contabilizzazione della spesa, lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.34 - conto 101020501000 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE - anno 2021 - fonte di finanziamento 04 - PROV.1.

Cordiali saluti

Handwritten signature
IL DIRETTORE
Dott. *Marcello Valensise*

SERVIZIO RICHIEDENTE	CONTAINER COMPLETI DI COPERCHI		VASSOI/GRIGLIE		NOTE
	DIMENSIONI	QUANTITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	
T.I. NEUROCHIRURGICA	600x300x270 mm	2			
	300x300x270 mm	1			
	600x300x270 mm	10			
SALA PARTO	300x300x270 mm	15			
	600x300x270 mm	2	H 7,5 cm	2	
C.O. GINECOLOGICA	600x300x160 mm	4	H 7,5 cm	4	
	300x300x270 mm	2	H 7,5 cm	2	
	600x300x270 mm	10	H 65 mm	10	
	600x300x210 mm	2	H 65 mm	2	
	300x300x270 mm	10	H 65 mm	10	
C.O. CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI D'ORGANO	300x300x160 mm	2	H 65 mm	2	
	600x300x270 mm	25	H 10 cm	50	
C.O. NEUROCHIRURGICA	300x300x270 mm	8			
	300x300x210 mm	5	H 5 cm	20	
	300x300x110 mm	5			
	310x189x65 mm	3	H 5 cm	6	
	600x300x160 mm	6	600x300x160 mm	6	
BLOCCO OPERATORIO POLISPECIALISTICO	300x300x270 mm	10	300x300x270 mm	10	
	300x300x210 mm	8	300x300x210 mm	8	
C.O. ELETTROSTIMOLAZIONE	600x300x270 mm	6	24x24x5 cm	9	
	300x300x160 mm	12	43x24x7 cm	2	
			VASSOI DI PULIZIA IN RETE METALLICA CON COPERCHIO PER CONTAINERS CM 60x30 PER STRUMENTI DI CHIRURGIA	6	
C.O. CARDIOCHIRURGICA	300x300x14 mm	3			
	470x300x160 mm	2			
C.O. OCULISTICA	285x280x180 mm	20			
	267x159x35 mm	12			MINI CONTAINERS COMPOSTO DA BASE - COPERCHIO E TAPPETO IN SILICONE CON PROFONDITA' MAGGIORATA
					MINI CONTAINERS COMPOSTO DA DUE VASSOI SOVRAPPONIBILI - 2 TAPPETI IN SILICONE E COPERCHIO

DIREZIONE SANITARIA
UOSD IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA

Documento N. 114419/2020

02/09/2020

AI Direttore UOC Economato
p.c. AI Direttore Sanitario
AI Direttore UOC Beni e Servizi

Oggetto: *richieste acquisto container di sterilizzazione.*

Si fa seguito alle note Doc. n° 82822/2020 e Doc. n° 90940/2020 ad uguale oggetto, con gli allegati relativi alle richieste di acquisizione dei Direttori delle UOC di Cardiocirurgia e di Oculistica.

Stante l'esigenza di "non incorrere in un frazionamento della spesa per l'acquisto dei beni in oggetto" è stata richiesta conferma ai Coordinatori Infermieristici interessati della necessità di fornitura, in considerazione dello stato e dell'obsolescenza dei container di sterilizzazione.

In allegato si elencano le UU.OO. richiedenti, il numero e le dimensioni dei container e dei vassoi/griglie.

Si fa presente che i contenitori devono essere utilizzati in sterilizzatrici a vapore saturo sotto pressione e devono essere conformi alle norme UNI EN 868-8:2019, UNI EN ISO 11607-1:2020.

Si elencano le caratteristiche tecniche dei container e dei relativi vassoi/griglie interni:

- **Corpo (fondo) del container** in alluminio anodizzato con superficie liscia ed omogenea, senza giunture nè viti. Facilmente lavabile. Resistente all'abrasione e alle sostanze chimiche.
- **Superficie esterna** facilmente lavabile, esente da asperità e di zone d'ombra.
- **Frontali** dotati di placche porta accessori poste su entrambe le estremità, con la possibilità di inserire targhette, di diversi colori, per contrassegnare i container ed etichette di tracciabilità
- **Maniglie** ergonomiche con fermo maniglie a 90°, di fattura robusta, senza alterazioni o deformazioni con l'uso.
- **Coperchio**
 - In alluminio anodizzato, leggero, resistente e indeformabile
 - Quanto più possibile esente da spigoli vivi e con superficie tale da garantire una perfetta pulizia e una sicura impilabilità
 - Progettato in modo da garantire il passaggio del vapore con l'impilabilità dei container
 - Munito di guarnizione realizzata in "pezzo unico" pressofusa, perfettamente inserita nella sede sagomata del coperchio e di facile pulizia
 - Sistema di barriera sterile, integrato nel coperchio, con proprietà di barriera microbica anche durante lo stoccaggio, riutilizzabile e di lunga durata. Deve possedere ottime caratteristiche di fissaggio al container, non deve richiedere manutenzione periodica.
- **Vassoi/griglie** in acciaio inossidabile, realizzati con una struttura tale da garantire una perfetta pulizia, resistenti e indeformabili. Con maniglie ergonomiche con fermo maniglie a 90°.

Le Ditte partecipanti:

- possono proporre eventuali offerte migliorative che non dovranno richiedere costi aggiuntivi;
- dovranno presentare come campionatura un container completo di coperchio, un vassoio per permettere alla Commissione di gara la valutazione delle caratteristiche tecniche del contenitore riutilizzabile per sterilizzazione.

Le Ditte partecipanti devono presentare in sede di offerta le seguenti documentazioni:

- Schede tecniche dei prodotti offerti, dichiarazione del numero dei cicli di vita del container garantiti dal fabbricante, la durata di utilizzo delle guarnizioni;
- Periodo e dettaglio della copertura relativa alla garanzia dei prodotti offerti.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma / C.F. e P.I 04733051009

e - mail: igieneospedaliera@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0658703139 - fax: 0658704310

Le Ditte partecipanti devono presentare in sede di offerta la quotazione:

- a) dei sigilli di apertura che dovranno essere resistenti al vapore;
- b) dei tappetini in silicone per la protezione dello strumentario chirurgico;
- c) delle targhette identificative, per contrassegnare i container con diversi colori.

Si ricorda che la descrizione suddetta dei container non comprende la fornitura dei sigilli di apertura, (che dovranno essere resistenti al vapore e compatibili ai container che verranno aggiudicati); si chiede pertanto alla S.V. di valutare per il punto a) la possibilità di una fornitura almeno semestrale di detto dispositivo (bene consumabile).

Criteri qualitativi di aggiudicazione

Ai criteri di qualità verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti. Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto in sede di valutazione qualitativa un punteggio pari o superiore a 42 punti.

	Descrizione dei criteri qualitativi	Punteggio massimo
1	Container in alluminio anodizzato, resistente agli agenti fisici e chimici, senza giunture né viti.	12
2	Coperchio in alluminio anodizzato, leggero, resistente con guarnizione realizzata in pezzo unico.	12
3	Sistema di barriera sterile integrato nel coperchio, riutilizzabile e di lunga durata, integrato nel coperchio, di facile e rapido fissaggio e smontaggio. Non deve richiedere manutenzione periodica.	12
4	Maniglie con fermo a 90°, robuste e di fattura robusta	10
5	Vassoio/griglie in acciaio inossidabile, con maniglie con fermo a 90°, realizzati con struttura tale da garantire la pulizia	10
6	Valutazione documentazione: ciclo vita del container, delle guarnizioni, periodo e dettaglio della garanzia	9
7	Proposte migliorative	5

La Ditta aggiudicataria deve assicurare senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, il ritiro immediato del prodotto e la pronta sostituzione in caso di:

- Difetti di fabbrica, anche di un solo componente o parte del container;
- Non conformità del prodotto alle caratteristiche tecniche richieste;
- Materiali scadenti utilizzati nella fabbricazione del container.

Dovrà inoltre assicurare per tutto il periodo di garanzia la manutenzione del container, entro 48 ore dalla richiesta degli utilizzatori.

Distinti saluti.

Il Responsabile
U.O.S.D. Igiene e Tecnica Ospedaliera
Dott.ssa Cesira Piscioneri



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

10

Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati - donazioni

Oggetto: **Lettera d'invito per il fabbisogno aziendale di containers per sterilizzazione.**

RDO:

CIG :

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di containers di sterilizzazione, i cui quantitativi e misure sono indicati nell'all. A, aventi le seguenti caratteristiche:

I containers devono essere utilizzati in sterilizzatrici a vapore saturo sotto pressione e devono essere conformi alle norme UNI EN 868-8:2019; UNI EN ISO 11607-1:2020.

Caratteristiche tecniche dei container e dei relativi vassoi/griglie interni:

- **Corpo (fondo)** del container in alluminio anodizzato con superficie liscia ed omogenea, senza giunture né viti. Facilmente lavabile. Resistente all'abrasione e alle sostanze chimiche.
- **superficie esterna** facilmente lavabile, esente da asperità e di zone d'ombra.
- **Frontali** dotati di placche porta accessori poste su entrambe le estremità, con la possibilità di inserire targhette, di diversi colori, per contrassegnare i container ed etichette di tracciabilità.
- **maniglie** ergonomiche con fermo maniglie a 90°, di fattura robusta, senza alterazioni o deformazioni con l'uso.
- **coperchio**
in alluminio anodizzato, leggero, resistente e indeformabile;
quanto più possibile esente da spigoli vivi e con superficie tale da garantire una perfetta pulizia e una sicura impilabilità;
progettato in modo da garantire il passaggio del vapore con l'impilabilità dei container;
munito di guarnizione realizzata in "pezzo unico" pressofusa, perfettamente inserita nella sede sagomata del coperchio e di facile pulizia;
sistema di barriera sterile, integrato nel coperchio, con proprietà di barriera microbica anche durante lo stoccaggio, riutilizzabile e di lunga durata. Deve possedere ottime caratteristiche di fissaggio al container, non deve richiedere manutenzione periodica.
- **vassoi/griglie** in acciaio inossidabile, realizzati con una struttura tale da garantire una perfetta pulizia, resistenti ed indeformabili. Con maniglie ergonomiche con fermo maniglie a 90°.

Le ditte partecipanti:

- possono proporre eventuali offerte migliorative che non dovranno richiedere costi aggiuntivi;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

- dovranno presentare come campionatura un container completo di coperchio, vassoio per permettere alla Commissione di gara la valutazione delle caratteristiche tecniche del contenitore riutilizzabile per sterilizzazione;

Le ditte partecipanti dovranno presentare in sede di offerta le seguenti documentazioni:

- schede tecniche dei prodotti offerti, dichiarazione del numero dei cicli di vita del container garantiti dal fabbricante, la durata di utilizzo delle guarnizioni;
- periodo e dettaglio della copertura relativa alla garanzia dei prodotti offerti.

Le ditte partecipanti dovranno presentare in sede di offerta la quotazione:

- a) Dei sigilli di apertura che dovranno essere resistenti al vapore;
- b) Dei tappetini in silicone per la protezione dello strumentario chirurgico;
- c) Delle targhette identificative, per contrassegnare i container con diversi colori.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, il ritiro immediato del prodotto e la pronta sostituzione in caso di:

- difetti di fabbrica, anche di un solo componente o parte del container;
- non conformità del prodotto alle caratteristiche tecniche richieste;
- materiali scadenti utilizzati nella fabbricazione del container.

Dovrà inoltre assicurare per tutto il periodo di garanzia la manutenzione del container, entro 48 ore dalla richiesta degli utilizzatori.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Elementi Qualitativi: max punti 70/100;

Prezzo : max punti 30/100;

I criteri per l'assegnazione del punteggio della **qualità (max 70 punti)** sono di seguito descritti:

Container in alluminio anodizzato, resistente agli agenti fisici e chimici, senza giunture né viti	MAX 12 PUNTI
Coperchio in alluminio anodizzato, leggero, resistente con guarnizione realizzata in pezzo unico	MAX 12 PUNTI
Sistema di barriera sterile integrato nel coperchio, riutilizzabile e di lunga durata, integrato nel coperchio, di facile e rapido fissaggio e smontaggio. Non deve richiedere manutenzione periodica	MAX 12 PUNTI
Maniglie con fermo a 90°, robuste e di fattura robusta	MAX 10 PUNTI
Vassoio/griglie in acciaio inossidabile, con maniglie con fermo a 90°, realizzati con struttura tale da garantire la pulizia	MAX 10 PUNTI
Valutazione documentazione: ciclo vita del container, delle guarnizioni, periodo e dettaglio delle garanzie	MAX 9 PUNTI
Proposte migliorative	MAX 5 PUNTI

Le offerte verranno esaminate dalla Commissione e per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati ad ogni criterio, la Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
DISTINTO	0,85
BUONO	0,75
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,60
SUFFICIENTE	0,50
NON PIENAMENTE SUFFICIENTE	0,25
MEDIOCRE	0,15
INSUFFICIENTE	0,00

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungono il punteggio per la qualità di almeno 42 punti.

Il punteggio relativo al prezzo (30 punti) verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, onnicomprensivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, cioè **30 punti**.

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente.}$$

Si precisa che la procedura negoziata verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua dall'Azienda Ospedaliera.

il punteggio del **prezzo (max 30 punti)** verrà attribuito automaticamente dal sistema sul portale MEPA.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, (corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante) che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- 1) che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza, che l'attività esercitata è inerente all'oggetto della presente gara e che la Ditta non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

3) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), co 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

4) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 123/08/2010 n. 136, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge;

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La sanzione pecuniaria è stabilita in misura all'uno per mille del valore della gara.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere trasmessa copia della presente lettera d'invito e del Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere indicato, nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'indirizzo della PEC di riferimento.

A pena esclusione dovrà essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.

A pena esclusione dovrà essere trasmesso il dettaglio tecnico economico con i codici dei prodotti offerti.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

Per accettazione

Data, timbro e firma del legale rappresentante della Ditta

GS

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 58706762/6753/4554/5484

SERVIZIO RICHIEDENTE	CONTAINER COMPLETI DI COPERCHI		VASSOI/GRIGLIE		NOTE
	DIMENSIONI	QUANTITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'	
T.I. NEUROCHIRURGICA	600x300x270 mm	2			
	300x300x270 mm	1			
	600x300x270 mm	10			
	300x300x270 mm	15			
SALA PARTO	600x300x270 mm	2	H 7,5 cm	2	
	600x300x160 mm	4	H 7,5 cm	4	
	300x300x270 mm	2	H 7,5 cm	2	
	600x300x270 mm	10	H 65 mm	10	
C.O. GINECOLOGICA	600x300x210 mm	2	H 65 mm	2	
	300x300x270 mm	10	H 65 mm	10	
	300x300x160 mm	2	H 65 mm	2	
	600x300x270 mm	25	H 10 cm	50	
C.O. CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI D'ORGANO	300x300x270 mm	8			
	300x300x210 mm	5	H 5 cm	20	
	300x300x110 mm	5			
	310x189x65 mm	3	H 5 cm	6	
	600x300x160 mm	6	600x300x160 mm	6	
	300x300x270 mm	10	300x300x270 mm	10	
BLOCCO OPERATORIO POLISPECIALISTICO	300x300x210 mm	8	300x300x210 mm	8	
	600x300x270 mm	6	24x24x5 cm	9	
	300x300x160 mm	12	41x24x7 cm	2	
			VASSOI DI PULIZIA IN RETE METALLICA CON COPERCHIO PER CONTAINER CM 60x30 PER STRUMENTI DI CHIRURGIA	6	
C.O. CARDIOCHIRURGICA	300x300x14 mm	3			
	470x300x160 mm	2			
C.O. OCULISTICA	285x280x180 mm	20			
	267x159x35 mm	12			MINI CONTAINERS COMPOSTO DI BASE - COPERCHIO E TAPPETO IN SILICONE CON PROFONDITA' MAGGIORATA
	267x159x35 mm	8			MINI CONTAINERS COMPOSTO DA DUE VASSOI SOVRAPPONIBILI - 2 TAPPETI IN SILICONE E COPERCHIO

R.