



DELIBERAZIONE N. 0267 DEL

18 FEB. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4627

Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per la fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto di degenza di Cardiocirurgia I° piano padiglione Baccelli – utilizzo fondi residui DGR n. 187/2016."

L'esponente  
D.ssa *Giorgia Simonini*

firma

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
D.ssa *Francesca Milito*

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 15/2/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 18.02.2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

**Presenza visione**

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

**PREMESSO**

che il Direttore Area Tecnica – UOC Ufficio Tecnico, Patrimonio e Programmazione/Sviluppo dell'Edilizia Ospedaliera con nota prot. n. 130943 del 06/10/2020 ha trasmesso l'elenco degli arredi e delle attrezzature, necessari al Reparto di degenza del Centro Trapianti di Cuore presso I° piano padiglione Baccelli, da acquistare utilizzando i fondi residui del finanziamento DGR 187 del 19/04/2016;

**CONSIDERATO**

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO**

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

**RITENUTO**

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per la fornitura sopracitata, suddivisa in n.5 lotti, per un importo presunto di Euro 77.100,00 + IVA, prevedendone la contabilizzazione per l'anno 2021 - Progetto X002 - codice di Provenienza PROV3 - Fonte finanziamento 02 - sui seguenti conti:

101020601 - Euro 34.160,00  
101020407 - Euro 3.050,00  
101020405 - Euro 53.802,00  
101020901 - Euro 3.050,00

**CONSIDERATO**

- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);
- che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

**PRESO ATTO**

che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

**PROPONE**

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A, la fornitura, suddivisa in n.5 lotti, di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto di degenza di Cardiocirurgia I° piano padiglione Baccelli, per un importo complessivo presunto di Euro 77.100,00 + IVA da contabilizzare, per l'anno 2021 - Progetto X002 - codice di Provenienza PROV3 - Fonte finanziamento 02 - sui seguenti conti:

101020601 - Euro 34.160,00  
101020407 - Euro 3.050,00  
101020405 - Euro 53.802,00  
101020901 - Euro 3.050,00

- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;



- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente [www.camilloforlanini.rm.it](http://www.camilloforlanini.rm.it);
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

**IL DIRETTORE**

*(Dott. Paolo Farfusola)*

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**


- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. N. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto di degenza di Cardiocirurgia I° piano padiglione Baccelli – utilizzo fondi residui DGR n. 187/2016." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la fornitura, suddivisa in n.5 lotti, di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto di degenza di Cardiocirurgia I° piano padiglione Baccelli, per un importo complessivo presunto di Euro 77.100,00 + IVA da contabilizzare, per l'anno 2021 - Progetto X002 – codice di Provenienza PROV3 – Fonte finanziamento 02 – sui seguenti conti:

101020601 – Euro 34.160,00  
101020407 – Euro 3.050,00  
101020405 – Euro 53.802,00  
101020901 - Euro 3.050,00

- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- 

- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 28 pagine di cui n. 21 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

*(D.ssa Francesca Milito)*



Area Tecnica – UOC Ufficio Tecnico, Patrimonio e Programmazione / Sviluppo dell'Edilizia Ospedaliera

Documento N. 130943/2020

06/10/2020

Al Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e  
Servizi  
Dott. Paolo Farfusola

e, p.c. Direzione Generale

Direzione Sanitaria

**Oggetto:** DGR n. 187 del 19.04.2016 – Assegnazione di fondi regionali alla A.O. San Camillo Forlanini per i lavori di realizzazione del reparto di degenza del centro trapianti di cuore presso l'1° piano del Padiglione Baccelli dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. *Comunicazione importo residuo finanziamento.*

In riferimento al finanziamento specificato in oggetto, con nota prot. 31299/2020 del 18/09/2020, la Direzione Strategica Aziendale ha comunicato, tra l'altro, alla Regione Lazio l'ammontare dei fondi residui sul finanziamento pari ad € 159.634,70 IVA inclusa, che dovranno essere utilizzati per l'acquisto di arredi necessari per le esigenze del Reparto del Centro Trapianti di Cuore.

A tale proposito, si allega l'elenco degli arredi redatto dal Direttore del Reparto in parola trasmesso a codesta UOC con mail in data 8/11/2019.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE dell'UOC  
Ing. Paolo D'Aprile

Rom  
27/01/2021  


DIREZIONE SANITARIA  
UOSD IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA

27/01/2021

Documento N. 13741/2021

Al Direttore UOC Ufficio Tecnico  
Ing. P. D'APRILE  
Al Direttore UOC Beni e Servizi  
Dott. P. Farfusola

OGGETTO: *Arredi per il reparto di degenza di Cardiocirurgia al primo piano del Padiglione Baccelli.*

Con riferimento alla nota doc. n. 170887/2020 relativa alle caratteristiche e dimensioni di alcuni arredi, come previsto nella nota 146772/2020, si dà parere positivo.

Distinti saluti

↳ 04/11/2020

Il Responsabile  
UOSD Igiene e Tecnica Osp.  
Dott.ssa Cesira Piscioneri



*Documento N. 14609/2021*

Roma, 27/01/2021

*Al Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dr. Paolo Farfusola*

*Alla Dr.ssa Irene Muratore  
UOC Acquisizione Beni e Servizi*

*Epc Al Responsabile della UOSD Igiene e Tecnica Ospedaliera  
Dr.ssa Cesira Piscioneri*

*Al Direttore UOC Cardiocirurgia e Trapianti di Cuore  
Prof. Francesco Musumeci*

*Alla Coordinatrice Infermieristica  
Degenza Cardiocirurgia 1° piano padiglione Baccelli  
Dr.ssa Emanuela Sampieri*

Oggetto: Arredi per il reparto di Degenza di Cardiocirurgia sito al 1° piano del padiglione Baccelli.

In relazione alla nota n.118217 del 09/09/2020 del Direttore Generale, si trasmette all'attenzione delle SS.LL. l'elenco degli arredi da acquistare per le esigenze della struttura in oggetto.

Tali arredi hanno avuto parere positivo da parte della Direzione Sanitaria come risulta dalla nota allegata.

Elenco arredi:

**Armadio per degente stanza degenza singola**

n.1 cm 60x50xh185(anta inferiore)+h85(anta superiore)

l'anta inferiore e quella superiore dovranno essere dotate di serratura;

**Tavoli pranzo per stanza degenza**

n.7 cm 60x60;

**Cassettiere a tre cassetti da porre sotto le finestre delle stanze degenza**

n.8 cm 120x35xh70 o n.16 cm 60x35xh70 da accoppiare;

**Tavolo pranzo per locale tisaneria completo di n. 4 sedie**

n.1 cm 120x80;

**Lavapadelle con scarico a pavimento**

n.1;

**Armadio per locale vuota a doppia anta battente**

n.1 cm 100x30xh200;

**Scrivania munita di sottostante cassettera per locale infermieri**

n.2 cm 160x80;

**Armadio a doppia anta battente e serratura con ripiani componibili per locale infermieri**

n.1 cm 140x50xh200;

**Armadio farmaci**

n.1 cm 140x50xh200;

**Armadio per materiale pulito a doppia anta battente e serratura con ripiani componibili per n.2 locali deposito pulito**

n.10 cm 100x50xh200 (di cui n.8 da posizionare nel locale magazzino limitrofo l'ingresso del reparto);

**Scaffalatura metallica a più ripiani componibili per locale deposito sporco**

cm. 120x50xh200

cm. 360x50xh200;

**Frigo farmaci**


n.1 cm 70x50xh200;

**Cassaforte per locale infermieri**

n.1 cm40x50xh100.

Nel restare a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito si porgono

Distinti saluti



Il Direttore  
Ing. Paolo D'Aprile





Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare  
Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia e dei Trapianti di Cuore  
Direttore Prof. Francesco Musumeci

Documento N. 146772/2020

Roma li 04/11/2020

Al Direttore UOC Ufficio Tecnico,  
Patrimonio e Programmazione etc.  
Ing. Paolo D'Aprile  
e p.c. Al Direttore Generale  
Dott. Fabrizio d'Alba  
Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Milito  
Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Daniela Orazi  
Al Direttore UOC Acquisizione Beni e  
Servizi  
Dott. Paolo Farfusola

Loro Sedi

**Oggetto:** Reparto Ex Sub UOC Cardiocirurgia e dei Trapianti di Cuore\_ DGR N. 187 del 19/04/2016 – Assegnazione di fondi regionali alla AO San Camillo Forlanini per i lavori di realizzazione del reparto di degenza del centro trapianti di cuore presso I° piano del padiglione Baccelli dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Comunicazione importo residuo finanziamento\_Rif.130943\_06\_10\_2020

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica quanto segue.

**Nel reparto da ristrutturare sono presenti 18 posti letto così suddivisi:**

1 stanza da 4 Posti Letto  
5 Stanze da 2 Posti Letto  
1 Stanze da Un Posto Letto  
1 Stanze da 3 Posti Letto  
1 Stanza Infermieri  
1 Cucina  
1 Bagno Disabili  
2 Magazzini  
Vuota

Il materiale necessario è correttamente rappresentato ed enumerato nella tabella che si allega.  
Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**  
Prof. Francesco Musumeci

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: \_\_\_\_\_ - tel: 06 5870 4546\_06 5870 4859

DA RICHIEDERE PER ARREDARE TUTTE LE STANZE

- 1 ARMADIO PER STANZA DEGENZA SINGOLA
- 18 LETTI ELETTRICI A 3 SNODI **NO**
- 18 COMODINI
- 18 SERVITORI
- 18 SEDIE PAZIENTI
- 8 TAVOLINI PER STANZA DEGENTI
- 1 ELETTROCARDIOGRAFO
- 1 DEFIBRILLATORE/CARDIOSTIMOLATORE TIPO ESEMPIO ZOLL
- 8 CASSETTIERE DA PORRE SOTTO LE FINESTRE NELLE STANZE DEGENTI A TRE CASSETTI VEDI UTIC
- 1 TAVOLO E 4 SEDIE E FRIGO per CUCINA ALIMENTI
- 1 LAVAPADELLE
- 1 ARMADIO PER VUOTA
- 2 SCRIVANIA PUNTO INFERMIERI /MEDICI
- 4 SEDIE PUNTO INFERMIERI /MEDICI
- 2 PC COMPLETI DI STAMPANTE
- ~~3 TELEFONI~~
- 1 FAX ?
- 1 ARMADIO PUNTO INFERMIERI CARTACEO
- 2 ARMADI FARMACI
- 5 ARMADI PER MATERIALE
- 1 CARRELLI VISITA
- 1 CARRELLI MEDICAZIONI
- 1 CARRELLO EMERGENZA
- 3 CARRELLI TERAPLA
- 1 CARRELLO BIANCHERIA
- 1 FRIGO FARMACI

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: \_\_\_\_\_ - tel: 06 5870 4546\_ 06 5870 4859

1 STAMPANTINA PRELIEVI

1 CASSAFORTE

10 MONITOR PAZIENTE MULTI PARAMETRICO

18 FLUSSIMETRI E VUOTO

1 EMOGAS

1 SOLLEVATORE

5 DEAMBULATORI

5 CARROZZINE

9 PARAVENTI MEDICALI →

18 ASTE CON ROTELLE PER FLEBO

PELLICOLA PER OSCURARE VETRI

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: \_\_\_\_\_ - tel: 06 5870 4546\_ 06 5870 4859

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature - comodati*

Prot.

Oggetto: fornitura di arredi e apparecchiature per le esigenze del reparto di degenza di Cardiocirurgia I° piano padiglione Baccelli – utilizzo fondi residui DGR n. 187/2016.

**RDO:**

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura dei seguenti prodotti suddivisa in n.4 lotti aggiudicabili singolarmente:

**LOTTO N.1**

**N.1 Armadio degenza ad un posto cm 60X50Xh185 (anta inferiore) + h85 (anta superiore)** l'anta inferiore e quella superiore dovranno essere dotate di serratura

**N.18 comodino degenza:** con ruote, 1 cassetto, 1 anta, 1 ripiano interno. Dim. 460x460x730h mm. circa. Realizzato con pannelli in agglomerato in particelle di legno (UNIEN309) spessore 20mm classe E1 a bassa emissione di formaldeide, nobilitati in melamminico con 2 lati con finitura antigraffio. Fianchi base e ripiano spessore 20mm bordati con filo frontale in ABS 2 mm raggiato antitrauma. Schiena realizzata con pannello con legno nobilitato spessore 18 mm. Frontali, cassetto e anta realizzati conglomerato ligneo bilaminato spessore 20mm bordati in ABS spessore 2 mm con raggiatura antitrauma su tutti i lati. Anta con robuste cerniere in acciaio stampato e cromato. Maniglia di comoda impugnatura. Comodino su 4 ruote gemellari diametro 75mm circa di cui 2 anteriori con freno. Piano superiore in MDF rivestito con foglia polimerica con bordi rialzati salvagoccia su i 4 lati;

**N. 18 tavoli servitori in acciaio:** in acciaio regolabili in altezza con pedale, di dimensioni 60 x 40 circa;

**N.18 sedie pazienti fissa in polipropilene 4 gambe**

**N.7 Tavolo stanza degenza cm 60X60 circa**

**N.8 cassettiere a tre cassetti da porre sotto le finestre delle stanze degenza cm 120X35Xh70 circa o N. 16 cassettiere cm 60X35Xh70 circa da accoppiare;**

**N.1 tavolo (cm 120X80 circa) e N.4 sedie e N.1 frigo per alimenti per cucina (n. 1 frigo alimenti: dimensioni standard h. 160 cm circa con 2 sportelli di cui uno congelatore.) per locale tisaneria**

**N.1 armadio per locale vuota a doppia anta battente cm 100X30Xh200 circa**

**N. 2 scrivanie punti infermieri/medici con cassettiere:** dimensioni circa cm. 160X80x75 h, resistente, lavabile, ignifuga, rivestita in laminato plastico con spigoli arrotondati. Cassettiera su ruote, con 3 cassetti.

**N. 4 sedie a 5 razze con ruote e braccioli per punto infermieri/medici:**

a 5 razze con ruote e braccioli, altezza sedia regolabile, schienale medio-alto regolabile in altezza e inclinazione. Comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati, stessa imbottitura semirigida, rivestimento in materiale lavabile e disinfettabile non tessuto;

**N.1 armadi a doppia anta battente e serratura con ripiani componibili (cm 140x50xh200 circa) punti infermieri**

**N.10 armadio per materiale pulito a doppia anta battente e serratura con ripiani componibili per n.2 locali deposito pulito cm 100x50xh200 circa (di cui n.8 da posizionare nel locale magazzino limitrofo l'ingresso del reparto)**

**N.1 cassaforte per locale infermieri cm 40x50xh100 circa**

**N.2 scaffalatura metallica a più ripiani componibili per locale deposito sporco**

**Cm 120x50xh200**

**Cm 360x50xh200**

**N.5 deambulatori**

**N. 5 carrozzine:** pieghevole, telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro.

- ruote posteriori (diametro 60 cm circa) in alluminio a razzi nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero.

- ruote anteriori nere in PVC (diametro 20 cm circa – spessore 3 cm circa) con forcella in acciaio.

- braccioli corti ribaltabili in PU.

- Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma tallone.

**N.9 paraventi medicali 3 ante con rotelle**

**N.18: Asta portaflebo 4 ganci su piantana a rotelle**

**N. 1 carrello visita:** dimensioni 80x60x120 circa con 4 ruote piroettanti con freno, manico di spinta ergonomico a struttura robusta, con sportelli di chiusura, con comparti verticali per circa 20 cartelle di materiale plastico resistente e senza spigoli con piano di appoggio senza spigoli vivi per facilitare la disinfezione e sanificazione, con piano estraibile;

**N.1 carrello medicazioni:** Carrello su ruote girevoli realizzato in materiale plastico e lamiera d'acciaio. Dotato di vari cassetti frontali colorati con chiusura a chiave, cassettoni basculanti ed estraibili, piano lavoro estraibile, portarifiuti, portacateteri, pianetti portaoggetti laterali in materiale plastico. Dimensioni 800x600x1600 h mm

**N.2 armadio per farmaci (cm 140x50xh200 circa)**

**N.1 carrello emergenza caratteristiche all. A**

**N.1 carrello terapia**

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

**N.1 carrello biancheria**

**LOTTO N.2**

**N.1 frigo farmaci cm 70x50xh200 circa caratteristiche all. G**

**LOTTO N.3**

**N.1 elettrocardiografo caratteristiche all. B**

**N.1 defibrillatore/ cardiostimolatore caratteristiche all. C**

**N.1 lavapadelle con scarico a pavimento caratteristiche all. D**

**N.10 monitor paziente multiparametrico con n.1 centrale di monitoraggio caratteristiche all. E**

**LOTTO N.4**

**N.2 PC complete di monitor e stampante :PC ACER VES2735G – PROCESSORE I7 – 9700 – 1000 GB**

**RISOLUZIONE 1920 PX – 4 PORTE USB – RAM 8 GB – WINDOWS 10**

**MONITOR ASUS VP28DE: 21.5” POLLICI – 16:9 – RISOLUZIONE 1920**

**N.1 stampantina prelievi Zebra mod. gc420d**

**LOTTO N.5**

**N.1 sollevatore pazienti caratteristiche all. F**

**A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.  
Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

**La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo , previa verifica della conformità a quanto richiesto, per singolo lotto, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.**

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;

in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- f) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- g) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 3) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Paolo Farfusola)

## **CARRELLO EMERGENZA q.tà 1**

**DESCRIZIONE:** Carrello per materiali/Emergenza.

### **CARATTERISTICHE MINIME**

- Carrello in materiale idoneo plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione;
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia;
- Dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto;
- Con maniglione integrato di spinta con impugnatura ergonomica;
- Con piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati;
- Completo di un ripiano scrittoio estraibile;
- N.2 cassette altezza 150 mm circa;
- N.3 cassette altezza 100 mm circa;
- N.1 portarifiuti da 14 lt circa;
- N.1 asta flebo telescopica con 2 ganci di plastica;
- N.1 ripiano porta monitor orientabile;
- N.1 tavola massaggio cardiaco;
- N.1 supporto per bombola ossigeno;
- N.1 vano porta cateteri;
- N.1 chiusura a sigillo;
- N.2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti;
- N.4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui due dotate di freno singolo e 1 antistatica;
- Cassette in materiale plastico idoneo;
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa);
- Conformità marchio CE e normative vigenti.

### **SPECIFICARE:**

- Dimensioni;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

## ELETTROCARDIOGRAFO q.tà 1

**DESCRIZIONE:** Apparecchio per rilevare il potenziale cardiaco.

### CARATTERISTICHE MINIME

- Display LCD a colori da almeno 7" per la visualizzazione di 12 tracce ECG e dello stato dell'apparecchio e per l'inserimento dei dati (paziente, intestazione di reparto, codice identificativo, ecc.);
- Sistema di riconoscimento e segnalazione visiva del collegamento elettrodo-cute;
- Visualizzazione delle tracce ECG a video in vari formati memorizzabili;
- acquisizione delle 12 derivazioni in simultanea;
- cavo paziente con connettori a banana standard;
- carrello dedicato con braccio reggicavo;
- stampante termica integrata formato A4 per la stampa, anche multipla di più esami, delle tracce ECG unitamente ai valori relativi alle misure effettuate e a vari dati alfanumerici;
- acquisizione e stampa ECG in manuale a 12 canali con velocità selezionabile;
- acquisizione e stampa ECG in automatico di almeno 6 e 12 derivazioni su un foglio in formato 6x2: 3x4: 3x4+1: 3x4+3;
- convertitore A/D almeno 20 bit, 30 kHz;
- CMRR maggiore di 100 dB;
- Risoluzione minore di 1 $\mu$ V/LSB;
- Memoria interna di almeno 500 ecg, e registrazione continua dell'ECG per almeno 20 minuti;
- Stampa manuale 3,6 o 12 canali – Velocità 5/10/25/50 mm/s;
- Stampa auto standard o Cabrera, 3, 3+1, 3+3, 6 o 12 canali;
- Ampia gamma di filtri per la gestione dei problemi relativi ai disturbi causati da tremore muscolare o altro;
- Filtro passa alto diagnostico, completamente digitale;
- Filtro adattivo interferenze AC digitale (50/60 Hz);
- Filtro digitale passa-basso, filtro muscolare 25 e 40 Hz;
- Banda passante 0,05/300 Hz secondo le raccomandazioni AICC/ ANMCO/ AHA;
- Riconoscimento pacemaker;
- Tastiera alfanumerica;
- Trasmissione dei tracciati ECG collegando direttamente l'elettrocardiografo alla rete per mezzo dell'uscita RJ45 e wifi integrata nell'ECG;
- Export dei tracciati ECG direttamente dall'elettrocardiografo nel formato ad es. Unipro, Dicom;
- Comunicazione bidirezionale e gestione worklist;
- Alimentazione a rete e batterie con autonomia, a batterie per almeno 2 ore di visualizzazione;
- Software interpretativo validato a livello internazionale;
- Connettività LAN, WIFI, USB;
- Preferibilmente possibilità di interfaccia con il software di gestione web in dotazione all'Azienda.

**SPECIFICARE:**

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori e software a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

AU. C

## DEFIBRILLATORE q.tà 1

**DESCRIZIONE:** Dispositivo biomedicale funzionale all'esecuzione della defibrillazione elettrica cardiaca.

### CARATTERISTICHE MINIME

- Dotato di monitor multiparametrico che consenta la visualizzazione del maggior numero di parametri;
- Preferibilmente utilizzabile sia in modalità semiautomatica che manuale;
- Monofasico e bifasico con erogazione di energia crescente da 5 a 360 J;
- Onda di defibrillazione bifasica con adattamento attivo all'impedenza del paziente;
- Capace di consentire una defibrillazione efficace anche a basse energie su pazienti ad alta impedenza;
- Stimolatore transtoracico di alta qualità (massima percentuale di cattura con minimo impiego di corrente);
- Capacità di funzionamento sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona rispetto all'ECG del paziente;
- Preferibilmente possibilità di eseguire stimolazione sincrona anche senza l'ausilio di un cavo ECG supplementare;
- Dotato di batteria con indicatore di carica residua in termini temporali;
- Batteria ricaricabile a piena carica capace di consentire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno 4 ore ed almeno 100 scariche alla massima energia;
- Alimentatore integrato;
- Monitor a colori di almeno 6 pollici con valori numerici dei parametri ben leggibili;
- Visualizzazione di almeno 3 tracce contemporaneamente (ECG e/o parametriche);
- Dotato di indicatore di stato Pronto all'Uso;
- Preferibilmente completo di stampante termica con larghezza di stampa non inferiore a 8 cm;
- Dotato di modulo per il supporto nelle fasi di RCP;
- Filtraggio del rumore elettrico derivante dalle compressioni manuali sull'ECG;
- Presenza di protocolli di monitoraggio distinti per pazienti Adulti e Pediatrici;
- Preferibilmente munito di protocolli di scarica dedicati ad attivazione automatica selezionando la tipologia di paziente;
- Munito di modulo ad alta precisione per la rilevazione della saturazione arteriosa periferica di ossigeno (SpO2) capace di consentire il monitoraggio del suddetto parametro anche in condizioni di scarsa perfusione e movimento;
- Possibilità di visualizzare l'andamento della SpO2 ed il valore numerico di detto parametro;
- Munito di modulo per la rilevazione della pressione arteriosa non invasiva (NIBP) con possibilità di impostare misurazioni cadenzate e/o manuali;
- Preferibilmente modulo per la rilevazione del valore di EtCO2 e del capnogramma;
- Possibilità di visualizzare la traccia capnografica, il valore numerico della CO2 di fine espirato e della frequenza respiratoria;
- Monitoraggio ECG con cavo a 3 o 5 poli dotato di algoritmo dedicato per il riconoscimento degli spike da pacemaker;

- Preferibilmente capacità di effettuare autotest periodici con test di scarica automatico a cadenza programmabile, controllo operatività degli elettrodi ed indicazione di pronta o non pronta funzionalità dell'apparecchio;
- Funzione di pacing transcutaneo;
- Provvisto di cavi per defibrillazione esterna con piastre e pad adesivi;
- Munito di palette per defibrillazione interna pediatriche (almeno 6);
- Preferibilmente Wi-fi (software);

**SPECIFICARE:**

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

## LAVAPADELLE q.tà 1

**DESCRIZIONE:** Dispositivo per la disinfezione ad alto livello di padelle e pappagalli.

### CARATTERISTICHE MINIME

- Versione a pavimento con disinfezione termica;
- Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo;
- Porta di carico ad altezza ergonomica;
- Camera di lavaggio in acciaio inox resistente all'azione dell'acqua e degli acidi;
- Svuotamento automatico dei contenitori;
- Dotata almeno di:
  - N. 5 ugelli fissi;
  - N. 1 ugello rotante;
- Posizionamento degli ugelli funzionale a garantire il trattamento di tutte le superfici (interne ed esterne) dei presidi ed ad evitarne la contaminazione durante la fase di svuotamento dei rifiuti organici;
- Pompa con dosaggio automatico;
- Filtro HEPA per il filtraggio dell'aria di asciugatura;
- Pannello di comando frontale ergonomico;
- Display per la visualizzazione almeno di:
  - Temperatura;
  - Fase del ciclo;
  - Valore A0;
- Blocco automatico in caso di scarico ostruito;
- Certificata per l'eliminazione del clostridium;
- Robusta e di facile pulizia;
- Completa di addolcitore per l'acqua;
- Corredata da armadio in acciaio inox per il deposito di almeno N. 10 padelle e N. 10 pappagalli puliti.

### SPECIFICARE:

- Dimensioni;
- Altezza porta di carico;
- Tipologie di supporti dei presidi disponibili;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

## Monitor multiparametrici q.tà 10 completi di centrale di monitoraggio q.tà 1

**DESCRIZIONE:** Sistema modulare deputato al controllo e monitoraggio dei parametri dei parametri vitali del paziente.

### CARATTERISTICHE MINIME

#### MONITOR:

- Monitor multiparametrico di almeno 15" per pazienti adulti e pediatrici;
- Deve poter visualizzare almeno più forme d'onda contemporaneamente;
- Preferibilmente dotato di un sistema di test autodiagnostico all'accensione per la rilevazione di allarmi tecnici;
- Deve consentire la visualizzazione di parametri visualizzati a video;
- Configurazione base richiesta:
  - ECG: 3/5 derivazioni con analisi aritmie e ST a tre derivazioni: scelta tra tre derivazioni disponibili, allarmi ST inferiore e/o superiore a +/- 15 mm con incrementi di circa 0,1 mm; RESPIRO: derivazioni di rilevamento I, II selezionabili dall'operatore, modalità di rilevazione impedenziometrica;
  - RESP;
  - SpO<sub>2</sub>;
  - NIBP;
  - EtCO<sub>2</sub>;
  - Pressione invasiva;
  - temperatura
- Memorizzazione dei trend grafici (almeno 120 ore) e di trend tabellari;
- Preferibilmente interfaccia di rete con uscite Lan o WLAN;
- Preferibilmente completo di possibilità di funzione "bed to bed", con la quale è possibile visualizzare i parametri fisiologici monitorati da un monitor sulla schermata di un altro monitor collegato alla stessa rete LAN;
- Alimentazione a rete e a batteria agli Ioni di Litio;
- Autonomia delle batterie non inferiore alle 4 ore e la carica deve avvenire preferibilmente tramite cavo removibile;
- Marchio CE,
- Conforme alle norme vigenti

A corredo dell'intera fornitura sono richiesti:

- N. 4 kit PICCO;
- N. 4 moduli gittata cardiaca CO;

### **CENTRALE DI MONITORAGGIO:**

- Preferibilmente computer e sistema operativo di ultima generazione;
- Capace di collegare più monitor;
- Dotata di due display da almeno 22”;
- Sistema di batteria tampone UPS;
- Dotata di mouse, tastiera e stampante laser A4 attivabile dalla centrale e dal monitor paziente;
- Rete LAN per il collegamento con i monitor;
- Gestione (controllo, visualizzazione, memorizzazione dei dati) di tutti i posti letto monitorati;
- Dotata di memoria interna per l’archiviazione e il riesame di almeno 200 ore di trend e 200 ore di full disclosure di tutte le forme d’onda;
- Preferibilmente completa di controllo bidirezionale delle funzioni principali dei monitor quali la regolazione e il silenziamento degli allarmi, ammissione e dimissione dei pazienti;
- Preferibilmente con la possibilità che la centrale supporti la connessione remota di PC e dispositivi mobili quali smartphone e tablet tramite rete intranet o internet per la visualizzazione in tempo reale dei dati monitorati;
- Le centrali dovranno implementare il protocollo HL7 per la trasmissione dei dati ad altri sistemi informatici ospedalieri e dovranno a loro volta integrare un’interfaccia al sistema di ammissione ospedaliera per l’importazione dei dati,
- Possibilità di aggiornamento SW sia in termini di funzionalità aggiuntive sia in termini di successive release dell’applicativo.

### **SPECIFICARE:**

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;

**SOLLEVAPAZIENTI q.tà 1**

**DESCRIZIONE:** Dispositivo in grado di supportare il paziente durante il sollevamento.

**CARATTERISTICHE MINIME**

- Struttura in grado di supportare adeguatamente il paziente durante il sollevamento e di consentire la gestione di pazienti con un grado di collaborazione limitato;
- Sollevapazienti polivalente a colonna verticale per il trasferimento del paziente da letto alla poltrona e/o carrozzina e viceversa;
- Portata massima non inferiore a 150 kg;
- escursione verticale del piano paziente da terra a circa 130 cm;
- funzionamento elettrico con batteria asportabile e carica batterie in dotazione con il sollevatore;
- fornito con sistemi di contenimento paziente (set di corsetti) e agganci di facile utilizzo ed ergonomici, adatti all'impiego su pazienti con ridotto o assente grado di autonomia motoria;
- ingombro ridotto della base e del corpo del sollevatore;
- sistema di spostamento del solleva pazienti basato su ruote orientabili integrate nella struttura;
- dotato di dispositivo per la discesa di emergenza;
- dotato di dispositivo per il controllo dello stato di carica della batteria;
- dotato di stop automatico di sicurezza;
- superfici facilmente sanificabili e/o disinfettabili;
- completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
- conformità marchio CE normative vigenti.

**SPECIFICARE:**

- Dimensioni;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

**FRIGORIFERO PER FARMACI q.tà 1**

**DESCRIZIONE:** Frigorifero per la conservazione di farmaci.

**CARATTERISTICHE MINIME**

- Struttura di tipo verticale in acciaio Inox 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno;
- Porta in vetro temprato termoisolante a perfetta tenuta, con chiusura a chiave;
- Preferibilmente cella di stoccaggio priva di soluzioni di discontinuità in modo da garantire facilità nelle operazioni di pulizia;
- Vasca al fondo per contenere eventuali liquidi;
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità e con spessore di circa 50 mm;
- Privo di clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC);
- Completo di almeno 4 ripiani regolabili in altezza e almeno un cassetto;
- Illuminazione interna ad attivazione automatica all'apertura della porta;
- Completo di pannello di controllo:
  - dedicato a tutte le funzioni dell'apparecchiatura;
  - con pulsanti e display a colori;
  - munito di batteria, in modo da garantirne la visualizzazione e le segnalazioni anche in caso di assenza rete;
- Sistema capace di mantenere traccia dei valori della temperatura;
- Batteria di back-up a ricarica automatica in grado di garantire l'autonomia del pannello di controllo;
- Munito di allarmi acustici e visivi per la segnalazione almeno dei seguenti parametri:
  - Temperatura alta o bassa;
  - Porta aperta;
  - Assenza tensione di alimentazione;
  - Batteria scarica;
  - Avaria sonde;
- Preferibilmente possibilità di silenziare gli allarmi acustici mantenendo la segnalazione a display dell'allarme visivo;
- Possibilità di regolazione della ventilazione interna;
- Preferibilmente possibilità di aggiornamento del pannello di controllo;
- Dotato di refrigerazione a ventilazione forzata;
- Temperatura regolabile all'interno del range pari a circa 2°C – 14°C;
- Capacità lorda pari ad almeno a 350 l;
- Sbrinamento automatico;
- Preferibilmente dotato di foro passante, al fine di consentire l'eventuale installazione di sonda esterna per il monitoraggio della temperatura con sistema dedicato;
- Completo di marchio CE e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

**SPECIFICARE**

- Dimensioni ;
- Peso;
- Classe e tipo elettrico;
- Caratteristiche tecniche dell'unità refrigerante.