



DELIBERAZIONE N. 0662 DEL 27 APR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4687

Oggetto: "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini. - finanziamento DGR 345/2017 fondi residui."

L'estensore
D.ssa *Giorgia Simonetti*
firma

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
D.ssa *Francesca Milito*

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data *23/4/2021*

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data *27.04.2021*

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

**Vedere "Allegato
Assunzione Autorizzazione**

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:
Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data *23/04/2021*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

25.04.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

25.04.2021

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 - Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

PREMESSO

che con deliberazione n. 1573 del 03/11/2020 è stata formalizzata l'indizione, tra l'altro, della procedura negoziata sul M.E.P.A. relativa alla fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini. - finanziamento DGR 345/2017 fondi residui;

PRESO ATTO

che è stata inoltrata la richiesta di offerta **RDO 2690173** per la fornitura sopracitata a tutte le ditte registrate nel Mercato Elettronico P.A. e iscritte al bando BENI / Forniture specifiche per la Sanità;

- che la gara è stata regolarmente espletata e la Commissione Tecnica, nominata con deliberazione n. 264 del 18/02/2021, ha portato a termini i lavori il 09/04/2021, proponendo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co 2 del D.lgs. n.50/2016;

VISTI

i verbali delle sedute della Commissione Tecnica di gara dai quali risultano aggiudicatarie, le seguenti ditte come di seguito specificato:

LOTTO N.1 - ditta Sakura Finetek Italy s.r.l.
n.1 coloratore Tissue-tek Prisma Plus Euro 49.000,00 + IVA

**LOTTO N.2 – ditta Carl Zeiss S.p.A.
n.1 Visulas Yag III System Euro 16.942,00 + IVA**

CONSIDERATO che l'importo totale di Euro 80.449,24 C/IVA deve essere contabilizzato sul conto 101020405000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2021 di cui all'autorizzazione n. 57... sub..... - Progetto X008 – Fonte finanziamento 02 – codici di provenienza PROV.3;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare la procedura negoziata **RDO 2690173**, espletata mediante Mercato Elettronico della P.A., relativa alla fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) per le esigenze della U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica e n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze della U.O.C. Oculistica, nelle seguenti modalità:

**LOTTO N.1 – ditta Sakura Finetek Italy s.r.l.
n.1 coloratore Tssue-tek Prisma Plus Euro 49.000,00 + IVA**

**LOTTO N.2 – ditta Carl Zeiss S.p.A.
n.1 Visulas Yag III System Euro 16.942,00 + IVA**

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 80.449,24 C/IVA sul conto 101020405000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2020 di cui all'autorizzazione n. 57... sub..... - Progetto X008 – Fonte finanziamento 02 – codici di provenienza PROV.3;

di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione dei contratti, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfalone)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. N. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini. - finanziamento DGR 345 / 2017 fondi residui." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di aggiudicare la procedura negoziata **RDO 2690173**, espletata mediante Mercato Elettronico della P.A., relativa alla fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) per le esigenze della U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica e n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze della U.O.C. Oculistica, nelle seguenti modalità:

LOTTO N.1 – ditta Sakura Finetek Italy s.r.l.
n.1 coloratore Tissue-tek Prisma Plus Euro 49.000,00 + IVA

LOTTO N.2 – ditta Carl Zeiss S.p.A.
n.1 Visulas Yag III System Euro 16.942,00 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 80.449,24 C/IVA sul conto 101020405000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2020 di cui all'autorizzazione n. 577 sub..... - Progetto X008 – Fonte finanziamento 02 – codici di provenienza PROV.3;



di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione dei contratti, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 52 pagine di cui n. 46 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(D.ssa Francesca Milito)



L'Amministrazione titolare del procedimento: **AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI**

Codice Fiscale Ente: **04733051009**

Indirizzo: **CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 ROMA RM**

Punto Ordinante: **PAOLO FARFUSOLA**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO:	2690173
Descrizione RDO:	la fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1), n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	2
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI 04733051009 CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 ROMA RM
Punto Ordinante:	PAOLO FARFUSOLA
Soggetto stipulante:	Nome: PAOLO FARFUSOLA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Inizio presentazione offerte:	12/11/2020 12:19
Termine ultimo presentazione offerte:	26/11/2020 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	23/11/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	7
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto 1 - Dettaglio

Denominazione lotto	la fornitura di n.1 coloratore
---------------------	--------------------------------

CIG	8502606C6D
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	Non Lineare a Proporzionalita' inversa (interdipendente)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Magazzino Inventario - p.zza C. Forlanini,1 Roma - 00151 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	51000,00000000

Lotto 2 - Dettaglio

Denominazione lotto	n.1 yag laser per oculistica
CIG	8502627DC1
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	Non Lineare a Proporzionalita' inversa (interdipendente)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	MAGAZZINO INVENTARIO - P.zza C. Forlanini, 1 Roma - 00151 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	22394,00000000



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
**AZIENDA OSPEDALIERA
 SAN CAMILLO FORLANINI**



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Documento N. 152067/2020

12/11/2020

Oggetto: fornitura di: n.1 coloratore, n.1 Yag laser per oculistica per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini. (finanziamento DGR 345/2017 fondi residui)

RDO:

CIG lotto n.1:8502606C6D

CIG lotto n.2:8502627DC1

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di:

N.1 coloratore

N.1 Yag laser per oculistica

A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.

Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Elementi Qualitativi: max punti 70/100;

Prezzo : max punti 30/100;

I criteri di aggiudicazione e la caratteristiche tecniche sono indicati nel Capitolato Speciale d'appalto.

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di.....al n.....

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;

in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;

f) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

g) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;

2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti

3) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfugliola)
[Firma]



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

CAPITOLATO

8
[Handwritten signature]

Area Tecnica – UOSD Ingegneria Clinica

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
espletata tramite Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA), per la fornitura di: coloratore, Yag laser
per oculistica per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini in Roma.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Allegati n. 1: Caratteristiche Tecniche Minime



Indice

Articolo n. 1 Oggetto dell'Appalto	3
Articolo n. 2 Elenco apparecchiature, quantitativi e valore della fornitura	3
Articolo n. 3 Prestazioni e obblighi complementari alla fornitura	4
Articolo n. 4 Criteri di aggiudicazione	4
Articolo n. 4.1 Criteri di assegnazione dei punteggi per i lotti I, II	4
Articolo n. 4.1.1 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico	4
Articolo n. 4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio economico	7
Articolo n. 5 Documentazione tecnica	7
Articolo n. 6 Disponibilità parti di ricambio	7
Articolo n. 7 Consegna e installazione	7
Articolo n. 8 Collaudo	8
Articolo n. 9 Garanzia	9
Articolo n. 10 Penali	9
Articolo n. 11 Contratto di assistenza post garanzia	10
Articolo n. 12 Pagamenti	11
Articolo n. 13 Disposizioni finali	11



1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'Appalto è la fornitura delle seguenti apparecchiature: coloratore, Yag laser per oculistica.

Le apparecchiature oggetto dell'Appalto costituiscono n. 2 lotti separati; i quantitativi previsti per la fornitura sono quelli specificati al successivo Art. 2.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara e nulla sarà dovuto alle Ditte che avranno presentato offerta.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire nei locali individuati dal DEC, e comunque all'interno dei locali dell'A.O. San Camillo Forlanini.

La fornitura dovrà essere comprensiva di installazione e formazione all'uso, con apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti minimi specificati nelle caratteristiche tecniche minime allegate al presente capitolato, e che ne formano parte integrante e sostanziale.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire secondo quanto indicato nel successivo Art. 7.

2. ELENCO APPARECCHIATURE, QUANTITATIVI E VALORE DELLA FORNITURA

L'importo totale della fornitura (di cui al presente Capitolato) suddivisa in n. 2 lotti è pari ad € 73.394,74 IVA esclusa (€ 89.541,58 IVA inclusa).

Non saranno accettate offerte al rialzo, pena l'esclusione dalla gara.

Le apparecchiature di che trattasi, con indicazione dei relativi quantitativi, sono suddivise nei seguenti n. 2 lotti, aggiudicabili singolarmente:

Lotto I Coloratore q.tà 1

Importo complessivo a base gara lotto I € 51.000,00 IVA esclusa

Lotto II Yag laser per oculistica q.tà 1

Importo complessivo a base gara lotto II € 22.394,74 IVA esclusa

Le apparecchiature oggetto di acquisizione dovranno presentare le caratteristiche tecniche minime così come descritto all'Allegato n. 1 "Caratteristiche tecniche minime" al presente Capitolato.

Il possesso delle caratteristiche richieste ed eventuali caratteristiche migliorative saranno valutate da apposita Commissione nominata all'uopo in ottemperanza a quanto indicato all'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni onere di spesa per trasporto, consegna, installazione, montaggio, messa in funzione, collaudo funzionale, formazione del personale all'utilizzo, ed ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi.

Si richiede inoltre di indicare il prezzo dei prodotti monouso necessari all'utilizzo delle apparecchiature offerte.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le forniture relative ai lotti I, II verranno aggiudicate ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione nominata in ottemperanza a quanto disciplinato dall'Art. 77 del D.Lgs 50/2016.

4.1 Criteri di assegnazione dei punteggi per i lotti I, II

4.1.1 Criteri di assegnazione del punteggio tecnico (max 70 punti su 100)

Lotto I coloratore (60 punti su 70)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
*Capacità pari almeno a N. 400 vetrini	max punti 8 (sarà preferita capienza superiore)
*Colorazioni simultanee	max punti 8 (sarà prediletto numero superiore)
*Display touch screen	max punti 7 (saranno preferite dimensioni maggiormente elevate)
*Stazioni di colorazione	max punti 6 (sarà prediletto numero superiore)
*Stazioni di lavaggio	max punti 6 (sarà prediletto numero superiore)
*Disponibilità di vaschette con differenti capacità per raggruppare più colorazioni di routine in un'unica sessione ottimizzando il consumo dei reagenti ed evitando contaminazioni	max punti 15 (sarà prediletta maggiore personalizzazione)
Possibilità di interfacciamento diretto con sistema di montaggio	max punti 7 (sarà preferito l'uso

automatico dei vetrini	del film di copertura)
*Indicatore dello stato di avanzamento del processo	max punti 3 (SI = 3; NO = 0)

Lotto II Yag Laser per oculistica (60 punti su 70)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)
* Valore minimo dell'energia per impulso pari a circa 0,3 mJ	max punti 3 (sarà preferito valore minore)
*Valore massimo dell'energia per impulso pari a circa 10 mJ	Max punti 3 (sarà preferito valore superiore)
*Intervalli di energia	Max punti 5 (sarà preferito un numero maggiore di intervalli di energia per raggiungere il valore desiderato)
*Durata minima dell'impulso non superiore a 4 ns	Max punti 3 (sarà preferito valore minore)
Sistema di focalizzazione	Max punti 5 (sarà considerata la facilità di messa a fuoco)
*Diametro spot non superiore a 10 μ m	max punti 4 (sarà preferito valore minore)
*Elevata frequenza di impulso	max punti 4 (sarà preferito valore superiore)
Lampada a fessura	max punti 6 (saranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> o tipo di accoppiamento con il laser; o numero di ingrandimenti)
Possibilità di emettere 1-2-3 impulsi (Burst)	Max punti 4 (SI = 4; NO = 0)
Joystick della lampada a fessura con pulsante di comando dell'impulso laser integrato	Max punti 3 (SI = 3; NO = 0)
Caratteristiche funzionali del sistema	max punti 5 (saranno valutate le caratteristiche funzionali del sistema quali facilità di utilizzo, gestione dei comandi e ergonomia del sistema)
Funzionalità aggiuntive	Max punti 5 (sarà valutata la possibilità futura di implementazione di diversi tipi di trattamento come SLT, vitreolisi, ecc.)
*Peso e dimensioni	Max punti 4 (sarà preferito un sistema compatto con peso e dimensioni minori)

Accessori a corredo

max punti 6 (saranno valutate
quantità e tipologie)

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio riparametrato inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio tecnico relativo alle caratteristiche corrispondenti ad indicatori non oggettivizzabili matematicamente verrà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$W(i) = \sum_n [C_i * V_{max}]$$

Dove:

W_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

$C(i)$ = coefficiente prescelto per l'offerta i-esima

V_{max} = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione n-esimo

n = numero totale degli elementi di valutazione

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	NON SUFFICIENTE
1	0,75	0,50	0,25	0,00

Il punteggio tecnico (P) relativo alle caratteristiche (C) corrispondenti ad indicatori oggettivizzabili matematicamente, le cui caratteristiche oggetto di valutazione sono contrassegnate dal simbolo asterisco (*) verrà attribuito, per la caratteristica i-esima nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più elevati, utilizzando la seguente formula:

$$P = (C_i - C_{imin}) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i$$

Ovvero, per la caratteristica i-esima, nel caso in cui la migliore sia rappresentata dai valori più bassi verrà utilizzata la seguente formula:

$$P = (C_{imax} - C_i) / (C_{imax} - C_{imin}) * P_i$$



Criterio comune a tutti i lotti: Servizio di assistenza post-vendita (10 punti su 70)

Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato	max 3 punti
Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti
Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti
Fornitura muletto sostitutivo	max 2,5 punti

4.1.2 Criteri di assegnazione del punteggio economico (max 30 punti su 100)

All'offerta più bassa verranno assegnati 30 punti, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:

$$X_i = \frac{P_{min} \times C}{P_i}$$

Dove

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le apparecchiature devono essere accompagnate da una documentazione contenente i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia ed in formato elettronico, la descrizione tecnica, i manuali di service necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali software diagnostici e relativi codici di accesso necessari alle attività di manutenzione correttiva, preventiva, etc, dichiarazioni di conformità alle normative vigenti (Marchio CE, Direttiva 93/42 CEE, etc.).

La documentazione di cui sopra deve essere considerata come parte integrante della fornitura.

6. DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

La Ditta in sede di offerta deve garantire, tramite apposita dichiarazione, per almeno 10 anni la disponibilità di tutte le parti di ricambio per ogni singola parte dell'apparecchiatura.

7. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire nel luogo ed entro i termini previsti dalla lettera d'ordine, a totale carico, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Le forniture devono intendersi installate a cura e spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente anche in corso di fornitura, completamente funzionanti e perfettamente rispondenti a tutte le normative in vigore al momento della gara ed eventualmente entrate in vigore nel corso del montaggio. Pertanto l'offerta economica deve intendersi comprensiva di forniture e di tutti gli oneri necessari, nessuno escluso, a garantire la perfetta funzionalità.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri connessi all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale, compresi trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro degli imballaggi e del loro smaltimento secondo la normativa vigente.

La fase di installazione resta a totale carico della Ditta aggiudicataria fino alla definitiva messa a punto dell'apparecchiatura oggetto della fornitura. Dovrà inoltre prevedere alla formazione del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera entro e non oltre 20 giorni dalla consegna, e dovrà essere redatto apposito rapporto tecnico di avvenuta messa in funzione.

8. COLLAUDO

Le singole amministrazioni accerteranno la rispondenza di quanto fornito in opera per quanto previsto in contratto, ed effettueranno le necessarie verifiche quantitative, qualitative e prove funzionali sui prodotti forniti. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale di fiducia del Committente.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.

Le suddette prove e verifiche verranno effettuate in contraddittorio con il personale incaricato della Ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti si redigerà apposito verbale.

La Ditta aggiudicataria provvederà all'eliminazione di eventuali difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che verranno indicati, in sede di verifica, dall'Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature necessarie all'esecuzione delle prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, la Ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e comunque fino al termine del periodo di garanzia.

9. GARANZIA

Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di difetti di progettazione o errata esecuzione, vizi dei materiali impiegati e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione offerta in gara.

Le apparecchiature dovranno essere fornite nuove di fabbrica.

Dalla data del certificato di collaudo con esito positivo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire con formula "full risk" le apparecchiature oggetto del presente appalto per un periodo non inferiore a 24 mesi. Per lo stesso periodo la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le visite di manutenzione preventiva e le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria, per tutto il periodo di garanzia, dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10 del presente Capitolato.

Per tutto il periodo di garanzia dovranno essere assicurati tempi di intervento non superiori ad 8 ore lavorative dalla chiamata, fatta eccezione per i giorni festivi. I tempi di risoluzione dovranno essere i più brevi possibili e comunque non oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata.

10. PENALI

Nel caso in cui la fornitura non venga ultimata nel termine stabilito di 20 giorni (ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta), alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.



20

Nel caso in cui non vengano rispettati i livelli di servizio di cui all'Art. 9 del presente Capitolato, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo o di fermo macchina per guasto bloccante, penali pecuniarie nella misura pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto IVA esclusa, e comunque non oltre il 10% del suddetto valore.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati. Qualsiasi altra richiesta atta a ottenere lo spostamento dei termini, la modifica di clausole contrattuali, o più in generale qualsiasi comunicazione non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

11. CONTRATTO DI ASSISTENZA POST-GARANZIA

L'Azienda Ospedaliera si riserva l'opportunità di stipulare un contratto "full risk" post garanzia con la Ditta aggiudicataria.

L'eventuale contratto di manutenzione full risk post garanzia non dovrà superare, per i cinque anni successivi alla scadenza della garanzia, il valore del 5% dell'importo contrattuale del lotto IVA esclusa.

Per manutenzione full risk si intende la manutenzione comprensiva di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, parti di ricambio, manodopera, etc) derivanti dalla manutenzione preventiva e correttiva.

L'obiettivo principale è quello di garantire la completa efficienza dell'apparecchiatura, nonché la rispondenza a tutte le norme di sicurezza e qualità previste dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- Interventi di manutenzione periodica previsti dalla normativa di riferimento e/o dalla Ditta costruttrice
- Interventi a chiamata in numero illimitato
- Sostituzione di tutte le parti difettose
- Utilizzo di parti di ricambio originali ovvero validate dal produttore
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata, e comunque nel più breve tempo possibile

- Rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale, ovvero con cadenza inferiore laddove previsto dalle normative

Al termine di ogni intervento tecnico dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico con la descrizione del lavoro eseguito.

Le condizioni economiche del piano proposto costituiranno oggetto di autonoma e successiva negoziazione tra le parti ed in ogni caso costituiscono vincolo per la Ditta che si impegna a non presentare valori economici superiori a quelli proposti in sede di offerta.

12. PAGAMENTI

L'acquisizione delle apparecchiature di che trattasi è oggetto di specifico progetto finanziato con fondi stanziati dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 345 del 20/06/2017 – Assegnazione di fondi regionali finalizzati all'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie Ospedaliere ed IRCCS pubblici del Lazio.

I pagamenti avverranno solo a seguito di regolare collaudo con esito positivo e solo a seguito di liquidazione del finanziamento da parte della Regione Lazio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Capitolato, pena l'esclusione dalla gara, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra descritte.



LOTTO 1: COLORATORE q.tà 1

DESCRIZIONE: Apparecchiatura da laboratorio per la colorazione dei vetrini.

CARATTERISTICHE MINIME:

- Coloratore automatico per vetrini citologici e istologici completamente programmabile;
- Capacità pari almeno a N. 400 vetrini;
- Possibilità di eseguire contemporaneamente colorazioni citologiche e istologiche;
- Sistema integrato di aspirazione e filtrazione dei fumi a carboni attivi;
- Dotato di almeno N. 30 stazioni di colorazione con almeno N.2 stazioni di lavaggio, con alimentazione automatica a controllo elettronico di attivazione;
- Dotato di almeno N. 2 stazioni di asciugatura dei vetrini;
- Programmazione tramite display touch screen a colori con software in lingua italiana;
- Completo di sistema di back-up in caso di interruzione della tensione di rete che renda possibile terminare i processi di colorazione in corso;
- Possibilità di interfacciamento diretto con sistema di montaggio automatico dei vetrini.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Funzionalità aggiuntive;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali.



LOTTO 2: YAG LASER PER OCULISTICA q.tà 1

DESCRIZIONE: Sistema di ultima generazione dedicato ad interventi di iridectomia e capsulotomia.

CARATTERISTICHE MINIME

- Sorgente laser terapeutica stato solido Nd:YAG Q-switched;
- Lunghezza d'onda del fascio laser pari a circa 1064 nm;
- Valore minimo dell'energia per impulso pari a circa 0,3 mJ;
- Valore massimo dell'energia per impulso pari a circa 10 mJ;
- Diametro spot non superiore a 10 μ m;
- Sistema di focalizzazione a 4 punti fissi;
- Con defocalizzazione regolabile su + 150/0/-150 μ m tra fuoco YAG e fuoco mira;
- Durata minima dell'impulso non superiore a 4 ns;
- Modalità di emissione super gaussiana;
- Pannello dei comandi touch screen, retroilluminato, orientabile e posizionabile a discrezione dell'operatore;
- Elevata frequenza di impulso (2-5 Hz);
- Lampada a fessura ad almeno 3 ingrandimenti;
- Fornito di:
 - tavolino elettrico per garantire agevole accessibilità anche a portatori di handicap;
 - lente a contatto per capsulotomia;
 - lente a contatto per iridectomia;
 - occhiale di protezione per operatori;
- Dotato di tutto l'occorrente per un corretto e immediato utilizzo.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Certificazioni di conformità CE;
- Accessori a corredo e/o opzionali con relative quantità;
- Eventuale utilizzo di materiale monouso (specificare ed elencare);



Nascondi menu ([https://www.acquistinretepa.it/](https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/priv2pagina))

[/negoziazioni/priv2pagina](#) & valore=08

backPage=get:3803826637&

hmac=ddd8ae0c05f03441666d8b32465a19459)

RIEPILOGO ([https://www.acquistinretepa.it/](https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/priv2pagina))

backPage=get:3803826637&

hmac=29d3bef848db3ca99ab6678cc3b2de84)

Offerte presentate e sorteggio

Buste presentate: 6

Elenco buste

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	TEC MED SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	26/11/2020 09:59:24
2	OPTO MEDICA OFTALMOLOGIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	23/11/2020 16:31:34
3	DIAPATH	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/11/2020 13:35:40
4	BIOPHISICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	25/11/2020 10:27:16
5	SAKURA FINETEK ITALY SRL - SOCIO UNICO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	25/11/2020 10:25:07
6	CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	20/11/2020 14:22:27

INDIETRO ([https://www.acquistinretepa.it/](https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/priv2pagina))

COMMUNICAZIONI CON I FORNITORI

backPage=get:3803759664&

hmac=4a3c6afbf88bcbcd37f82019c6a637d79)

COMMUNICAZIONI CON I FORNITORI

backPage=get:3803826637&

hmac=928d2d6bb9fbfa086818dbfd47dca8a6)

ESAME DELLE OFFERTE

backPage=get:3803826637&

hmac=928d2d6bb9fbfa086818dbfd47dca8a6)

Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati - donazioni

Fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e di n.1 yag laser (lotto n.2).

VERBALE 1

Il giorno 19-03-2021 alle ore 8:35 presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi si riunisce, in seduta riservata, la Commissione per il controllo della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla gara per la fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e di n.1 yag laser (lotto n.2), al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nella lettera d'invito.

La Commissione Tecnica, nominata con deliberazione 264 del 18/02/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE Dr. Francesco Contento

COMPONENTE Dr.ssa Gemma D'Elia

COMPONENTE Dr. Marco Buccellato

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Giorgia Simeoni Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione inizia i lavori verificando la presenza della documentazione tecnica inviata dalle Ditte partecipanti e rileva quanto segue:

- Tec Med s.r.l. - (lotto n.2) - documentazione regolare
- Opto Medica Oftalmologia - (lotto n.2) - documentazione regolare
- Diapath - (lotto n.1) - documentazione regolare
- Biophysica s.r.l. - (lotto n.2) - documentazione regolare
- Sakura Finetek Italy s.r.l. - (lotto n.1) - documentazione regolare
- Carl Zeiss S.p.A. - (lotto n.2) - documentazione regolare

Il Presidente ricorda che l'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le seguenti modalità:

Elementi Qualitativi: max punti 70/100;
 Prezzo : max punti 30/100;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 - 2588 - 2589 - fax: 06 55552603

Handwritten signatures and initials on the right margin.

I criteri per l'assegnazione del punteggio della qualità del LOTTO N.1 sono i seguenti:

LOTTO N.1 - N.1 COLORATORE punti 60/70

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO
* capacità pari ad almeno n. 400 vetrini	max punti 8 (sarà preferita capienza superiore)
* colorazioni simultanee	max 8 punti (sarà prediletto numero superiore)
* display touch screen	max 7 punti (saranno preferite dimensioni maggiormente elevate)
* stazioni di colorazione	max 6 punti (sarà prediletto numero superiore)
* stazioni di lavaggio	max 6 punti (sarà prediletto numero superiore)
* disponibilità di vaschette con differenti capacità per raggruppare più colorazioni di routine in un'unica sessione ottimizzando il consumo dei reagenti ed evitando contaminazioni	max 15 punti (sarà prediletta maggiore personalizzazione)
possibilità di interfacciamento diretto con sistema di montaggio automatico dei vetrini	max 7 punti (sarà preferito l'uso del film di copertura)
* indicatore dello stato di avanzamento del processo	max 3 punti (SI=3; NO=0)

I criteri per l'assegnazione del punteggio della qualità del LOTTO N.2 sono i seguenti:

LOTTO N.2 - N.1 YAG LASER punti 60/70

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO
* valore minimo dell'energia per impulso pari a circa 0,3 mJ	max 3 punti (sarà preferito valore minore)
* valore massimo dell'energia per impulso pari a circa 10 mJ	max 3 punti (sarà preferito valore superiore)
* intervalli di energia	max 5 punti (sarà preferito un numero maggiore di intervalli di energia per raggiungere il valore desiderato)
* durata minima dell'impulso non superiore a 4 ns	max 3 punti (sarà preferito valore minore)
sistema di focalizzazione	max 5 punti (sarà considerata la facilità di messa a fuoco)
* diametro spot non superiore a 10 µm	max 4 punti (sarà preferito diametro minore)
* elevata frequenza di impulso	max 4 punti (sarà preferito valore superiore)
possibilità di emettere 1-2-3 impulsi (burst)	max 4 punti (SI=4; NO=0)

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right.

lampada a fessura	max 6 punti (saranno valutati: - tipo di accoppiamento con il laser; - numero di ingrandimenti)
joystick della lampada a fessura con pulsante di comando dell'impulso laser integrato	max 3 punti (SI=3; NO=0)
caratteristiche funzionali del sistema	max 5 punti (saranno valutate le caratteristiche funzionali del sistema quali facilità di utilizzo, gestione dei comandi e ergonomia del sistema)
funzionalità aggiuntive	max 5 punti (sarà valutata la possibilità futura di implementazione di diversi tipi di trattamento come SLT, vitreolisi, ecc.)
* peso e dimensioni	max 4 punti (sarà preferito un sistema compatto con peso e dimensioni minori)
accessori a corredo	max 6 punti (saranno valutate quantità e tipologie)

Punti 10/70 comuni ai due lotti

estensione periodo di garanzia oltre a quanto richiesto nel capitolato	max 3 punti
tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti
tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti
fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti

Le offerte verranno esaminate dalla Commissione che per l'attribuzione dei singoli punteggi avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
buono	0,75
discreto	0,50
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0,00

Handwritten signature

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 per il punteggio di qualità.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

Handwritten initials MB and a signature

28

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

Il punteggio relativo al prezzo (30 punti) verrà così attribuito:

Al concorrente il cui prezzo, inteso come prezzo complessivo globale, omnicomprensivo di ogni onere per l'Azienda Ospedaliera, è il più basso tra quelli offerti, sarà attribuito il massimo punteggio, cioè 30 punti. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con la seguente formula:

$30 \times \text{prezzo più basso} / \text{prezzo di altro concorrente}$.

La Commissione inizia la valutazione delle offerte presentate per il lotto n.1 - n.1 coloratore - e decide di attribuire i punteggi riportati nella tabella A allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Successivamente si procede alla valutazione delle offerte presentate per il lotto n.2 - n.1 yag laser - ed ad attribuire i punteggi riportati nella tabella B allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

La Commissione conclude i lavori e si aggiorna al giorno.....per procedere all'apertura delle offerte economiche.





Letto, confermato e sottoscritto.




Dr. Francesco Contento

Dr.ssa Gemma D'Elia

Dr. Marco Buccellato

Dr.ssa Giorgia Simeoni

allegato A

LOTTO N.1 - N.1 COLORATORE

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO	DIAPATH-valore	SAKURA-valore	DIAPATH-punti	SAKURA punti
* capacità pari ad almeno n. 400 vetrini	max punti 8 (sarà preferita capienza superiore)	7	8	0	8
* colorazioni simultanee	max 8 punti (sarà prediletto numero superiore)	8	8	8	8
* display touch screen	max 7 punti (saranno preferite dimensioni maggiormente elevate)	7	6	7	0
* stazioni di colorazione	max 6 punti (sarà prediletto numero superiore)	4	6	0	6
* stazioni di lavaggio	max 6 punti (sarà prediletto numero superiore)	6	6	6	6

<p>* disponibilità di vaschette con differenti capacità per raggruppare più colorazioni di routine in un'unica sessione ottimizzando il consumo dei reagenti ed evitando contaminazioni</p>	<p>max 15 punti (sarà prediletta maggiore personalizzazione)</p>	<p>0</p>	<p>15</p>	<p>0</p>	<p>15</p>
<p>possibilità di interfacciamento diretto con sistema di montaggio automatico dei vetrini * Indicatore dello stato di avanzamento del processo</p>	<p>max 7 punti (sarà preferito l'uso del film di copertura)</p>	<p>non sufficiente (in quanto dalla scheda tecnica si evince che non si tratta di un sistema automatico di montaggio, ma di una immersione dei vetrini in un composto chimico che poi fa aderire una copertura sui vetrini stessi)</p>	<p>ottimo</p>	<p>0</p>	<p>7</p>
<p>estensione periodo di garanzia oltre a quanto richiesto nel capitolato</p>	<p>max 3 punti</p>	<p>sufficiente (in quanto non è prevista estensione della garanzia)</p>	<p>sufficiente (in quanto non è prevista estensione della garanzia)</p>	<p>1,5</p>	<p>1,5</p>
<p>tempo di intervento dalla ricezione della chiamata</p>	<p>max 2 punti</p>	<p>sufficiente (entro 24 ore lavorative)</p>	<p>Ottimo (entro 4 ore)</p>	<p>0,5</p>	<p>2</p>

tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	sufficiente (entro 48 ore)	ottimo (16 ore)	1,25	2,5
fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti	ottimo	ottimo	2,5	2,5

TOTALE

29,75

61,5



allegato B

LOTTO N.2 - N.1 YAG LASER

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO	TEC MED valore	ZEISS valore	BIOPHISICA valore	OPTO MEDICA valore	TEC MED punti	ZEISS punti	BIOPHISIC A punti	OPTO MEDICA punti
* valore minimo dell'energia per impulso pari a circa 0,3 mJ	max 3 punti (sarà preferito valore minore)	0,5 mJ	0,3 mJ	0,5 mJ	0,5 mJ	0	3	0	0
* valore massimo dell'energia per impulso pari a circa 10 mJ	max 3 punti (sarà preferito valore superiore)	10 mJ	10 mJ	10 mJ	10 mJ	3	3	3	3
* Intervalli di energia	max 5 punti (sarà preferito un numero maggiore di intervalli di energia per raggiungere il valore desiderato)	30	22	10	95	2,35	0,71	0	5
* durata minima dell'impulso non superiore a 4 ns	max 3 punti (sarà preferito valore minore)	4 ns	meno di 4 ns	4 ns	4 ns	0	3	0	0
max 5 punti (sarà considerata la facilità di messa a	max 4 punti (sarà preferito diametro minore)	buono (mira a 2 punti)	ottimo (mira a 4 punti)	buono (mira a 2 punti)	buono (mira a 2 punti)	3,75	5	3,75	3,75
sistema di focalizzazione									
* diametro spot non superiore a 10 µm		meno di 10 µm	meno di 10 µm	10 µm	meno di 10 µm	4	4	0	4

* elevata frequenza di impulso	max 4 punti (sarà preferito valore superiore)	3 hz	3 hz	1,5 hz	3 hz		4	4	0	4
possibilità di emettere 1-2-3 impulsi (burst)	max 4 punti (SI=4; NO=0)	si	si	si	si		4	4	4	4
lampada a fessura joystick della lampada a fessura con pulsante di comando dell'impulso laser Integrato	max 6 punti (saranno valutati: - tipo di accoppiamento con il laser; - numero di ingrandimenti)	buono (-3 Ingrand.; - lampada a fess. Integrata)	ottimo (-5 Ingrand.; - lampada a fess. Integrata)	buono (-3 Ingrand.; - lampada a fess. Integrata)	buono (-3 Ingrand.; - lampada a fess. Integrata)		4,5	6	4,5	4,5
caratteristiche funzionali del sistema	max 3 punti (SI=3; NO=0)	si	si	si	si		3	3	3	3
funzionalità aggiuntive	max 5 punti (saranno valutate le caratteristiche funzionali del sistema quali facilità di utilizzo, gestione dei comandi e valutata la possibilità futura di implementazione di	buono	ottimo (migliore ergonomia)	buono	buono		3,75	5	3,75	3,75
	insufficiente - non precisate	buono (1 possibilità)	ottimo (2 possibilità)	buono (1 possibilità)			0	3,75	5	3,75

* peso e dimensioni	max 4 punti (sarà preferito un sistema compatto con peso e dimensioni miniori)	21 kg (con tavolo) * H=12,5; P=25,7; L	11 Kg (H. 62,5 cm; L=30cm; P=45cm)	24,6 Kg (H=57 cm; L=41cm; P=50 cm)	9,7 Kg (H=44 cm, L=31,3 cm; P=33,5cm)	0,97	3,65	0	4
accessori a corredo	max 6 punti (saranno valutate: quantità e tipologie)	buono	ottimo	buono	buono	4,5	6	4,5	4,5
estensione periodo di garanzia oltre a quanto richiesto nel capitolato	max 3 punti	ottimo - 36 mesi	ottimo - 36 mesi	buono - 24 mesi	buono - 24 mesi	3	3	2,25	2,25
tempo di intervento dalla ricezione della chiamata	max 2 punti	buono - 8 h	buono - 7 h	ottimo - 4 h	buono - 8 h	1,5	1,5	2	1,5
tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata	max 2,5 punti	insufficiente - non precisato	buono - 24 h	ottimo - 12 h	insufficiente - non precisato	0	1,88	2,5	0
fornitura muletti sostitutivi	max 2,5 punti	insuff. - no	ottimo - si	insuff. - no	insuff. - no	0	2,5	0	0
TOTALE						42,32	62,99	38,25	51

Area Governo Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati - donazioni

Fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e di n.1 yag laser (lotto n.2).

VERBALE 2

Il giorno 04-04-2021 alle ore 9:40 presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi si riunisce, in seduta riservata, la Commissione per concludere le procedure relative alla gara per la fornitura di n.1 coloratore (lotto n.1) e di n.1 yag laser (lotto n.2).

La Commissione Tecnica, nominata con deliberazione 264 del 18/02/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

- PRESIDENTE Dr. Francesco Contento
- COMPONENTE Dr.ssa Gemma D'Elia
- COMPONENTE Dr. Marco Buccellato

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Giorgia Simeoni Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Vengono ricapitolati i punteggi relativi alla qualità attribuiti, per ciascun lotto, a tutte le ditte partecipanti:

LOTTO 1:

- Diapath - totale punti 29,75 la ditta non raggiunge la soglia minima prevista nel capitolato di 42 punti, pertanto non verrà aperta l'offerta economica.
- Sakura Finetek Italy s.r.l. - totale punti 61,5

LOTTO 2:

- Tec Med s.r.l. - totale punti 42,32
- Opto Medica Oftalmologia - totale punti 51
- Biophysica s.r.l. - totale punti 38,25 la ditta non raggiunge la soglia minima prevista nel capitolato di 42 punti, pertanto non verrà aperta l'offerta economica.
- Carl Zeiss S.p.A. - totale punti 62,99

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 - 2588 - 2589 - fax: 06 55552603


Handwritten signatures and initials:
A large signature (possibly "Buc") is written vertically on the right side.
Below it, there are initials "MB" and another signature.

I punteggi di qualità vengono quindi inseriti sul portale del M.E.P.A.


Il punteggio del prezzo viene determinato automaticamente dal sistema del suddetto portale che successivamente lo somma con il punteggio di qualità precedentemente inserito e definisce la ditta **Sakura Finetek Italy s.r.l** aggiudicataria della fornitura oggetto di n.1 coloratore (**lotto n.1**) e la ditta **Carl Zeiss S.p.A.** aggiudicataria della fornitura di n.1 yag laser (**lotto n.2**) della presente procedura negoziata.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Francesco Contento




Dr.ssa Gemma D'Elia



Dr. Marco Buccellato



Dr.ssa Giorgia Simeoni



La fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1), n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli Schede
Gara		
Lotto 1		
Lotto 2		

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
BIOPHISICA SRL	Offerta non inviata			Offerta esclusa		
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	Offerta non inviata			Offerta esclusa		
DIAPATH	Offerta esclusa			Offerta non inviata		
OPTO MEDICA	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
OPFALMOLOGIA						
SAKURA FINETEK	49000,00000000 Euro	91,50	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata		
ITALY SRL - SOCIO UNICO				Offerta non inviata		
TEC MED SRL	Offerta non inviata			18423,74000000 Euro	69,91	Aggiudica provvisoriamente
Punteggio massimo:		91,50			92,99	

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2690173
Descrizione RDO	La fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1), n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente piu' vantaggiosa
Lotto	1 (la fornitura di n.1 coloratore)
CIG	8502606C6D
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658702580 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	ARSENIO ARGENTI / CF:RGNRSN62H08D612X

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	SAKURA FINETEK ITALY SRL - SOCIO UNICO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	09667970967
Codice Fiscale Operatore Economico	09667970967

Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIALE ANCONA 26 - MESTRE - VENEZIA (VE)
Telefono	0415322514
Posta Elettronica Certificata	SAKURAFINETEKITALYSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09667970967
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	24/01/2017
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	VE
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VENEZIA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / INGROSSO ARTICOLI MEDICALI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6725871
Offerta sottoscritta da	ARGENTI ARSENIO
Email di contatto	SAKURAFINETEKITALYSRL@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	La fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1), n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini
Categoria	Istologia

Descrizione Oggetto di Fornitura	coloratore per vetrini
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale*	Coloratore Tissue-Tek Prisma® Plus Configurazione Standard - codice 6172
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	49000
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	49000,0000000 Euro (quarantanovemila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 126,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino Inventario - p.zza C. Forlanini,1 Roma - 00151 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI 1 COLORATORE PER LE ESIGENZE DELL'A.O. SAN CAMILLO FORLANINI - LOTTO 1

DITTA: SAKURA FINETEK ITALY S.R.L.

PARTITA IVA: 09667970967

DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO

A) STRUMENTAZIONE con ACCESSORI e assistenza tecnica full risk 24 mesi

Nome commerciale	Codice prodotto	CND	RDM	QUANT.	Totale prezzo di vendita
Coloratore Tissue-Tek Prisma® Plus configurazione standard	6172	W0202059002	1848110	1	€ 49.000,00
Set di serbatoi soluzione piccolo Prisma®	6158	W0202059080	no IVD	1	
UPS Synergy SIII 3kVA Ametek Powervar	ACDEF 3000	n/a	no IVD	1	

B) CONSUMABILI ED ACCESSORI OPZIONALI

Nome commerciale	Codice prodotto	CND	RDM	Confezionamento	Unità di misura	Prezzo a confezione
Tissue-Tek Prisma® filtri a carboni attivi	6160	W05030580	no IVD	2	pezzo	€ 667,00
Kit di colorazione Tissue-Tek® H&E	6188-E	W0103010301	in registr	4	kit	€ 450,00
Set di serbatoi soluzione per colorazioni speciali	6159	W0202059080	no IVD	1	pezzo	€ 2.246,00
Tissue-Tek® Cestello per 20 vetrini	4768	W0202059080	no IVD	1 x 10	pezzo	€ 345,00
Adattatore per cestello da 20 vetrini Tissue-Tek Prisma®	6136	W0202059080	no IVD	1	pezzo	€ 83,00
Inserito per cestello vetrini Tissue-Tek® per 5 vetrini grandi	HIS40614	W0202059080	no IVD	1	pezzo	€ 171,00

No IVD - non soggetto ad obbligo di registrazione poiché non si tratta di dispositivo IVD

Tutti i costi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa

Firmato digitalmente
Arsenio Argenti - Legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il legale rappresentante dichiara che:
i propri costi della manodopera, compresi nell'offerta, sono pari a € 539,00 + IVA sull'offerta totale

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'offerta, sono pari a € 126,00 + IVA sull'offerta totale

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2690173
Descrizione RDO	La fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1), n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente piu' vantaggiosa
Lotto	2 (n.1 yag laser per oculistica)
CIG	8502627DC1
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658702580 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	BRUNO IZZO / CF:ZZIBRN76B10F839G

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00721920155
Codice Fiscale Operatore Economico	00721920155
Partita IVA di Fatturazione	

Sede Legale	VIA VARESINA 162 - MILANO (MI)
Telefono	0293773338
Posta Elettronica Certificata	CARLZEISS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00721920155
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / MEDICALE E STRUMENTI DI METROLOGIA INDUSTRIALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT91 0031 0401 6000 0000 00
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	1) GIORGIO MARCO CRISTALLI nato a Milano il 18/01/1962 C.F.: CRSGGM62A18F205Y2) MICHELE D'ADAMO nato a Varese il 18/04/1967 C.F.: DDMMHL67D18L682A

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6730237
Offerta sottoscritta da	IZZO BRUNO
Email di contatto	CARLZEISS@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	La fornitura di: n.1 coloratore (lotto n.1); n.1 Yag laser per oculistica (lotto n.2) per le esigenze dell'A.O. San Camillo Forlanini

Categoria	Apparecchiature per terapia e riabilitazione
Descrizione Oggetto di Fornitura	yag laser per oculistica
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale dell'apparecchiatura per laserterapia*	yag laser
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND*	Z12011017
Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione*	2009
Tipo apparecchiatura*	LASER CHIRURGICO AL NEODIMIO
Potenza massima sorgente [mW]*	È inusuale fornire valori di potenza del laser per le modalità a impulsi brevi, come i Laser fotodistruttivi, poiché più breve è la durata dell'impulso, maggiori saranno i valori di potenza. Parliamo di 4,3 MW, come potenza massima. Ragionando in termini di energia emessa, il valore massimo selezionabile è di 10 mJ.
Uscite*	1
Lunghezze d'onda*	0
Lunghezza d'onda massima [nm]*	1064 nm
Modalità di emissione*	Lo strumento dà la possibilità all'operatore di scegliere se emettere 1-2-3 impulsi (Burst)
Dotazione manipoli*	NA
Trasferimento dati*	NA
Tastiera*	Presente pannello di comando retroilluminato touch screen
Alimentazione*	Tensione di alimentazione 100 V ... 240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz
Interfaccia con PC*	Presente pannello di comando retroilluminato touch screen
Prezzo*	16942
Offerta economica per il lotto 2	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 2	16942,00000000 Euro (sedicimilanovecentoquarantadue Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	

(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
489,71000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	MAGAZZINO INVENTARIO - P.zza C. Forlanini, 1 Roma - 00151 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto



Riferimento commerciale

Nome: Dr. Maria Teresa Ferrarelli
Telefono:
Fax:
Email: tender.it@zeiss.com

Spett.le
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Piazza Carlo Forlanini 1
00151 ROMA RM

Data: 17.11.2020
Pagina: 1 di 3

Oggetto: fornitura di un coloratore, un Yag Laser per oculistica per le esigenze dell'AO San Camillo Forlanini (finanziamento DGR 345/2017 fondi residui)

RDO 2690173-CIG LOTTO 1 8502600C6D-CIG LOTTO 2 8502627DC1

Offerta Nr.: 7760601229
Codice Cliente: 581514

La sottoscritta Carl Zeiss S.p.A. con socio unico, con sede legale ed uffici commerciali in Via Varesina 162 a Milano (Mi), codice fiscale e partita IVA 00721920155, sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette a Milano in Piazza Stuparich 2, iscritta alla C.C.I.A.A. al nr. 00721920155, nella persona del Sig. Bruno Izzo, Procuratore della stessa, nato a Napoli il 10/02/1976 residente a Vedano al Lambro MB in Via Rimembranze 38, codice fiscale ZZIBRN76B10F839G, giusta procura Notaio Ricci in Milano REP. 10.961 RACC. 7.197 del 16/03/2020, desidera sottoporre alla Vostra cortese attenzione la propria migliore offerta con le relative condizioni di fornitura

Vi preghiamo di voler indirizzare eventuale corrispondenza ed eventuale ordine di acquisto presso:

Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Divisione Tecnologie Biomedicali
Via Varesina 162 - 20156 Milano MI
Tel: 02/93773244-352-476
Fax: 02/93773645
e-mail: tender.it@zeiss.com
pec: carlzeiss@pec.it

Carl Zeiss S.p.A con socio unico
Sede Legale e Operativa
Via Varesina, 162
20156 Milano MI
Telefono: 02 93773.1
Telefax: 02 93773.539
E-mail: info.it@zeiss.com
Internet: www.zeiss.it

Filiale di Novara
Centro accreditato
ACCREDIA LAT n°177
Via Fleming, 1
Filiale di Reggio Emilia
Via Giuseppe Di Vittorio 14
Filiale di Rovereto
Via F. Zeni, 8

Capitale € 4.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano n.00721920155
Codice fiscale n. 00721920155
Partita I.V.A.n.IT00721920155
C.C.I.A.A. Milano: Numero REA 373641
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
Iscr.Reg.AEE n°IT08020000000627

Deutsche Bank S.p.A. – Sede di Milano
IBAN: IT91 0031 0401 6000 0000 0033 869
SWIFT (BIC) CODE: DEUTITMM33
Unicredit Banca S.p.A. – Fil. Monza
IBAN: IT71 0200 0805 3640 0010 2078 313
BIC: UNCRITMM33
Codice destinatario fatturazione elettronica:
UCN410G

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Carl Zeiss Beteiligungs GmbH



Offerta Nr.: 7760601229
Data: 17.11.2020
Pagina: 2 di 3

CND Z12011017
RDM 134855

Pos.	Identificativo prodotto / Descrizione Prodotto	Quantità	Prezzo totale (EUR)
10	000000-2175-284 VISULAS YAG III System Laser Oftalmologico Nd:YAG Q-switched passivo, completo di lampada a fessura con sistema di accoppiamento laser coassiale (nel corpo microscopio). Lampada a fessura Carl Zeiss espressamente progettata per l'utilizzo laser YAG con speciale filtro di protezione a correzione cromatica inserito nel percorso ottico. Biomicroscopio a ottica parallela per una visione priva di affaticamento e accomodazione per l'operatore e per garantire un trattamento laser privo di variazioni della distanza di messa a fuoco. Estrema manovrabilità del corpo strumento e della lampada a fessura consentendone un utilizzo anche per visite di routine (tonometria con filtro blu, osservazione del fondo con filtro verde etc.). Sorgente laser con modalità di emissione " Super Gaussian" evoluzione notevolmente più efficiente (breakdown ottico in aria 2 mJ) della classica modalità " Fundamental " (breakdown ottico in aria superiore a 4 mJ) che assicura valori di energia necessari per vari trattamenti considerevolmente inferiori allo standard (Capsulotomie Posteriori con 0.2 - 0.4 mJ) con conseguente minore pericolo per la IOL (Iridotomie con 2 - 3 mJ).	1 PZ	

**Prezzo complessivo SPECIALE
a Voi riservato comprensivo
di 36 mesi di garanzia**

**16.942,00 EUR + IVA 22%
diconsi sedicimilanovecentoquarantadue/00**

- Oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale) afferenti l'esercizio dell'attività dell'impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto del Capitolato già compresi nell'offerta sono pari a € 84,71 (euro ottantaquattro/71)
 - Che i costi della manodopera afferenti l'esercizio dell'attività dell'impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto del Capitolato già compresi nell'offerta sono pari ad € 405,00 (euro quattrocentocinque/00).
- Dichiara inoltre che gli stessi sono congrui per realizzare in totale sicurezza l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo nr. 81/2008

50



Offerta Nr.: 7760601229
Data: 17.11.2020
Pagina: 3 di 3

CONDIZIONI DI FORNITURA

Resa Materiale sdoganato, franco destino

Imballo L'imballo resta di proprietà della Carl Zeiss S.p.A. con socio unico. L'Azienda si riserva il diritto di recuperare l'imballo a proprie spese

Tempi di consegna Come da bando

Pagamento Come da bando

I.V.A. 22 % non inclusa nella quotazione, a Vostro carico

Validità offerta Come da bando

Garanzia 36 MESI

Distinti saluti.

Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Un Procuratore

Bruno Izzo



**U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione****ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "***Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta**di deliberazione : BSDG 4687 / 2021**Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale**Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:*

Autoriz. N°	SUB N°	Mod. N°	Codice Progetto	Conto	Anno 2021	Presente prenotazione
57	1		X008	101020405000		80'419,24

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
101020405000	VACCINARI SANITARI

Data 22/4/21Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**

(Firma)