



DELIBERAZIONE N. 0366 DEL 4 MAR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4650

Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per la fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto Maroncelli 1 piano lato A - Reparto COVID e per Reparti COVID padiglione Marchiafava - **Autorizzazione n. 63 - Progetto COVID - 19** ."L'estensore
D.ssa *Giorgia Vignoni*

firma

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

D.ssa *Francesca Milito***Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma *Francesca Milito*Data *3/3/2021***Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma *Daniela Orazi*Data *03.03.2021*

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

presa visione

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma *Miriam Piccini*Data *02/03/2021*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma *Paolo Farfusola*Data *24.02.2021*

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma *Paolo Farfusola*Data *24.02.2021*

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

PREMESSO

che la U.O.C. Economato ha trasmesso, il 08/02/2021, la richiesta urgente di arredi e attrezzature per le esigenze dei reparti COVID dei padiglioni Maroncelli e Marchiafava;

CONSIDERATO

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per la fornitura sopracitata, suddivisa in n.2 lotti, per un importo presunto di Euro 89.955,00 + IVA, prevedendone la contabilizzazione, per l'anno 2021, sui seguenti conti, di cui all'Aut. 63 (COVID):

101020601000 – Euro 36.465,80
101020901000 – Euro 2.440,00
101020405000 – Euro 70.839,30

CONSIDERATO - che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);

- che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

PRESO ATTO che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A, la fornitura, suddivisa in n.2 lotti, di arredi e attrezzature per le esigenze del per le esigenze del reparto Maroncelli 1 piano lato A – Reparto COVID e per Reparti COVID padiglione Marchiafava, per un importo complessivo presunto di Euro 89.955,00 + IVA da contabilizzare, per l'anno 2021– sui seguenti conti, di cui all'aut. 63 (COVID):

101020601000 – Euro 36.465,80

101020901000 – Euro 2.440,00

101020405000 – Euro 70.839,30

- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;

- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** Part. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché Part. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. N. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera , "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per la fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto Maroncelli 1 piano lato A – Reparto COVID e per Reparti COVID padiglione Marchiafava - **Autorizzazione n. 63 – Progetto COVID – 19 .**" presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A, la fornitura, suddivisa in n.2 lotti, di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto Maroncelli 1 piano lato A – Reparto COVID e per Reparti COVID padiglione Marchiafava, per un importo complessivo presunto di Euro 89.955,00 + IVA da contabilizzare, per l'anno 2021– sui seguenti conti, di cui all'aut. 63 (COVID):
 - 101020601000 – Euro 36.465,80
 - 101020901000 – Euro 2.440,00
 - 101020405000 – Euro 70.839,30
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 22 pagine di cui n. 16 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(D.ssa Francesca Milito)



arredi per Maroncelli 1 piano lato A, Reparto COVID e integrazione Reparti Covid Padiglione Marchiafava

Cristina De Santis per conto di Economato

Lun 08/02/2021 15:47

A: Paolo Farfusola <PFarfusola@scamilloforlanini.rm.it>; Irene Muratore <IMuratore@scamilloforlanini.rm.it>;

Cc: Marcello Valensise <MValensise@scamilloforlanini.rm.it>; Lucia Mitello <LMitello@scamilloforlanini.rm.it>;

Priorità: Alta

2 allegati (238 KB)

arredi maroncelli 1 piano_lato_A (3).doc; Arredi - Reparti Covid-19.xlsx;

Come anticipato per le vie brevi, si invia la richiesta di acquisto urgente di arredi ed attrezzature per i Reparti Covid in oggetto, per i quali si rappresenta la necessità di chiedere, in sede di richiesta di offerta, la pronta consegna dei beni.

L'importo totale presunto della fornitura è pari ad Euro 89.955,00 + IVA e lo stesso dovrà essere contabilizzato sull'autorizzazione n.63/2021 - fondi regionali - PROV.3.

Nel file allegato sono indicati gli importi presunti ed i conti patrimoniali sui quali imputare la spesa.

Si precisa che per le caratteristiche tecniche si può far riferimento ai recenti acquisti dei medesimi beni.

Si comunica, infine, che per i n.2 Elettrocardiografi la U.O.C. Economato ha chiesto alla Ingegneria Clinica ed alla Direzione l'autorizzazione ad assegnare ai Reparti in oggetto due dei sette apparecchi attualmente presenti in magazzino.

Cordiali saluti

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma
C.F./P.IVA 04733051009

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica
e-mail: economato@scamilloforlanini.rm.it
Fax 0658706503

Segreteria - tel.0658706233.
Ufficio Gestione Servizi Appaltati, liquidazione fatture servizi - tel.0658706112.
Ufficio Logistica e Gestione Beni Economici, acquisti urgenti, liquidazione fatture beni e noleggi - tel.0658706232.



7

**ELENCO MATERIALE NECESSARIO PER APERTURA MARONCELLI 1° piano e piccola
integrazione Marchiafava e Puddu**

ARREDO	ACQUISTO NECESSARIO
LETTI ELETTRICI CON CAPRA E SBARRE DI CONTENIMENTO	20
COMODINI DEGENZA	24
ASTE FLEBO	35
ARMADIETTI PAZIENTI	36 (18 al Maroncelli e 18 per il Puddu)
TAVOLI SERVITORI	20
TAVOLI STANZA DEGENZA	8
SEDIE CON BRACCIOLI	22
CARRELLO EMERGENZA	1
CARRELLO MEDICAZIONI	3
Armadi a due ante metallici per materiale vario	3
ARMADI VETRINA 2 ANTE	2
ARMADIO FARMACI CON TESORETTO	1
SCAFFALATURE METALLICHE PER MAGAZZINI	6 (DELLA MISURA DEL MAGAZZINO 4 per Marchiafava (1b e 3B))
SCRIVANIE STANZA MEDICI E INFERMIERI/COORDINATORE	2
SEDIE ERGONOMICHE GIREVOLI CON ROTELLE	6
ARMADI A DUE ANTE SALA MEDICI	2
CARRELLO VISITA	1
CARROZZINE	2
DEAMBULATORI	2
COMPUTER	2
DEFIBRILLATORE	2 DI CUI UN DAE E UN SEMIAUTOMATICO
ELETTROCARDIOGRAFO	2
ASPIRATORE PORTATILE	1
LAVAPADELLE CON ARMADIO PORTA PADELLE	1

Roma 02 gennaio 2021

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	CONTO PATRIMONIALE
LETTI ELETTRICI CON CAPRA E SBARRE DI CONTENIMENTO	20	1.750,00	35.000,00	101020405000
COMODINI DEGENZA	24	150,00	3.600,00	101020601000
ASTE FLEBO	35	50,00	1.750,00	101020601000
ARMADIETTI PAZIENTI	36	200,00	7.200,00	101020601000
TAVOLI SERVITORI	20	190,00	3.800,00	101020601000
TAVOLI STANZA DEGENZA	8	120,00	960,00	101020601000
SEDIE CON BRACCIOLI	22	32,00	704,00	101020601000
CARRELLO EMERGENZA	1	1.140,00	1.140,00	101020601000
CARRELLO MEDICAZIONI	3	1.230,00	3.690,00	101020601000
Armadi a due ante metallici per materiale vario	3	275,00	825,00	101020601000
ARMADI VETRINA 2 ANTE	2	265,00	530,00	101020601000
ARMADIO FARMACI CON TESORETTO	1	1.750,00	1.750,00	101020601000
SCAFFALATURE METALLICHE PER MAGAZZINI	6	165,00	990,00	101020601000

SCRIVANIE STANZA MEDICI E INFERMIERI/COORDINATORE	2	180,00	360,00	101020601000
SEDIE ERGONOMICHE GIREVOLI CON ROTELLE	6	85,00	510,00	101020601000
ARMADI A DUE ANTE SALA MEDICI	2	225,00	450,00	101020601000
CARRELLO VISITA	1	975,00	975,00	101020601000
CARROZZINE	2	230,00	460,00	101020601000
DEAMBULATORI	2	98,00	196,00	101020601000
COMPUTER	2	1.000,00	2.000,00	101020901000
DEFIBRILLATORE DAE	1	6.000,00	6.000,00	101020405000
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	1	2.500,00	2.500,00	101020405000
ELETTROCARDIOGRAFO	2	3.600,00	7.200,00	101020405000
ASPIRATORE PORTATILE	1	365,00	365,00	101020405000
LAVAPADELLE CON ARMADIO PORTA PADELLE	1	7.000,00	7.000,00	101020405000
		TOTALE	89.955,00	



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Prot.

Oggetto: fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del reparto Maroncelli 1 piano lato A – Reparto COVID e per Reparti COVID padiglione Marchiafava.

RDO:

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura dei seguenti prodotti suddivisa in n.4 lotti aggiudicabili singolarmente:

LOTTO N.1 – CIG:

N.20 letti elettrici con capra e sbarre di contenimento : caratteristiche descritte nell'allegato "A".

N.24 comodino degenza: con ruote, 1 cassetto, 1 anta, 1 ripiano interno. Dim. 460x460x730h mm. circa. Realizzato con pannelli in agglomerato in particelle di legno (UNIEN309) spessore 20mm classe E1 a bassa emissione di formaldeide, nobilitati in melamminico con 2 lati con finitura antigraffio. Fianchi base e ripiano spessore 20mm bordati con filo frontale in ABS 2 mm raggiato antitrauma. Schiena realizzata con pannello con legno nobilitato spessore 18 mm. Frontali, cassetto e anta realizzati conglomerato ligneo bilaminato spessore 20mm bordati in ABS spessore 2 mm con raggiatura antitrauma su tutti i lati. Anta con robuste cerniere in acciaio stampato e cromato. Maniglia di comoda impugnatura. Comodino su 4 ruote gemellari diametro 75mm circa di cui 2 anteriori con freno. Piano superiore in MDF rivestito con foglia polimerica con bordi rialzati salvagoccia su i 4 lati;

N.35 Asta portaflebo 4 ganci su piantana a rotelle

N.36 Armadio degenza ad un posto cm 60X50Xh185 (anta inferiore) + h85 (anta superiore) l'anta inferiore e quella superiore dovranno essere dotate di serratura

N. 20 tavoli servitori in acciaio: in acciaio regolabili in altezza con pedale, di dimensioni 60 x 40 circa;

N.8 Tavolo stanza degenza cm 60X60 circa

N.22 sedie pazienti con braccioli fissa in polipropilene 4 gambe

N.1 carrello emergenza caratteristiche descritte nell'allegato "B"

N.3 carrello medicazioni: Carrello su ruote girevoli realizzato in materiale plastico e lamiera d'acciaio. Dotato di vari cassette frontali colorati con chiusura a chiave, cassettoni basculanti ed estraibili, piano

lavoro estraibile, portarifiuti, portacateteri, pianetti portaoggetti laterali in materiale plastico. Dimensioni 800x600x1600 h mm

N.3 Armadio metallico a due ante per materiale vario 2 ante scorrevoli dim. 100x45x200 h muniti di serratura con ripiani interni adattabili.

N. 2 armadio vetrina 2 ante: armadi a due ante con vetrinetta 2 ante superiori e 2 ante inferiori con chiusura con chiave, di 100 cm. X 50 cm. e h 180 cm., con almeno 3 ripiani superiori e 2 ripiani inferiori, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

N.1 armadio farmaci con tesoretto

N.6 Scaffalatura metallica per magazzino con ripiani adattabili

N. 2 scrivanie punti infermieri/medici con cassettiere: dimensioni circa cm. 160X80x75 h, resistente, lavabile, ignifuga, rivestita in laminato plastico con spigoli arrotondati. Cassettera su ruote, con 3 cassetti.

N. 6 sedie a 5 razze con ruote e braccioli per punto infermieri/medici:
a 5 razze con ruote e braccioli, altezza sedia regolabile, schienale medio-alto regolabile in altezza e inclinazione. Comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati, stessa imbottitura semirigida, rivestimento in materiale lavabile e disinfettabile non tessuto;

N.2 armadi a doppia anta battente e serratura con ripiani componibili (cm 140x50xh200 circa) sala medici

N. 1 carrello visita: dimensioni 80x60x120 circa con 4 ruote piroettanti con freno, manico di spinta ergonomico a struttura robusta, con sportelli di chiusura, con compartimenti verticali per circa 20 cartelle di materiale plastico resistente e senza spigoli con piano di appoggio senza spigoli vivi per facilitare la disinfezione e sanificazione, con piano estraibile;

N. 2 carrozzine: pieghevole, telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro.

- ruote posteriori (diametro 60 cm circa) in alluminio a razzi nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero.
- ruote anteriori nere in PVC (diametro 20 cm circa – spessore 3 cm circa) con forcella in acciaio.
- braccioli corti ribaltabili in PU.
- Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma tallone.

N.2 deambulatori

N.2 PC completi di monitor:PC ACER VES2735G – PROCESSORE I7 – 9700 – 1000 GB
RISOLUZIONE 1920 PX – 4 PORTE USB – RAM 8 GB – WINDOWS 10
MONITOR ASUS VP28DE: 21.5” POLLICI – 16:9 – RISOLUZIONE 1920

LOTTO N.2 – CIG:

N.1 defibrillatore DAE: caratteristiche descritte nell'allegato “C”

N.1 defibrillatore semiautomatico : caratteristiche descritte nell'allegato “D”

N.2 elettrocardiografo: caratteristiche descritte nell'allegato "E"

N.1 aspiratore portatile

N.1 lavapadelle (caratteristiche descritte nell'allegato "F") **completa di armadio portapadelle.**

A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.

Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

SI COMUNICA CHE LA PRESENTE RICHIESTA RIVESTA CARATTERE DI ESTREMA URGENZA, PERTANTO E' RICHIESTA LA PRONTA CONSEGNA.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo , previa verifica della conformità a quanto richiesto, per singolo lotto, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
 - b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;
- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
 - d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
 - f) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
 - g) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 3) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

GS

LETTO DEGENZA ALL. "A"

DESCRIZIONE: Letto elettrificato per degenza ordinaria.

CARATTERISTICHE MINIME

- Struttura dotata di 4 sezioni e n. 3 snodi;
- Schienale elettrico elevabile fino a circa 65°;
- Elevazione elettrica della sezione ginocchia fino a circa minimo 20 cm;
- Carico normale di utilizzo > 200 Kg;
- Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante;
- Movimentazione meccanica della sezione gambe fino a un minimo di circa 20°;
- Altezza variabile elettrica da un minimo di circa 35 cm ad un massimo di circa 75 cm;
- Dotato di batteria per l'autonomia delle movimentazioni anche durante il trasporto;
- Indicatori dei gradi di elevazione dello schienale, del trendelemburg ed antitrendelemburg incorporati;
- Comandi elettrici su pulsantiera a filo;
- N. 4 semi sponde a caduta verticale ammortizzata;
- Funzioni trendelemburg e antitrendelemburg elettriche da circa 0° a +/- 12°;
- Comando rianimazione cardiaca e polmonare attivabile con leva di emergenza posizionata su entrambi i lati del letto;
- Posizione di poltrona cardiologica: schienale circa 70°, seduta circa 0°, ginocchia circa 20°, gambe circa -20°;
- Struttura su 4 ruote con diametro di circa 125 mm, con sistema di frenatura su barra;
- Piano letto con pannelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione;
- Design con superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia;
- Completo di aste porta flebo;
- Alloggiamenti per aste porta flebo sia in zona testa, sia in zona piedi;
- Porta drenaggi laterali incorporati nella struttura;
- Portata minima di almeno 200 Kg;
- Asta solleva pazienti pivotante con cinghia e triangolo.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

ALL. "B"

CARRELLO EMERGENZA q.tà 1**DESCRIZIONE:** Carrello per materiali/Emergenza.**CARATTERISTICHE MINIME**

- Carrello in materiale idoneo plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione;
- Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia;
- Dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto;
- Con maniglione integrato di spinta con impugnatura ergonomica;
- Con piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati;
- Completo di un ripiano scrittoio estraibile;
- N.2 cassette altezza 150 mm circa;
- N.3 cassette altezza 100 mm circa;
- N.1 portarifiuti da 14 lt circa;
- N.1 asta flebo telescopica con 2 ganci di plastica;
- N.1 ripiano porta monitor orientabile;
- N.1 tavola massaggio cardiaco;
- N.1 supporto per bombola ossigeno;
- N.1 vano porta cateteri;
- N.1 chiusura a sigillo;
- N.2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti;
- N.4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui due dotate di freno singolo e 1 antistatica;
- Cassette in materiale plastico idoneo;
- Dimensioni mm 900x600x1000h (circa);
- Conformità marchio CE e normative vigenti.

SPECIFICARE:

- Dimensioni;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.

ALL. "C"

DEFIBRILLATORE

DESCRIZIONE: Dispositivo biomedicale funzionale all'esecuzione della defibrillazione elettrica cardiaca automatica.

CARATTERISTICHE MINIME

- Contenute dimensioni, peso e con IP (International Protection) non inferiore a 55;
- Tasto on/off, tasto scarica e tasto informazioni;
- Batteria non ricaricabile con minimo 200 scariche (a 150 joule) e 4 anni in stand-by;
- Messaggi vocali in lingua italiana per la guida dell'operatore e supporto vocale durante le manovre di massaggio cardiaco e ventilazione del paziente;
- Elettrodi precollegati, non polarizzati, unico modello per adulti e bambini;
- Dispositivo di conversione per utilizzo pediatrico;
- Test periodici di funzionalità del DAE, allarme batteria e lettura stato ed efficacia elettrodi defibrillazione;
- Memoria interna e programma scarico dati;
- Accesso Web allo stato degli apparecchi con inoltro automatico email/sms a referente tecnico in caso di problematiche e geolocalizzazione.

A corredo della fornitura si richiede:

- n. 1 Borsa da trasporto per defibrillatori;
- n. 2 coppie di elettrodi adulti;
- n. 2 coppie di elettrodi pediatrici;
- n. 1 kit di rianimazione;
- software di aggiornamento del DAE con sistema di controllo remoto, per lo stato di funzionamento, integrato nell'apparecchio o sua custodia.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

DEFIBRILLATORE

DESCRIZIONE: Dispositivo biomedicale funzionale all'esecuzione della defibrillazione semiautomatica elettrica cardiaca.

CARATTERISTICHE MINIME

- Dotato di monitor multiparametrico che consenta la visualizzazione del maggior numero di parametri;
- Funzionamento in modalità semiautomatica;
- Monofasico e bifasico con erogazione di energia crescente da 5 a 360 J;
- Onda di defibrillazione bifasica con adattamento attivo all'impedenza del paziente;
- Capace di consentire una defibrillazione efficace anche a basse energie su pazienti ad alta impedenza;
- Stimolatore transtoracico di alta qualità (massima percentuale di cattura con minimo impiego di corrente);
- Capacità di funzionamento sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona rispetto all'ECG del paziente;
- Preferibilmente possibilità di eseguire stimolazione sincrona anche senza l'ausilio di un cavo ECG supplementare;
- Dotato di batteria con indicatore di carica residua in termini temporali;
- Batteria ricaricabile a piena carica capace di consentire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno 4 ore ed almeno 100 scariche alla massima energia;
- Alimentatore integrato;
- Monitor a colori di almeno 6 pollici con valori numerici dei parametri ben leggibili;
- Visualizzazione di almeno 3 tracce contemporaneamente (ECG e/o parametriche);
- Dotato di indicatore di stato Pronto all'Uso;
- Preferibilmente completo di stampante termica con larghezza di stampa non inferiore a 8 cm;
- Dotato di modulo per il supporto nelle fasi di RCP;
- Filtraggio del rumore elettrico derivante dalle compressioni manuali sull'ECG;
- Presenza di protocolli di monitoraggio distinti per pazienti Adulti e Pediatrici;
- Preferibilmente munito di protocolli di scarica dedicati ad attivazione automatica selezionando la tipologia di paziente;
- Munito di modulo ad alta precisione per la rilevazione della saturazione arteriosa periferica di ossigeno (SpO₂) capace di consentire il monitoraggio del suddetto parametro anche in condizioni di scarsa perfusione e movimento;
- Possibilità di visualizzare l'andamento della SpO₂ ed il valore numerico di detto parametro;
- Munito di modulo per la rilevazione della pressione arteriosa non invasiva (NIBP) con possibilità di impostare misurazioni cadenzate e/o manuali;
- Preferibilmente modulo per la rilevazione del valore di EtCO₂ e del capnogramma;
- Preferibilmente possibilità di visualizzare la traccia capnografica, il valore numerico della CO₂ di fine espirato e della frequenza respiratoria;
- Monitoraggio ECG con cavo a 3 o 5 poli dotato di algoritmo dedicato per il riconoscimento degli spike da pacemaker;

- Capace di effettuare autotest periodici con test di scarica automatico a cadenza programmabile, controllo operatività degli elettrodi ed indicazione di pronta o non pronta funzionalità dell'apparecchio;
- Provvisto di cavi per defibrillazione esterna con piastre e pad adesivi.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

ELETTROCARDIOGRAFO

DESCRIZIONE: Apparecchio per rilevare il potenziale cardiaco.

CARATTERISTICHE MINIME

- Display LCD a colori da almeno 7" per la visualizzazione di 12 tracce ECG e dello stato dell'apparecchio e per l'inserimento dei dati (paziente, intestazione di reparto, codice identificativo, ecc.);
- Sistema di riconoscimento e segnalazione visiva del collegamento elettrodo-cute;
- Visualizzazione delle tracce ECG a video in vari formati memorizzabili;
- acquisizione delle 12 derivazioni in simultanea;
- cavo paziente con connettori a banana standard;
- carrello dedicato con braccio reggicavo;
- stampante termica integrata formato A4 per la stampa, anche multipla di più esami, delle tracce ECG unitamente ai valori relativi alle misure effettuate e a vari dati alfanumerici;
- acquisizione e stampa ECG in manuale a 12 canali con velocità selezionabile;
- acquisizione e stampa ECG in automatico di almeno 6 e 12 derivazioni su un foglio in formato 6x2: 3x4: 3x4+1: 3x4+3;
- convertitore A/D almeno 20 bit, 30 kHz;
- CMRR maggiore di 100 dB;
- Risoluzione minore di 1 μ V/LSB;
- Memoria interna di almeno 500 ecg, e registrazione continua dell'ECG per almeno 20 minuti;
- Stampa manuale 3,6 o 12 canali – Velocità 5/10/25/50 mm/s;
- Stampa auto standard o Cabrera, 3 , 3+1, 3+3, 6 o 12 canali;
- Ampia gamma di filtri per la gestione dei problemi relativi ai disturbi causati da tremore muscolare o altro;
- Filtro passa alto diagnostico, completamente digitale;
- Filtro adattivo interferenze AC digitale (50/60 Hz);
- Filtro digitale passa-basso, filtro muscolare 25 e 40 Hz;
- Banda passante 0,05/300 Hz secondo le raccomandazioni AIC/ ANMCO/ AHA;
- Riconoscimento pacemaker;
- Tastiera alfanumerica;
- Trasmissione dei tracciati ECG collegando direttamente l'elettrocardiografo alla rete per mezzo dell'uscita RJ45 e wifi integrata nell'ECG;
- Export dei tracciati ECG direttamente dall'elettrocardiografo nel formato ad es. Unipro, Dicom;
- Comunicazione bidirezionale e gestione worklist;
- Alimentazione a rete e batterie con autonomia, a batterie per almeno 2 ore di visualizzazione;
- Software interpretativo validato a livello internazionale;
- Connettività LAN. WIFI, USB;
- Preferibilmente possibilità di interfaccia con il software di gestione web in dotazione all'Azienda.

SPECIFICARE:

- Dimensioni e peso;
- Eventuali accessori e software a corredo e/o opzionali;
- Possibilità di aggiornamenti futuri.

LAVAPADELLE q.tà 1

DESCRIZIONE: Dispositivo per la disinfezione ad alto livello di padelle e pappagalli.

CARATTERISTICHE MINIME

- Versione a pavimento con disinfezione termica;
- Capienza sufficiente a garantire la disinfezione contemporanea di N.1 padella e N. 1 pappagallo;
- Porta di carico ad altezza ergonomica;
- Camera di lavaggio in acciaio inox resistente all'azione dell'acqua e degli acidi;
- Svuotamento automatico dei contenitori;
- Dotata almeno di:
 - N. 5 ugelli fissi;
 - N. 1 ugello rotante;
- Posizionamento degli ugelli funzionale a garantire il trattamento di tutte le superfici (interne ed esterne) dei presidi ed ad evitarne la contaminazione durante la fase di svuotamento dei rifiuti organici;
- Pompa con dosaggio automatico;
- Filtro HEPA per il filtraggio dell'aria di asciugatura;
- Pannello di comando frontale ergonomico;
- Display per la visualizzazione almeno di:
 - Temperatura;
 - Fase del ciclo;
 - Valore A0;
- Blocco automatico in caso di scarico ostruito;
- Certificata per l'eliminazione del clostridium;
- Robusta e di facile pulizia;
- Completa di addolcitore per l'acqua;
- Corredata da armadio in acciaio inox per il deposito di almeno N. 10 padelle e N. 10 pappagalli puliti.

SPECIFICARE:

- Dimensioni;
- Altezza porta di carico;
- Tipologie di supporti dei presidi disponibili;
- Eventuali accessori e funzionalità aggiuntive.