

**Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici**

AVVISO ESPLORATIVO

**Fornitura di Provette ACT per le necessità annuali dell'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini**

In ossequio a quanto previsto dalla attuale normativa, come disposto dall'art. 36, co.2, lett. B del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., questa Azienda Ospedaliera intende acquisire, mediante apposita indagine esplorativa di mercato, manifestazioni di interesse volta a verificare la sussistenza di diritti esclusivi o l'assenza di concorrenza per motivi tecnici ovvero a verificare la presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura in oggetto con tutti i requisiti indicati in allegato.

Le Ditte interessate dovranno far pervenire eventuali manifestazioni di interesse al presente avviso, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, all'indirizzo mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it, o in alternativa all'indirizzo pec: aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/11/2022**, riportando nell'oggetto la dicitura:

“FD22 (sp/14) – Manifestazione di interesse per la Fornitura di Provette ACT per le necessità annuali dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini “.

La Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in grado di offrire il prodotto pienamente rispondente alle caratteristiche richieste, fornendone la denominazione e la descrizione. Ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, è richiesto di dichiarare l'iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto di gara e l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016 e, s.m.i. In questa fase **non è richiesto l'invio di documenti amministrativi e di schede tecniche**, che verranno richieste successivamente tramite Lettera di invito. Si richiede iscrizione al portale S.TEL.LA della Regione Lazio.

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo per l'Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento la presente procedura qualora lo reputi necessario a suo insindacabile giudizio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

In allegato i requisiti indispensabili richiesti per la fornitura del prodotto il cui importo totale annuale presunto, limite massimo di aggiudicazione, ammonterà ad € 85.000,00 Iva esclusa. La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e, s.m.i.

Roma li, 02/11/2022

ALLEGATO A

Caratteristiche tecniche

DENOMINAZIONE: Provette per la determinazione del tempo di coagulazione attivato (ACT) con relativo lettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Provette ACT

- Con doppio pozzetto
- Contenente reagente caolino;
- Prive di copertura per facilitare l'immissione di sangue;
- Sistema con convalida immediata del test;
- Lettore automatico in dotazione.

DESTINAZIONE D'USO: provette per la monitorizzazione continua dell'anticoagulazione.

DATI DI CONSUMO: E' previsto un consumo annuale di 24.000 provette corredate da lettori ad uso gratuito in numero non inferiore a 8

IMPORTO PRESUNTO ANNUALE € 85.000,00 esclusa Iva