

Deliberazione N. 0001006 del 20/06/2023

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: A0RZ21JC1S

Proposta: 0000168 del 26/05/2023

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REATTIVI PER DOSAGGIO EMOGLOBINA GLICATA (HBA1C) SU SANGUE INTERO IN HPLC E PER ESAMI IN HPLC PER DOSAGGIO DI ANALITI SU SANGUE E URINE, PER LE NECESSITÀ DI MESI 36 DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI

IL DIRETTORE GENERALE (*)
Narciso Mostarda

L'Estensore: **Monica Tanturli**

Data 09/06/2023

Il Responsabile del Budget: **Paola Grammatico**

Data 14/06/2023

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Paolo Farfusola**

Data 14/06/2023

Il Direttore della Struttura Proponente: **Paolo Farfusola**

Data 14/06/2023

Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: **Miriam Piccini**

Data 16/06/2023

Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: **Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione**

Direttore Amministrativo: **Paola Longo**

Data 19/06/2023

Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario: **Gerardo De Carolis**

Data 19/06/2023

Parere: **FAVOREVOLE**

Hash proposta: 4ff3b0b98dd264127ad46707c6288c0913f971815bcbd70c017fdd59732e2bf5

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. n. 421 del 23/10/92”;

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la Legge regionale 30 Marzo 2023 n. 1 –Legge di stabilità Regionale 2023;

la Legge regionale 30 Marzo 2023 n. 2 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023 – 2025;

la Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025;

il D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Leg.vo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che, con la deliberazione n. 521 del 27/03/2023, è stata indetta una gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e un importo presunto di € 192.000,00 + Iva;

TENUTO CONTO

che la gara è stata regolarmente espletata e che la Commissione Tecnica giudicatrice, nominata con determinazione n. 287 del 11/05/2023, ha portato a termine i lavori in data 26/05/2023, proponendo l’aggiudicazione della fornitura dei Lotti 1 e 2 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI

- i verbali di gara con acclusi i quadri sinottici, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono le proposte di aggiudicazione formulate dalla Commissione Tecnica giudicatrice;

- le offerte delle Ditte aggiudicatrici A. Menarini Diagnostics (Lotto 1 CIG 97148850B8) e B.S.N. (Lotto 2 CIG 97149137D1) (all. 1);

CONSIDERATO - che la fornitura avrà una durata di mesi 36, dal 01/09/2023 fino al 31/08/2026, salvo l'esito positivo dei controlli sulle Ditte aggiudicatrici, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i. ;

- che, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- che occorre nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;

RILEVATO

che la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione di € 149.810,00 + Iva 22%, pari ad € 182.768,20 compresa Iva, di competenza degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, deve essere imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ222JC1S, nel modo seguente:

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 – € 10.954,25 c/Iva aut. 27

Conto Economico 504020101000 – € 9.353,30 c/Iva aut. 6

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2026

Conto Economico 501010317000 – € 21.908,50 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 18.706,67 c/Iva

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- di aggiudicare, ai sensi del D.Lvo n. 50/2016, art. 95, co. 2, la gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, secondo i verbali e i quadri sinottici allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, e secondo le offerte economiche delle Ditte aggiudicatrici A. Menarini Diagnostics (Lotto 1) e B.S.N. (Lotto 2), allegate;

- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, a decorrere dal 01/09/2023 fino al 31/08/2026, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;

- di stabilire che la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione di € 149.810,00 + Iva 22%, pari ad € 182.768,20 compresa Iva, di competenza degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, sia imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ222JC1S, nel modo seguente:

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 – € 10.954,25 c/Iva aut. 27

Conto Economico 504020101000 – € 9.353,30 c/Iva aut. 6

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2026

Conto Economico 501010317000 – € 21.908,50 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 18.706,67 c/Iva

- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(DOTT. PAOLO FARFUSOLA)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di deliberazione "Aggiudicazione della gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini", sopra riportata presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- di aggiudicare, ai sensi del D.Lvo n. 50/2016, art. 95, co. 2, la gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine, per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, secondo i verbali e i quadri sinottici allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, e secondo le offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie A. Menarini Diagnostics (Lotto 1) e B.S.N. (Lotto 2), allegate;
- di stabilire che la fornitura abbia durata di mesi 36, a decorrere dal 01/09/2023 fino al 31/08/2026, salvo l'esito positivo dei controlli, ex art. 80, D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.C. Patologia clinica, Dott. Stefano Curcio;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., sull'apposito sito aziendale l'avviso per la trasparenza;
- di stabilire che la spesa per mesi 36 derivante dall'aggiudicazione di € 149.810,00 + Iva 22%, pari ad € 182.768,20 compresa Iva, di competenza degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, sia imputata sui conti economici nn. 501010317000 e 504020101000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale, Centri di Costo SNLA01L01P - AORZ222JC1S, nel modo seguente:

Anno 2023

Conto Economico 501010317000 – € 10.954,25 c/Iva aut. 27

Conto Economico 504020101000 – € 9.353,30 c/Iva aut. 6

Anno 2024

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2025

Conto Economico 501010317000 – € 32.862,74 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 28.060,00 c/Iva

Anno 2026

Conto Economico 501010317000 – € 21.908,50 c/Iva

Conto Economico 504020101000 – € 18.706,67 c/Iva

- di corrispondere il dovuto alle Ditte aggiudicatrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione delle forniture regolarmente effettuate, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente, curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

Il presente atto sarà affisso all'Albo dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Narciso Mostarda)**

Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC

VERBALE N. 1

Il giorno 27 Aprile 2023, alle ore 12,00 presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si esperiscono le procedure per il controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a procedura negoziata telematica, indetta con deliberazione n. 521 del 27/03/2023, per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nella Lettera di invito e nel suo Allegato A.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella lettera di invito e nel suo Allegato A.

E' presente il Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli – Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.


Il Responsabile del Procedimento apre la seduta pubblica telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), prendendo atto che entro il termine perentorio stabilito (20/04/2023 – ore 12.00), hanno presentato offerta le Ditte BSN, Tosoh Bioscience, Arkray Italia e A. Menarini Diagnostics.

Il Rup provvede allo sblocco della documentazione amministrativa per verificarne la conformità.

Ditta BSN: presenta offerta per il Lotto2. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince che la documentazione è regolare; pertanto la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.

Ditta Tosoh Bioscience: presenta offerta per il Lotto1. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince che la documentazione è regolare; pertanto la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.

Ditta Arkray Italia: presenta offerta per il Lotto1. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince che la documentazione è regolare; pertanto la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.




Ditta A. Menarini Diagnostics: presenta offerta per il Lotto1. Dall'esame della documentazione amministrativa si evince che la documentazione è carente del Patto di integrità; si attiva il soccorso istruttorio e seduta stante la Ditta invia tramite mail quanto mancante; la documentazione è regolare e pertanto la Ditta viene ammessa al prosieguo della gara.

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiuso il procedimento di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione delle Ditte partecipanti, che sarà formalizzato con Determinazione dirigenziale e di cui verrà data notizia sulla piattaforma Stella. Tutta la documentazione di gara viene consegnata al Segretario affinché ne curi la conservazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Il Segretario:

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'W' or similar character, positioned above a horizontal line.



Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC

VERBALE N. 2

Il giorno 26 Maggio 2023, alle ore 8,35, presso i locali dell'Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si riunisce la Commissione tecnica giudicatrice di gara per l'esperimento della gara a procedura negoziata telematica, indetta con deliberazione n. 521 del 27/03/2023, per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito nella Lettera di invito e nel suo Allegato A.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: Prezzo max punti 30 – Qualità max punti 70, con le modalità di attribuzione del punteggio esplicitate nella Lettera di invito e nel suo Allegato A – Capitolato tecnico.

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione n. 287 del 11/05/2023, è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Dott. Luigi Barrucco – Dirigente biologo U.O.C. Patologia clinica

COMPONENTE: D.ssa Arianna Mattioli – Tecnico sanitario di Laboratorio U.O.C. Patologia clinica

COMPONENTE: D.ssa Antonella Scarcella –Tecnico sanitario di Laboratorio U.O.C. Patologia clinica

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Monica Tanturli - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice apre la seduta telematica sulla piattaforma Stella (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) e procede allo sblocco della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti scaricandola dalla piattaforma e verificandone di volta in volta la presenza.

La Commissione Tecnica continua in seduta riservata i lavori di esame della documentazione tecnica; prima del loro inizio ne stabilisce il seguente ordine:

- Esame della corrispondenza di quanto offerto in termini di reattivi a quanto richiesto;
- Esame della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di ingresso;

- Esame degli elementi valutabili;

- Verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile che non raggiunga il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica esaminerà per ogni elemento valutabile l'offerta tecnica e seguirà le seguenti modalità di attribuzione del punteggio previsto per la singola voce valutabile:

1) verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta soddisfi pienamente quanto previsto per il relativo elemento valutabile;

2) verrà attribuito un punteggio intermedio tra il massimo ed il minimo previsto per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta si collochi a livelli intermedi tra il più alto ed il più basso;

3) verrà attribuito punteggio 0 per ogni voce valutabile all'offerta tecnica la cui risposta non soddisfi affatto quanto previsto per il relativo elemento valutabile.

Si procederà quindi alla verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per ogni voce valutabile solo nel caso in cui non venga raggiunto il massimo stabilito per ciascuna voce.

La Commissione Tecnica inizia i propri lavori specificando quanto segue.

Lotto 2

Ditta BSN. Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa quindi tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

Si continuano i lavori con l'esame degli Elementi valutabili, rilevando che l'offerta tecnica raggiunge il massimo del punteggio attribuibile di 70/70.

Si allega al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale il quadro sinottico della qualità.

Lotto 1

Ditta Tosoh Bioscience.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa quindi tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

Ditta Arkray Italia.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico -

Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa quindi tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

Ditta A. Menarini Diagnostics.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva che vengono offerte tutte le tipologie dei test richiesti e che le quantità risultano congrue rispetto al fabbisogno indicato; inoltre, sia il materiale di consumo che la strumentazione risultano corrispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Allegato A: si constata che il Sistema macchina reattivi proposto soddisfa quindi tutti i requisiti minimi d'ingresso richiesti pena esclusione nel Capitolato Tecnico - Allegato A.

La Commissione passa all'esame degli elementi valutabili, rilevando quanto segue.

Q1 "Tempo di analisi inferiore a quanto richiesto (indicare il valore in secondi) (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare". Il tempo di analisi della strumentazione offerta dalla Ditta Arkray Italia è di 92 secondi inferiore al minimo richiesto; il tempo di analisi della strumentazione offerta dalle Ditte Tosoh Bioscience e A. Menarini Diagnostics è di 90 secondi inferiore al minimo richiesto Si attribuiscono pertanto punti 5 alla Ditta Arkray Italia e punti 4,9 alle Ditte Tosoh Bioscience e A. Menarini Diagnostics.

Q2 "Tempo necessario per fornire il primo risultato utile dopo accensione (indicare il tempo in minuti) (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare".

Il tempo necessario per fornire il primo risultato utile dopo l'accensione della strumentazione offerta dalle Ditte A. Menarini Diagnostics e Arkray Italia è di un minuto; il tempo necessario per fornire il primo risultato utile dopo l'accensione della strumentazione offerta dalla Ditta Tosoh Bioscience è di due minuti. Si attribuiscono pertanto punti 3 alle Ditte A. Menarini Diagnostics e Arkray Italia e punti 1,5 alla Ditta Tosoh Bioscience.

Q18 "Frequenza delle calibrazioni (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare".

Tenendo conto del numero di test/anno richiesti l'offerta della Ditta Tosoh Bioscience prevede 12 calibrazioni/anno, l'offerta della Ditta A. Menarini Diagnostics prevede 11,6 calibrazioni/anno, l'offerta della Ditta Arkray Italia prevede 4,4 calibrazioni/anno. Si attribuiscono pertanto punti 3 alla Ditta Arkray Italia, punti 1,1 alle Ditte Tosoh Bioscience e A. Menarini Diagnostics.

Si allega al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale il quadro sinottico della qualità da cui si evince per ogni Ditta l'attribuzione del punteggio totale.

Si allega al verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale il quadro sinottico della qualità.


Il Presidente della Commissione tecnica rende noto il risultato della valutazione tecnica sulla piattaforma telematica e procede allo sblocco delle offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti che vengono quindi seduta stante scaricate e lette: il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice applicando la formula di cui alla Lettera di invito propone l'aggiudicazione provvisoria




del Lotto 1 alla Ditta A. Menarini Diagnostics e del Lotto 2 alla Ditta BSN. secondo quanto riportato nei quadri sinottici di aggiudicazione allegati al verbale di cui fanno parte integrante e sostanziale.


Terminati i lavori, il Presidente chiude la seduta telematica e consegna la documentazione al Segretario per i successivi adempimenti amministrativi.

Letto confermato e sottoscritto

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario 

QUADRO SINOTTICO QUALITA'					
LOTTO 1 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER DOSAGGIO EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) SU SANGUE INTERO IN HPLC					
ESAMI ESEGUIBILI, TEST ANNUI, FREQUENZA DI ESECUZIONE					
ESAMI ESEGUIBILI	n. test/anno	frequenza di esecuzione			
Emoglobina Glicata (HbA1c)	17.500	300 giorni/anno			
REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO					
Fornitura di reagenti, calibratori e controlli in quantità necessaria allo svolgimento della attività annua, con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente					
Fornitura di materiale di consumo (disposable), soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente in quantità necessaria allo svolgimento della attività annua, con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente					
STRUMENTI RICHIESTI					
N. 1 strumento HPLC nuovo e di ultima generazione, da banco, completamente automatico, per il dosaggio della emoglobina glicosilata (HbA1c) su sangue intero in EDTA, certificazione CE-IVD come da direttiva CE 98/79					
Strumento dotato di gruppo di continuità (UPS) e di software gestionale dedicato					
N. 1 PC per l'interfacciamento al LIS del Laboratorio (Themix), con stampante laser e lettore di codici a barre					
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)			Tosoh Bioscience	Arkray Italia	A. Menarini Diagnostic s
M1	Campionamento da provetta primaria (provetta da emocromo con K3EDTA, di formato 13x75, con tappo perforabile) documentare		SI	SI	SI
M2	Campionamento tramite cap piercing (documentare)		SI	SI	SI
M3	Identificazione del campione mediante barcode (documentare)		SI	SI	SI
M4	Nessuna fase di pretrattamento manuale dei campioni (documentare)		SI	SI	SI
M5	Separazione della frazione labile della HbA1c dalla frazione stabile senza intervento dell'operatore (documentare)		SI	SI	SI
M6	Tempo di analisi inferiore a 150 secondi per campione (documentare)		SI	SI	SI
M7	Lo strumento deve fornire un risultato quantitativo secondo lo standard IFCC, ossia in mmol/mol e NGSP, ossia in percentuale (documentare)		SI	SI	SI
M8	Interfacciamento bidirezionale al programma gestionale Themix del Laboratorio (LIS)		SI	SI	SI
M9	Assistenza tecnica e manutenzione full risk su tutti gli strumenti ed intervento tecnico entro le 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi (descrivere)		SI	SI	SI
M10	Manutenzione periodica programmata (documentare)		SI	SI	SI
M11	Iscrizione ad un idoneo programma di verifica esterna di qualità (VEQ) (documentare)		SI	SI	SI
M12	Almeno 2 corsi di addestramento per il personale (3 persone) da eseguire presso la sede di installazione della strumentazione (documentare)		SI	SI	SI

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'K' on the left, 'w' and 'H' in the center, and a stylized signature on the right.

	ELEMENTI VALUTABILI PUNTI MAX 70		Tosoh Bioscience	Arkray Italia	A. Menarini Diagnostic s
Q1	Tempo di analisi inferiore a quanto richiesto (indicare il valore in secondi) (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare	0 - 5	4,9	5	4,9
Q2	Tempo necessario per fornire il primo risultato utile dopo accensione (indicare il tempo in minuti) (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare	0 - 3	1,5	3	3
Q3	Operazioni di calibrazione interamente automatiche (SI/NO) documentare	0 - 6	6	6	6
Q4	Caricamento dei rack porta campione in continuo, anche a routine già avviata (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q5	Inserimento dei lotti reagenti mediante codice a barre (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
Q6	Inserimento dei lotti e dei valori dei calibratori e dei controlli mediante codice a barre (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
Q7	Registrazione dei lotti reagenti in funzione del periodo di utilizzo (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
Q8	Colonne idonee alla esecuzione di almeno 1500 test prima della sostituzione (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q9	Possibilità di registrazione del CQI (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q10	Stampa del tracciato cromatografico (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q11	Auto monitoraggio delle condizioni operative (SI/NO) documentare	0 - 5	5	5	5
Q12	Possibilità di analisi di campioni pediatrici o comunque di volume limitato (SI/NO) documentare	0 - 5	5	5	5
Q13	Segnalazione della presenza delle più comuni varianti emoglobiniche patologiche e ricalcolo del corretto valore della frazione glicata (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q14	Sistema gestionale che permetta di ricercare lo storico paziente mediante SID paziente (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
Q15	Registrazione del numero di analisi effettuate dalla colonna analitica (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
Q16	Permettere la visualizzazione e la stampa dei cromatogrammi dei singoli pazienti e la visualizzazione delle principali condizioni operative (Piatti teorici, temperatura, pressione, flusso della fase mobile) SI/NO (documentare)	0 - 4	4	4	4
Q17	Operazioni di shut-down e start up completamente automatiche (SI/NO) documentare	0 - 4	4	4	4
Q18	Frequenza delle calibrazioni (punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale) documentare	0 - 3	1,1	3	1,1
Q19	Numero di corsi di addestramento aggiuntivi a quelli minimi richiesti (1 punto per ogni corso aggiuntivo offerto) documentare	0 - 3	3	3	3
Q20	Assistenza tecnica on-line con collegamento VPN o equivalente (SI/NO) documentare	0 - 2	2	2	2
TOTALE			66,50	70	68

QUADRO SINOTTICO QUALITA'			
LOTTO 2: SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER ESAMI IN HPLC PER DOSAGGIO DI ANALITI SU SANGUE E URINE			
ESAMI ESEGUIBILI, TEST ANNUI, FREQUENZA DI ESECUZIONE			
	ESAMI ESEGUIBILI	n. test/anno	frequenza di esecuzione
	Catecolamine urinarie frazionate (Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina)	500	settimanale
	Metanefrine frazionate (normetanefrina, metanefrina e 3-metossitiramina)	200	settimanale
	VMA	200	settimanale
	HVA	100	settimanale
	5HIAA	100	settimanale
	Serotonina ematica	100	settimanale
	Levetiracetam ematico	200	settimanale
	Totale test	1.400	
REAGENTI, CALBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO			
	Fornitura di reagenti, colonne, calibratori e controlli in quantità necessaria allo svolgimento della attività annua con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente		
	Fornitura di materiale di consumo (disposable), soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente in quantità necessaria allo svolgimento della attività annua con la cadenza rilevabile dalla tabella precedente		
STRUMENTI RICHIESTI			
	Sistema analitico per cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC): n. 1 strumento nuovo e di ultima generazione, da banco, completamente automatico, certificazione CE-IVD come da direttiva CE 98/79, dotato di PC con software gestionale dedicato.		
	Strumento dotato di gruppo di continuità (UPS).		
	N. 1 PC per l'interfacciamento al LIS del Laboratorio (Themix) corredato di stampante laser		
REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)			BSN
M1	Cromatografo liquido ad alta prestazione (HPLC), dotato di almeno due dei seguenti rivelatori: UV/VIS, Fluorimetrico, Elettrochimico (documentare)		SI
M2	Campionatore automatico da almeno 24 posizioni per le vials (documentare)		SI
M3	Iniettore con volume programmabile (documentare)		SI
M4	Comparto di termostatazione della colonna cromatografica (documentare)		SI
M5	Degassatore automatico per l'eliminazione delle bolle d'aria presenti nei solventi (documentare)		SI
M6	Esecuzione completamente automatica del ciclo analitico, sia per batch che per singolo campione (documentare)		SI
M7	Software gestionale in grado di fornire risultati quantitativi, la visualizzazione e la rielaborazione dei cromatogrammi (documentare)		SI
M8	Memorizzazione delle metodiche; il software deve poter permettere la modifica dei parametri di processo e l'introduzione di nuove metodiche da parte dell'operatore (documentare)		SI
M9	Modalità di lavoro "walk away" della seduta analitica (documentare)		SI
M10	Utilizzo di calibratori e controlli urinari e plasmatici della stessa matrice dei campioni da analizzare (documentare)		SI
M11	Offerta di tutti gli analiti richiesti in gara (documentare)		SI
M12	Tutti i kit dovranno prevedere l'uso di standard interni (documentare)		SI

M13	Catecolamine urinarie, metanefrine urinarie, VAM, HVA e 5HIAA eseguiti mediante rivelatore elettrochimico (documentare)		SI
M14	Interfacciamento bidirezionale al programma gestionale Themix del Laboratorio (LIS)		SI
M15	Assistenza tecnica e manutenzione full risk su tutti gli strumenti ed intervento tecnico entro le 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi (descrivere)		SI
M16	Manutenzione periodica programmata (documentare)		SI
M17	Almeno 2 corsi di addestramento per il personale (3 persone) da eseguire presso la sede di installazione della strumentazione (documentare)		SI
ELEMENTI VALUTABILI PUNTI MAX 70			BSN
Q1	Possibilità di eseguire analisi a gradiente (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q2	Possibilità di rianalisi dei cromatogrammi e ricalibrazione sia per batch che per singolo campione (SI/NO) (documentare)	0 - 6	6
Q3	Fornitura di un dispositivo per estrazione a vuoto in fase solida e relativa pompa da vuoto (SI/NO) (documentare)	0 - 6	6
Q4	Possibilità di campionare da inserti per vials (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q5	Fornitura di "test solution" dedicate per ogni metodica (SI/NO) (documentare)	0 - 6	6
Q6	Possibilità di memorizzare ed elaborare il CQI (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q7	Possibilità memorizzazione i lotti dei reagenti, dei calibratori e dei controlli (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q8	Possibilità di eseguire la fase di "purge" da programma gestionale (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q9	Numero di metodiche che non richiedono pretrattamenti over night (documentare)	0 - 6	6
Q10	Numero di corsi di addestramento aggiuntivi a quelli minimi richiesti (documentare)	0 - 5	5
Q11	Tempo di intervento su chiamata, compreso il prefestivo, inferiore a quanto richiesto (descrivere)	0 - 5	5
Q12	Assistenza on-line tramite collegamento VPN o equivalente (SI/NO) (documentare)	0 - 5	5
Q13	Offerta di un abbonamento annuale gratuito ad un programma di VEQ (SI/NO) (documentare)	0 - 6	6
TOTALE		70	

LOTTO 1 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER DOSAGGIO EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) SU SANGUE INTERO IN HPLC

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
TOSOH BIOSCIENCE	66,50	41.082,00	29,88	96,38	
ARKRAY ITALIA	70,00	48.828,00	25,14	95,14	
A. MENARINI DIAGNOSTICS	68,00	40.920,00	30,00	98,00	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]

Handwritten mark:
 W

LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER ESAMI IN HPLC PER DOSAGGIO DI ANALITI SU SANGUE E URINE

					70
					30
DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PREZZO TOTALE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	
BSN	70	108.890,00	30	100	







STP.F.L.A. Sistema FFL ematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Negoziata

Titolo: Procedura negoziata telematica per la fornitura di macchinari reattivi per Dosaggio emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urina in HPLC per le necessità di mesi 36 della UOC Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e numero registro di sistema: P1044034423

Offerta Economica - Lotto Numero: 1

Lotto	Descrizione	Codice Regionale	Descrizione Regionale	Quantità	Prezzo Offerto	Valore Offerto	Generi Aziendali
1	Sistema macchina reattivi per dosaggio emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC	BN33124110	Sistemi diagnostici	1	50.000,00	0,78	241.41

OFFERTA ECONOMICA da compilare con bollo quanto richiesto in lettera di invito pagg. 12 e 13

OFFERTA ECONOMICA.pdf p7m

DC528557F73013167762349D8A439560E2E45474454CB6CF1E4621309DD646D

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 0.78 €

Ragione sociale del Concorrente: A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 Firenze (Firenze)

C.F. 05688870483 P.IVA IT05688870483

40.920,00

(Handwritten signatures)

Firmato digitalmente

Au-1



A.MENARINI diagnostics

Spett.le
AZIENDA OSPED S CAMILLO-FORLANINI
VIA PORTUENSE 332
00149 ROMA RM
Codice Cliente: 437750

437750

Firenze, 13/04/2023
Ns. Prot.n°: **1063-LP-2023**

Oggetto: Procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. LOTTO 1 CIG 9714885088

La sottoscritta Società A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. con unico socio, con Sede Legale in Firenze, Via Sette Santi, 3 - Capitale Sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio di Euro 30.000.000/ - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05688870483, iscritta al REA 566869 dal 1/12/2006, soggetta alla direzione e coordinamento di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sottopone in allegato la propria migliore offerta come da tabelle allegate.

Condizioni di fornitura:

Consegna reattivi	5 giorni data ricevimento ordine
Consegna strumentazione	30 giorni data ricevimento ordine
Collaudo	30 giorni dall'installazione
Resa	franco destino
Imballo	gratis
Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GG.
I.V.A.	a Vostro carico nelle percentuali di legge (attualmente 22%)

Il prezzo dei prodotti offerti resterà invariato fino al 30/04/2026

La presente offerta è valida 180 giorni.

La scrivente ("Fornitore") Vi informa che le condizioni di fornitura suddette sono soggette all'accettazione da parte Vostra ("Acquirente") dei seguenti patti e condizioni in ottemperanza all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" L.13 agosto 2010, n. 136 così come modificata ed integrata dal DL 187/2010.

In assenza di Vostro formale riscontro in merito alle condizioni proposte nella presente offerta, si precisa che le stesse non potranno essere applicate.

1 - Fornitore ed Acquirente si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n.

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. - CAPITALE SOCIALE € 30.000.000 I.V. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL.055.566801 - C.P. 4083 - 50100 FIRENZE - REG. ABE N. IT06030000004131 - C.F. P.I.V.A. E REG. IMPRESE PI 05688870483 - SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - P.I. 00396270481 - SEDE OPERATIVA: VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOCALITÀ PONTE A EMA - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

HEADQUARTERS - ITALY - EXPORT DIVISION: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. - Firenze - AUSTRIA: A. MENARINI G.m.b.H. - Wien - BELGIUM: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX S.A./N.V. - Zaventem - FRANCE: A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE S.A.R.L. - Paris - GERMANY: A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND DIVISION DER BERLIN-CHEMIE AG - Berlin - GREECE: MENARINI DIAGNOSTICS S.A. - Athens - THE NETHERLANDS: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX N.V. - Valkenswaard - PORTUGAL: MENARINI DIAGNOSTICOS LDA - Lisbon - SPAIN: A. MENARINI DIAGNOSTICOS S.A. - Badalona (Barcelona) - SWEDEN: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. - Malmö - SWITZERLAND: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. - Zurich - U.K.: A. MENARINI DIAGNOSTICS Ltd. - Wokingham

A.MENARINI diagnostics

136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" 136 così come modificata ed integrata dal DL 187/2010;

2 - tutte le transazioni tra Fornitore ed Acquirente, concernenti il presente contratto, saranno eseguite avvalendosi di Banche o Società Poste Italiane Spa, ed a mezzo di conti correnti, ivi accesi, e dedicati ai sensi della legge suddetta mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della medesima legge;

3 - in caso di inottemperanza agli obblighi di tracciabilità di cui alla medesima legge, si renderanno applicabili le conseguenze previste dall'articolo art. 3, co. 8, ultimo periodo, Legge n. 136/2010 così come sostituito dal DL 187/2010.

Vi ricordiamo che è Vostro specifico obbligo, qualora non sia già stato fatto, comunicarci il Codice Identificativo di Gara ("CIG"), entro e non oltre il primo ordinativo di fornitura e di riportarlo in ogni strumento di pagamento.

Al fine di permetterVi di ottemperare a quanto indicato al punto 2) la sottoscritta ditta dichiara:

- che in virtù del **RAPPORTO DI FACTORING** esistente tra la scrivente e la Bff Bank, **i pagamenti dei crediti dalla scrivente eventualmente trasferiti in gestione e/o ceduti pro soluto alla Bff Bank, per essere validi e liberatori, dovranno continuare a pervenire, alla stessa Bff Bank secondo la consueta operatività e, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 136 del 16 agosto 2010, così come emendata da DL 187/2010 sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche comunicatoVi dalla Bff Bank.**

- che, senza pregiudizio di quanto sopra, come stabilito dall'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i. i conti correnti bancari sotto riportati che la scrivente ha dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche sono i seguenti:

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Coord. Banc. Internazionali		Coordinate Bancarie Nazionali			
	Cod. Paese	Check Digit	C.I.N.	A.B.I	C.A.B	N. Conto
Unicredit SPA	IT	76	Z	02008	05351	000030074168
Intesa Sanpaolo	IT	60	H	03069	02924	000000024731
Banco BPM	IT	83	W	05034	02801	000000010130
Deutsche Bank	IT	93	X	03104	02800	000000821291
Banca Popolare Emilia Romagna	IT	18	K	05387	02800	000002593568

Dichiara inoltre che sui suddetti conti correnti sono delegate ad operare le sottoelencate persone:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Mauro Stendardi	CAPANNORI (LUCCA) IL 06/02/1960	STNMRA60B06B648K
Marco Bernocchi	FIRENZE (FI) il 8/8/1960	BRNMRC60M08D612F
Giovanni Ricci Armani	FIRENZE il 12/08/1967	RCCGNN67M12D612U
Alessandro Nesti	FIRENZE il 14/11/1959	NSTLSN59S14D612A
Simone Donati	Firenze il 16/09/1969	DNTSMN69P26D612V
Sauro Sani	FIRENZE IL 20/05/1970	SNASRA70E20D612B
Luigi Duca	NAPOLI il 09/05/1962	DCULGU62E09F839K
Gianluca Tortora	PISA IL 4/1/1975	TRTGLC75A04G702N
Lorenzo Vannucci	ROMA il 12/02/1968	VNNLNZ68B12H501S

SM *D* *u*

A.MENARINI diagnostics

Piazzalunga Fabio

PISA il 27/05/1966

PZZFBA66E27G702D

I dati sopra detti verranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Riferimenti telefonici – fax – mail riservati alla Clientela

UFFICIO GARE

Tel. 055-56801
Fax 055-5680216
Mail diaggare@menarini.it
Pec diaggare.menarini@legalmail.it

UFFICIO DISTRIBUZIONE DIAGNOSTICA-ORDINI/SPEDIZIONI

N. verde 800-869046 Linea fax
Tel. 055-56809976/405/404/306/605
Mail diagorders@menarini.it
Pec diagorders.menarini@legalmail.it

PRIVACY

Per assicurarci che codesto Ente possa utilizzare i servizi e/o prodotti di A. Menarini Diagnostics srl in piena conformità alla normativa applicabile sul trattamento dati (Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento”) riteniamo opportuno definire quanto segue.

Ai sensi del Regolamento le parti concordano che codesto Ente agisce quale Titolare del Trattamento, mentre A. Menarini Diagnostics Srl quale Responsabile del Trattamento sulla base delle istruzioni vincolanti consultabili al link <http://www.menariniagnostics.it/Nomina-Responsabile-del-Trattamento> e che resteranno in vigore per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali estensioni e rinnovi, salvo vostra diversa indicazione.

Elenco dei sub-responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali:

La Scrivente informa, il Titolare del trattamento dei dati, che:

1. i seguenti sub-responsabili potranno svolgere attività di manutenzione correttiva e/o preventiva sui sistemi installati:
 - **MED. A.T. DI G. CAMINO**, VIA SESTRIERE, 63/14, RIVOLI, TORINO
 - **LIDER ELETTRONICA S.R.L.**, VIA J.F. KENNEDY 19 (INT. C1) VIMERCATE (MB)
 - **ELETTRONICA SCIENTIFICA**, VIA ATENE, 10 PORTO MANTOVANO (MN)
 - **VTECH**, VIA FRÀ GIOVANNI ANGELICO, 27 FIRENZE
 - **A2 DIAGNOSTICS SRL**, VIA DELLE EGADI N. 7 ROMA
 - **RB DIAGNOSTICS**, VIA MILANO, 57 NAPOLI (NA)
 - **REVI S.R.L.**, VIALE SPAGNA N.6 - Z.I. SETTORE ARANCIONE SURBO (LE)
 - **HOSPITAL SERVICE S.R.L.**, Z.I. PREDDA NIEDDA SUD STR. 14-N1 SASSARI
 - **MEDICAL SERVICE SRL**, VIA C. SCOBAR, 1 PALERMO
 - **MEDICALABRIA SRL**, VIA SS106 N. 83 SELLIA MARINA (CZ)
2. i seguenti fornitori di software (sub-responsabili), durante l'esecuzione di assistenza tecnica di secondo livello, potranno svolgere attività di Amministratore di Sistema:
 - **ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI**, VIA LUNGARNO 305/A, TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

A.MENARINI diagnostics

NR. OFFERTA 1063-LP-2023
DATA 20/04/2023
ENTE AZIENDA OSPED S CAMILLO-FORLANINI
LOCALITA' ROMA
CODICE CLIENTE 437750
DURATA FORNITURA 36 mesi

LOTTO 1 Procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami in HPLC per dosaggio di analiti su sangue e urine per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. LOTTO 1 CIG 97148850B8

N. TEST RICHIESTI: 17.500

RIEPILOGO	Totale Offerto Anno	In lettere
QUOTA REATTIVI + CONSUMABILI	€ 13.640,00	(Tredicimilaseicentoquaranta/00)
QUOTA LOCAZIONE + MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	€ 0,00	(Zero/00)
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA	€ 13.640,00	TotaliOff[CI_TotOffNoIva]

INCIDENZA COSTI	INCIDENZA	Valore	In lettere
ONERI PER LA SICUREZZA	0,59	€ 80,47	(Ottanta/47)

Handwritten signatures and initials:
M, B, W, and a large vertical mark on the right side.

A.MENARINI diagnostics

Codice prodotto	Descrizione	CND	RDM	Q.tà U.M.	U.M.	N. conf. offerte	Prezzo Listino Conf.	Sconto %	Prezzo offerto Confezione	PREZZO A TEST	Totale Off.
55599	HBNEXT ELUENT A 03-R02B160-00001	W01010214	2137877	800	ML	67	€ 615,00	86,99	€ 80,00	0,3062	€ 5.360,00
55600	HBNEXT ELUENT B 03-R02B160-00002	W01010214	2137871	800	ML	14	€ 920,00	91,30	€ 80,00	0,0640	€ 1.120,00
55601	HBNEXT ELUENT C 03-R02B160-00003	W01010214	2137866	800	ML	13	€ 310,00	87,10	€ 40,00	0,0297	€ 520,00
55603	HBNEXT HAEM.S.H 03-R02B160-00005	W01010214	2137844	2500	ML	53	€ 950,00	91,58	€ 80,00	0,2422	€ 4.240,00
55604	HBNEXT COLUMN D3-I02H000-00001	W01010214	2137882	1	PZ	3	€ 8.000,00	90,00	€ 800,00	0,1371	€ 2.400,00
75149	V.E.Q.TIHOCCOBINA GLICATA	N.A.	N.A.	1	PZ	1	€ 350,00	100,00	€ 0,00	0,0000	€ 0,00
55605	HBNEXT HBA1C LT 03-R02B010-00023	W0103010504	2139025	0,2	ML	12	€ 155,00	100,00	€ 0,00	0,0000	€ 0,00
55606	HBNEXT HBA1C HA 03-R02B020-00007	W0103010504	2139377	0,2	ML	2	€ 155,00	100,00	€ 0,00	0,0000	€ 0,00
48978	TONER STAMPANTE ECOSYS P2040DN/DW	N.A. no IVD	N.A. no IVD	1	PZ	1	€ 138,00	100,00	€ 0,00	0,0000	€ 0,00

Totale annuo reagenti e consumabili	€ 13.640,00 (tredicimilaseicentoquaranta)
Totale annuo reagenti e consumabili IVA inclusa	€ 16.640,80 (sedicimilaseicentoquaranta,otto)

Cod. Strumento	Descrizione	CND	RDM	Stato Strumento	Presente	Quantità offerta
55607	HBNEXT ANALYZER 01-I02H000-00001	W0201060101	2134174	Nuovo	No	1
34574	STAMPANTE LASER B/N	N.A. no IVD	N.A. no IVD	Nuovo	No	1
34815	PC + TASTIERA + VIDEO LCD	N.A. no IVD	N.A. no IVD	Nuovo	No	1
43065	COLLEGAMENTO HOST PRIMARIO DIABETE	N.A.	N.A.	Nuovo	No	1
46007	UPS 230V-50/60HZ 66100	N.A.	N.A.	Nuovo	No	1





STELLA Sistema TFI ematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Negoziata

Titolo: Procedura negoziata telematica per la fornitura di Procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urina in HPLC per le necessità di mesi 36 della UOC Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e numero registro di sistema: PI044034-23

Offerta Economica - Lotto Numero:2

Lotto	Descrizione	Codice Regionale	Descrizione Regionale	Unità	Quantità	Valore Base	Valore Offerto	Valore Offerto (2 dec.)	Oneri Aziendali	Oneri Perla	Offerta Economica
						ESCLUSA (2 dec.)	PER IVA (2 dec.)		PERLA (2 dec.)		
2	Sistema macchina reattivi per esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC	BN33124110-9	Sistemi diagnostici	LOTTO	1	132.000,00	108.890,00	108.890,00	141,56		offerta economica.zip.p7m 1725907FEAD7A87DC6235E42B39BC652D23A0256F9A231AC78BE515AA4D7F20D

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: 108.890,00 €

Ragione sociale del Concorrente: B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.

via Coelli, 18 - 26012 Castelleone (Cremona)
C.F. 11317290150 P.IVA IT11317290150

Firmato digitalmente

Handwritten signatures and initials, including a large signature and initials 'AN' and 'A'.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Invito gara a procedura negoziata telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Dosaggio Emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero in HPLC e per Esami per dosaggio di analiti su sangue e urine in HPLC per le necessità di mesi 36 del Laboratorio di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

TITOLO DEL LOTTO: LOTTO 2 SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER ESAMI IN HPLC PER DOSAGGIO DI ANALITI SU SANGUE E URINE - CIG 97149137D1

N. TEST RICHIESTI: 1.400/ anno

QUOTA LOCAZIONE + MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	€ 16,42857
QUOTA REATTIVI + CONSUMABILI	€ 9,49761
COSTO TOTALE ANNUO FORNITURA IVA ESCLUSA	€ 38.110,00
COSTO TOTALE 36 MESI FORNITURA IVA ESCLUSA	€ 108.890,00
COSTO MEDIO PER DETERMINAZIONE	€ 25,92619

OF/2023/0351 del 13/04/2023

B.S.N. s.r.l.
Giacinto Guercilena
Legale Rappresentante
(firma apposta digitalmente)



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

Allegato "Autorizzazione di spesa"

Proposta di Delibera 168/2023

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Budget (disponibilità assegnata)	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile
2023	27	12		501010317000	1 150 920,75	979 553,75	1 095,00	170 272,00
2023	6	239		504020101000	5 943 197,23	4 862 420,54	9 353,30	1 071 423,39
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :								

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Importo pluriennale	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile
2024				501010317000	32.862,74			
2024				504020101000	28.060,00			
2025				501010317000	32.862,74			
2025				504020101000	28.060,00			
2026				501010317000	21.908,50			
2026				504020101000	18.706,67			

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010317000	REAGENTI
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA