

**Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Acquisizione Farmaci e Diagnostici**

AVVISO ESPLORATIVO

Acquisizione di un Sistema Macchina Reattivi per Colorazioni Istochimiche per le esigenze della UOC Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini.

In ossequio a quanto previsto dalla attuale normativa, come disposto dall’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., questa Azienda Ospedaliera intende avviare apposita indagine esplorativa di mercato per verificare la presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura in oggetto con **tutti i requisiti indicati** in allegato.

Le Ditte interessate dovranno far pervenire sul sito dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, **entro e non oltre le ore 12.00 del 21/03/23**, eventuali manifestazioni di interesse all’indirizzo benieservizi@scamilloforlanini.rm.it o all’indirizzo aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it, riportando nell’oggetto la dicitura:

“FD23_sp6 – Manifestazione di interesse per la fornitura di un Sistema Macchina Reattivi per Colorazioni Istochimiche per le esigenze della UOC Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ”. Le Ditte dovranno indicare la categoria merceologica (CPV – CND) a cui sono iscritte sul portale Stella e dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in grado di offrire prodotti che siano pienamente rispondenti alle caratteristiche richieste; inoltre, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, è richiesta l’iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto di gara e l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016 e, s.m.i. **In questa fase non è richiesto l’invio di schede tecniche, che verranno richieste successivamente.**

La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo per l’Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento la presente procedura qualora lo reputi necessario a suo insindacabile giudizio nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione.

In allegato le caratteristiche tecniche obbligatorie della fornitura il cui importo totale presunto ammonta ad € 55.000,00+ Iva/anno quale massimo di aggiudicazione, dato dalla somma dei singoli importi. La gara si svolgerà in forma telematica sulla piattaforma regionale STELLA, a cui le Ditte partecipanti dovranno essere iscritte; la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo per singolo prodotto idoneo e conforme, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i..

Roma, lì 06/03/2023

LOTTO UNICO INDIVISIBILE: SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER COLORAZIONI ISTOCHIMICHE**STRUMENTAZIONE RICHIESTA**

Sistema composto da un coloratore istochimico, nuovo e non ricondizionato, per l'esecuzione di colorazioni istochimiche, ad elevato standard qualitativo per la diagnosi istologica, e da un PC gestionale esterno comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante, etichette, barcode e lettore barcode.

Prodotto n.	TIPOLOGIA DI COLORAZIONI SPECIALI
1	ZIEHL NILSEN
2	AMILASI
3	GRAM
4	GROCOTT'S
5	FIBRE ELASTICHE
6	FERRO
7	MASSON TRICROMICA
8	MUCICARMINIO
9	PAS
10	RETICOLO
11	ROSSO CONGO
12	FERRO COLLOIDALE
13	GIEMSA
14	ORCEINA
TOTALE COLORAZIONI: 5.000	

N.B. in base alle esigenze contingenti del Laboratorio verranno ordinate conseguentemente le suddette colorazioni.

MATERIALI DI CONSUMO: dovrà essere fornito tutto il materiale necessario all'esecuzione delle colorazioni e alla gestione dello strumento.

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti pena l'esclusione)

1	Coloratore istochimico automatico nuovo, non ricondizionato, che consenta di colorare almeno 20 vetrini per corsa
2	Lo strumento deve garantire la protezione dell'operatore dall'esposizione di sostanze tossiche e nocive
3	Smaltimento automatico reflui e reagenti esauriti con separazione automatica di scarichi tossici e raccolta scarichi di lavorazione, in conformità alla Legge 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza"
4	Reattivi pronti all'uso, senza intervento dell'operatore, con barcode per il controllo della validità del reattivo utilizzato.