

**LOTTO 4: SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER ESAMI DI ALLERGOLOGIA**

<b>ESAMI ESEGUIBILI</b>		<b>n. test/anno</b>
1	IgE Totali	2.000
2	IgE specifiche	6.000
3	IgE specifiche ricombinanti	1.000
4	Triptasi	50
<b>Totale test</b>		<b>7.050</b>

**CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO**

Fornitura di calibratori, controlli, materiale di consumo, soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente, in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua.

**STRUMENTI RICHIESTI**

N. 1 (uno) Strumento nuovo di ultima generazione completo di PC gestionale

**REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)**

<b>M1</b>	Certificazione CE di reagenti e strumenti
<b>M2</b>	Supporto allergenico in fase solida
<b>M3</b>	Utilizzazione provetta primaria con lettore di codice a barre interno allo strumento
<b>M4</b>	Collegamento bidirezionale (modalità host-query) al sistema informatico Themix W-Lab
<b>M5</b>	Fornitura di un gruppo di continuità statico tale da mantenere l'operatività per almeno 15 minuti in caso di mancanza di corrente
<b>M6</b>	Assistenza tecnica e manutenzione full risk su tutti gli strumenti ed intervento tecnico sul posto entro le 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi. Hot line tecnica e hot line specialistica
<b>M7</b>	Iscrizione ad un programma di verifica esterna della qualità (VEQ), per tutti gli analiti disponibili, per tutta la durata della fornitura (dichiarare)

**ELEMENTI VALUTABILI STRUMENTO****punti max 42**

<b>Q1</b>	Accesso random e possibilità di caricamento in continuo Si/no (documentare)	<b>0 – 10</b>
<b>Q2</b>	Reattivi refrigerati e residenti a bordo fino alla scadenza Si/no (documentare)	<b>0 – 10</b>
<b>Q3</b>	Produttività oraria (punteggio attribuito in misura proporzionale) (documentare)	<b>0 – 10</b>
<b>Q4</b>	Modalità di calibrazione e durata delle relative curve (documentare)	<b>0 – 6</b>
<b>Q5</b>	Possibilità di reflex test Si/no (documentare)	<b>0 – 6</b>

**ELEMENTI VALUTABILI REATTIVI****punti max 22**

<b>Q6</b>	Standard calibrati direttamente contro 21RP 75/502 WHO per IgE umane Si/no (documentare)	<b>0 – 6</b>
<b>Q7</b>	Sensibilità analitica e linearità delle curve di taratura sia per IgE totali che per IgE specifiche (documentare)	<b>0 – 6</b>

<b>Q8</b>	Ampiezza del pannello di allergeni specifici disponibili (documentare)	<b>0 – 10</b>
<b>ELEMENTI VALUTABILI ASSISTENZA TECNICA</b>		<b>punti max 6</b>
<b>Q9</b>	Asistenza remota tramite VPN o sistemi equivalenti Si/no (documentare)	<b>0 – 3</b>
<b>Q10</b>	Tempi e modalità di intervento dell'assistenza tecnica migliorativi rispetto a quanto richiesto come requisito obbligatorio (documentare)	<b>0 – 3</b>