

**Deliberazione N. 0000913 del 08/06/2023**

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi	
Centro di costo: A0RZ21JCIS	Proposta: 0000174 del 29/05/2023
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) N. 2 E N. 3 , DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI MASCHERE LARINGEE AMBU PER INTUBAZIONE OROTRACHEALE CON BRONCOSCOPIO FLESSIBILE GIÀ PRESENTI NELL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI IN FAVORE DI SERVIMED INDUSTRIAL S.P.A .." CIG ZDF3B4D891 ,	
IL DIRETTORE GENERALE (*) Narciso Mostarda	
<i>L'Estensore: Sabrina Mataloni</i>	<i>Data 29/05/2023</i>
<i>Il Responsabile del Budget: Assunta Caiazza</i>	<i>Data 30/05/2023</i>
<i>Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.</i>	
<i>Il Responsabile del Procedimento: Paolo Farfusola</i>	<i>Data 01/06/2023</i>
<i>Il Direttore della Struttura Proponente: Paolo Farfusola</i>	<i>Data 01/06/2023</i>
<i>Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: Miriam Piccini</i>	<i>Data 05/06/2023</i>
<i>Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione</i>	
<i>Direttore Amministrativo: Paola Longo</i> <i>Parere: FAVOREVOLE</i>	<i>Data 06/06/2023</i>
<i>Direttore Sanitario: Gerardo De Carolis</i> <i>Parere: FAVOREVOLE</i>	<i>Data 07/06/2023</i>
<i>Hash proposta: 7aaf412ffb9388a36c079c2fe4f9ae4d0c98a50c63f4629a9745ec580348f677</i>	

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”*;

la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;

l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”*;

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di *“Amministrazione Trasparente”*;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante le norme del nuovo Codice dei Contratti e ss.mm.ii, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata dalla Legge n. 108/2021;

la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*;

la legge Regione Lazio di stabilità 30 marzo 2023, n.1 – *“Legge di stabilità regionale 2023”*;

la legge Regione Lazio 30 marzo 2023, n. 2 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025.”*;

PREMESSO

che, in data 17/04/2023 il Direttore Sanitario dell’Azienda San Camillo Forlanini ha trasmesso tramite mail aziendale alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la richiesta del Direttore della U.O.C. Farmacia, con allegato il nulla osta per l’acquisto di n. 200 maschere laringee AMBU Aura Gain, specifiche per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile da destinare alla UOSD Shock e Trauma, suddivise nelle seguenti misure:

- N. 50 pz. misura 3
- N. 100 pz. misura 4
- N. 50 pz. misura 5

ACQUISITA

la dichiarazione di infungibilità/esclusività della UOC richiedente, con le prescritte autorizzazioni;

CONSIDERATO

che, occorre procedere all’acquisizione della fornitura ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO

che, nel rispetto dei principi di cui sopra, è stata avviata un’indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo, al fine di verificare se sul mercato fossero presenti più operatori economici in grado di fornire i dispositivi in

argomento e, all'esito di tale indagine definire la procedura da attivare per la fornitura di "Maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile";

PRESO ATTO

che, entro il termine di scadenza fissato nell'avviso di cui sopra, nessun operatore ha manifestato il proprio interesse;

DATO ATTO

pertanto, che per la fornitura di che trattasi ricorrono i presupposti per applicare l'art. 63, comma 2, lett b) n. 2 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:omissis..... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: omissis.... 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici", 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

TENUTO CONTO

che, con prot. n. 14205/2023 la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha richiesto un'offerta alla società AMBU S.r.l. per la fornitura di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile, compatibili con quelli già presenti nell' Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

ACQUISITA

a mezzo pec in data 12/05/2023 prot. n. 15783, l'offerta economica della società Servimed Industrial S.p.A. quale distributore per la Regione Lazio della fornitura dei di maschere laringee AMBU (allegato 2);

che, l'operatore Servimed Industrial S.p.A. come da dichiarazione (allegato 3), risulta essere unico soggetto autorizzato per l'Italia alla commercializzazione dei dispositivi medici prodotti da AMBU S.r.l. e sue affiliate, inoltre, le maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile sono infungibili;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e n.3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile in favore di Servimed Industrial S.p.A., per un importo complessivo pari a € 1.820,00 Iva 5% esclusa;

VERIFICATO

che la contabilizzazione degli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 1.910,00 Iva inclusa, andrà a valere sull'esercizio 2023 e sul conto economico n. 501010311000/Aut. n. 4;

VISTI

l'art. 31 del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D. Lgs. n. 50/2016;

l'art. 101, comma 6 – bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede la nomina del DEC (Direttore Esecuzione Contratto), cui sono demandate tutte le attività correlate all' esecuzione del contratto derivante dalla presente provvedimento;

VISTA

la Deliberazione n. 1473 del 5/10/2023 con la quale è stato approvato il regolamento per l'acquisizione dei beni infungibili e/o esclusivi;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- di affidare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile in favore di Servimed Industrial S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.820,00 Iva esclusa;
- di contabilizzare** gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 1.910,00 Iva inclusa, a valere sull' esercizio 2023 e sul conto economico n. 501010311000/Aut. n. 4;
- di dare atto** che, l'affidamento in parola ha una durata di mesi 12 (dodici);
- **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento alla verifica positiva dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di procedere** al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;
- di nominare** ai sensi dell' art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- di nominare** ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dott. sa Gabriella Platania - U.O.C. Farmacia;
- di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.62/2013;
- **di pubblicare** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. Paolo Farfusola o suo sostituto)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di Delibera, *“Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 e n. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile già presenti nell' Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Servimed Industrial S.p.A.” CIG ZDF3B4D891, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;*
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile in favore di Servimed Industrial S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.820,00 Iva esclusa;

-di contabilizzare gli oneri economici derivanti dal presente atto, pari ad € 1.910,00 Iva inclusa, a valere sull'esercizio 2023 e sul conto economico n. 501010311000/Aut. n. 4;

-di dare atto che, l'affidamento in parola ha una durata di mesi 12 (dodici);

- di subordinare l'efficacia dell'affidamento alla verifica positiva dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

-di procedere al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;

-di nominare ai sensi dell' art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

-di nominare ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dott. sa Gabriella Platania - U.O.C. Farmacia;

-di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.62/2013;

- di **pubblicare** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sito internet Aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Narciso Mostarda o suo sostituto)



MODELLO B

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI, DIAGNOSTICI IN VITRO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O ALTRI MATERIALI SANITARI (INFUNGIBILI e/o ESCLUSIVI)

UOC richiedente: UOSD SHOCK & TRAUMA

Medico Richiedente: CINGOLANI EMILIANO

Prodotto: MASCHERA LARINGEA ABBU AURICOLA

Produttore: ABU

Prezzo d'acquisto unitario: CIRCA 10-11 EURO

Stima di consumi annuali di D.M.: 200

Spesa annuale prevista: 2000 €

Prodotti similari presenti in Repertorio D.M. che non siano impiegabili:

Motivazioni per Infungibilità:

COMPATIBILE CON ENDOSCOPI FLESSIBILI ABU
GIÀ PRESENTI IN AZIENDA

DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITÀ

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili dispositivi medici alternativi equivalenti dal punto di vista clinico terapeutico o con effetto terapeutico comparabile (fatte salve le variabilità individuali dei singoli pazienti da trattare) e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Data 12/04/23

Il Medico Richiedente

timbro e firma

Emiliano Cingolani
Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlani
Responsabile UOSD Shock e Trauma

Il Direttore della UOC richiedente



ASSTEMA S.p.A. - P.zza S. Maria della Pace, 151 - 00187 Roma
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

timbro e firma

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Dr. Emiliano G. ...
Responsabile UOC Servizi e ...

Per validazione della richiesta

SI NO timbro e firma

Il Direttore della UOC Farmacia

U. ...

Per autorizzazione della richiesta:

Il Direttore Sanitario

SI NO timbro e firma

Specifiche

	Pediatriche				Adulti			
	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Misura della maschera								
Codice colore della confezione	●	●	●	●	●	●	●	●
Peso del paziente	<5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Volume massimo di gonfiaggio della cuffia	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Pressione massima intra-cuffia	60 cm H ₂ O							
Connessione al ventilatore	15 mm ISO 5356-1							
D.I. min. del tubo	6.6 mm	7.2 mm	9.0 mm	10.2 mm	11.0 mm	12.6 mm	12.9 mm	12.9 mm
Valvola di gonfiaggio	Cono Luer ISO 594-1							
Temperatura di stoccaggio appropriata	+10 °C - +25 °C							
Peso	14 g	18 g	25 g	40 g	45 g	63 g	86 g	88 g
Volume d'insufflazione	3.3 ml	4.4 ml	10.2 ml	18.3 ml	17 ml	25 ml	33 ml	33 ml
Perdita di pressione	0.0 cm	0.0 cm	0.1 cm	0.1 cm	<0.1 cm	<0.1 cm	0.1 cm	<0.0 cm
	H ₂ O a 15 l/min	H ₂ O a 15 l/min	H ₂ O a 30 l/min	H ₂ O a 30 l/min	H ₂ O a 60 l/min			
Distanza interincisiva min.	11.6 mm	13.2 mm	16.2 mm	18.5 mm	21 mm	24 mm	25.9 mm	26.6 mm
Lunghezza interna	9.4 cm	11.0 cm	12.7 cm	15.6 cm	14.2 cm	16.2 cm	19.0 cm	19.0 cm
Uso per intubazione								
Tubo ET massimo	3.5	4.0	5.0	5.5	6.5	7.5	8.0	8.0
Uso con canale gastrico								
Sondino gastrico massimo consentito	6 FR	8 FR	10 FR	10 FR	16 FR	16 FR	16 FR	16 FR

Ambu AuraGain è sviluppata in conformità alla Direttiva del Consiglio europeo 93/42/CEE in materia di dispositivi medici.


Materiali

Prodotto	Privo di Latex	Materiale	Confezione	Quantità	
Canale della via aerea	Si	PVC	Busta	1	Tyvek*/Polietilene Tereftalato (PET)/Polietilene (PE)
Cuffia	Si	PVC	Scatola	10	Cartone
Connessione al ventilatore	Si	PCTG	Ambu AuraGain non è realizzata con lattice di gomma naturale.		
Palloncino pilota	Si	PVC			
Valvola di gonfiaggio	Si	PVC/silicone			
Tubo pilota	Si	PVC			
Sondino gastrico	Si	PVC			

Specifiche per l'ordinazione

Codice articolo	Misura	Descrizione
408100000	1	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408150000	1½	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408200000	2	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408250000	2½	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408300000	3	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408400000	4	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408500000	5	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione
408600000	6	Maschera laringea monouso - Accesso Gastrico + Intubazione


* Progettata per intubazione diretta con tubi ET standard




* Morbida cuffia gonfiabile per elevate pressioni di tenuta

* L'originale curva anatomica assicura un facile inserimento

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it



Area di resistenza al morso in materiale morbido con utili marcatori e informazioni sulla misura degli accessori.



Intubazione endotracheale diretta utilizzando un videoscopio flessibile e tubi ET standard.



Per le misure 1 + 1/2 il nostro design innovativo riduce lo spazio morto fino al 30%.

CE 0000 USA: Rx only

Ambu® AuraGain™

Misure
pediatriche
disponibili



Caratteristiche principali

- Canale di suzione per l'inserimento del sondino gastrico
- Originale curva anatomica che assicura un posizionamento rapido
- Possibilità di intubazione con tubi ET standard
- L'area integrata di resistenza al morso previene occlusioni delle vie aeree
- Il palloncino pilota identifica la misura della maschera e fornisce un'indicazione del corretto gonfiaggio
- Marker per il corretto posizionamento del videoscopio flessibile
- Compatibile con RM
- Materiale privo di ftalati
- CND: R01020102
- RDM: 1148281
- Classe dispositivo: IIa - sterile
- Dispositivo monouso

Ambu® AuraGain™

AuraGain è la nuova maschera laringea Ambu che soddisfa i requisiti fondamentali per la gestione ottimale delle vie aeree: accesso gastrico e possibilità di intubazione.

Facile posizionamento

L'originale curva anatomica è preformata in modo da seguire l'anatomia delle vie aeree del paziente; la morbida curvatura di AuraGain ne facilita il posizionamento, garantendo la tenuta.

Elevata pressione di tenuta

La cuffia è concepita per offrire un'elevata pressione di tenuta, documentata fino a 40 cm H₂O.*

Controllo gastrico

Il canale integrato dell'accesso gastrico è progettato per ridurre l'attrito al passaggio del sondino gastrico. L'utilizzo del sondino permette lo svuotamento dello stomaco di sostanze liquide e aeroformi.

Possibilità di intubazione

AuraGain presenta un'ulteriore caratteristica legata alla sicurezza: la possibilità di intubazione. Significa che in caso di inaspettate vie aeree difficili AuraGain può essere usata come accesso per un'intubazione endotracheale assistita tramite un'ottica flessibile (come Ambu® aScope3).

Ottima versatilità

Il rapido posizionamento, l'elevata pressione di tenuta, l'accesso gastrico e la possibilità di intubazione fanno di AuraGain la scelta più sicura per ogni tipo di procedura in cui è indicato l'uso di una maschera laringea.

*dati su file

UOSD Shock e Trauma
Rianimazione 1

Responsabile Dr Emiliano Cingolani
0658703146-3148 fax 0658704665
cdc S74921D06P

A: UOC Farmacia
Dr.ssa Assunta Caiazza

Oggetto: Richiesta acquisto maschere laringee per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile

Si chiede acquisto di N 200 maschere laringee AMBU Aura Gain specifiche per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile da destinare alla UOSD Shock e Trauma, suddivise nelle seguenti misure:

- 3 nr 50
- 4 nr 100
- 5 nr 50

Il costo commerciale del presidio per singolo pezzo è circa 10-11 euro.

Tali maschere se utilizzate con i broncoscopi flessibili recentemente acquistati dall'azienda facilitano la gestione delle vie aeree difficili consentendo l'intubazione orotracheale con broncoscopio anche a professionisti con limitata esperienza nell'utilizzo dello strumento.


In considerazione della forzata eliminazione della reperibilità dell'endoscopia toracica notturna e festiva la disponibilità di questo presidio risulta indispensabile.

Si allega scheda tecnica

Cordiali saluti

Roma 07/04/2023

Dr Emiliano Cingolani





ALLEGATO 1 - OFFERTA ECONOMICA

San Camillo Forlanini
Prot. Ingresso N. 0015783/2023
Del 12/05/2023



0 0 1 5 7 8 3 / 2 0 2 3

Area Governo delle Risorse Strumentali
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Attrezzature e Beni economici

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISTO DI MASCHERE LARINGEE AMBU PER INTUBAZIONE OROTRACHEALE CON BRONCOSCOPIO FLESSIBILE.

Il sottoscritto Francesco Napolitano, nato a,
il, residente a, in Via,
in qualità di amministratore unico
della Società Servimed Industrial Spa a socio unico con sede in legale in
Via Tempio del Cielo 3/5 - 00144 Roma e amministrativa in Via Tempio del Cielo 3/5 - 00144 Roma, Tel.
06.92595490 Fax. 06.89360010 e-
mail info@servimedindustrial.com P.E.C. servimedindustrialspa@legalmail.it, con Codice Fiscale
n. 13406631005, Partita IVA n. 13406631005, iscritta
all'INPS di Roma Eur con matricola azienda
n. 7071579088, iscritta all'INAIL di Roma Laurentino, con codice
ditta 20480577/37, tipo contratto Commercio, numero
dipendenti 12, Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di
Roma Eur Torino, con sede in Piazza/Via
Via Canton, 20, CAP
00144
per la fornitura dei dispositivi in oggetto.



ALLEGATO 1 - OFFERTA ECONOMICA

Descrizione	Quant. presunta	Importo unitario presunto di spesa IVA esclusa	Importo complessivo presunto di spesa IVA esclusa	Importo unitario offerto IVA inclusa	Importo complessivo offerto IVA inclusa	IVA	CND	Numero di Repertorio
maschere laringee AMBU Aura Gain misura 3	50	€ 9,10	€ 455,00	€ 9,55	€ 477,50	5%	R01020102	2331672
maschere laringee AMBU Aura Gain misura 4	100	€ 9,10	€ 910,00	€ 9,55	€ 955,00	5%	R01020102	2331672
maschere laringee AMBU Aura Gain misura 5	50	€ 9,10	€ 455,00	€ 9,55	€ 477,50	5%	R01020102	2331672

Luogo e data

Roma, il 02/05/2023

FIRMA

Francesco Napolitano
Amministratore unico

Spett.le
AO San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense
00152 Roma

Roma, 02/05/2023

Oggetto: Richiesta di offerta per l'acquisto di maschere laringee AMBU per intubazione orotracheale con broncoscopio flessibile.

Il sottoscritto Francesco Napolitano, nato a _____ il _____, codice fiscale _____ in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Servimed Industrial Spa partita IVA/Codice Fiscale 13406631005, con sede legale in Roma (RM) Via Tempio del Cielo n. 3/5 cap. 00144 telefono 06/92595490, fax 06/89360010, e-mail: info@servimedindustrial.com, e-mail ufficio gare: gare@servimedindustrial.com ; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il dispositivo offerto è prodotto da Ambu A/S - Baltorpbakken 13, DK - 2750 Ballerup, Danimarca ed è distribuito in esclusiva per la regione Lazio dalla ditta Servimed Industrial Spa – Via Tempio del Cielo, 1/3/5 00144 Roma.

In fede.

FRANCESCO NAPOLITANO
Amministratore Unico
Servimed Industrial S.p.A
(firmato digitalmente)



U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

Allegato "Autorizzazione di spesa"

Proposta di delibera 174 /2023

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Budget (disponibilità assegnata)	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile
2023	4	315		501010311000	9 071 808,30	9 071 602,40	191,00	271,68
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :								

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Importo pluriennale	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO