

ALLEGATO A**SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER AGGREGAZIONE PIASTRINICA**

ESAMI ESEGUIBILI		n. test/anno
1	Aggregazione attivata con Acido arachidonico	400
2	Aggregazione attivata con ADP	800
3	Analisi globale delle piastrine attivate con collagene	800
4	Aggregazione dipendente da Gplb e Vwf attivata con ristocetina	400
5	Aggregazione attivata con Epinefrina/adrenalina	200
Totale test		2.600

CALBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO

Fornitura di Calibratori in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua rilevabile dalla tabella precedente

Fornitura di Controlli (a due o tre livelli) in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua rilevabile dalla tabella precedente

Fornitura di materiale di consumo (disposable), soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua rilevabile dalla tabella precedente

STRUMENTI RICHIESTI

1 (uno) strumento per aggregazione piastrinica semi automatico da banco con almeno quattro canali di lettura, fornito di monitor e tastiera

REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)

M1	Certificazione CE di reagenti e strumenti
M2	Capacità operativa non inferiore a 4 test contemporanei
M3	Termostatazione interna
M4	Agitazione interna
M5	Sistema di lettura a trasmittenza e/o turbidimetrico e/o impedenziometrico e/o LTA
M6	Piatto portareagenti e campioni termostatato
M7	N. 2 Micropipette a volume regolabile fornite a corredo
M8	Assistenza tecnica e manutenzione, intervento tecnico entro le 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi. Hot line tecnica e hot line specialistica
M9	PC completo di monitor e stampante a colori da utilizzare anche per l'elaborazione delle curve, eventuale loro correzione e sovrapposizione ai controlli; effettuazione del controllo di qualità interno
M10	Fornitura di gruppo di continuità adeguato