



San Camillo Forlanini
Prot. Uscita N. 0019809/2023
Del 16/06/2023

Area Governo Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Dispositivi e Protesi



0 0 1 9 8 0 9 / 2 0 2 3

AVVISO ESPLORATIVO

EX ART. 66, D.LGS. N. 50/2016, PER UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHE DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA 0.9% A DOPPIA VIA E DOPPIO SPIKE PER LE NECESSITÀ DELLA UOC CAMERA OPERATORIA CARDIOCHIRURGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.

Visti

- L’art. 66 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale prevede che “Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”;

- Le Linee guida n.8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate dall’ANAC con propria determinazione n. 950 del 13/09/2017;

si comunica che

sulla base delle caratteristiche del prodotto che necessita a questa Stazione Appaltante, si hanno fondati motivi di ritenere che si verta nella fattispecie di prodotti infungibili, che determinano la necessità di negoziare con un unico fornitore;

visto comunque che si ritiene necessario verificare la infungibilità dei prodotti;

l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini intende avviare una consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.lgs. n. 50 /2016 finalizzata all’affidamento del prodotto, descritto nella scheda allegata alla presente;

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a verificare se esistano operatori economici, alternativi all’attuale fornitore, in grado di proporre i prodotti richiesti.

1. Fabbisogni e strumenti

I relativi fabbisogni sono specificati nella scheda tecnica allegata alla presente.

2. Requisiti

Possono presentare relazione, documentazione tecnica e proposte operative, i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016.

Devono essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016, ed essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale.

3.Contenuti minimi delle proposte tecniche

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro il termine di scadenza di cui al successivo punto 4, schede tecniche del/i prodotto/i richiesto/i e campionatura.

La presente "consultazione preliminare di mercato" non costituisce per l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini impegno alcuno circa il successivo avvio della procedura di gara e, d'altra parte, il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la partecipazione alla gara che dovesse essere indetta.

4.Modalità di partecipazione

Gli interessati possono far pervenire la documentazione sopra descritta, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it entro le ore 18.00 del giorno 26/06/2023, avente ad oggetto: "Manifestazione di interesse avviso esplorativo per l'acquisizione di sacche di soluzione fisiologica 0.9% a doppia via e doppio spike per le necessità della UOC Camera Operatoria CardioChirurgica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini."

5.Altre informazioni

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo pec all'indirizzo suindicato, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Il presente avviso è pubblicato, per un periodo di quindici giorni, nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Stazione Appaltante, dandone informativa sulla home page del portale web della Stazione Appaltante.

7.RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola.

Il RUP

Firmato

Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: Sacche di Soluzione fisiologica 0.9%

Descrizione

Le sacche devono avere doppia via e doppio spike;

Il fabbisogno annuale è di 4000 sacche da 1.000 ml e di 4000 sacche da 500 ml.