

## SISTEMA MACCHINA-REATTIVI PER ESAMI DI ALLERGOLOGIA

ESAMI ESEGUIBILI		n. test/anno	sedute annue
1	IgE Totali	2.000	52
2	IgE specifiche	6.000	52
3	IgE specifiche ricombinanti	1.000	52
	<b>Totale test</b>	<b>9.000</b>	

### CALBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO

Fornitura di calibratori, controlli, materiale di consumo, soluzioni di lavaggio, diluenti e quanto altro materiale occorrente, in quantità necessaria allo svolgimento dell'attività annua, con la cadenza rilevabile dalle tabelle precedenti.

### NUMERO STRUMENTI RICHIESTI: N. 1 strumento

Apparecchio nuovo di ultima generazione completo di PC gestionale

### REQUISITI MINIMI DI INGRESSO (da possedere tutti, pena l'esclusione)

<b>M1</b>	Certificazione CE di reagenti e strumenti (allegare documentazione)
<b>M2</b>	Campionamento da provetta primaria con lettore di codice a barre interno allo strumento (documentare)
<b>M3</b>	Collegamento bidirezionale (modalità host-query) al sistema informatico Themix W-Lab
<b>M4</b>	Fornitura di un gruppo di continuità statico tale da mantenere l'operatività per almeno 15 minuti in caso di mancanza di corrente (documentare)
<b>M5</b>	Assistenza tecnica e manutenzione full risk su tutti gli strumenti, con intervento tecnico sul posto entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata. Hot line tecnica e hot line specialistica. (documentare)
<b>M6</b>	Iscrizione ad un programma di verifica esterna della qualità (VEQ) a scelta dell'utilizzatore per tutta la durata della fornitura (dichiarare)
<b>M7</b>	Corsi di formazione per il personale (documentare)