



Area Governo delle Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisti attrezzature Beni e Servizi
Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni e Comodati

San Camillo Forlanini
Prot. Uscita N. 0022294/2023
Del 11/07/2023



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 2 E 8 D.LGS. N. 36/2023, PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DELLA FORNITURA BIENNALE DI TERMOMETRI ASCELLARI AD INFRAROSSI IN SERVICE + COPRISONDA PER TERMOMETRI ASCELLARI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.

Visti

- L'art. 50, comma 2 e 8, D.lgs. n. 36/2023;
- L'allegato II.1, art. 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- Verificata l'assenza di convenzioni Consip attive relative alla fornitura in oggetto;

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura biennale di N. 8 termometri ascellari in service e N. 30.000 coprisonda per termometri ascellari per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un importo a base d'asta di euro 5.000,00 oltre IVA.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a verificare se esistano operatori economici in grado di proporre i prodotti indicati alle condizioni richieste.

1. Oggetto della fornitura

I relativi fabbisogni e la descrizione delle caratteristiche tecniche sono allegati al presente avviso esplorativo (ALLEGATO 1).

2. Requisiti

Possono presentare relazione, documentazione tecnica e proposte operative, gli operatori economici che, ai sensi degli articoli 94 e 100 D. Lgs. 36/2023, siano in possesso dei requisiti di ammissione di ordine generale e speciale.

3. Contenuti minimi delle proposte tecniche

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro il termine di scadenza di cui al successivo punto 4, le schede tecniche dei prodotti richiesti in service.

La presente "consultazione preliminare di mercato" non costituisce per l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini impegno alcuno circa il successivo avvio della procedura di gara e, d'altra parte, il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la partecipazione alla gara che dovesse essere indetta.



L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico.

4. Modalità di partecipazione

Avendo la manifestazione carattere di urgenza, gli interessati possono far pervenire la documentazione sopra descritta, compilando l'istanza di partecipazione nell'allegato 'Modello A', esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso: "Manifestazione di interesse avviso esplorativo per l'acquisizione della fornitura biennale di N. 8 termometri ascellari in service e N. 30.000 coprisonda per termometri ascellari per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini".

5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura. I dati personali conferiti dagli interessati, saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente indagine.

I dati forniti saranno trattati dall'Azienda in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

L'Azienda potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi.

Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Azienda, Titolare del Trattamento, presso la sede sita in Cir.ne Gianicolense 87 - 00152 Roma, oppure al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) SCUDO PRIVACY S.r.l., C.F. / P.IVA 14769431009, con sede legale in via Cesare Fracassini, 25, 00196 Roma (RM), nella persona dell'Avv. Sarah Masato, raggiungibile tramite i seguenti contatti:

tel.: 06/3221675,

email: s.masato@scudoprivacysrl.com,

PEC: scudoprivacy@legalmail.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



6. Altre informazioni

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo PEC all'indirizzo suindicato. Il presente avviso è pubblicato sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Paolo Farfusola.

Il RUP
(Dr. Paolo Farfusola)

**ALLEGATO 1**

Fornitura biennale di N. 8 termometri ascellari ad infrarossi in service + N. 30.000 coprisonda per termometri ascellari per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Oggetto della fornitura: n. 8 termometri ascellari ad infrarossi in service gratuito + n. 30.000 coprisonda per termometri ascellari, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche Termometro ascellare a raggi infrarossi:

- a) Impiego per la misurazione della temperatura corporea per adulti, bambini e neonati anche prematuri;
- b) Modalità di rilevazione della temperatura auricolare, con conversione automatica del valore della temperatura in modalità ascellare, orale, rettale;
- c) Intervallo della temperatura rilevabile da 33°C a 42°C circa;
- d) Precisione della temperatura rilevata con margine di errore di massimo +/- 0,2°C;
- e) Rapida rilevazione della temperatura in pochi secondi;
- f) Avviso acustico e/o visivo dell'avvenuta rilevazione della temperatura;
- g) Inserimento ed estrazione automatica dei coprisonda dal termometro;
- h) Display con visualizzazione delle funzioni facilmente comprensibili dall'utilizzatore in lingua italiana;
- i) Allarmi e/o codici di errori di rilevazione e anomalie facilmente comprensibili sul display;
- j) Batteria inserita all'interno del termometro che deve consentire un numero di misurazioni superiore a 1.000;
- k) Funzione di spegnimento automatico del termometro per massimizzare la durata della batteria;
- l) Facilità di sostituzione della batteria di alimentazione dello strumento;
- m) Batteria di alimentazione di uso comune e di facile reperimento;
- n) Base dello strumento leggera e maneggevole;
- o) Fabbricato con materiale del termometro e della base tali da consentire la pulizia e la disinfezione con i più comuni detergenti e disinfettanti di uso ospedaliero;
- p) Libretto di istruzioni con indicazioni chiare e in lingua italiana;
- q) Programma di assistenza tecnica in service.

Caratteristiche tecniche del coprisonda per i termometri ascellari:

- Monouso;
- Di materiale anallergico (latex free) che aderisca correttamente alla strumentazione senza creare abrasioni o altri tipi di lesioni al paziente durante la misurazione, e che garantisca una accurata rilevazione della temperatura corporea;

Confezionati in sistemi idonei per consentire l'utilizzo evitando la manipolazione e garantire la massima sicurezza di igiene per il paziente.

Si richiede di indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.

Inoltre si richiede la documentazione tecnica del fabbricante che certifichi la precisione dei valori di temperatura rilevati per mezzo del termometro ascellare nonché le modalità di pulizia e disinfezione del dispositivo stesso.



La Ditta aggiudicataria deve consegnare poster illustrativi con le modalità di utilizzo e di pulizia da consegnare alle UU.OO.

La Ditta aggiudicataria deve garantire per tutta la durata del contratto la manutenzione programmata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e la manutenzione correttiva dei termometri con numero illimitato di interventi, parti di ricambio incluse, comprensiva dei guasti per caduta accidentale o urto.

La Ditta deve assicurare in uso gratuito un dispositivo per il controllo dei termometri, del quale deve garantire la manutenzione correttiva, programmata e la taratura almeno annuale di tutti i termometri in uso con proprio personale, affinché non si presentino errori di lettura anche dell'ordine del grado di lettura, ed ogni qualvolta ne sia necessario. La Ditta aggiudicataria deve consegnare all'UOC Economato un report riassuntivo delle tarature effettuate e che riporti anche gli esiti delle prove.

All'aggiudicazione la Ditta deve garantire la formazione di tutto il personale sanitario coinvolto.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta in sede di gara. Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte, la Ditta aggiudicataria deve sostituire i prodotti entro 3 giorni con altri aventi i medesimi requisiti offerti in gara. L'Azienda Ospedaliera non assume la responsabilità per la conservazione della merce.

La consegna dei termometri deve essere concordata con l'UOC Economato sia in fase di inizio contratto che durante il periodo contrattuale (sostituzioni, integrazioni dei termometri presenti).

La Ditta deve garantire la sostituzione dei termometri entro 24 ore lavorative. La consegna dei coprisonda deve essere garantita entro 5 giorni dall'ordine per tutto il periodo contrattuale, nessuno escluso o riservato.

Durante il periodo di vigenza del contratto la Ditta deve adempiere a tutti i vincoli derivanti dal contratto e rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti. Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli ulteriori danni, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale del 20% del valore della merce non consegnata (termometri e/o coprisonda) fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

Oltre il quarto giorno solare di ritardo nella consegna l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, dei vincoli contrattuali, da cui derivi l'interruzione e/o il difetto totale o parziale della fornitura, l'UOC Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, entro un termine non inferiore a 2 giorni solari, affinché vengano correttamente adempiuti gli oneri e che vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dei vincoli contrattuali, l'UOC Economato potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento dei vincoli contrattuali, da cui derivi per l'Azienda Ospedaliera un pregiudizio organizzativo e di sicurezza per il paziente, l'Azienda Ospedaliera potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto.

In considerazione della urgenza della fornitura è necessario impegnarsi a consegnare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Governo delle Risorse Strumentali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Attrezzature, Beni e Comodati

MODELLO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA BIENNALE DI N. 8 TERMOMETRI ASCELLARI IN SERVICE E N. 30.000 COPRISONDA PER TERMOMETRI ASCELLARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI PER L’IMPORTO A BASE D’ASTA DI EURO 5.000,00 OLTRE IVA”.

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
residente in _____ via _____
in qualità di _____
della società _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____
sede operativa in _____ via _____ n. _____
CAP _____
codice fiscale _____
Partita IVA _____
Tel. _____ Fax _____
email _____ PEC _____

CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure d’appalto di cui all’articolo 94-95 del D.lgs. n. 36/2023;
- di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale procedura di affidamento;
- di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura, i quali dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nei modi di legge in occasione della successiva procedura di affidamento;
- la disponibilità a fornire i prodotti indicati;

-la compatibilità' dei prodotti offerti all'attrezzatura indicata, l'operatore si renderà' garante nei confronti di questa Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per danni provocati a cose e/o persone, imputabili alla non effettiva compatibilità' dei prodotti offerti.

-l'impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati.

-di essere informato, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Regolamento Europeo 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

TIMBRO E FIRMA _____

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.